

# MEDISANA®

**DE Oberarm-Blutdruck-Messgerät MTX**

**GB Upper arm blood pressure measuring device MTX**

**FR Appareil de mesure de la tension MTX**

**IT Misuratore di pressione da braccio MTX**

**ES Tensiómetro de Antebrazo MTX**

**PT Medidor da pressão arterial para braço MTX**

**NL Bovenarm-bloedrukmeetapparaat MTX**

**FI Olkavarresta mitattava verenpainemittari MTX**

**SE Blodtrycksmätare MTX för överarm**

**GR Πιεσόμετρο αίματος για βραχίονα MTX**



Art. 51083

## CE 0297

**Gebruiksaanweisung**  
**Instruction Manual**  
**Mode d'emploi**  
**Istruzioni per l'uso**  
**Instrucciones de manejo**

Bitte sorgfältig lesen!  
Please read carefully!  
A lire attentivement s.v.p.!  
Da leggere con attenzione!  
¡Por favor lea con cuidado!

**Manual de instruções**  
**Gebruiksaanwijzing**  
**Käyttöohje**  
**Bruksanvisning**  
**Οδηγίες χρήσης**

Por favor ler cuidadosamente!  
A.u.b. zorgvuldig lezen!  
Lue huolellisesti läpi!  
Läses noga!  
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

## DE Gebrauchsanweisung

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1 Sicherheitshinweise ..... | 1  |
| 2 Wissenswertes .....       | 3  |
| 3 Inbetriebnahme .....      | 5  |
| 4 Anwendung .....           | 10 |
| 5 Speicher .....            | 14 |
| 6 Verschiedenes .....       | 15 |
| 7 Garantie .....            | 17 |

## GB Instructuion Manual

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1 Safety Information ..... | 18 |
| 2 Useful Information ..... | 20 |
| 3 Getting started .....    | 22 |
| 4 Operation .....          | 27 |
| 5 Memory .....             | 31 |
| 6 Miscellaneous .....      | 32 |
| 7 Warranty .....           | 34 |

## FR Mode d'emploi

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1 Consignes de sécurité ..... | 35 |
| 2 Informations utiles .....   | 37 |
| 3 Mise en service .....       | 39 |
| 4 Application .....           | 44 |
| 5 Mémoire .....               | 48 |
| 6 Divers .....                | 49 |
| 7 Garantie .....              | 51 |

## IT Istruzioni per l'uso

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1 Norme di sicurezza .....        | 52 |
| 2 Informazioni interessanti ..... | 54 |
| 3 Messa in funzione .....         | 56 |
| 4 Modalità d'impiego .....        | 61 |
| 5 Memoria .....                   | 65 |
| 6 Varie .....                     | 66 |
| 7 Garanzia .....                  | 68 |

## ES Instrucciones de manejo

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1 Indicaciones de seguridad .....  | 69 |
| 2 Informaciones interesantes ..... | 71 |
| 3 Puesta en funcionamiento .....   | 73 |
| 4 Aplicación .....                 | 78 |
| 5 Memoria .....                    | 82 |
| 6 Generalidades .....              | 83 |
| 7 Garantía .....                   | 85 |

## PT Manual de instruções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 1 Avisos de segurança .....  | 86  |
| 2 Informações gerais .....   | 88  |
| 3 Pôr em funcionamento ..... | 90  |
| 4 Aplicação .....            | 95  |
| 5 Memória .....              | 99  |
| 6 Generalidades .....        | 100 |
| 7 Garantia .....             | 102 |

## NL Gebruiksaanwijzing

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1 Veiligheidsmaatregelen ..... | 103 |
| 2 Wetenswaardigheden .....     | 105 |
| 3 Voor het Gebruik .....       | 107 |
| 4 Het Gebruik .....            | 112 |
| 5 Geheugen .....               | 116 |
| 6 Diversen .....               | 117 |
| 7 Garantie .....               | 119 |

## FI Käyttöohje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 1 Turvallisuusohjeita ..... | 120 |
| 2 Tietämisen arvoista ..... | 122 |
| 3 Käyttöönotto .....        | 124 |
| 4 Käyttö .....              | 129 |
| 5 Muisti .....              | 133 |
| 6 Sekalaista .....          | 134 |
| 7 Takuu .....               | 136 |

## SE Bruksanvisning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1 Säkerhetshänvisningar ..... | 137 |
| 2 Vårt att veta .....         | 139 |
| 3 Ibruktagning .....          | 141 |
| 4 Användning .....            | 146 |
| 5 Minne .....                 | 150 |
| 6 Övrigt .....                | 151 |
| 7 Garanti .....               | 153 |

## GR Οδηγίες χρήσης

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1 Οδηγίες για την ασφάλεια ..... | 154 |
| 2 Χρήσιμες πληροφορίες .....     | 156 |
| 3 Λειτουργία .....               | 158 |
| 4 Εφαρμογή .....                 | 163 |
| 5 Μνήμη .....                    | 167 |
| 6 Διάφορα .....                  | 168 |
| 7 Εγγύηση .....                  | 170 |

klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.  
Please fold out this page and leave it folded out for quick reference.

Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée afin de vous orienter plus rapidement.

Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di un rapido orientamento.

Por favor, despliegue esta hoja y déjela desplegada para orientarse rápidamente.

Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para uma orientação rápida.

Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen, terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.

Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen som hjälp till snabb orientering.

Παρακαλούμε ανοίξτε τη σελίδα αυτή και αφήστε την ανοιχτή για γρήγορο προσανατολισμό.

**Gerät und Bedienelemente**

**Device and controls**

**Appareil et éléments de commande**

**Apparecchio ed elementi per la regolazione**

**Dispositivo y elementos de control**

**Aparelho e elementos de comando**



**Toestel en bedieningselementen**

**Laite ja käyttölaitteet**

**Apparaten och komponenter**

**Συσκευή και στοιχεία χειρισμού**





## DE

- ❶ Oberarmmanschette mit Luftschlauch
- ❷ Display
- ❸ **START**-Taste
- ❹ **MEMO**-Taste
- ❺ Blutdruck-Indikator
- ❻ USB-Schnittstelle
- ❼ **ON/OFF**-Schalter
- ❽ **TIMER**-Taste
- ❾ Anschluss für Luftschlauch
- ❿ Anschluss für Netzteil
- ⓫ Benutzerspeicher 1 / 2
- ⓬ Uhrzeit / Datum
- ⓭ Anzeige des systolischen Drucks
- ⓮ Anzeige des diastolischer Drucks
- ⓯ Anzeige der Pulsfrequenz
- ⓰ Puls-Symbol
- ⓱ Speicher-Symbol
- ⓲ Gerät hat Arrhythmie festgestellt.
- ⓳ Batterie schwach.  
Bitte neue Batterien einlegen.
- ⓴ Alarm-Symbol
- ⓵ Symbol für 3MAM-Modus
- ⓶ Count down-Symbol
- ⓷ Blutdruck-Balkenanzeige
- ⓸ Funkuhr-Symbol

## GB

- ❶ Upper arm cuff with hose
- ❷ Display
- ❸ **START** button
- ❹ **MEMO** button
- ❺ Blood pressure indicator
- ❻ USB Interface
- ❼ **ON/OFF** switch
- ❽ **TIMER** button
- ❾ Connector for the hose
- ❿ Socket for mains adaptor
- ⓫ User memory 1 / 2
- ⓬ Time / Date
- ⓭ Display of systolic pressure
- ⓮ Display of diastolic pressure
- ⓯ Display of pulse rate
- ⓰ Pulse symbol
- ⓱ Memory symbol
- ⓲ Unit has detected an arrhythmia.
- ⓳ Batteries low.  
Please replace batteries.
- ⓴ Alarm symbol
- ⓵ Symbol for 3MAM mode
- ⓶ Countdown symbol
- ⓷ Blood pressure bar display
- ⓸ Radio clock symbol

## FR

- ❶ Brassard avec tuyau d'air
- ❷ Affichage
- ❸ Touche **START**
- ❹ Touche **MEMO**
- ❺ Indicateur de la tension
- ❻ Interface USB
- ❼ Commutateur **ON/OFF**
- ❽ Touche **TIMER**
- ❾ Connecteur pour le tuyau d'air du brassard
- ❿ Connecteur pour le bloc d'alimentation
- ⓫ Mémoire utilisateur 1 / 2
- ⓬ Heure / date
- ⓭ Affichage de la pression systolique
- ⓮ Affichage de la pression diastolique
- ⓯ Affichage du pouls
- ⓰ Symbole du pouls
- ⓱ Symbole mémoire
- ⓲ L'appareil a constaté une arythmie.
- ⓳ Les piles sont faibles.  
Veuillez installer de nouvelles piles.
- ⓴ Symbole alarme
- ⓵ Symbole du mode 3MAM
- ⓶ Symbole du compte à rebours
- ⓷ Barre d'affichage de la tension
- ⓸ Symbole de la montre

## IT

- ❶ Manicotto con tubo flessibile per l'aria
- ❷ Display
- ❸ Tasto **START**
- ❹ Tasto **MEMO**
- ❺ Indicatore di pressione arteriosa
- ❻ Interfaccia USB
- ❼ Interruttore **ON/OFF**
- ❽ Tasto **TIMER**
- ❾ Presa di connessione per tubo flessibile
- ❿ Presa di connessione per alimentatore
- ⓫ Memoria utente 1 / 2
- ⓬ Ora / data
- ⓭ Visualizzazione della pressione sistolica
- ⓮ Visualizzazione della pressione diastolica
- ⓯ Visualizzazione della frequenza cardiaca
- ⓰ Simbolo del battito
- ⓱ Simbolo della memoria
- ⓲ L'apparecchio ha riscontrato un'aritmia.
- ⓳ Batteria scarica.  
Inserire batterie nuove.
- ⓴ Simbolo dell'allarme
- ⓵ Simbolo per la modalità 3MAM
- ⓶ Simbolo del conto alla rovescia
- ⓷ Indicazione a barra della pressione arteriosa
- ⓸ Simbolo dell'orologio radiocontrollato

## ES

- 1 Brazalete con tubo de aire
- 2 Display
- 3 Tecla **START**
- 4 Tecla **MEMO**
- 5 Indicador de presión arterial
- 6 Interface USB
- 7 Interruptor **ON/OFF**
- 8 Tecla **TIMER**
- 9 Zócalo de conexión para el tubo de aire
- 10 Zócalo de con. para el bloque de alimentación
- 11 Memoria del usuario 1 / 2
- 12 Hora / fecha
- 13 Indicación de la presión sistólica
- 14 Indicación de la presión diastólica
- 15 Indicación de la frecuencia cardíaca
- 16 Símbolo de pulso
- 17 Símbolo de memoria
- 18 El aparato ha detectado una arritmia.
- 19 Pilas vacías.  
Por favor instale pilas nuevas.
- 20 Símbolo de alarma
- 21 Símbolo de modo 3MAM
- 22 Símbolo de cuenta atrás
- 23 Indicador de barra de la presión arterial
- 24 Símbolo de reloj radiocontrolado

## PT

- 1 Braçadeira com tubo de ar
- 2 Ecrã
- 3 Botão **START**
- 4 Botão **MEMO**
- 5 Indicador da tensão arterial
- 6 Interface USB
- 7 Interruptor **ON/OFF**
- 8 Botão **TIMER**
- 9 Conexão para tubo de ar da braçadeira
- 10 Conexão para adaptador de rede
- 11 Memória de utilizador 1 / 2
- 12 Horas / data
- 13 Indicação da pressão sistólica
- 14 Indicação da pressão diastólica
- 15 Indicação da frequência do pulso
- 16 Símbolo do pulso
- 17 Símbolo de memória
- 18 O aparelho detectou uma arritmia.
- 19 Pilhas fracas.  
Por favor, inserir pilhas novas.
- 20 Símbolo de alarme
- 21 Símbolo para módulo 3MAM
- 22 Símbolo de contagem decrescente
- 23 Indicação em barras da tensão arterial
- 24 Símbolo do relógio controlado por rádio

## NL

- 1 Bovenarm-manchet met luchtslang
- 2 Display
- 3 **START**-toets
- 4 **MEMO**-toets
- 5 Bloeddrukindicator
- 6 USB Interface
- 7 **ON/OFF**-schakelaar
- 8 **TIMER**-toets
- 9 Aansluiting voor luchtslang
- 10 Aansluiting voor voedingsapparaat
- 11 Gebruikersgeheugen 1 / 2
- 12 Tijd / datum
- 13 Aanduiding van de systolische druk
- 14 Aanduiding van de diastolische druk
- 15 Aanduiding van de polsslag
- 16 Polsslag-symbool
- 17 Geheugensymbool
- 18 Apparaat heeft aritmie vastgesteld.
- 19 Batterij zwak.  
Nieuwe batterijen erin leggen s.v.p.
- 20 Alarmsymbool
- 21 Symbool voor 3MAM-modus
- 22 Count down-symbool
- 23 Bloeddrukstaafindicatie
- 24 Symbool radiobestuurde klok

## FI

- 1 Olkavarsimansetti varustettu ilmaletkulla
- 2 Näyttö
- 3 **START**-painike
- 4 **MEMO**-painike
- 5 Verenpaineen merkivalo
- 6 USB-liitäntä
- 7 **ON/OFF**-kytkin
- 8 **TIMER**-painike
- 9 Liitäntä olkavarsimansetin ilmaletkulle
- 10 Liitäntä verkko-osalle
- 11 Käyttäjätesti 1 / 2
- 12 Kellonaika / päivämäärä
- 13 Systolisen paineen näyttö
- 14 Diastolisen paineen näyttö
- 15 Pulssitaajuuden näyttö
- 16 Pulssi-symboli
- 17 Muistisymboli
- 18 Laite on havainnut rytmihäiriöitä.
- 19 Paristo vähissä.  
Vaihda paristot uusiin.
- 20 Hälytysymboli
- 21 Symboli 3MAM-tilalle
- 22 Count down -symboli
- 23 Verenpaineen palkkinäyttö
- 24 Radiokellosymboli



## SE

- ❶ Överarmsmanschett med luftslang
- ❷ Display
- ❸ **START**-knapp
- ❹ **MEMO**-knapp
- ❺ Blodtrycksindikator
- ❻ USB-gränssnitt
- ❼ **ON/OFF**-knapp
- ❽ **TIMER**-knapp
- ❾ Anslutning för luftslang till manschetten
- ❿ Uttag för anslutning till vanligt strömuttag
- ⓫ Användarminne 1 / 2
- ⓬ Klocka / datum
- ⓭ Indikering av systoliskt tryck
- ⓮ Indikering av diastoliskt tryck
- ⓯ Indikering av pulsfrekvens
- ⓰ Symbol för puls
- ⓱ Minnessymbol
- ⓲ Aparaten har fastställt arytmi.
- ⓳ Batteri svagt.  
Vänligen lägg i nya batterier.
- ⓴ Larmsymbol
- ⓵ Symbol för 3MAM-läge
- ⓶ Nedräkningssymbol
- ⓷ Stapelvisning blodtryck
- ⓸ Symbol för radioklocka

## GR

- ❶ Μανσέτα βραχίονα ελαστικό σωλήνα αέρα
- ❷ Ένδειξη
- ❸ Πλήκτρο **START**
- ❹ Πλήκτρο **MEMO**
- ❺ Ενδείκτης πίεσης αίματος
- ❻ Υποδοχή σύνδεσης USB
- ❼ Διακόπτης **ON/OFF**
- ❽ Πλήκτρο **TIMER**
- ❾ Σύνδεση για τον ελαστικό σωλήνα αέρα
- ❿ Σύνδεση τροφοδοτικού
- ⓫ Μνήμη χρήστη 1 / 2
- ⓬ Ώρα / Ημερομηνία
- ⓭ Ενδειξη της συστολικής πίεσης
- ⓮ Ενδειξη της διαστολικής πίεσης
- ⓯ Ενδειξη της συχνότητας παλμών
- ⓰ Σύμβολο παλμών
- ⓱ Σύμβολο αποθήκευσης
- ⓲ Συσκευή εντόπισε αρρυθμία.
- ⓳ Αδύνατη μπαταρία.  
Παρακαλώ εισάγετε νέες μπαταρίες.
- ⓴ Σύμβολο ειδοποίησης
- ⓵ Σύμβολο για λειτουργία 3MAM
- ⓶ Σύμβολο καταμέτρησης
- ⓷ Κλίμακα πίεσης
- ⓸ Σύμβολο ρολογιού





# WICHTIGE HINWEISE ! UNBEDINGT AUFBEWAHREN !

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

## Zeichenerklärung



Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



### WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



### ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



### HINWEIS

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



Geräteklassifikation: Typ BF



LOT-Nummer



Hersteller



Herstellungsdatum





## Sicherheits- hinweise



### WARNUNG

**Treffen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie niemals die Dosierung eines vom Arzt verordneten Medikaments!**

- Herzrhythmusstörungen bzw. Arrhythmien verursachen einen unregelmäßigen Puls. Dies kann bei Messungen mit oszillometrischen Blutdruckmessgeräten zu Schwierigkeiten bei der Erfassung des korrekten Messwertes führen. Das vorliegende Gerät ist elektronisch so ausgestattet, dass es über 20 der am häufigsten auftretenden Arrhythmien und sogenannte Bewegungsartefakte erkennt und dies durch ein Symbol  im Display anzeigt.
- Wenn Sie an Krankheiten leiden, wie z.B. arterieller Verschlusskrankheit, halten Sie bitte vor der Anwendung des Gerätes Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Das Gerät kann nicht zur Kontrolle der Herzfrequenz eines Schrittmachers verwendet werden.
- Schwangere sollten die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und ihre individuelle Belastbarkeit beachten, halten Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Sollten während einer Messung Unannehmlichkeiten wie z.B. Schmerz am Oberarm oder andere Beschwerden auftreten, ergreifen Sie folgende Gegenmaßnahmen: Betätigen Sie die **START**-Taste , um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Oberarm ab. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf oder informieren Sie uns direkt.
- Menschen mit flacher Pulswelle sollten den Arm anheben und die Hand ca. 10 mal öffnen und schliessen und dann erst messen. Durch diese Übung wird erreicht, dass die Pulswelle und der Messvorgang optimiert werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
- Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Sollte es in seltenen Fällen durch eine Fehlfunktion passieren, dass die Manschette während der Messung dauerhaft aufgepumpt bleibt, muss sie sofort geöffnet werden.
- Das Gerät darf nicht im Umfeld von Geräten betrieben werden, die starke elektrische Strahlung aussenden, wie zum Beispiel Radiosender. Dadurch kann die Funktion beeinträchtigt werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, müssen die Batterien sofort entfernt und weitere Anwendungen vermieden werden. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Fachhändler in Verbindung oder informieren Sie uns direkt. Wie Sie uns erreichen können, steht auf der Adressseite.

## 2 Wissenswertes

### Herzlichen Dank

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Blutdruckmessgerät **MTX** haben Sie ein Qualitätsprodukt von **MEDISANA** erworben. Damit Sie den gewünschten Erfolg erzielen und recht lange Freude an Ihrem **MEDISANA** Blutdruckmessgerät **MTX** haben, empfehlen wir Ihnen, die nachstehenden Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfältig zu lesen.

### 2.1 Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **MEDISANA** Blutdruckmessgerät **MTX**
- 1 Vorgeformte Manschette mit Luftschlauch
- 4 Batterien (Typ AA, LR 6) 1,5V
- 1 Aufbewahrungstasche
- 1 USB Kabel
- 1 Blutdruckpass
- 1 Gebrauchsanweisung

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.



#### WARNUNG

**Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!**

### 2.2 Was ist Blutdruck?

Blutdruck ist der Druck, der bei jedem Herzschlag in den Gefäßen entsteht. Wenn sich das Herz zusammenzieht (= Systole) und Blut in die Arterien pumpt, führt das zu einem Druckanstieg. Dessen höchster Wert wird als systolischer Druck bezeichnet und bei einer Blutdruckmessung als erster Wert gemessen. Wenn der Herzmuskel erschlafft, um neues Blut aufzunehmen, sinkt auch der Druck in den Arterien. Sind die Gefäße entspannt, wird der zweite Wert – der diastolische Druck – gemessen.

### 2.3 Wie funktioniert die Messung?

Das **MTX** ist ein Blutdruckmessgerät, das für die Blutdruckmessung am Oberarm bestimmt ist. Die Messung erfolgt hier durch einen Mikroprozessor, der über einen Drucksensor die Schwingungen auswertet, die beim Aufpumpen und Ablassen der Blutdruckmanschette über die Arterie entstehen.

### 2.4 Warum ist es sinnvoll, den Blutdruck zu Hause zu messen?

**MEDISANA** verfügt über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Blutdruckmessung. Die hohe Genauigkeit des Messprinzips der **MEDISANA**-Geräte wird von umfangreichen klinischen Studien, die nach strengen internationalen Standards durchgeführt werden, belegt. Ein wichtiges Argument für die Blutdruckmessung zu Hause, ist die Tatsache, dass die Messung in der gewohnten Umgebung und unter ausgeruhten Bedingungen durchgeführt werden. Besonders aussagekräftig ist der sogenannte „Basiswert“, der morgens direkt nach dem Aufstehen vor dem Frühstück gemessen wird. Grundsätzlich sollten Sie möglichst immer zur gleichen Zeit und unter gleichen Bedingungen Ihren Blutdruck messen. Denn dann ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet und eine beginnende Bluthochdruckerkrankung kann frühzeitig erkannt werden. Bleibt Bluthochdruck lange unentdeckt, steigt das Risiko für weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.



#### DESHALB UNSER TIPP:

**Messen Sie Ihren Blutdruck täglich und regelmäßig, auch dann, wenn Sie keine Beschwerden haben.**

### 2.5 Blutdruck- klassifikation

In der nachfolgenden Tabelle werden die Richtwerte für hohen und niedrigen Blutdruck ohne Berücksichtigung des Alters angegeben. Diese Blutdruckbewertungsskala entspricht den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

#### Niedriger Blutdruck

systolisch <100  
diastolisch <60

#### Normaler Blutdruck (grüner Anzeigebereich 5)

systolisch 100 – 139  
diastolisch 60 – 89

#### Formen des Bluthochdrucks

##### leichter Bluthochdruck

(gelber  
Anzeigebereich 5)  
systolisch 140 – 159  
diastolisch 90 – 99

##### mittlerer Bluthochdruck

(orange  
Anzeigebereich 5)  
systolisch 160 – 179  
diastolisch 100 – 109

##### starker Bluthochdruck

(roter  
Anzeigebereich 5)  
systolisch  $\geq$ 180  
diastolisch  $\geq$ 110



#### WARNUNG

**Zu niedriger Blutdruck stellt ebenso ein Gesundheitsrisiko dar wie Bluthochdruck! Schwindelanfälle können zu gefährlichen Situationen führen (z.B. auf Treppen oder im Straßenverkehr)!**

## 2.6 Blutdruck- schwankungen

Es gibt viele Faktoren, die den Blutdruck beeinflussen können. So wirken sich schwere körperliche Arbeit, Angst, Stress oder die Tageszeit der Messung sehr stark auf die gemessenen Werte aus. Die persönlichen Blutdruckwerte unterliegen während des Tages und des Jahres großen Schwankungen. Bei Hochdruckpatienten sind diese Schwankungen besonders stark ausgeprägt. Normalerweise ist der Blutdruck während körperlicher Anstrengung am höchsten und während der Nacht im Schlaf am niedrigsten.

## 2.7 Beeinflussung und Auswertung der Messungen

- Messen Sie Ihren Blutdruck mehrfach, speichern Sie die Ergebnisse und vergleichen Sie diese dann miteinander. Ziehen Sie keine Rückschlüsse aus einem einzigen Ergebnis.
- Ihre Blutdruckwerte sollten immer von einem Arzt beurteilt werden, der auch mit Ihrer medizinischen Vorgeschichte vertraut ist. Wenn Sie das Gerät regelmäßig benutzen und die Werte für Ihren Arzt aufzeichnen, sollten Sie auch von Zeit zu Zeit Ihren Arzt über den Verlauf informieren.
- Bedenken Sie bei den Blutdruckmessungen, dass die täglichen Werte von vielen Faktoren abhängen. So beeinflussen Rauchen, Alkoholgenuss, Medikamente und körperliche Arbeit die Messwerte in unterschiedlicher Weise.
- Messen Sie Ihren Blutdruck vor den Mahlzeiten.
- Bevor Sie Ihren Blutdruck messen, sollten Sie sich mindestens 5 Minuten ausruhen.
- Wenn Ihnen der systolische oder der diastolische Wert der Messung trotz korrekter Handhabung des Gerätes ungewöhnlich erscheinen (zu hoch oder zu niedrig) und sich dies mehrmals wiederholt, dann informieren Sie Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn in seltenen Fällen ein unregelmäßiger oder sehr schwacher Puls keine Messungen ermöglicht.

# 3 Inbetriebnahme

## 3.1 Batterien einlegen/ entnehmen


### Einlegen:

Öffnen Sie das Batteriefach an der Geräteunterseite mit einem leichten Druck gegen den Riegel in Pfeilrichtung und legen Sie die vier mitgelieferten Batterien (Alkaline-Batterien, Typ AA LR 6) ein. Achten Sie auf die Liegerichtung der Batterien (Abbildung im Batteriefach). Sind die Batterien korrekt eingelegt worden (bzw. ist das Netzteil angeschlossen worden), ertönen 2 Pieptöne.


Bei aktiviertem **ON/OFF**-Schalter **7** ertönen 2 Pieptöne und im Display werden für eine Sekunde alle Symbole angezeigt. Anschließend erscheint " - : - - - ".

Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drücken Sie ihn an, so dass er hörbar einrastet.

### Entnehmen:

Wenn die Spannung in den Batterien unter 5 - 4,5 V sinkt, erscheint das Batteriesymbol  **19** im Display. Schalten Sie das Gerät mit dem **ON/OFF**-Schalter **7** aus und setzen Sie neue Batterien ein. Sollten die verbrauchten Batterien im Batteriefach etwas klemmen, benutzen Sie einen spitzen Gegenstand zum vorsichtigen Heraushebeln, z.B. einen Kugelschreiber.

Sobald die Spannung in den Batterien unter 4,25 - 0,25 V sinkt, erscheint das

Batteriesymbol  19 im Display. Das Gerät schaltet sich unmittelbar nach Erscheinen dieses Symbols selbsttätig ab. Es funktioniert erst wieder, wenn neue Batterien eingelegt sind.

Beachten Sie, dass Sie nach jedem neuen Einsetzen der Batterien Datum und Uhrzeit neu einstellen müssen, wenn dies nicht beim Einschalten des Gerätes mit dem **ON/OFF**-Schalter 7 automatisch über die Funkuhr geschieht. Die bisherigen Messergebnisse bleiben gespeichert.



#### **WARNUNG BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE**

- **Batterien nicht auseinandernehmen!**
- **Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen!**
- **Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!**
- **Erhöhte Auslaufgefahr, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!**
- **Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!**
- **Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen!**
- **Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden!**
- **Legen Sie Batterien korrekt ein, beachten Sie die Polarität!**
- **Halten Sie das Batteriefach gut verschlossen!**
- **Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!**
- **Batterien von Kindern fernhalten!**
- **Batterien nicht wiederaufladen! Es besteht Explosionsgefahr!**
- **Nicht kurzschließen! Es besteht Explosionsgefahr!**
- **Nicht ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr!**
- **Lagern Sie ungebrauchte Batterien in der Verpackung und nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen, um einen Kurzschluss zu vermeiden!**
- **Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!**

### **3.2 Verwendung eines Netzteils**

Alternativ können Sie das Gerät auch mit einem speziellen Netzteil betreiben (MEDISANA Art.-Nr. 51036, nicht im Lieferumfang enthalten), das Sie an den dafür vorgesehenen Anschluss 10 an der hinteren Geräteseite einstecken. Dabei verbleiben die Batterien im Gerät.

Durch das Einstecken des Steckers auf der Rückseite des Blutdruckmessgerätes werden die Batterien mechanisch abgeschaltet. Es ist daher erforderlich, zunächst das Netzteil in die Steckdose zu stecken und dann mit dem Blutdruckmessgerät



zu verbinden. Wird das Blutdruckmessgerät nicht mehr genutzt, muss zunächst der Stecker aus dem Blutdruckmessgerät und dann das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden. Dadurch verhindern Sie, dass Sie Datum und Uhrzeit jedesmal neu eingeben müssen.

### 3.3 Datum und Uhrzeit einstellen

Ihr **MEDISANA** Blutdruckmessgerät **MTX** ist mit einer Funkuhr ausgestattet, die mit dem DCF77-Signal gesteuert wird. Dadurch werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Ist kein DCF77-Signal verfügbar, so wird die Zeit nicht automatisch eingestellt.



#### **automatische Einstellung:**

1. Schalten sie das Gerät mit dem **ON/OFF**-Schalter **①** an der Rückseite des Gerätes ein. Im Display wird " - : - - " angezeigt.
2. Das Display **②** wechselt automatisch zum Funkempfang. Sobald das Zeitsignal empfangen wird, blinkt das Funkuhr-Symbol **④** im Display im Sekundentakt, bis der Empfang des DCF77-Signal abgeschlossen ist.



#### **HINWEIS**

**Wenn Sie keine Zeiteinstellung wünschen oder direkt eine Messung vornehmen möchten, verlassen Sie den Zeiteinstellungs-Modus, indem Sie die START-Taste **③** drücken.**

3. Während der automatischen Einstellung erscheint das blinkende Funkuhr-Symbol  nacheinander mit 1, 2 und 3 darüber liegenden Balken. Sobald das Symbol mit 3 Balken erscheint, ist die Zeiteinstellung abgeschlossen. Nacheinander werden Datum und Uhrzeit rechts oben im Display angezeigt. Anschließend wird die Uhrzeit permanent zusammen mit dem Funkuhr-Symbol  angezeigt.



#### **HINWEIS**

**Die automatische Einstellung von Datum und Uhrzeit dauert ca. 2 - 4 Minuten. Wenn innerhalb von 4 Minuten kein Signal empfangen wurde, erscheint im Display " - : - - ". Sie können nun die Uhr manuell einstellen oder die Empfangssituation durch die Wahl eines anderen Standortes verbessern. Bei einem Wechsel des Standortes müssen die Batterien neu eingelegt oder das Gerät mit dem ON/OFF-Schalter nochmals eingeschaltet werden, um die automatische Einstellung erneut zu starten.**

#### **manuelle Einstellung:**

Das Gerät muss sich im Standby-Modus befinden. Wenn während der Zeiteinstellung 1 Minute lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich der Zeiteinstellungs-Modus aus, und in der Uhrzeit-Anzeige erscheint " - : - - - ".

1. Datum und Uhrzeit können Sie einstellen, indem Sie die **TIMER**-Taste **8** für mehrere Sekunden drücken und halten, bis **OFF** im Display erscheint.
2. Drücken Sie erneut die **TIMER**-Taste **8**. Nach dem Loslassen der Taste erscheint im Display **bl** und darunter **0n**.
3. Drücken Sie erneut die **TIMER**-Taste **8**. Im Display erscheinen **0n** und **00**. Durch Drücken der **MEMO**-Taste **4** können Sie das DCF77-Signal ein- oder ausschalten.  
Ist die Funkuhr ausgeschaltet, drücken Sie die **TIMER**-Taste **8**, um zur manuellen Zeiteinstellung zu kommen.
4. Im Display erscheint der ausgewählte Benutzerspeicher und die blinkende Jahreszahl.
  - Durch erneutes Drücken der **TIMER**-Taste **8** erscheint das Datum und der blinkende Monat.
  - Durch erneutes Drücken der **TIMER**-Taste **8** blinkt der Tag.
  - Durch erneutes Drücken der **TIMER**-Taste **8** erscheint die Uhrzeit. Die Stundenanzeige blinkt.
  - Durch erneutes Drücken der **TIMER**-Taste **8** blinkt die Minutenanzeige.
  - Durch Drücken der **MEMO**-Taste **4** können Sie die aktuelle Zeit (Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten) einstellen und mit der **TIMER**-Taste **8** bestätigen. Anschließend werden zweimal abwechselnd das eingestellte Datum und die Uhrzeit angezeigt, bevor das Gerät in den Standby-Modus zurückkehrt. Im Standby-Modus wird die Uhrzeit permanent angezeigt.



#### HINWEIS

**Wenn Sie während der manuellen Zeiteinstellung die START-Taste **3** drücken, verlassen Sie den Zeiteinstellungs-Modus. Die bis dahin eingestellten Werte werden übernommen. Es wird im Display " - : - - " angezeigt, wenn vorher keine Zeit eingestellt war.**

### 3.4 Alarm einstellen

Ihr **MEDISANA** Blutdruckmessgerät **MTX** ist mit einer Alarmfunktion ausgestattet, womit jeder der beiden Benutzer drei Alarmzeiten einstellen kann, zum Beispiel zur regelmäßigen Einnahme von Medikamenten. Achten Sie darauf, dass das Gerät sich im Standby-Modus befindet und der gewünschte Benutzerspeicher **11** eingestellt ist.

1. Drücken Sie die **TIMER**-Taste **8** und anschließend die **MEMO**-Taste **4**. Halten Sie beide Tasten, bis das Alarm-Symbol **20** im Display erscheint.
2. Lassen Sie beide Tasten los. " **1** " für *Alarm 1* blinkt im Display rechts unten. Mit der **MEMO**-Taste **4** können Sie zwischen *Alarm 1*, *Alarm 2* und *Alarm 3* wählen.
3. Drücken Sie die **TIMER**-Taste **8**. Die Anzeige zur Eingabe der Alarmzeit blinkt. Mit der **MEMO**-Taste **4** geben Sie die Alarmzeit ein.

- Drücken Sie die **TIMER**-Taste **8**, das Alarmsymbol blinkt. Mit der **MEMO**-Taste **4** können Sie zwischen Alarm ein (🔔) und Alarm aus (🔕) wechseln. Um Ihre Eingabe zu bestätigen, drücken Sie die **TIMER**-Taste **8** oder die **START**-Taste **3**. Ist der Alarm eingestellt, wird zur eingestellten Zeit durch ein akustisches Signal Alarm gegeben.



#### HINWEIS

**Ist ein Alarm korrekt eingegeben und aktiv, erscheint im Standby-Modus im Display das Alarm-Symbol 🔔. Ist in keinem der Benutzerspeicher ein Alarm aktiv, erscheint im Standby-Modus kein Symbol.**

### 3.5 Einstellung des Benutzerspeichers

Das **MTX** bietet die Möglichkeit, die gemessenen Werte zwei unterschiedlichen Speichern zuzuordnen. In jedem Speicher stehen 99 Plätze zur Verfügung. Das Gerät muss sich im Standby-Modus befinden. Durch Drücken der **TIMER**-Taste **8** können Sie zwischen Benutzerspeicher 1 und Benutzerspeicher 2 **11** wählen.

### 3.6 Auswahl der 3MAM- Messmethode

Beim **MTX** kann zwischen zwei Messverfahren gewählt werden:

- Einzelmessung
- 3 Folgemessungen (3MAM-Verfahren, MAM = Measurement Average Mode)

Bei der Einzelmessung wird eine Blutdruckmessung vorgenommen und abgespeichert.

Das 3MAM-Verfahren empfiehlt sich, wenn Sie unter stark schwankendem Blutdruck leiden. Durch die 3 im Abstand von 15 Sekunden aufeinanderfolgenden Messungen werden stark abweichende Werte eliminiert. Bei gravierenden Abweichungen kann unter Umständen eine vierte Messung erfolgen.

Aus diesen drei Messungen wird ein gewichteter Mittelwert gebildet, angezeigt und im gewählten Speicher abgespeichert. Eine in dieser Art ausgeführte Messung wird mit **3** im Speicher gekennzeichnet.

Durch das 3MAM-Verfahren wird das Risiko einer Falschmessung deutlich minimiert.

- Zur Wahl zwischen Einzelmessung und 3 Folgemessungen (3MAM-Verfahren) drücken und halten Sie die **TIMER**-Taste **8**, bis das Symbol für 3MAM-Modus **3** und "**OFF**" im Display erscheinen und blinken.
- Drücken Sie die **MEMO**-Taste **4**, um zwischen "**On**" und "**OFF**" zu wählen, "**On**" für die 3MAM-Messmethode und "**OFF**" für die Einzelmessung.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der **START**-Taste **3** (oder drücken Sie die **TIMER**-Taste **8**, um zur nächsten Einstellung: "**Piepton ein-/aus-schalten**" zu gelangen.

## 3.7

**Piepton  
ein-/ausschalten**

Eine Messung mit dem Blutdruckmessgerät **MTX** wird von Pieptönen begleitet. Diese Funktion lässt sich mit folgender Einstellung ausschalten.

1. Zur Wahl zwischen "Piepton ein" und "Piepton aus" drücken und halten Sie die **TIMER-Taste** **8**, bis **ON** und "**OFF**" im Display erscheinen und blinken.
2. Drücken Sie die **TIMER-Taste** **8** erneut. Im Display erscheint "**bl**" und anschließend "**On**".
3. Drücken Sie die **MEMO-Taste** **4**, um zwischen "**On**" und "**OFF**" zu wählen.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der **START-Taste** **3** (oder drücken Sie die **TIMER-Taste** **8**, um zur nächsten Einstellung: "DCF77-Signal ein-/ausschalten" zu gelangen, siehe Kapitel 3, Abschnitt 3.3, Punkt 4). Wenn Sie "**OFF**" gewählt haben, bleibt die Piepton-Funktion während der Messungen ausgeschaltet.


**4 Anwendung**

## 4.1

**Anlegen der  
Druckmanschette**

Stecken Sie zuerst das freie Ende des Luftschlauches der Oberarmmanschette **1** in den dafür vorgesehenen Anschluss **9** am Gerät. Öffnen Sie die vorgeformte Manschette und streifen Sie sie über den unbedeckten linken Oberarm oberhalb der Ellbogenbeuge. Achten Sie darauf, dass der Arm bei eng anliegender Oberarmbekleidung durch das Hochkrepeln des Ärmels nicht abgeschnürt wird.

Der Schlauch der Manschette muss in der Mitte der Armbeuge liegen und in Richtung Handgelenk zeigen. Die Manschette selbst darf in keiner Weise verdreht werden. Schließen Sie die Druckmanschette so, dass sie eng anliegt, aber nicht einschnürt.



## 4.2

**Die richtige  
Messposition**

- Führen Sie die Messung im Sitzen durch.
- Entspannen Sie Ihren Arm und legen Sie ihn locker auf, z.B. auf einem Tisch. Verhalten Sie sich während der Messung ruhig: Bewegen Sie sich nicht und sprechen Sie nicht, da sich sonst die Messergebnisse verändern können.

## 4.3

**Den Blutdruck  
messen****Einzelmessung**

Um eine Einzelmessung durchzuführen, muss das Gerät mit dem **ON/OFF-Schalter** **7** eingeschaltet worden sein und sich im Standby-Modus befinden. Eventuelle Einstellungen laut Kapitel 3, Abschnitt 3.3, 3.5, 3.6 und 3.7 müssen abgeschlossen sein.

1. Drücken Sie die **START-Taste** **3**. Das Gerät führt einen Selbsttest durch, der mit der Anzeige "**0**" im Display abgeschlossen wird. Der Vorgang wird von 5 kurzen Pieptönen begleitet.

2. Anschließend pumpt sich die Manschette ❶ automatisch auf, bis der für eine Messung nötige Druck erreicht ist. Alternativ lässt sich dieser Druck auch manuell herstellen, indem Sie die **START**-Taste ❸ drücken und halten, nachdem das Gerät automatisch einen Druck von mindestens 30 mmHg erreicht hat. Wenn das Gerät den Ihrer Meinung nach optimalen Ausgangsdruck für eine Messung erreicht, lassen Sie die **START**-Taste ❸ los. Dabei wird der steigende Druck in Zahlen angezeigt.
3. Wenn das Aufpumpen beendet ist, wird der Messvorgang automatisch gestartet, indem der aufgebaute Druck in der Manschette wieder abgelassen wird. Der im Display angezeigte Wert entspricht jeweils dem aktuellen Druckwert in der Manschette.



#### HINWEIS

**Wird die START-Taste ❸ während des Aufpumpens gedrückt, unterbrechen Sie den Aufpumpvorgang. Das Gerät schaltet sich aus, und die Luft entweicht aus der Manschette.**





4. Die Entlüftung erfolgt zunächst mit konstanter Geschwindigkeit. Im Display wird das Puls-Symbol ♥ ❶ angezeigt. Wenn der Puls zum ersten Mal ermittelt werden kann, wird die Entlüftung mit dem Herzschlag synchronisiert, bis die Messung beendet ist. Dieser Vorgang wird von einem Piepton je Herzschlag begleitet, falls die Piepton-Funktion nicht vorher ausgeschaltet wurde. Gleichzeitig blinkt das Puls-Symbol ♥ ❶.
5. Die Messung ist beendet, sobald die Manschette schlagartig entlüftet wird und ein langer Piepton zu hören ist.
6. Die gemessenen Werte ❶, ❷ und ❸ werden im Display angezeigt, zusammen mit der WHO-Blutdruck-Balkenanzeige ❹. Gleichzeitig ist ein langer Piepton zu hören.
7. Falls bei der Messung durch das Gerät eine Arrhythmie festgestellt wird, blinkt während der Anzeige der gemessenen Werte das Arrhythmie-Symbol ⚡ ❺ acht mal. Gleichzeitig sind acht kurze Pieptöne zu hören, die den Benutzer auf unregelmäßigen Herzschlag hinweisen sollen.
8. Wenn Sie ca. 1 Minute lang keine Taste drücken, schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

#### **3MAM-Messmethode**

##### **( 3 Folgemessungen zur Ermittlung eines Durchschnittswertes )**

Um eine Einzelmessung durchzuführen, muss das Gerät mit dem **ON/OFF**-Schalter ❶ eingeschaltet worden sein und sich im Standby-Modus befinden. Die 3MAM-Messmethode ist ausgewählt (siehe Kapitel 3, Abschnitt 3.6). Eventuelle Einstellungen laut Kapitel 3, Abschnitt 3.3, 3.5 und 3.7 müssen abgeschlossen sein.

1. Drücken Sie die **START**-Taste ❸. Das Gerät führt einen Selbsttest durch, der mit der Anzeige " ❶ " abgeschlossen wird. Der Vorgang wird von 5 kurzen Pieptönen begleitet.

- Im Display werden  21 (average = Durchschnitt) und " 1 " für den ersten Messdurchgang angezeigt.
2. Anschließend pumpt sich die Manschette 1 automatisch auf, bis der für eine Messung nötige Druck erreicht ist. Alternativ lässt sich dieser Druck auch manuell herstellen, indem Sie die **START**-Taste 3 drücken und halten, nachdem das Gerät automatisch einen Druck von mindestens 30 mmHg erreicht hat. Wenn das Gerät den optimalen Ausgangsdruck für eine Messung erreicht, lassen Sie die **START**-Taste 3 los. Dabei wird der steigende Druck in Zahlen angezeigt.
  3. Wenn das Aufpumpen beendet ist, wird der Messvorgang automatisch gestartet, indem der aufgebaute Druck in der Manschette wieder abgesehen wird. Der im Display angezeigte Wert entspricht jeweils dem aktuellen Druckwert in der Manschette.
  4. Die Entlüftung erfolgt zunächst mit konstanter Geschwindigkeit. Im Display wird das Puls-Symbol  16 angezeigt. Wenn der Puls zum ersten Mal ermittelt werden kann, wird die Entlüftung mit dem Herzschlag synchronisiert, bis die Messung beendet ist. Dieser Vorgang wird von einem Piepton je Herzschlag begleitet, falls die Piepton-Funktion nicht vorher ausgeschaltet wurde. Gleichzeitig blinkt das Puls-Symbol  16.
  5. Der erste Messdurchgang wird beendet, indem der Druck während eines 15 Sekunden langen Count downs komplett aus der Manschette abgesehen wird. Dabei blinkt das Count down-Symbol 22. Die fünf letzten Sekunden werden von Pieptönen begleitet.
  6. Anstelle der " 1 " wird im Display nun die " 2 " für den zweiten Messdurchgang angezeigt. Der zweite Messvorgang verläuft wie der erste, siehe Punkte 2 - 5.
  7. Anstelle der " 2 " wird im Display nun die " 3 " für den dritten Messdurchgang angezeigt. Der dritte Messvorgang verläuft wie der erste, siehe Punkte 2 - 4.
  8. Die Messung im 3MAM-Verfahren ist beendet, sobald die Manschette schlagartig entlüftet wird und ein langer Piepton zu hören ist.
  9. Die gemessenen Werte 13 , 14 und 15 werden im Display angezeigt, zusammen mit der WHO-Blutdruck-Balkenanzeige 23. Gleichzeitig ist ein langer Piepton zu hören.
  10. Falls bei der Messung durch das Gerät eine Arrhythmie festgestellt wird, blinkt während der Anzeige der gemessenen Werte das Arrhythmie-Symbol  18 acht mal. Gleichzeitig sind acht kurze Pieptöne zu hören, die den Benutzer auf unregelmäßigen Herzschlag hinweisen sollen.
  11. Wenn Sie ca. 1 Minute lang keine Taste drücken, schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus.



#### HINWEIS

**Beim Gebrauch des Gerätes können im integrierten Schaltkreis die Fehler Err 1, 2, 3, 5, 6 auftreten, wobei Err 6 ausschließlich im 3MAM-Modus auftreten kann. Die Fehler Err 1, 2, 3, 5 führen im 3MAM-Modus nicht zum Abbruch einer Messung, es sei denn, dass sie zweimal hintereinander auftreten. Eine Fehleranzeige wird immer von 3 kurzen Pieptönen begleitet.**

#### 4.4 Fehler und Behebung

##### **Fehlermeldung**

Mögliche Gründe und Lösungen

##### **Err 1**

Mit der systolischen Druckmessung wurde abgeschlossen.

Ursache: Es könnte die Verbindung zum Luftschlauch unterbrochen sein oder es wurde kein Puls festgestellt.

Überprüfen Sie den Anschluss zwischen Oberarmmanschette und Gerät.

##### **Err 2**

Unphysiologische Druckimpulse wurden festgestellt.

Ursache: Der Arm wurde während der Messung bewegt.

Wiederholen Sie die Messung bei ruhiger Armhaltung.

##### **Err 3**

Wenn der Druckaufbau in der Oberarmmanschette zu lange dauert, könnte die Oberarmmanschette nicht richtig platziert sein oder die Schlauchverbindung ist nicht dicht.

Überprüfen Sie die Verbindungen und wiederholen Sie die Messung.

##### **Err 5**

Aufgrund unstabiler Bedingungen während der Messungen konnte kein Mittelwert berechnet werden.

Wiederholen Sie die Messung bei ruhiger Armhaltung und sprechen Sie nicht während der Messung.

##### **Err 6**

Es gab zu viele Fehler während der Messung im MAM-Modus, so dass kein Endergebnis ermittelt werden kann.

Beachten Sie die Checkliste zur Durchführung zuverlässiger Messungen und wiederholen danach die Messung.

##### **HI**

Der Druck in der Manschette ist zu hoch (über 300 mmHg) oder der Puls ist zu hoch (über 200 Schläge pro Minute).

Entspannen Sie sich 5 Minuten lang und wiederholen Sie die Messung.

##### **LO**

Der Puls ist zu niedrig (unter 40 Schläge pro Minute).

Wiederholen Sie die Messung.

#### 4.5 Abschalten des Gerätes

Das Gerät schaltet sich nach ca. 1 Min. automatisch in den Standby-Modus, wenn keine weitere Taste gedrückt wird. Sie können auch durch Drücken der **START**-Taste **5** in den Standby-Modus gelangen. Die Funktion als Blutdruck-Messgerät ist nun abgeschaltet. Die Uhrzeit und der gewählte Personenspeicher werden kontinuierlich im Display angezeigt. Die Alarmfunktion bleibt erhalten.

Wenn Sie die Uhrzeit-Anzeige und Alarmfunktion nicht nutzen möchten, können Sie das Gerät auch komplett ausschalten, indem Sie die Schiebepaste **ON/OFF 7** an der Rückseite des Gerätes in die Stellung " **OFF** " bringen.

### 5.1 Ergebnisse speichern

Dieses Gerät verfügt über 2 separate Speicher mit einer Kapazität von jeweils 99 Speicherplätzen. Die Ergebnisse werden automatisch im angewählten Speicher abgelegt. Ist ein Speicher voll, so entfällt die jeweils älteste Messung.

### 5.2 Anzeigen der gespeicherten Werte

Drücken Sie die **MEMO**-Taste **4**, um die gespeicherten Messergebnisse abzurufen. Nach der Anzeige aller im Display enthaltenen Segmente wird ein mit einem " **R** " gekennzeichneteter Mittelwert aller im gewählten Speicher befindlichen Messungen angezeigt.

Nach einem weiteren Druck auf die **MEMO**-Taste **4** werden die einzelnen Messwerte (Systole, Diastole, Puls und Datum/Uhrzeit im Wechsel) der zuletzt durchgeführten und gespeicherten Messung angezeigt. Falls diese Messung im 3MAM-Verfahren durchgeführt worden war, wird ein **TA** **21** angezeigt. Falls bei der Messung eine Arrhythmie festgestellt worden war, wird auch das Arrhythmie-Symbol **⚡**, jedoch nicht blinkend, angezeigt.

Drücken Sie die **MEMO**-Taste **4** erneut, um in der Messreihe zurückzublättern. Die Anzeige erfolgt immer absteigend.

Wenn Sie ca. 1 Min. lang keine Taste drücken, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus zurück.

### 5.3 Löschen einer Messung

Wählen Sie den Eintrag der Messung aus, der gelöscht werden soll. Drücken und halten Sie die **START**-Taste **3** für ca. 10 Sek., bis das Speicher-Symbol **17** blinkt. Bestätigen Sie den Auftrag zu Löschen mit einem Druck auf die **MEMO**-Taste **4**. Im Display wird kurz " **CL** " angezeigt, begleitet von zwei kurzen Pieptönen. Der angewählte Eintrag ist gelöscht. Das Display wechselt zurück in den Standby-Modus.

### 5.4 Löschen des Speichers

Die Daten im angewählten Speicher können gelöscht werden, indem die **MEMO**-Taste **4** für ca. 7 Sekunden gedrückt wird. Nach 7 Sekunden erscheint die Anzeige " **CL** " ( CLEAR = Löschen ) im Display **2**, die signalisiert, dass alle Daten gelöscht werden. Bestätigen Sie den Auftrag zum Löschen mit einem weiteren Druck auf die **MEMO**-Taste **4**. Der Vorgang wird von drei kurzen Pieptönen begleitet.



### 6.1 Reinigung und Pflege

- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie mit einer milden Seifenlauge leicht befeuchten. In das Gerät darf kein Wasser eindringen. Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Batterien auslaufen.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus, schützen Sie es vor Schmutz und Feuchtigkeit.
- Pumpen Sie nur dann Luft in die Manschette, wenn sie um den Oberarm gelegt ist.
- *Messtechnische Kontrolle*  
Das Gerät ist vom Hersteller für die Dauer von zwei Jahren kalibriert. Die messtechnische Kontrolle muss bei **gewerblicher Nutzung** spätestens alle zwei Jahre erfolgen. Die Kontrolle ist kostenpflichtig und kann durch eine zuständige Behörde oder durch autorisierte Wartungsdienste – entsprechend der „Medizinprodukte-Betreiber Verordnung“ – erfolgen.

### 6.2 Hinweis zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

### 6.3 Richtlinien / Normen

Dieses Blutdruckmessgerät entspricht den Vorgaben der EU-Norm für nichtinvasive Blutdruckmessgeräte. Es ist nach EG-Richtlinien zertifiziert und mit dem CE-Zeichen (Konformitätszeichen) „CE 0297“ versehen. Das Blutdruckmessgerät entspricht den europäischen Vorschriften EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060-1/-3/-4, EN ISO 14971 und EN 980. Die Vorgaben der EU-Richtlinie „93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte“ sind erfüllt.

#### **Klinische Ergebnisse:**

Klinische Untersuchungen mit dem Gerät wurden in USA und Deutschland nach EN 1060-4 und nach AAMI – Standard (US) durchgeführt.

#### **Elektromagnetische Verträglichkeit:**

Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1-2 für die Elektromagnetische Verträglichkeit. Einzelheiten zu diesen Messdaten können über **MEDISANA** erfragt werden.

#### **Anwendungsbereich:**

Das Gerät ist für nichtinvasive Blutdruckmessungen bei Erwachsenen geeignet (das heißt, es ist für die äußere Anwendung geeignet).

## 6.4

**Technische  
Daten**

|  |  |
|--|--|
| Name und Modell                                  | : <b>MEDISANA</b> Blutdruckmessgerät <b>MTX</b>  |
| Anzeigesystem                                    | : Digitale Anzeige   |
| Speicherplätze                                   | : 2 x 99   |
| Messmethode                                      | : oszillometrisch  |
| Spannungsversorgung                              | : 6 V= , 4 x 1,5 V Mignon AA LR 6, Alkaline  |
| Messbereich Blutdruck                            | : 30 – 280 mmHg  |
| Messbereich Puls                                 | : 40 – 200 Schläge / Min.  |
| Maximale Messabweichung<br>des statischen Drucks | : ± 3 mmHg   |
| Maximale Messabweichung<br>der Pulswerte         | : ± 5 % des Wertes   |
| Druckerzeugung                                   | : automatisch mit Mikropumpe   |
| Luftablass                                       | : automatisch  |
| Autom. Abschaltung                               | : nach ca. 1 Min.  |
| Betriebsbedingungen                              | : + 10 °C bis + 40 °C,<br>15 - 85 % Luftfeuchte  |
| Lagerbedingungen                                 | : - 5 °C bis + 50 °C   |
| Abmessungen                                      | : ca. 125 mm x 163 mm x 65 mm  |
| Manschette:                                      | : 22 – 32 cm für Erwachsene mit<br>durchschnittlichem Oberarmumfang  |
| Gewicht  | : ca. 535 g inkl. Batterien  |
| Artikel-Nummer                                   | : 51083  |
| EAN-Nummer                                       | : 40 15588 51083 0   |
| Sonderzubehör                                    | : Netzadapter<br>Art.-Nr. 51036<br>Manschette groß 22 - 42 cm für Erwachsene<br>mit kräftigem Oberarmumfang<br>Art.-Nr. 51087<br>Manschette klein 17 - 22 cm für Erwachsene<br>mit geringem Oberarmumfang<br>Art.-Nr. 51089<br>Software-Set (Blutdruck-Analyse-Software für<br>Windows mit Anschlusskabel)<br>Art.-Nr. 51082 |

**CE0297**

**Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns  
technische und gestalterische Änderungen vor.**

## Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf **MEDISANA** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für drei Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
  - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind.
  - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
  - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
  - d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen, wie Manschette, Batterien usw..
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.



Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
DEUTSCHLAND

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beilageblatt.



## IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.

Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

### *Explanation of symbols*



This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.



#### **WARNING**

These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.



#### **CAUTION**

These notes must be observed to prevent any damage to the device.



#### **NOTE**

These notes give you useful additional information on the installation or operation.



Classification: type BF applied part



Lot number



Manufacturer



Date of manufacture





## Safety Information



### WARNING

**Do not take any therapeutic measures based on your own measurements! Never change the quantity of medication prescribed by your doctor!**

- Irregularity of pulse or arrhythmia can lead to difficulties in recording a correct reading when measurements are taken using oscillometric blood pressure devices. This device is electronically equipped to detect over 20 of the most commonly occurring types of arrhythmia and movement artifacts and indicates this with a symbol  in the display.
- If you should suffer from conditions such as arterial occlusive disease, please consult your doctor before using the unit.
- The unit may not be used to check the heart rate of patients with a pacemaker.
- Pregnant patients should take their own personal state of health into consideration and take all necessary precautions before using the unit. If in doubt, consult your doctor.
- Should you experience discomfort or other complaints during measurement, for example pain in the upper arm, please take the following action: Press the **START** button  to deflate the cuff immediately. Loosen the cuff and remove it from your arm. Please contact either your dealer or **MEDISANA** directly.
- Patients with a weak pulse wave should raise their arm and open and close their hand around 10 times before taking a reading. This exercise optimizes the pulse wave and the measuring process.
- The unit is only to be used for the specific purpose described in this instruction manual.
- Any misuse will void the warranty.
- On the rare occasion of a fault causing the cuff to remain fully inflated during measurement, open the cuff immediately.
- Do not use the unit near to equipment emitting a strong electric or magnetic field, such as radios. This may impair the correct functioning of the unit.
- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- If a fault occurs, do not try to repair the unit yourself. Attempts to do so will void the warranty. Refer all servicing to authorized service personnel.
- Protect the unit from moisture. Should moisture enter the unit, remove the batteries and stop using it immediately. In this case, please contact either your dealer or **MEDISANA** directly. You can find details of how to contact us on the address page.

## Thank you very much

Thank you for your confidence in us and congratulations on your purchase! You have acquired a quality product with your purchase of the **MEDISANA MTX** upper arm blood pressure monitor. To ensure the best results and long-term satisfaction with your **MEDISANA MTX** blood pressure monitor, we recommend that you read the following operating and maintenance instructions carefully.

## 2.1 Items supplied and packaging

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use it and contact your dealer or your service centre.

The following parts are included:

- 1 **MEDISANA** Blood pressure monitor **MTX**
- 1 Preformed sleeve with air pipe
- 4 Batteries (AA type, LR 6) 1,5V
- 1 Storage bag
- 1 USB cable
- 1 Blood pressure certificate
- 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.



### WARNING

**Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!**

## 2.2 What is blood pressure?

Blood pressure is the pressure created in the blood vessels by each heart beat. When the heart contracts (= systole) and pumps blood into the arteries, it brings about a rise in pressure. The highest value is known as the systolic pressure and is the first value to be measured. When the cardiac muscle relaxes to take in fresh blood, the pressure in the arteries also falls. Once the arteries are relaxed, a second reading is taken – the diastolic pressure.

## 2.3 How is blood pressure measured?

The **MTX** is a blood pressure unit which is used to measure blood pressure at the upper arm. The measurement is carried out by a microprocessor, which, via a pressure sensor, measures the vibrations resulting from the inflation and deflation of the cuff over the artery.

## 2.4 Why should you take your blood pressure at home?

**MEDISANA** has had many years of experience in the field of blood pressure measurement. The high precision of **MEDISANA** devices has been confirmed by extensive clinical tests, carried out according to strict international standards. One strong argument in favour of taking blood pressure at home is the fact that the readings are taken in familiar surroundings under relaxed conditions. The most important reading is the so-called „baseline value“, the

one taken before breakfast, directly after getting up in the morning. As far as it is possible, you should always try to take your blood pressure at the same time and under the same conditions each day.

This ensures comparable results and helps in detecting the first signs of high blood pressure. If high blood pressure remains undetected, it increases the risk of further cardiovascular diseases.



**THEREFORE WE RECOMMEND:**

**Take a blood pressure reading daily and on a regular basis, even if you are experiencing no apparent complaints.**

**2.5  
Blood  
pressure  
classification**

The following table shows the classification of high and low blood pressure, without taking age into consideration. This blood pressure assessment scale corresponds to the guidelines of the World Health Organisation (WHO).

**Low blood pressure**

systolic below <100  
diastolic below <60

**Normal blood pressure (green display area 5)**

systolic 100 – 139  
diastolic 60 – 89

**Types of high blood pressure**

**mild hypertension (yellow)**

display area 5  
systolic 140 – 159  
diastolic 90 – 99

**medium hypertension (orange)**

display area 5  
systolic 160 – 179  
diastolic 100 – 109

**serious hypertension (red)**

display area 5  
systolic ≥180  
diastolic ≥110



**WARNING**

**Blood pressure that is too low represents just as great a health risk as blood pressure that is too high! Fits of dizziness may lead to dangerous situations arising (e.g. on stairs or in traffic)!**

## 2.6 Fluctuations in blood pressure

There are many factors that can influence blood pressure. Readings can be affected seriously by stress, fear, heavy physical exertion or the time of day at which the measurements are taken. Your personal blood pressure values are subject to considerable fluctuation during the course of the day and the year. These fluctuations are particularly pronounced in the case of patients suffering from hypertension. Blood pressure is usually at its highest during physical exertion and at its lowest at night when you are asleep.

## 2.7 Influencing and evaluating readings

- Measure your blood pressure several times, then record and compare the results. Do not draw any conclusions from a single reading.
- Your blood pressure readings should always be evaluated by a doctor who is also familiar with your personal medical history. When using the unit regularly and recording the values for your doctor, you should visit the doctor from time to time to keep him updated.
- When taking readings, remember that the daily values are influenced by several factors. Smoking, consumption of alcohol, drugs and physical exertion influence the measured values in various ways.
- Measure your blood pressure before meals.
- Before taking readings, allow yourself at least five minutes rest.
- If the systolic and diastolic readings seem unusual (too high or too low) on several occasions, despite correct use of the unit, please inform your doctor. This also applies to the rare occasions when an irregular or very weak pulse prevents you from taking readings.


# 3 Getting Started


## 3.1 Inserting / removing batteries

**Insertion:** Open the battery compartment on the underside of the unit by exerting gentle pressure in the direction indicated by the arrow, and insert the four batteries included with the unit (alkaline batteries, AA type, LR 6). Remember to insert the batteries as indicated in the diagram in the battery compartment. Once the batteries are inserted correctly (or once the power unit is plugged in), you should hear 2 beeps.

When the **ON/OFF** switch is activated **7**, you will hear 2 beeps and all the symbols appear on the display for one second. Then the following appears: " - ■ - - ". Replace the lid, pressing it until it snaps into place.

### **Removal:**

If the voltage in the batteries drops below 5 - 4.5 V, the display shows the battery symbol  **19**. Switch the device off using the **ON/OFF** switch **7** and insert new batteries. Should the used batteries be jammed in the compartment, use a pointed instrument, such as a ballpoint pen, to carefully prise them out.

As soon as the voltage in the batteries drops below 4.25 - 0.25 V, the display shows the battery symbol  **19**. The device automatically switches off immediately after this symbol appears. The device will not function until new batteries are inserted.



Note that you have to reset the date and time each time you replace the batteries, unless this is set automatically via the radio clock when the device is switched on using the **ON/OFF** switch **7**. The previous measuring results are saved.



#### **WARNING** **BATTERY SAFETY INFORMATION**

- **Do not disassemble batteries!**
- **Clean the battery and device contacts if necessary before putting in the batteries!**
- **Remove discharged batteries from the device immediately!**
- **Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of this parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!**
- **If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!**
- **Replace all of the batteries simultaneously!**
- **Only replace with batteries of the same type, never use different types of batteries together or used batteries with new ones!**
- **Insert the batteries correctly, observing the polarity!**
- **Keep the battery compartment well sealed!**
- **Remove the batteries from the device if it is not going to be used for an extended period!**
- **Keep batteries out of children's reach!**
- **Do not attempt to recharge these batteries! There is a danger of explosion!**
- **Do not short circuit! There is a danger of explosion!**
- **Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!**
- **Keep unused batteries in their packaging away from metal objects in order to prevent short circuiting!**
- **Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!**

### **3.2** **Using a mains** **adaptor**

Alternatively, you can also run the device using a special power supply unit (MEDISANA item no. 51036 not supplied). Connect it to **10** on the back of the device. In this case the batteries remain in the unit.

Inserting the connector into the back of the blood pressure monitor switches the batteries off mechanically. It is necessary, therefore, to plug the mains adaptor into the mains socket first of all and then to connect it to the blood

pressure monitor. If the blood pressure monitor is no longer being used, first remove the connector from the blood pressure monitor and then pull the mains adaptor out of the mains socket. Doing this means that the date and time will not have to be reset each time.

### 3.3 Setting time and date

Your **MEDISANA MTX** blood pressure meter is equipped with a radio clock controlled by the DCF77 signal. This automatically sets the time and date. If there is no DCF77 signal within range, the time is not set automatically.



#### **Automatic setting:**

1. Switch on the device using the **ON/OFF** switch **7** on the back.  
" - : - - " appears on the display.
2. The display **2** automatically switches to receiver mode. As soon as the device receives the time signal, the radio clock symbol **24** flashes on the display every second until the device has finished receiving the DCF77 signal.



#### **NOTE**

**If you do not wish to set the time or you want to take a measurement immediately, exit the time setting mode by pressing the START button **3**.**

3. During the automatic time setting procedure, the radio clock  flashes first with 1, then 2 and then 3 bars above it. When the symbol appears with 3 bars, the time has been set. First the date and then the time are displayed at the top right of the display. Then the time is displayed permanently together with the radio clock symbol .



#### **NOTE**

**It takes approx. 2 to 4 minutes for the date and time to be set automatically. If no signal is received within 4 minutes, " - : - - " appears on the display.**

**You can now set the clock manually or improve the reception by moving the device to another location. If you move the device, you have to re-insert batteries or reset radio clock to ON to restart the automatic setting.**

#### **Manual setting:**

Switch the device to standby mode. If you do not press any buttons for 1 minute during the time setting, the time setting mode switches off and " - : - - " appears in the clock display.

1. You can set the date and time by pressing down the **TIMER** button **8** for several seconds until **OFF** appears on the display.
2. Press the **TIMER** button **8** again. After you release the button, **bl** appears on the display and **On** appears below this.
3. Press the **TIMER** button **8** again. **On** and **1** appear in the display. You can switch the radio clock on or off by pressing the **MEMO** button **4**. If the radio clock is switched off, you can press the **TIMER** button **8** to set the time manually.
4. The selected user memory appears on the display together with the flashing year.
  - Press the **TIMER** button **8** again to display the date; the month starts to flash.
  - Press the **TIMER** button **8** again and the day starts to flash.
  - Press the **TIMER** button **8** again to display the time. The hour starts to flash.
  - Press the **TIMER** button **8** again and the minutes start to flash.
  - You can set the current date and time (year, month, day, hours and minutes) by pressing the **MEMO** button **4** and confirm the date and time with the **TIMER** button **8**. Then the date and time you set are shown twice each in succession before the device returns to standby mode. In standby mode, the time is displayed permanently.



#### NOTE

**If, during manual time setting, you press the START button **5**, you exit the time setting mode.**

**The date and time values you have entered so far are kept. " - : - - " is displayed if you did not set the time previously.**

### 3.4 Setting the alarm

Your **MEDISANA MTX** blood pressure meter is equipped with an alarm function, with which the two users can set three alarm times each, in order to take medication at regular intervals, for example.

Make sure that the device is in standby mode and your own user memory **11** has been selected.

1. Press the **TIMER** button **8** followed by the **MEMO** button **4**. Hold down both buttons until the alarm symbol **20** appears on the display.
2. Release both buttons. " 1 " flashes at the bottom right of the display for *Alarm 1*. You can use the **MEMO** button **4** to select *Alarm 1*, *Alarm 2* or *Alarm 3*.
3. Press the **TIMER** button **8**. The display for entering the alarm time flashes. Use the **MEMO** button **4** to enter the alarm time: first the hours and then the minutes.

4. Press the **TIMER** button **8** and the alarm symbol flashes. Use the **MEMO** button **4** to switch between alarm on (🔔) and alarm off (🔕). To confirm your entries, press the **TIMER** button **8** or the **START** button **3**. Once the alarm has been set, an acoustic signal sounds at the time you set.



#### NOTE

**If you have correctly entered an alarm time and the alarm is active, the alarm symbol 🔔 appears in standby mode. If no alarm is active for either of the user memories, no symbol appears in standby mode.**

### 3.5 Setting up the user memory

The **MTX** gives you the opportunity to assign readings to one of two user memories, each of which provides 99 memory slots. Switch the device to standby mode. Press the **TIMER** button **8** to select either user memory 1 or user memory 2 **11**.

### 3.6 Selecting the 3MAM measuring method

With the **MTX**, you can choose between two measuring modes.

- Single reading
- 3 consecutive readings ( Measurement Average Mode = 3/MAM-mode )

In the case of a single reading, just one blood pressure reading is taken and stored.

The 3/MAM-mode is to be recommended if you suffer from severely fluctuating blood pressure. 3 successive readings are taken at 15 second intervals, thus eliminating widely varying readings. In the case of serious deviations, a 4th reading may be taken.

From these three measurements, a weighted average value is calculated, displayed and stored in the selected memory. A reading taken in this way is indicated in the memory by an **MA** **21**.

The 3/MAM procedure greatly minimizes the risk of an incorrect reading.

1. To switch between single measurement and 3 consecutive measurements (3MAM procedure), press and hold the **TIMER** button **8** until the symbol for 3MAM mode **MA** and " **OFF** " appear flashing in the display.
2. Press the **MEMO** button **4** to select either " **On** " or " **OFF** "; " **On** " for the 3MAM measuring method and " **OFF** " for single measurement.
3. Confirm your selection by pressing the **START** button **3** (or press the **TIMER** button **8** to make the next setting: " Switch beep on/off ").

### 3.7 Switching beeps on/off




Beeps sound when you take a measurement using the **MTX** blood pressure meter. You can switch off the beeps by making the following setting.

1. To switch between "beep on" and "beep off", press and hold the **TIMER** button **8** until **⏏** and "**OFF**" appear flashing in the display.
2. Press the **TIMER** button **8** again. "**bl**" appears in the display, followed by "**On**".
3. Press the **MEMO** button **4** to switch between "**On**" and "**OFF**".
4. Confirm your selection by pressing the **START** button **3** (or press the **TIMER** button **8** to make the next setting: "Switch radio clock on/off", see section 3, subsection 3.3, point 4).  
If you select "**OFF**", the beep function remains switched off when you take measurements.

## 4 Operation

### 4.1 Fitting the cuff

First attach the free end of the cuff's **1** air tube to the designated connector **9** on the unit. Open up the preformed cuff and slip it over the bare left upper arm just above the elbow region. If wearing tight clothing, ensure that the circulation in the arm is not impaired when rolling up the sleeve. The tube should run along the centre of the inner arm towards the palm of the hand. Ensure that the cuff itself is not twisted in any way. Fasten the pressure cuff in such a way that it fits tightly but does not constrict the arm.



### 4.2 Correct position for taking readings

- Take readings while in a seated position.
- Relax your arm and rest it lightly on a surface such as a table. Relax during the measuring process: do not move or talk, as this can affect the results.

### 4.3 Taking blood pressure readings

#### Single reading

To take a single measurement, you have to switch on the device using the **ON/OFF** switch **7** and be in standby mode. You first have to complete any settings you require as per section 3, subsections 3.3, 3.5, 3.6 and 3.7.

1. Press the **START** button **3**. The device carries out a self test. Once this is complete, "**0**" appears on the display. 5 short beeps sound during the procedure.

2. Next, the sleeve ❶ automatically inflates until the pressure required for a measurement has been reached. Alternatively, you can create this pressure manually by pressing and holding the **START** button ❸ after the device has automatically reached a pressure of at least 30 mmHg. When you think that the device has reached the ideal starting pressure for a measurement, release the **START** button ❸. The increasing pressure is displayed numerically.
3. The measuring process begins automatically when inflation is complete by releasing the pressure built up in the cuff. The display shows the current pressure in the cuff.



#### NOTE

**If you press the START button ❸ when the device is inflating, the inflation process stops. The device switches off and the air escapes from the sleeve.**






4. Initially, deflation occurs at a constant speed. The pulse symbol ♥ ❶ appears on the display. As soon as the pulse can be determined, deflation is synchronised with the beating of the heart until the measurement ends. The device beeps for each heartbeat during this procedure, if you did not switch off the beep function beforehand. At the same time, the pulse symbol ♥ ❶ flashes.
5. Once the measurement has been taken, the sleeve suddenly deflates and a longer beep sounds.
6. The measured values ❸, ❹ and ❺ are shown on the display, together with the WHO blood pressure bar display ❷. At the same time, a longer beep sounds.
7. If the unit detects an arrhythmia during the measuring process, the arrhythmia symbol ⚡ ❻ will flash eight times while the reading is displayed. You may also hear 8 short beeps; these warn the user of an irregular heartbeat.
8. If you do not press any buttons for approx. 1 minute, the device automatically switches to standby mode.

#### **3MAM measuring method**

**(3 consecutive measurements to calculate an average value)**

To take a single measurement, you have to switch on the device using the **ON/OFF** switch ❶ and be in standby mode. You have selected the 3MAM measuring method (see section 3, subsection 3.6). You first have to complete any settings you require as per section 3, subsections 3.3, 3.5 and 3.7.

1. Press the **START** button ❸. The device carries out a self test. Once this is complete, " ❶ " appears on the display. 5 short beeps sound during the procedure.

- On the display, you can see  21 (average) and " 1 " for the first measurement.
2. Next, the sleeve 1 automatically inflates until the pressure required for a measurement has been reached. Alternatively, you can create this pressure manually by pressing and holding the **START** button 3 after the device has automatically reached a pressure of at least 30 mmHg. When you think that the device has reached the ideal starting pressure for a measurement, release the **START** button 3. The increasing pressure is displayed numerically.
  3. The measuring process begins automatically when inflation is complete by releasing the pressure built up in the cuff. The display shows the current pressure in the cuff.
  4. Initially, deflation occurs at a constant speed. The pulse symbol  16 appears on the display. As soon as the pulse can be determined, deflation is synchronised with the beating of the heart until the measurement ends. The device beeps for each heartbeat during this procedure, if you did not switch off the beep function beforehand. At the same time, the pulse symbol  16 flashes.
  5. The first measurement ends when the pressure has been completely discharged from the sleeve during a 15 second countdown. The countdown symbol  22 flashes during this process. Beeps sound during the last 5 seconds.
  6. Instead of " 1 ", the display now shows " 2 " for the second measurement. The second measurement proceeds in the same way as the first (see points 2 - 5).
  7. Instead of " 2 ", the display now shows " 3 " for the third measurement. The third measurement proceeds in the same way as the first (see points 2 - 4).
  8. Once the 3MAM measurement has been taken, the sleeve suddenly deflates and a longer beep sounds.
  9. The measured values 13 , 14 and 15 are shown on the display, together with the WHO blood pressure bar display 23. At the same time, a longer beep sounds.
  10. If the unit detects an arrhythmia during the measuring process, the arrhythmia symbol  18 will flash eight times while the reading is displayed. You may also hear 8 short beeps; these warn the user of an irregular heartbeat.
  11. If you do not press any buttons for approx. 1 minute, the device automatically switches to standby mode.



#### NOTE

**When the device is used, the errors *Err 1, 2, 3, 5, 6* can occur in the integrated circuit. *Err 6* can only occur in 3MAM mode. In 3MAM mode, errors *Err 1, 2, 3, 5* do not cause the measurement to be cancelled, unless they occur twice in succession. The error display is always accompanied by 3 short beeps.**

#### 4.4 Troubleshooting

##### **Error messages** Possible causes and solutions

###### **Err 1**

Measurement of the systolic blood pressure was completed.  
Either the connection with the hose has been interrupted or no pulse could be determined.  
Check the connections between the cuff and the main unit.

###### **Err 2**

Non-physiological pressure has been detected.  
Cause: the arm was moved during the measurement.  
Repeat the measurement, keeping your arm still.

###### **Err 3**

If the cuff takes too long to inflate, it is possible that the cuff is incorrectly positioned or that the connection with the hose is not airtight.  
Check the connections and repeat the measurement.

###### **Err 5**

An average value could not be calculated due to unstable conditions while the readings were being taken.  
Repeat the measuring process, keeping your arm still and not speaking.

###### **Err 6**

There were too many errors during the measurement in MAM mode, making it impossible to obtain a final result.  
Read through the checklist for performing reliable measurements and then repeat the measurement.

###### **HI**

The pressure in the cuff is too high (over 300 mmHg) or the pulse is too high (over 200 beats per minute).  
Relax for 5 minutes and repeat the measurement.

###### **LO**

The pulse is too low (less than 40 beats per minute).  
Repeat the measurement.

#### 4.5 Switching off the unit






If no buttons are pressed for approx. 1 minute, the device automatically switches to standby mode. You can also switch to standby mode by pressing the **START** button **3**. The blood pressure meter functions are now switched off. The time and the selected user memory are continuously shown on the display. The alarm function remains active.  
If you do not want to use the time display and the alarm function, you can also completely switch off the device by sliding the **ON/OFF** switch **7** on the back of the device into the " **OFF** " position.




### 5.1 Recording the results

This unit features 2 separate memories, each with a capacity of 99 memory slots. Results are automatically stored in the memory selected by the user. When the memory is full, the oldest reading is always the first to be deleted.




### 5.2 Displaying stored results

Press the **MEMORY** button  to display the stored readings. After all the segments in the display have been shown, an average value of all the measurements in the selected memory is displayed. This average is indicated by "A". When the **MEMORY** button  is pressed again, the individual readings (switching between systolic, diastolic, pulse and date/time) of the last measurement stored are displayed. If this measurement was taken in the 3MAM procedure,   is displayed. If an arrhythmia was detected during the measuring process, the arrhythmia symbol  will be displayed, but not flashing.



Press the **MEMORY** button  again to move backwards through the stored readings.


If you do not press any buttons for approx. 1 minute, the device automatically switches back to standby mode.

### 5.3 Deleting a measurement

Select the entry for the measurement you want to delete. Press and hold the **START** button  for approx. 10 seconds until the memory symbol  flashes. Confirm your deletion request by pressing the **MEMO** button . "CL" appears briefly on the display and 2 short beeps sound. The entry you selected has been deleted. The display returns to standby mode.

### 5.4 Deleting memory

The data can be deleted from the memory selected by pressing and holding the **MEMORY** button  for about 7 seconds. After 7 seconds, the display  shows "CL" (CLEAR) which indicates that all data will be deleted.

Confirm your deletion request by pressing the **MEMO** button  again. Three short beeps sound during the procedure.

## 6.1

### Care and maintenance

- Remove the batteries before cleaning the unit.
- Never use strong detergents or hard brushes.
- Clean the unit with a soft cloth, moistened with mild soapy water. Do not let water enter the unit. After cleaning, only use the unit when completely dry.
- Remove the batteries from the unit if you do not wish to use it for an extended period of time, otherwise there is a risk of battery leakage.
- Do not expose the unit to direct sunlight, and protect it from dust and moisture.
- Only inflate the cuff when it is in position around the upper arm.
- *Servicing and calibration*

The unit has been calibrated by the manufacturer for a period of two years' use. **In the case of commercial use**, the unit must be serviced and recalibrated at least once every two years. This calibration will be charged for and can be carried out by an appropriate authority or an authorised service centre - in accordance with the regulations for users of medical equipment.

## 6.2

### Disposal



This product must not be disposed of together with domestic waste.

All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner.

Please remove the batteries before disposing of the device / unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop.

Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

## 6.3

### Guidelines / Standards

This blood pressure monitor meets the requirements of the EU standard for non-invasive blood pressure monitors. It is certified in accordance with EC Guidelines and carries the CE symbol (conformity symbol) "CE 0297".

The blood pressure monitor corresponds to European standards EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060-1/-3/-4, EN ISO 14971 and EN 980.

The specifications of EU Guideline "93/42/EEC of the Council Directive dated 14 June 1993 concerning medical devices" are met.

#### Clinical trial results:

Clinical trials for this unit were carried out in the USA and Germany according to EN 1060-4 and according to the AAMI – Standard (US).

#### Electromagnetic compatibility:

The device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility.

Inquire at **MEDISANA** for details on this measurement data.

#### Intended use:

This unit is suitable for non-invasive blood pressure measurement in adults (i.e., suitable for external use).

#### 6.4 Technical specifications

|   |   |
|---|---|
| Name and model                              | : <b>MEDISANA</b> blood pressure monitor <b>MTX</b>   |
| Display system                              | : Digital display   |
| Memory slots                                | : 2 x 99  |
| Measuring technique                         | : Oscillometric   |
| Power supply                                | : 6 V= , 4 x 1,5 V Mignon AA LR 6, Alkaline   |
| Blood pressure measuring range              | : 30 – 280 mmHg   |
| Pulse measuring range                       | : 40 – 200 beats / Min.   |
| Maximum error tolerance for static pressure | : ± 3 mmHg  |
| Maximum error tolerance for pulse rate      | : ± 5 % of the reading  |
| Pressure generation                         | : Automatic, using micro pump   |
| Deflation                                   | : Automatic   |
| Operating conditions                        | : After approx. 1 minute  |
| Operating conditions                        | : +10 °C to + 40 °C, 15 – 85 % humidity   |
| Storage conditions                          | : - 5 °C to + 50 °C   |
| Dimensions                                  | : approx. 125 mm x 163 mm x 65 mm   |
| Cuff size                                   | : 22 – 32 cm Adult cuff for average upper arm circumference   |
| Weight                                      | : approx. 535 g incl. batteries   |
| Article number                              | : 51083   |
| EAN number                                  | : 40 15588 51083 0  |
| Accessories                                 | : Mains adapter<br>Art.-No. 51036<br>Cuff, large 22 - 42 cm for adults with an upper arm of large circumference<br>Art.-No. 51087<br>Cuff, small 17 - 22 cm for adults with an upper arm of small circumference<br>Art.-No. 51089<br>Software set (blood pressure analysis software for Windows, with connection cable)<br>Art.-No. 51082 |

## CE0297

**In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.**

**Warranty and repair terms**

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

- 1.** The warranty period for **MEDISANA** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- 2.** Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- 3.** Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- 4.** The following is excluded under the warranty:
  - a.** All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
  - b.** All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
  - c.** Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
  - d.** Accessories which are subject to normal wear and tear (cuff, batteries etc.).
- 5.** Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

 **MEDISANA AG**  
Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
GERMANY

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

The service centre address is shown on the attached leaflet.



## REMARQUE IMPORTANTE! TOUJOURS CONSERVER!

Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d'emploi à disposition.

### Légende



Ce mode d'emploi fait partie du contenu de l'appareil. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et sa manipulation. Lisez l'intégralité de ce mode d'emploi. Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.



#### AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.



#### ATTENTION

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.



#### REMARQUE

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.



Classification de l'appareil: Type BF



N° de lot



Fabricant



Date de fabrication





### Consignes de sécurité



#### AVERTISSEMENT

**Ne prenez pas de mesures thérapeutiques sur la base de mesures effectuées par vous-même! Ne modifiez jamais les doses de médicament prescrites par votre médecin!**

- Les troubles du rythme cardiaque ou arythmies entraînent un pouls irrégulier. Ceci peut causer des difficultés pour déterminer la tension correcte en cas de mesure avec un tensio-mètre oscillométrique. Le présent appareil est équipé d'une électronique qui reconnaît les 20 arythmies les plus fréquentes et ce qu'on appelle les artefacts de déplacement. Un symbole  apparaît alors à l'écran.
- Si vous souffrez d'autres maladies, par exemple d'obstruction artérielle, renseignez-vous auprès de votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé pour contrôler la fréquence cardiaque d'un stimulateur.
- Les femmes enceintes doivent tenir compte des mesures de précautions nécessaires, de leur condition physique et le cas échéant, consulter leur médecin.
- Si vous remarquez des sensations désagréables durant la mesure, par ex. des douleurs du bras ou d'autres maux, prenez les contre-mesures suivantes: Actionnez la touche **START**  pour dégonfler immédiatement le brassard. Desserrez le brassard et ôtez-le du bras. Veuillez contacter votre commerçant spécialisé ou nous informer directement.
- Les personnes avec une onde de pouls plate doivent lever le bras, ouvrir et fermer 10 fois le poing avant d'effectuer la mesure. Cet exercice permet d'optimiser l'onde du pouls et l'opération de mesure.
- Utilisez uniquement cet appareil conformément au but d'utilisation décrit dans ce mode d'emploi.
- Tout emploi non conforme annule les droits de garantie.
- Dans les cas rares de pannes où le brassard reste gonflé durant la mesure, il faut immédiatement le desserrer.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'appareils émettant un fort rayonnement électrique, tels que des émetteurs radio. Ceci peut déranger le bon fonctionnement.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont été instruites de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés en s'assurant qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de panne, ne réparez pas l'appareil vous-même, ceci supprime tous vos droits de garantie. Confiez les réparations à des techniciens agréés.

- Protégez l'appareil contre l'humidité. Si toutefois des liquides s'infiltrèrent dans l'appareil, vous devez immédiatement retirer les piles et éviter toute autre utilisation. Veuillez dans ce cas contacter votre commerçant spécialisé ou nous informer directement. Nos coordonnées sont indiquées à la page adresse.

## 2 Informations utiles

### Merci !

Félicitations et merci de votre confiance!

Avec le tensiomètre **MTX** vous avez acquis un produit de qualité de la maison **MEDISANA**. Afin d'obtenir les résultats escomptés et de profiter longtemps de votre tensiomètre **MTX MEDISANA**, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien.

### 2.1 Éléments fournis et emballage

Veuillez vérifier si l'appareil est au complet et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne faites pas fonctionner l'appareil et adressez-vous à votre revendeur ou à un point de service après-vente.

La fourniture comprend:

- 1 tensiomètre **MX MEDISANA**
- 1 manchette préformée avec tuyau à air
- 4 piles (type AA, LR 6) 1,5V
- 1 câble USB
- 1 carnet de tension artérielle
- 1 mode d'emploi

Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés afin de récupérer les matières premières. Respectez les règles de protection de l'environnement lorsque vous jetez les emballages dont vous n'avez plus besoin. Si vous remarquez lors du déballage un dommage survenu durant le transport, contactez immédiatement votre revendeur.



#### AVERTISSEMENT

**Veillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants. Ils risqueraient de s'étouffer!**

### 2.2 La tension qu'est-ce que c'est?

La tension désigne la pression formée dans les vaisseaux à chaque battement du cœur. Lorsque le cœur se contracte (= systole) et pompe le sang dans les artères la pression vasculaire augmente. La valeur maximale est appelée pression systolique, cette valeur est la première qui est prise lors d'une mesure. Lorsque le cœur se rétracte pour se remplir de sang, la pression diminue également dans les artères. Lorsque les vaisseaux se relâchent, la deuxième valeur, la pression diastolique, est mesurée.

## 2.3

**Comment fonctionne la mesure?**

Le **MTX** est un tensiomètre destiné à mesurer la tension au niveau du bras. La mesure est ici réalisée par un microprocesseur qui, au moyen d'un capteur de pression, analyse les variations générées dans les artères par le gonflage et dégonflage du brassard.

## 2.4

**Quelle est l'utilité de mesurer la tension à la maison?**

**MEDISANA** dispose d'une longue expérience dans le domaine de la mesure de la tension. La haute précision du principe de mesure des appareils **MEDISANA** est vérifiée par de nombreuses études cliniques effectuées conformément à des standards internationaux stricts. Un argument de poids pour mesurer la tension à la maison est le fait que la mesure est effectuée dans un environnement familial et en étant reposé. La « valeur de base », qui est mesurée le matin directement au lever avant le petit déjeuner est la plus significative. Par principe, il convient de toujours effectuer la mesure à la même heure et dans des conditions identiques.

C'est le seul moyen d'obtenir des résultats comparables et ainsi de détecter à temps tout début d'hypertension. Une hypertension restant longtemps inconnue augmente le risque d'autres maladies cardiovasculaires

**VOICI DONC NOTRE CONSEIL:**

**Mesurez votre tension quotidiennement et régulièrement, même si vous vous sentez bien.**

## 2.5

**Classification des tensions**

Le tableau ci-dessous présente des valeurs indicatives de tension élevée et faible sans considération de l'âge. Cette échelle de classification est conforme aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

**Tension faible**

systolique <100  
diastolique <60

**Tension normale**  
(*plage verte* 5)

systolique 100 – 139  
diastolique 60 – 89

**Formes de tension****légère hypertension**  
(*plage jaune* 5)

systolique 140 – 159  
diastolique 90 – 99

**hypertension modérée**  
(*plage orange* 5)

systolique 160–179  
diastolique 100 – 109

**sévère hypertension**  
(*plage rouge* 5)

systolique ≥180  
diastolique ≥110

**AVERTISSEMENT**

**Une pression sanguine trop basse est aussi dangereuse pour la santé qu'une pression trop élevée. Les vertiges peuvent entraîner des situations dangereuses (par ex. dans les escaliers ou en voiture) !**



## 2.6

### Variations de tension

La tension est influencée par de nombreux facteurs, ainsi, un travail physiquement éprouvant, l'anxiété, le stress, mais aussi l'heure de la journée peuvent fortement modifier les valeurs mesurées. Les valeurs de tension personnelles varient également durant la journée et l'année. Les sujets hypertendus sont particulièrement exposés à ces variations. Normalement, la tension atteint sa valeur maximale durant des activités physiques intenses et sa valeur minimale la nuit durant le sommeil.

## 2.7

### Influence et évaluation des mesures


- Effectuez plusieurs mesures de votre tension, mémorisez les résultats et comparez-les ensuite. Ne tirez jamais de conclusions à partir d'un seul résultat.
- Les valeurs de votre pression sanguine doivent toujours être évaluées par un médecin informé de vos antécédents médicaux. Si vous utilisez l'appareil régulièrement et enregistrez les valeurs pour votre médecin, il faut aussi de temps en temps informer votre médecin du déroulement.
- Lorsque vous mesurez votre tension, tenez compte que les valeurs quotidiennes dépendent de nombreux facteurs. Ainsi, la consommation de tabac, d'alcool, la prise de médicaments et les activités physiques influencent les valeurs de mesure de manière différente.
- Mesurez votre tension avant les repas.
- Avant de mesurer votre tension, reposez-vous au moins 5 minutes.
- Si la valeur systolique ou diastolique mesurée semble anormale (trop forte ou trop faible) malgré une manipulation correcte de l'appareil et que ceci se reproduit plusieurs fois, veuillez informer votre médecin. Il en est de même si parfois un pouls irrégulier ou trop faible ne permet pas d'effectuer la mesure.




## 3 Mise en service



### 3.1

#### Insérer / changer les piles

**Insérer:** ouvrez le compartiment à pile sur la face inférieure de l'appareil en appuyant légèrement contre le cran en direction de la flèche et insérez les quatre piles fournies (piles alcalines, type AA LR 6). Vérifiez la polarité des piles (représentée au fond du compartiment). Une fois les batteries correctement installées (le bloc d'alimentation est branché), 2 bips retentissent.

Lorsque le commutateur **ON/OFF**  est activé, 2 bips sont émis et tous les symboles s'affichent pendant une seconde à l'écran. Apparaît alors « - : - - ». Remplacez le couvercle et poussez-le jusqu'au dé clic.

**Changer:** Lorsque la tension des batteries tombe sous la barre des 5 - 4,5 V, le symbole de la batterie   apparaît à l'écran. Couper l'appareil via le commutateur **ON/OFF**  et installer les nouvelles batteries. Si les piles coïncent un peu dans le compartiment, utilisez un objet poin-tu pour les soulever prudemment, par ex. un stylo.

Dès la tension des batteries tombe sous la barre des 4,25 - 0,25 V, le symbole de la batterie   apparaît à l'écran. Dès que ce symbole apparaît, l'appareil se coupe automatiquement. Il ne fonctionne à nouveau que lorsque de nouvelles batteries sont installées.

Après chaque remplacement de batteries, la date et l'heure doivent à nouveau être réglées, si cela n'est pas automatiquement effectué par la montre lors de la remise en marche de l'appareil avec le commutateur **ON/OFF** ⑦. Les résultats des mesures précédentes sont sauvegardés.



#### **AVERTISSEMENT INSTRUCTIONS DE SECURITE RELATIVES AUX PILES**

- **Ne désassemblez pas les piles !**
- **Nettoyez le cas échéant les contacts de l'appareil et des piles avant de placer celles-ci !**
- **Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil !**
- **Danger accru de fuite ! Evitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'électrolyte, rincez tout de suite les endroits concernés à l'eau claire en abondance et consultez immédiatement un médecin !**
- **En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin !**
- **Remplacez toujours toutes les piles à la fois !**
- **N'utilisez que des piles de type identique! N'utilisez pas simultanément des piles différentes ou des piles ayant déjà été utilisées et des piles neuves !**
- **Introduisez correctement les piles en faisant attention à la polarité !**
- **Veillez à ce que le compartiment des piles soit parfaitement fermé !**
- **Retirez-les de l'appareil lors d'une non-utilisation prolongée !**
- **Conservez les piles hors de portée des enfants !**
- **Ne rechargez pas les piles ! Risque d'explosion !**
- **Ne pas les court-circuiter ! Risque d'explosion !**
- **Ne pas les jeter au feu ! Risque d'explosion !**
- **Stockez les piles que vous n'utilisez pas dans leur emballage et veillez à ce qu'elles restent éloignées d'objets métalliques afin d'éviter des courts-circuits !**
- **Ne jetez pas les piles et batteries usées dans les ordures ménagères ! Jetez-les dans un conteneur prévu à cet effet ou dans un point de collecte des batteries, dans un commerce spécialisé !**

### **3.2 Utilisation d'un bloc d'alimentation**

Il est également possible d'utiliser l'appareil avec un bloc d'alimentation spécial (MEDISANA N° d'art. 51036, non contenu dans la livraison) qui doit être branché au connecteur ⑩ prévu à cet effet sur la face arrière de l'appareil. Les piles doivent rester dans l'appareil.

Le branchement du connecteur sur la face arrière du tensiomètre désactive automatiquement les piles. C'est pourquoi il est nécessaire de raccorder le bloc d'alimentation d'abord au secteur et ensuite à l'appareil. Après l'utilisa-

tion du tensiomètre, il faut d'abord tirer le connecteur de l'appareil et ensuite débrancher le bloc d'alimentation du secteur. Cela vous évitera de régler la date et l'heure à chaque mise sous tension.

### 3.3 Régler la date et l'heure

Votre appareil de mesure de la tension **MEDISANA MTX** est doté d'une montre commandée par le signal DCF77. Celle-ci permet le réglage automatique de la date et de l'heure. En l'absence de signal DCF77, le temps n'est toutefois pas automatiquement réglé.

#### **Réglage automatique**

1. Allumer l'appareil à l'aide du commutateur **ON/OFF** ⑦ situé à l'arrière de celui-ci. L'écran affiche « - : - - ».
2. L'écran ② bascule automatiquement sur la réception radio. Dès la réception du signal de temps, le symbole de la montre ④ clignote toutes les secondes à l'écran jusqu'à ce que la réception du signal DCF77 soit terminée.



#### **REMARQUE**

**Si vous ne souhaitez pas le réglage de l'heure ou si vous souhaitez directement effectuer une mesure, quittez le mode de réglage de l'heure en appuyant sur la touche **START** ③.**

3. Lors du réglage automatique, le symbole clignotant de la montre ④ apparaît respectivement avec 1, 2 et 3 barres. Lorsque le symbole avec 3 barres apparaît, le réglage est terminé. La date et l'heure sont affichées l'une après l'autre en haut à droite de l'écran. L'heure apparaît ensuite en permanence avec le symbole de la montre ④.



#### **REMARQUE**

**Le réglage automatique de la date et de l'heure dure env. 2 - 4 minutes. Si aucun signal n'est reçu au cours de ces 4 minutes, l'écran affiche « - : - - ».**

**Vous pouvez alors régler l'heure manuellement ou améliorer la situation de réception en sélectionnant un autre emplacement. En cas de changement d'emplacement, les batteries doivent être réinstallées ou l'appareil doit être à nouveau activé via le commutateur ON/OFF afin de relancer le réglage automatique.**

#### **Réglage manuel :**

L'appareil doit se trouver en mode Standby. Lors du réglage du temps, si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute, le mode de réglage du temps se coupe et l'affichage de l'heure indique « - : - - ».

1. La date et l'heure peuvent être réglées en maintenant la touche **TIMER** 8 enfoncée pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que **OFF** s'affiche à l'écran.
2. Appuyer à nouveau sur la touche **TIMER** 8. Relâcher la touche : l'écran indique alors **bl** et **On** au-dessous.
3. Appuyer à nouveau sur la touche **TIMER** 8. L'écran affiche **On** et **1**. Appuyer sur la touche **MEMO** 4 pour activer ou désactiver le signal DCF77. Si la montre est désactivée, appuyer sur la touche **TIMER** 8 pour accéder au réglage manuel du temps.
4. L'écran affiche la mémoire utilisateur sélectionnée ainsi que l'année (affichage clignotant).
  - Appuyer à nouveau sur la touche **TIMER** 8 pour afficher la date et le mois (affichage clignotant).
  - Appuyer une nouvelle fois sur la touche **TIMER** 8 : le jour clignote.
  - En appuyant à nouveau sur la touche **TIMER** 8, l'heure apparaît. L'affichage des heures clignote.
  - En appuyant à nouveau sur la touche **TIMER** 8, l'affichage des minutes clignote.
  - Appuyer sur la touche **MEMO** 4 pour régler l'heure actuelle (année, mois, jour, heures et minutes) et confirmer via la touche **TIMER** 8. La date et l'heure réglées apparaissent ensuite deux fois l'une après l'autre avant que l'appareil ne retourne en mode Standby. En mode Standby, l'heure est affichée en permanence.









#### REMARQUE

**Si la touche START 3 est actionnée en cours de réglage manuel de l'heure, le mode de réglage de l'heure se ferme. Les valeurs réglées jusqu'alors sont enregistrées. L'écran affiche « - : - - » si aucune valeur n'est réglée.**

### 3.4 Réglage de l'alarme


Votre appareil de mesure de la tension **MEDISANA MTX** est doté d'une fonction alarme permettant à chaque utilisateur de régler trois alarmes afin, par exemple, de prendre vos médicaments à temps. Veiller à ce que l'appareil se trouve en mode Standby et à ce que la mémoire utilisateur souhaitée 11 soit réglée.

1. Appuyer sur la touche **TIMER** 8 puis sur la touche **MEMO** 4. Maintenir les deux touches enfoncées jusqu'à ce que le symbole de l'alarme 20 apparaisse à l'écran.
2. Relâcher les deux touches. " 1 " pour l'alarme 1 clignote en bas à droite de l'écran. La touche **MEMO** 4 permet de basculer entre *alarme 1*, *alarme 2* et *alarme 3*.
3. Appuyer sur la touche **TIMER** 8. L'affichage pour la saisie de l'alarme clignote. La touche **MEMO** 4 permet de saisir l'alarme.



- Appuyer sur la touche **TIMER**  : le symbole de l'alarme clignote. La touche **MEMO**  permet de basculer entre l'activation de l'alarme () et l'arrêt de l'alarme ().  
Pour confirmer la saisie, appuyer sur la touche **TIMER**  ou **START** .  
Une fois l'alarme activée, un signal sonore est émis lorsque le temps réglé est atteint.



#### REMARQUE

Lorsqu'une alarme est réglée ou activée, le symbole de l'alarme  apparaît à l'écran en mode Standby. Si aucune alarme n'est active dans l'une des mémoires utilisateur, aucun symbole n'apparaît en mode Standby.

### 3.5 Réglage de la mémoire utilisateur



Le modèle **MTX** permet d'affecter les valeurs mesurées à deux mémoires différentes. Chaque mémoire dispose de 99 blocs mémoire. L'appareil doit se trouver en mode Standby. La touche **TIMER**  permet de basculer entre la mémoire utilisateur 1 et la mémoire utilisateur 2 .






### 3.6 Sélection de la méthode de mesure 3MAM

Le **MTX** dispose de deux modes de mesure.

- Mesure simple
- 3 mesures consécutives ( Measurement Average Mode = 3/MAM )

La mesure simple effectue une mesure de tension et mémorise le résultat. La mesure 3/MAM est recommandée si vous souffrez de fortes variations de tension. Les 3 mesures effectuées à 15 secondes d'intervalle permettent d'éliminer les valeurs aberrantes. Si les écarts sont fortement accusés, une 4ème mesure peut être exécutée.

La moyenne pondérée est calculée à partir de ces trois mesures, affichée et mémorisée dans la mémoire sélectionnée. Ce type de mesure est signalisé par un   dans la mémoire. Le mode de mesure 3/MAM réduit considérablement les risques de mesure erronée.

- Afin de choisir entre une mesure unique et 3 mesures à la suite (méthode 3MAM), appuyer sur la touche **TIMER**  et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le symbole du mode 3MAM  et « **OFF** » apparaissent et clignotent à l'écran.
- Appuyer sur la touche **MEMO**  pour choisir entre « **On** » et « **OFF** », « **On** » pour la méthode de mesure 3MAM et « **OFF** » pour la mesure unique.
- Valider la sélection en appuyant sur la touche **START**  (ou appuyer sur la touche **TIMER**  pour passer au réglage suivant : » *activation / désactivation du bip* ».

## 3.7

**Activation / désactivation du bip**

Une mesure avec l'appareil de mesure de la tension **MTX** est accompagnée de bips. Cette fonction peut être désactivée en procédant au réglage suivant.

1. Afin de choisir entre « bip activé » et « bip désactivé », appuyer sur la touche **TIMER** **8** et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que **▲** et « **OFF** » apparaissent et clignotent à l'écran.
2. Appuyer à nouveau sur la touche **TIMER** **8**. L'écran affiche « **bi** » puis « **On** ».
3. Appuyer sur la touche **MEMO** **4** pour choisir entre « **On** » et « **OFF** ».
4. Valider la sélection en appuyant sur la touche **START** **3** (ou appuyer sur la touche **TIMER** **8** pour passer au réglage suivant : "Signal DCF77 : activation / désactivation", voir chapitre 3, paragraphe 3.3, point 4).  
Si « **OFF** » est sélectionné, la fonction Bip reste coupée lors des mesures.

**4 Application**



## 4.1

**Placer le brassard**

Insérez d'abord l'extrémité libre du tuyau d'air du brassard **1** dans le connecteur respectif de l'appareil **9**. Ouvrez le brassard en forme de cercle et passez-le autour du bras nu au-dessus du coude. Veillez à ne pas bloquer la circulation du bras lorsque vous retroussiez votre manche.

Le tuyau du brassage doit être au milieu du bras et dirigé vers le poignet. Le brassard ne doit aucunement être tordu.

Serrez le brassard de manière à ce qu'il soit cintré, mais sans étrangler.



## 4.2

**La bonne position de mesure**

- Effectuer la mesure en position assise.
- Décontractez le bras et posez-le par exemple sur une table. Restez tranquille durant la mesure: ne bougez pas et ne parlez pas, ceci pouvant fausser les résultats de la mesure.

## 4.3

**Mesurer la tension****Mesure simple**

Afin de procéder à une mesure unique, l'appareil doit avoir été activé via le commutateur **ON/OFF** **7** et se trouver en mode Standby. Les éventuels réglages, mentionnés dans le chapitre 3, paragraphes 3.3, 3.5, 3.6 et 3.7 doivent être achevés.

1. Appuyer sur la touche **START** **3**. L'appareil procède à un auto-test, prenant fin par l'affichage « **0** » à l'écran. Le processus est accompagné de 5 bips courts.

- La manchette ❶ pompe alors automatiquement jusqu'à ce que la pression requise pour une mesure soit atteinte. Alternativement, cette pression peut également être générée manuellement en appuyant sur la touche **START** ❸ et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que l'appareil atteigne automatiquement une pression de 30 mm Hg au minimum. Dès que l'appareil a atteint la pression de sortie optimale (selon vous) pour une mesure, relâcher la touche **START** ❸. La valeur croissante de la pression est indiquée par des chiffres.
- Lorsque le gonflage est fini, la mesure démarre automatiquement en diminuant la pression du brassard. La valeur affichée sur l'écran indique la valeur actuelle de la pression du brassard.



#### REMARQUE

**Si la touche **START** ❸ est actionnée en cours de pompage, le processus est interrompu. L'appareil se coupe et de l'air s'échappe de la manchette.**


- Le dégonflage s'effectue d'abord à une vitesse constante. Le symbole du pouls ♥ ❶ apparaît à l'écran. Lorsque le pouls peut être déterminé pour la première fois, le dégonflage est synchronisé avec le battement du cœur jusqu'à ce que la mesure soit terminée. Ce processus est accompagné d'un bip par battement de cœur si la fonction Bip n'a pas été désactivée. Par ailleurs, le symbole du pouls ♥ ❶ clignote.
- Cette mesure prend fin dès que la manchette se vide soudainement, un bip long est alors émis.
- Les valeurs mesurées ❸, ❹ et ❺ sont affichées à l'écran avec la barre d'affichage de la pression artérielle WHO ❷. Un long bip est émis simultanément.
- Si une arythmie est décelée par l'appareil lors de la mesure, le symbole de l'arythmie ⚡ ❻ clignote huit fois lors de l'affichage de la valeur mesurée. Huit bips courts sont émis simultanément, ils informent l'utilisateur d'une pulsation irrégulière.
- Si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute env., l'appareil retourne automatiquement en mode Standby.

#### **Méthode de mesure 3MAM**

**(3 mesures consécutives afin d'obtenir une valeur moyenne)**

Afin de procéder à une mesure unique, l'appareil doit avoir été activé via le commutateur **ON/OFF** ❶ et se trouver en mode Standby. La méthode de mesure 3MAM est sélectionnée (voir chapitre 3, paragraphe 3.6). Les éventuels réglages, mentionnés dans le chapitre 3, paragraphes 3.3, 3.5 et 3.7 doivent être achevés.

- Appuyer sur la touche **START** ❸. L'appareil procède à un auto-test, prenant fin par l'affichage « ❶ » à l'écran. Le processus est accompagné de 5 bips courts.

- L'écran affiche  21 (average = moyenne) et « 1 » pour la première procédure de mesure.
2. La manchette 1 pompe alors automatiquement jusqu'à ce que la pression requise pour une mesure soit atteinte. Alternativement, cette pression peut également être générée manuellement en appuyant sur la touche **START** 3 et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que l'appareil atteigne automatiquement une pression de 30 mm Hg au minimum. Dès que l'appareil a atteint la pression de sortie optimale (selon vous) pour une mesure, relâcher la touche **START** 3. La valeur croissante de la pression et indiquée par des chiffres.
  3. Lorsque le gonflage est fini, la mesure démarre automatiquement en diminuant la pression du brassard. La valeur affichée sur l'écran indique la valeur actuelle de la pression du brassard.
  4. Le dégonflage s'effectue d'abord à une vitesse constante. Le symbole du pouls ♥ 16 apparaît à l'écran. Lorsque le pouls peut être déterminé pour la première fois, le dégonflage est synchronisé avec le battement du cœur jusqu'à ce que la mesure soit terminée. Ce processus est accompagné d'un bip par battement de cœur si la fonction Bip n'a pas été désactivée. Par ailleurs, le symbole du pouls ♥ 16 clignote.
  5. La première mesure prend fin lorsque la pression est complètement évacuée de la manchette à la suite d'un compte à rebours de 15 secondes. Le symbole du compte à rebours 22 clignote alors. Les cinq dernières secondes sont accompagnées de bips.
  6. A la place du « 1 », l'écran affiche désormais « 2 » pour la deuxième mesure. La deuxième mesure se déroule comme la première, voir points 2 - 5.
  7. A la place du « 2 », l'écran affiche désormais « 3 » pour la troisième mesure. La troisième mesure se déroule comme la première, voir points 2 - 4.
  8. La mesure avec la méthode 3MAM prend fin dès que la manchette se vide soudainement, un bip long est alors émis.
  9. Les valeurs mesurées 13, 14 et 15 sont affichées à l'écran avec la barre d'affichage de la pression artérielle WHO 23. Un long bip est émis simultanément.
  10. Si une arythmie est décelée par l'appareil lors de la mesure, le symbole de l'arythmie ⚡ 18 clignote huit fois lors de l'affichage de la valeur mesurée. Huit bips courts sont émis simultanément, ils informent l'utilisateur d'une pulsation irrégulière.
  11. Si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute env., l'appareil retourne automatiquement en mode Standby.

#### REMARQUE

**Lors du fonctionnement de l'appareil, les erreurs Err 1, 2, 3, 5, 6 peuvent se produire dans le circuit intégré, Err 6 peut uniquement se produire en mode 3MAM. Les erreurs 1, 2, 3, 5 n'entraînent pas d'interruption de la mesure en mode 3MAM, sauf si elles se produisent deux fois de suite. Un affichage des erreurs est toujours accompagné de 3 bips courts.**



#### 4.4 Problèmes et Dépannage

##### **Message d'erreur**

Cause et remèdes

##### **Err 1**

La mesure se termine après la prise de la pression systolique.  
Le raccord du tuyau d'air est interrompu ou le pouls n'a pas pu être détecté.  
Vérifiez le raccordement du brassard et de l'appareil.

##### **Err 2**

Détection de battements nonphysiologiques.  
Cause: mouvement du bras durant la mesure.  
Répétez la mesure en tenant le bras immobile.

##### **Err 3**

Si le gonflage du brassard dure trop longtemps, c'est qu'il est mal placé ou que le raccord du tuyau a une fuite.  
Contrôlez les raccordements et répétez la mesure.

##### **Err 5**

Impossible de calculer une valeur moyenne pour cause d'instabilité durant les mesures.  
Répéter la mesure en gardant le bras immobile et ne pas parler durant la mesure.

##### **Err 6**

Trop d'erreurs pendant la mesure en mode MAM, ce qui empêche l'obtention d'un résultat final.  
Lisez la liste de contrôle pour l'exécution de mesures fiables, puis répétez la mesure.


##### **HI**

La pression du brassard est trop élevée (plus de 300 mmHg) ou le pouls est trop haut (plus de 200 battements par minute).  
Reposez-vous 5 minutes, puis répétez la mesure.

##### **LO**

Le pouls est trop bas (moins de 40 battements par minute).  
Répétez la mesure.

#### 4.5 Éteindre l'appareil

Au bout d'1 minute environ, l'appareil bascule en mode Standby si aucune autre touche n'est actionnée. La touche **START**  permet également d'accéder au mode Standby. La fonction en tant qu'appareil de mesure de la pression artérielle est alors coupée. L'heure et la mémoire sélectionnée sont affichées en permanence à l'écran. La fonction alarme est conservée.



Si vous ne souhaitez pas utiliser l'affichage de l'heure et la fonction alarme, vous pouvez couper complètement l'appareil en amenant le commutateur **ON/OFF**  à l'arrière de l'appareil en position « **OFF** ».

### 5.1 Mémoriser les résultats

Cet appareil dispose de 2 mémoires disposant chacune de 99 emplacements en mémoire. Les résultats sont automatiquement mémorisés dans la mémoire sélectionnée. Si la mémoire est pleine, la mesure la plus ancienne est supprimée.

### 5.2 Affichage des valeurs en mémoire

Appuyez sur la touche **MEMO** ④ pour consulter les résultats des mesures en mémoire. Après l'affichage de tous les segments contenus dans l'écran, une valeur moyenne caractérisée par « **A** » est affichée, elle reprend toutes les mesures se trouvant dans la mémoire sélectionnée.

Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche **MEMO** ④, vous voyez s'afficher alternativement les différentes valeurs (systole, diastole, pouls et date/heure) de la dernière mesure en mémoire. Si cette mesure a été effectuée avec la méthode 3MAM, l'écran affiche  ②. Si une arythmie a été constatée durant la mesure, le symbole d'arythmie  est également affiché, mais sans clignoter.

Appuyez de nouveau sur la touche **MEMO** ④ pour revenir aux mesures précédentes. Les valeurs s'affichent toujours dans l'ordre décroissant.

Si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute env., l'appareil retourne automatiquement en mode Standby.

### 5.3 Suppression d'une mesure

Sélectionner la mesure à supprimer. Appuyer sur la touche **START** ③ et la maintenir enfoncée pendant 10 sec. environ jusqu'à ce que le symbole de la mémoire ① clignote. Confirmer la suppression en appuyant sur la touche **MEMO** ④. L'écran affiche brièvement « **CL** », accompagné de deux bips courts. La valeur sélectionnée est supprimée. L'écran bascule sur le mode Standby.

### 5.4 Effacer la mémoire

Pour effacer les données qui se trouvent dans la mémoire sélectionnée, maintenez la touche **MEMO** ④ enfoncée durant 7 secondes environ. Au bout de 7 secondes, l'écran affiche « **CL** » (CLEAR = supprimer) ②, ce qui indique que toutes les données vont être supprimées. Confirmer la suppression en appuyant sur la touche **MEMO** ④. Le processus est accompagné de trois bips courts.

### 6.1 Nettoyage et entretien

- Enlever les piles avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais utiliser de détergents agressifs, ni de brosses dures.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution savonneuse neutre. L'eau ne doit pas s'infiltrer dans le boîtier. Ne réutilisez l'appareil que lorsqu'il est parfaitement sec.
- Si l'appareil reste longtemps inutilisé, retirer les piles du compartiment à piles. Autrement, celles-ci risquent de couler.
- Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons solaires et le protéger contre les poussières et l'humidité.
- Le brassard ne doit être gonflé qu'après avoir été placé autour du bras.
- *Contrôle métrologique:*  
Cet appareil a été calibré par le fabricant pour une durée de deux ans. **En cas d'utilisation professionnelle**, le contrôle métrologique doit être effectué au plus tard tous les deux ans. Ce contrôle est payant et ne peut être effectué que par un service compétent ou des centres de maintenance autorisés – conformément aux directives sur la sécurité des produits médicaux.

### 6.2 Élimination de l'appareil



Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique. Retirez la pile avant de jeter l'appareil. Ne mettez pas les piles usagées à la poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés. Pour plus de renseignements sur l'élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.

### 6.3 Directives / Normes

Ce tensiomètre est conforme aux normes européennes pour la mesure non invasive de la tension. Il est certifié selon des directives européennes et doté du sigle CE (sigle de conformité) « CE 0297 ». Le tensiomètre est conforme aux directives européennes EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 14971 et EN 980. Il répond aux exigences de la directive 93/42/CE du Conseil européen du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

#### Résultats cliniques:

Des recherches cliniques avec l'appareil sont réalisées aux USA et en Allemagne selon les normes EN 1060-4 et AAMI (US).

#### Compatibilité électromagnétique :

L'appareil correspond aux exigences de la norme EN 60601-1-2 pour la compatibilité électromagnétique.

Pour connaître les détails de ces données de mesure, contactez **MEDISANA**.

#### Utilisation:

Cet appareil est conçu pour la mesure de tension non invasive chez des adultes ( cela signifie qu'il est approprié pour l'application externe ).

## 6.4

**Caractéristique**

|  |  |
|--|--|
| Nom et modèle                              | : Tensiomètre <b>MTX MEDISANA</b>  |
| Système d'affichage                        | : Affichage numérique  |
| Blocs mémoire                              | : 2 x 99   |
| Méthode de mesure                          | : Oscillométrique  |
| Alimentation électrique                    | : 6 V= , 4 x 1,5 V Mignon AA LR 6, alcaline  |
| Plage de mesure de la tension              | : 30 – 280 mmHg  |
| Pulse measuring range                      | : 40 – 200 battements / min  |
| Tolérance maximale de la pression statique | : ± 3 mmHg   |
| Tolérance maximale des valeurs du pouls    | : ± 5 % de la valeur   |
| Gonflage                                   | : Automatique par micro pompe  |
| Décompression                              | : Automatique  |
| Extinction autom.                          | : Au bout d'environ 1 minutes  |
| Conditions d'utilisation                   | : + 10 °C à + 40 °C,<br>Humidité de l'air 15 - 85%   |
| Conditions de stockage                     | : - 5 °C à + 50 °C   |
| Dimensions                                 | : environ 125 mm x 163 mm x 65 mm  |
| Brassard:                                  | : 22 - 32 cm brassard pour adultes<br>avec tour de bras moyen  |
| Poids                                      | : environ 585 g piles incl.  |
| Numéro d'article                           | : 51083  |
| Numéro EAN                                 | : 40 15588 51083 0   |
| Accessoires spéciaux                       | : Adaptateur secteur,<br>réf. 51036<br>Grand brassard 22 – 42 cm<br>pour adultes aux bras très forts,<br>réf. 51087<br>Petit brassard 17 - 22 cm<br>pour adultes aux bras fins,<br>réf. 51089<br>Kit logiciel (logiciel d'analyse de la pression<br>sanguine pour Windows avec câble de<br>raccordement)<br>réf. 51082 |

# CE0297

**Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.**

## Conditions de garantie et de réparation

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S'il est nécessaire d'expédier l'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d'achat.

Les conditions de garantie sont les suivantes:

1. Une garantie de trois ans à compter de la date d'achat est accordée sur les produits **MEDISANA**. En cas d'intervention de la garantie, la date d'achat doit être prouvée en présentant le justificatif d'achat ou la facture.
2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement.
3. Les services effectués sous garantie n'entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour l'appareil, ni pour les composants remplacés.
4. Sont exclus de la garantie:
  - a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au non-respect de la notice d'utilisation.
  - b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
  - c. les dommages survenus durant le transport de l'appareil depuis le site du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de l'expédition de l'appareil au service clientèle.
  - d. les accessoires soumis à une usure normale (brassard, batteries, piles, etc.).
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l'appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l'appareil est couvert par la garantie.



**MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

ALLEMAGNE

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)

Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Vous trouverez l'adresse du SAV sur la fiche jointe séparément.



## NOTE IMPORTANTI! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA!

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.

### *Spiegazione dei simboli*



Queste istruzioni per l'uso si riferiscono a questo apparecchio. Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'uso. Leggere interamente queste istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.



#### **AVVERTENZA**

Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.



#### **ATTENZIONE**

Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.



#### **NOTA**

Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o al funzionamento.



Classificazione dell'apparecchio: Tipo BF



Numero LOT



Produttore



Data di produzione



## Norme di sicurezza



### AVVERTENZA

**Non intraprendere azioni terapeutiche in base all'automisurazione! Non modificare mai il dosaggio di un farmaco prescritto dal medico!**

- I disturbi del ritmo cardiaco, ovvero le aritmie determinano un polso irregolare. Ciò può causare delle difficoltà nel rilevamento del valore corretto, se si effettuano misurazioni con apparecchi oscillometrici. Il presente apparecchio è dotato di un sistema elettronico in grado di riconoscere più di 20 aritmie, tra le più diffuse, e i cosiddetti falsi movimenti indicandoli sul display con il simbolo .
- Qualora si soffre di malattie quali, ad esempio, l'occlusione arteriosa, prima di utilizzare l'apparecchio è opportuno chiedere il parere del medico curante.
- L'apparecchio non può essere utilizzato per il controllo della frequenza cardiaca di un pacemaker.
- Le donne incinte dovrebbero attenersi alle precauzioni necessarie e rispettare la propria resistenza personale. Si consiglia di rivolgersi al proprio medico curante.
- Se si verificassero dei disagi nel corso di una misurazione, ad esempio dolore alla parte alta del braccio o altri disturbi, consigliamo di adottare le seguenti contromisure: Azionare il tasto **START**  per sgonfiare velocemente il manicotto pneumatico. Allentare il manicotto e sfilarlo dal braccio. Rivolgersi quindi al proprio rivenditore di fiducia o direttamente a noi.
- Le persone con battito cardiaco debole dovrebbero sollevare il braccio e aprire e chiudere la mano ca. 10 volte prima di effettuare la misurazione. Questo esercizio consente di ottimizzare il battito cardiaco e il processo di misurazione.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti e secondo le modalità riportate nelle istruzioni per l'uso.
- In caso di uso improprio decade il diritto alla garanzia.
- In rari casi, per un difetto di fabbricazione, può capitare che il manicotto pneumatico rimanga costantemente gonfio nel corso della misurazione, in questi casi è opportuno aprirlo subito.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di altri apparecchi che emettano forti radiazioni elettromagnetiche, ad esempio una radio. La funzionalità può risultarne disturbata.
- Questo apparecchio non deve essere mai maneggiato da bambini, né utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive o con esperienza insufficiente e/o carenza di competenze sempre che, per la loro incolumità, non vengano assistiti da una persona competente o non vengano adeguatamente istruiti su come impiegare l'apparecchio.
- Assicurarsi e controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- In caso di guasti non procedere da soli alla riparazione dell'apparecchio, perché ciò comporterebbe la decadenza di ogni diritto di garanzia. Fare eseguire le riparazioni esclusivamente presso i centri di assistenza tecnica autorizzati.

- Proteggere l'apparecchio dall'umidità. Nel caso dovesse penetrarvi dell'acqua è necessario togliere immediatamente le batterie e sospendere l'utilizzo dell'apparecchio stesso. In questo caso rivolgersi al proprio rivenditore specializzato oppure direttamente a noi. Per contattarci, consultate la pagina degli indirizzi.

## 2 Informazioni interessanti

### Grazie!

Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!  
Con lo sfigmomanometro **MTX** Lei ha acquistato un prodotto di qualità di **MEDISANA**. Per raggiungere i risultati auspicati e per utilizzare al meglio il Suo sfigmomanometro **MTX MEDISANA**, raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni per l'uso e la manutenzione.

### 2.1

#### Materiale in dotazione e imballaggio

Verificare in primo luogo che l'apparecchio sia completo e che non vi siano segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio centro di assistenza.

Il materiale consegnato consta di:

- 1 sfigmomanometro **Medisana MTX**
- 1 manicotto preformato con camera d'aria
- 4 batterie (tipo AA LR6) 1,5V
- 1 borsa di custodia
- 1 cavo USB
- 1 scheda dei valori pressori
- 1 opuscolo d'istruzioni per l'uso

Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il materiale d'imballaggio non più necessario in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immediatamente in contatto con il proprio rivenditore.



#### AVVERTENZA

**Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!**

### 2.2

#### Che cos'è la pressione sanguigna?

La pressione sanguigna è la pressione presente nei vasi sanguigni a ogni battito cardiaco. Quando il cuore si contrae (= sistole) e pompa il sangue nelle arterie, si ha un innalzamento di pressione, il cui valore massimo è definito pressione sistolica ed è il primo ad essere rilevato nel corso della misurazione della pressione sanguigna. Quando il muscolo cardiaco si allenta per ricevere nuovo sangue, scende anche la pressione nelle arterie. Ed è proprio nel momento in cui i vasi sanguigni sono rilassati che si misura il secondo valore, ovvero la pressione diastolica.



### 2.3 Come avviene la misurazione?

**MTX** è uno sfigmomanometro destinato alla misurazione della pressione arteriosa sul braccio. La misurazione avviene tramite un microprocessore che grazie a un sensore di pressione è in grado di valutare le oscillazioni che si verificano nelle arterie e che vengono rilevate gonfiando e sgonfiando il manicotto pneumatico.

### 2.4 Perché è utile misurare la pressione sanguigna a casa?

**MEDISANA** vanta un'esperienza pluriennale nel campo della misurazione della pressione sanguigna. L'elevata precisione del principio di misurazione degli apparecchi **MEDISANA** è provata da numerosi studi clinici, condotti sulla base di severi standard internazionali. Un valido argomento a favore della misurazione della pressione sanguigna a casa propria è dato dal fatto che le misurazioni sono effettuate in un ambiente familiare e in condizioni di relax. Particolarmente importante è il cosiddetto "valore base", cioè quello rilevato al mattino appena svegli, prima della colazione. Sarebbe fondamentale misurare la propria pressione sanguigna possibilmente sempre alla stessa ora e nelle stesse condizioni.

Ciò, infatti, consentirebbe di confrontare i risultati e di riconoscere per tempo disturbi iniziali dell'alta pressione. Se per molto tempo non ci si accorge di soffrire di alta pressione, aumenta il rischio di ulteriori malattie cardiovascolari.



#### IL NOSTRO CONSIGLIO:

**Consigliamo dunque di misurare la pressione sanguigna quotidianamente e con regolarità, anche nel caso in cui non siano presenti particolari disturbi.**

### 2.5 Classificazione della pressione sanguigna

Nello schema che segue sono riportati i valori indicativi relativi all'alta e alla bassa pressione senza tener conto dell'età. Questa scala di classificazione della pressione arteriosa è conforme alle direttive impartite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

#### **Ipotensione (pressione bassa)**

Sistolica <100  
Diastolica <60

#### **Pressione normale**

(Area di visualizzazione verde 5)

Sistolica 100 – 139  
Diastolica 60 – 89

#### **Tipi di ipertensione (pressione alta)**

##### **Leggera ipertensione**

(Area di visualizzazione  
gialla 5)

Sistolica 140 – 159  
Diastolica 90 – 99

##### **Media ipertensione**

(Area di visualizzazione  
arancione 5)

Sistolica 160 – 179  
Diastolica 100 – 109

##### **Forte ipertensione**

(Area di visualizzazione  
rossa 5)

Sistolica ≥180  
Diastolica ≥110



#### AVVERTENZA

**Una pressione troppo bassa rappresenta un rischio per la salute tanto quanto l'ipertensione! I capogiri possono causare situazioni pericolose (per es., sulle scale o nel traffico)!**

## 2.6

### Oscillazioni della pressione sanguigna

Molti sono i fattori che possono influire sulla pressione sanguigna. Un'attività fisica pesante, la paura, lo stress o una determinata fascia oraria possono avere ripercussioni molto rilevanti sui valori misurati. La pressione sanguigna individuale è soggetta a forti oscillazioni sia durante la giornata che nel corso dell'anno. In pazienti affetti da alta pressione tali oscillazioni risultano particolarmente marcate. Di solito la pressione sanguigna raggiunge i massimi livelli sotto sforzo fisico, mentre è al minimo di notte, durante il sonno.

## 2.7


### Influenzabilità e valutazione delle misurazioni

- Misurare più volte la pressione sanguigna, memorizzando i risultati ottenuti e confrontandoli poi fra di loro. Evitare di trarre conclusioni partendo da un singolo risultato.
- I valori della pressione sanguigna dovrebbero sempre essere valutati da un medico che sia anche a conoscenza dell'anamnesi del soggetto. Se si utilizza regolarmente l'apparecchio e si prende nota dei valori rilevati per comunicarli al proprio medico curante, occorrerebbe anche informarlo periodicamente sull'andamento della situazione.
- Nel misurare la pressione sanguigna tenere presente che i valori rilevati quotidianamente dipendono da diversi fattori. Il fumo, l'alcol, i farmaci e l'attività fisica influiscono in modo diverso sui valori rilevati.
- Misurare la pressione sanguigna prima dei pasti.
- Prima di misurare la pressione sanguigna è consigliabile rimanere a riposo almeno 5 minuti.
- Se il valore sistolico o diastolico rilevato nel corso nella misurazione non sembra normale (troppo alto o troppo basso), nonostante il corretto utilizzo dell'apparecchio, e se ciò si ripete diverse volte, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. Lo stesso vale anche nei rari casi in cui un polso irregolare o troppo debole non renda possibile la misurazione.




## 3 Messa in funzione


### 3.1

#### Inserire / estrarre le batterie

**Per inserire le batterie:** Aprire il vano batterie situato sulla parte inferiore dell'apparecchio, esercitando una leggera pressione sulla chiusura nel senso indicato dalla freccia, e inserire le quattro batterie incluse nella confezione (pile alcaline, tipo AA LR 6). Prestare attenzione a disporre le batterie nel senso giusto (schema nel vano batterie). Se le batterie sono state inserite correttamente (o se l'alimentatore è stato collegato), vengono emessi 2 segnali acustici. Quando viene attivato l'interruttore **ON/OFF** , vengono emessi 2 segnali acustici e sul display vengono visualizzati per un secondo tutti i simboli. Infine appare " - : - - ". Appoggiare di nuovo il coperchio di chiusura e spingerlo fino a quando si incastra perfettamente con uno scatto.

**Per estrarre le batterie:**

Se la tensione delle batterie è inferiore a 5 - 4,5 V, sul display appare il simbolo della batteria  . Spegnerne l'apparecchio con l'interruttore **ON/OFF**  e inserire batterie nuove. Se le batterie scariche dovessero risultare incastrate nel vano batterie, per estrarle utilizzare con cautela un oggetto appuntito per fare leva, ad es. una biro.

Non appena la tensione delle batterie scende al di sotto di 4,25 - 0,25 V, sul display appare il simbolo della batteria  19. Il dispositivo si spegne automaticamente subito dopo la visualizzazione di questo simbolo. Sarà possibile rimetterlo in funzione se vengono inserite batterie nuove. Dopo ogni sostituzione della batteria, occorre impostare di nuovo data e ora (se questo non dovesse avvenire in maniera automatica mediante l'orologio radiocontrollato, al momento dell'accensione del dispositivo con l'interruttore ON/OFF-Schalter 7). I risultati delle misurazioni precedenti rimangono memorizzati.



#### **AVVERTENZA INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA**

- **Non smontare le batterie!**
- **Se necessario, pulire i contatti delle batterie e dell'apparecchio prima di inserire le batterie!**
- **Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal dispositivo!**
- **Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie risciacquare subito i punti interessati con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico!**
- **In caso di ingerimento di una batteria chiamare immediatamente un medico!**
- **Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente!**
- **Impiegare unicamente batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipologie diverse oppure batterie usate e nuove insieme!**
- **Inserire correttamente le batterie, prestare attenzione alla polarità!**
- **Il vano batteria deve essere ben chiuso!**
- **In caso di lungo periodo di inutilizzo, rimuovere le batterie dal dispositivo!**
- **Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini!**
- **Non ricaricare le batterie! Pericolo di esplosione!**
- **Non cortocircuitare! Pericolo di esplosione!**
- **Non gettare nel fuoco! Pericolo di esplosione!**
- **Tenere le batterie non utilizzate nella confezione e lontano da oggetti metallici, in modo da evitare cortocircuiti!**
- **Non gettare le batterie usate insieme ai rifiuti domestici, smaltirle separatamente oppure consegnarle a un punto di raccolta batterie presso il rivenditore!**

### **3.2 Utilizzo dell'alimentatore**

In alternativa si può utilizzare l'apparecchio anche con un speciale alimentatore (MEDISANA art. n°51036, non fornito in dotazione) da inserire nell'apposita presa di connessione 10 sulla parte posteriore dell'apparecchio stesso. Le batterie restano nell'apparecchio.

Inserendo la spina nella parte posteriore dello sfigmomanometro, le batterie vengono disinserite meccanicamente. Pertanto è necessario inserire prima l'alimentatore nella presa e successivamente collegare lo sfigmomanometro. Se lo sfigmomanometro non viene più utilizzato, la presa deve essere prima scollegata

dallo sfigmomanometro, quindi deve essere estratto l'alimentatore dalla presa. In questo modo si evita di dovere immettere nuovamente la data e l'ora ogni volta.

### 3.3 Impostazione di data e ora

Lo sfigmomanometro **MTX MEDISANA** dispone di un orologio radiocontrollato che viene comandato da un segnale DCF77 grazie al quale vengono impostati l'ora e la data. Se il segnale DCF77 non è disponibile, l'orario non viene impostato automaticamente.

#### **Impostazione automatica:**

1. Accendere il dispositivo con l'interruttore **ON/OFF** ⑦ sul retro del dispositivo. Sul display viene visualizzato " - : - - ".
2. Il display ② passa automaticamente alla rioricezione. Non appena viene ricevuto il segnale orario, il simbolo dell'orologio radiocontrollato ②④ lampeggia sul display a cadenza di un secondo, finché la ricezione del segnale DCF77 viene conclusa.



#### **NOTA**

**Se non si desidera impostare l'ora, o se si desidera eseguire direttamente una misurazione, uscire dalla modalità Impostazione dell'ora, premendo il tasto **START** ③.**

3. Durante l'impostazione automatica, il simbolo dell'orologio radiocontrollato lampeggia ④ assieme alle barre superiori 1, 2 e 3. Non appena il simbolo appare con 3 barre, l'impostazione dell'ora è conclusa. Sulla parte in alto a destra sul display vengono visualizzate la data e l'ora (una di seguito all'altra). Infine l'ora viene visualizzata in maniera continua con il simbolo dell'orologio radiocontrollato ④.




#### **NOTA**

**L'impostazione automatica di data e ora dura ca. 2 - 4 minuti. Se entro 4 minuti non viene rilevato alcun segnale, sul display appare " - : - - ". Ora è possibile impostare manualmente l'ora, oppure migliorare la ricezione spostandosi in un altro luogo. Se ci si sposta in un altro luogo, reinserire le batterie oppure riaccendere il dispositivo con l'interruttore ON/OFF per riavviare l'impostazione automatica.**

#### **Impostazione manuale:**

Il dispositivo si deve trovare nella modalità stand-by. Se, durante l'impostazione dell'ora, non è stato premuto nessuno tasto per un 1 minuto, l'impostazione dell'ora si disattiva e nella visualizzazione dell'ora appare " - : - - ".

1. È possibile impostare la data e l'ora tenendo premuto il tasto **TIMER** ⑧ per diversi secondi, finché appare sul display  **OFF**.

2. Premere di nuovo il tasto **TIMER** 8. Una volta rilasciato il tasto, appare sul display **bl** e sotto **On**.
3. Premere di nuovo il tasto **TIMER** 8. Sul display appaiono **On** e  $\frac{1}{4}$ . Dopo aver premuto il tasto **MEMO** 4, è possibile inserire o disinserire il segnale DCF77.  
Se l'orologio radiocontrollato è disattivato, premere il tasto **TIMER** 8 per entrare nell'impostazione manuale.
4. Sul display appare la memoria utente selezionata e l'indicazione dell'anno lampeggia.
  - Premendo nuovamente il tasto **TIMER** 8 appare la data e il mese lampeggia.
  - Premendo nuovamente il tasto **TIMER** 8 lampeggia il giorno.
  - Premendo nuovamente il tasto **TIMER** 8 appare l'ora. L'indicazione delle ore lampeggia.
  - Premendo nuovamente il tasto **TIMER** 8, l'indicazione dei minuti lampeggia.
  - Premendo il tasto **MEMO** 4, è possibile impostare l'ora attuale (anno, mese, giorno, ore e minuti) e confermare con il tasto **TIMER** 8. Infine, la data e l'ora impostate vengono visualizzate alternativamente, prima che il dispositivo torni alla modalità stand-by. Nella modalità stand-by, l'ora viene visualizzata in maniera permanente.



#### NOTA

**Se durante l'impostazione manuale dell'ora viene premuto il tasto START 3, si esce dalla modalità di impostazione dell'ora. I valori impostati vengono acquisiti. Sul display viene visualizzato "--:--" se in precedenza non è stata impostata l'ora.**

### 3.4 Impostazione dell'allarme

Lo sfigmomanometro **MTX MEDISANA** dispone di una funzione di allarme, in modo che ognuno dei due utenti possa impostare tre orari per l'allarme, per esempio per l'assunzione regolare di medicinali.

Prestare attenzione che il dispositivo si trovi nella modalità stand-by e che la memoria utente desiderata 11 sia impostata.

1. Premere il tasto **TIMER** 8 e infine il tasto **MEMO** 4. Tenere premuti i due tasti finché sul display compare il simbolo dell'allarme 20.
2. Rilasciare i due tasti. " 1 " (per *Allarme 1*) lampeggia nella parte destra e inferiore del display. Con il tasto **MEMO** 4 è possibile selezionare *Allarme 1*, *Allarme 2* e *Allarme 3*.
3. Premere il tasto **TIMER** 8. La visualizzazione per l'immissione dell'ora dell'allarme lampeggia. Inserire l'ora dell'allarme mediante il tasto **MEMO** 4.

4. Premere il tasto **TIMER** **8**, il simbolo dell'allarme lampeggia. Con il tasto **MEMO** **4** è possibile accendere (🔔) e spegnere (🔕) l'allarme. Per confermare l'immissione, premere il tasto **TIMER** **8** o il tasto **START** **3**. Se l'allarme è impostato, all'ora impostata l'allarme emette un segnale acustico.



#### NOTA

**Se l'allarme è stato inserito in modo corretto ed è attivo, nella modalità stand-by, sul display appare il simbolo dell'allarme 🔔.**  
**Se in nessuna delle memorie utente è attivo un allarme, nella modalità stand-by non appare alcun simbolo.**

### 3.5 Impostazione della memoria utente

L'**MTX** offre la possibilità di associare i valori rilevati a due memorie diverse. Ognuna di esse dispone di 99 spazi memoria. Il dispositivo si deve trovare nella modalità stand-by. Premendo il tasto **TIMER** **8** è possibile selezionare tra memoria utente 1 e 2 **11**.

### 3.6 Selezione del metodo di misurazione 3MAM

Nell'**MTX** si può scegliere tra due modalità di misurazione.

- Misurazione singola
- 3 misurazioni in successione (Measurement Average Mode = procedura 3 MAM)

Con la misurazione singola si effettua e si memorizza una sola misurazione della pressione sanguigna.

La procedura 3 MAM è consigliata qualora si soffre di pressione instabile. Le 3 misurazioni, effettuate una dopo l'altra ogni 15 secondi, eliminano valori molto divergenti tra loro. In presenza di differenze rilevanti si procede eventualmente a un quarto rilevamento. Da queste tre misurazioni si determina un valore medio ponderato che è visualizzato e memorizzato nella memoria selezionata. Una misurazione effettuata secondo tale modalità è contrassegnata, in memoria, dalla lettera **MA** **21**. Con la procedura 3 MAM si riduce al minimo il rischio di un rilevamento errato.

1. Per selezionare tra misurazione singola e '3 successive' (procedimento 3MAM), premere e tenere premuto il tasto **TIMER** **8**, finché il simbolo per la modalità 3MAM **MA** e " **OFF** " lampeggiano sul display.
2. Premere il tasto **MEMO** **4**, per commutare tra " **0n** " e " **OFF** ", " **0n** " per il metodo di misurazione 3MAM e " **OFF** " per la misurazione singola.
3. Confermare la scelta premendo il tasto **START** **3** (oppure premere il tasto **TIMER** **8**, per accedere alla prossima impostazione: " *Accensione/ spegnimento del segnale acustico* ".

## 3.7

**Accensione/  
spegnimento del  
segnale acustico**

La misurazione con lo sfigmomanometro **MTX** viene accompagnata dall'emissione di segnali acustici. È possibile disinserire questa funzione con la seguente impostazione.


1. Per selezionare "Segnale acustico On" o "Segnale acustico Off", premere e tenere premuto il tasto **TIMER** **8**, finché **▲** e "OFF" lampeggiano sul display.
2. Premere di nuovo il tasto **TIMER** **8**. Sul display appaiono "bl" e infine "On".
3. Premere il tasto **MEMO** **4** per commutare tra "On" e "OFF".
4. Confermare la scelta premendo il tasto **START** **3** (oppure premere il tasto **TIMER** **8** per accedere alla prossima impostazione: "Inserisci/disinserisci il segnale DCF77", vedi capitolo 3, paragrafo 3.3, punto 4).  
Se è stato selezionato "OFF" la funzione Segnale acustico rimane spenta durante le misurazioni.

**4 Modalità d'impiego**

## 4.1

**Applicazione  
del manicotto  
pneumatico**

Innanzitutto inserire l'estremità libera del tubo flessibile dell'aria del manicotto **1** nell'apposita presa di connessione **9** presente sull'apparecchio. Aprire bene il manicotto e farlo scivolare sul braccio sinistro nudo fin sopra alla piega del gomito. Nel caso si indossino indumenti molto aderenti alle braccia, fare attenzione che arrotolando la manica la circolazione non venga bloccata. Il tubo flessibile del manicotto dovrebbe trovarsi in mezzo alla piega del braccio ed essere orientato verso l'articolazione della mano. Il manicotto stesso non deve essere storto in nessun modo. Chiudere il manicotto in modo tale che sia aderente, ma non stretto.



## 4.2

**Posizione corretta  
per la misurazione**

- Effettuare la misurazione da seduti.
- Rilassare il braccio e appoggiarlo ad esempio su un tavolo, senza irrigidirlo. Rilassare il braccio e tenerlo appoggiato senza tensioni. Durante la misurazione non agitarsi, non muoversi e non parlare, altrimenti i dati potterebbero alterarsi.

## 4.3

**Misurazione  
della pressione  
arteriosa****Misurazione singola**

Per eseguire singole misurazioni, il dispositivo deve essere acceso con l'interruttore **ON/OFF** **7** e trovarsi nella modalità stand-by. Le eventuali impostazioni descritte al capitolo 3, paragrafi 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7 devono essere concluse.

1. Premere il tasto **START** **3**. Il dispositivo esegue un test automatico che si conclude con l'indicazione sul display "0". L'operazione viene accompagnata da 5 brevi segnali acustici.

2. Infine, il manicotto ❶ si pompa automaticamente, fino a raggiungere la pressione necessaria per la misurazione. La pressione è impostabile anche manualmente, tenendo premuto il tasto **START** ❸, dopo che il dispositivo ha raggiunto automaticamente una pressione di almeno 30 mmHg. Se si ritiene che il dispositivo abbia raggiunto una pressione sufficiente per la misurazione, rilasciare il tasto **START** ❸. Appaiono le cifre che indicano l'aumento della pressione.
3. Il processo di misurazione inizia automaticamente dopo che il manicotto si è gonfiato, grazie al fatto che la pressione creatasi in esso viene nuovamente rilasciata. Il valore che appare sul display corrisponde alla pressione presente in quel momento nel manicotto.



#### NOTA

**Se viene premuto il tasto **START** ❸ durante l'operazione di pompaggio, essa viene interrotta. Il dispositivo si spegne e l'aria fuoriesce dal manicotto.**

4. Il rilascio dell'aria avviene in un primo momento ad una velocità costante. Sul display viene visualizzato il simbolo del battito ♥ 16. Quando il polso può essere valutato per la prima volta, la velocità di rilascio dell'aria è sincronizzata con il battito cardiaco, fino alla fine della misurazione. Questa operazione viene accompagnata da un segnale acustico per ogni battito cardiaco, se la funzione del segnale acustico non è stata precedentemente disattivata. Contemporaneamente lampeggia il simbolo del battito ♥ 16.
5. La misurazione è conclusa non appena il manicotto comincia improvvisamente a espellere l'aria e viene emesso un lungo segnale acustico.
6. I valori misurati 13, 14 e 15 vengono visualizzati sul display, assieme all'indicazione a barra della pressione arteriosa WHO 23. Contemporaneamente viene emesso un lungo segnale acustico.
7. Se durante la misurazione dovesse essere rilevata un'aritmia da parte del dispositivo, viene visualizzato il valore misurato e lampeggia otto volte il simbolo dell'aritmia ⚡ 18. Contemporaneamente vengono emessi otto brevi segnali acustici, che indicano all'utente che il battito cardiaco non è costante.
8. Se per ca. 1 minuto non dovessero essere premuti dei tasti, il dispositivo passa automaticamente alla modalità stand-by.

#### **Metodo di misurazione 3MAM (3 misurazioni successive per rilevare il valore medio)**

Per eseguire singole misurazioni, il dispositivo deve essere acceso con l'interruttore **ON/OFF** 7 e trovarsi nella modalità stand-by. È stato selezionato il metodo di misurazione 3MAM (vedi capitolo 3, paragrafo 3.6). Le eventuali impostazioni descritte al capitolo 3, paragrafi 3.3, 3.5 e 3.7 devono essere concluse.

1. Premere il tasto **START** ❸. Il dispositivo esegue un test automatico che si conclude con l'indicazione sul display " 1 ". L'operazione viene accompagnata da 5 brevi segnali acustici. Sul display vengono visualizzati 21 (average = media) e " 1 " per la prima misurazione.



2. Infine, il manicotto ❶ si pompa automaticamente, fino a raggiungere la pressione necessaria per la misurazione. La pressione è impostabile anche manualmente, tenendo premuto il tasto **START** ❸, dopo che il dispositivo ha raggiunto automaticamente una pressione di almeno 30 mmHg. Se si ritiene che il dispositivo abbia raggiunto una pressione sufficiente per la misurazione, rilasciare il tasto **START** ❸. Appaiono le cifre che indicano l'aumento della pressione.
3. Il processo di misurazione inizia automaticamente dopo che il manicotto si è gonfiato, grazie al fatto che la pressione creatasi in esso viene nuovamente rilasciata. Il valore che appare sul display corrisponde alla pressione presente in quel momento nel manicotto.
4. Il rilascio dell'aria avviene in un primo momento ad una velocità costante. Sul display viene visualizzato il simbolo del battito ♥ ❶. Quando il polso può essere valutato per la prima volta, la velocità di rilascio dell'aria è sincronizzata con il battito cardiaco, fino alla fine della misurazione. Questa operazione viene accompagnata da un segnale acustico per ogni battito cardiaco, se la funzione del segnale acustico non è stata precedentemente disattivata. Contemporaneamente lampeggia il simbolo del battito ♥ ❶.
5. La prima misurazione viene conclusa quando l'aria fuoriesce completamente entro 15 secondi dal manicotto. In questo caso lampeggia il simbolo del conto alla rovescia ❷. Gli ultimi cinque secondi vengono accompagnati da segnali acustici.
6. Invece di " 1 " viene visualizzato sul display " 2 ", per la seconda misurazione. La seconda misurazione procede come la prima; vedere a questo proposito i punti 2 - 5.
7. Invece di " 2 " viene visualizzato sul display " 3 ", per la terza misurazione. La terza misurazione procede come la prima; vedere a questo proposito i punti 2 - 4.
8. La misurazione con il procedimento 3MAM è conclusa non appena il manicotto comincia improvvisamente ad espellere l'aria e viene emesso un lungo segnale acustico.
9. I valori misurati ❸, ❹ e ❺ vengono visualizzati sul display, assieme all'indicazione a barra della pressione arteriosa WHO ❻. Contemporaneamente viene emesso un lungo segnale acustico.
10. Se durante la misurazione dovesse essere rilevata un'aritmia da parte del dispositivo, viene visualizzato il valore misurato e lampeggia otto volte il simbolo dell'aritmia ⚡ ❻. Contemporaneamente vengono emessi otto brevi segnali acustici, che indicano all'utente che il battito cardiaco non è costante.
11. Se per ca. 1 minuto non dovessero essere premuti dei tasti, il dispositivo passa automaticamente alla modalità stand-by.



#### NOTA

**Quando viene utilizzato il dispositivo, nel circuito di commutazione integrato potrebbero presentarsi gli errori Err 1, 2, 3, 5, 6, dove Err 6 può occorrere solo nella modalità 3MAM. A meno che essi non avvengano uno di seguito all'altro, gli errori Err 1, 2, 3, 5 non comportano l'interruzione di una misurazione nella modalità 3MAM. Un'indicazione di errore viene accompagnata sempre da 3 brevi segnali acustici.**

#### 4.4 Problemi e soluzioni

##### **Messaggi di errore**

Possibili cause e soluzioni

##### **Err 1**

Si è interrotta la misurazione della pressione sistolica. Potrebbe esserci un'interruzione nella connessione del tubo dell'aria oppure non è stato individuato il polso.

Controllare la connessione tra il manicotto e l'apparecchio.

##### **Err 2**

Si sono individuati degli impulsi di pressione non fisiologici.

Causa: è stato mosso il braccio durante la misurazione.

Ripetere la rilevazione tenendo il braccio rilassato.

##### **Err 3**

Se la pressione impiega troppo tempo a salire nel manicotto, o quest'ultimo non è applicato correttamente oppure il collegamento del tubo flessibile si è allentato e non c'è più tenuta d'aria.

Controllare la connessione e ripetere la misurazione.

##### **Err 5**

A causa di condizioni instabili durante le misurazioni, non si è potuto calcolare un valore medio.

Ripetere il rilevamento con il braccio rilassato e non parlare durante il rilevamento stesso.

##### **Err 6**

Si sono presentati troppi errori durante la misurazione con modalità MAM; non è possibile determinare nessun risultato finale. Osservare l'elenco di controllo per delle misurazioni affidabili e ripetere la misurazione.

##### **HI**

La pressione nel manicotto è troppo elevata (superiore a 300 mmHg) oppure il battito è troppo veloce (più di 200 battiti al minuto). Rilassarsi per 5 minuti e ripetere la misurazione.

##### **LO**

Il battito è troppo lento (meno di 40 battiti al minuto). Ripetere la misurazione.

#### 4.5 Spegnimento dell'apparecchio

Se non viene premuto alcun tasto, l'apparecchio si commuta automaticamente dopo ca. 1 min. in modalità stand-by. È possibile passare alla modalità stand-by anche premendo il tasto **START** ③. La funzione di sfigmomanometro è conclusa. L'ora e la memoria utente selezionata vengono visualizzati permanentemente sul display. La funzione di allarme rimane memorizzata.

Se non si desidera utilizzare l'indicazione dell'ora e la funzione di allarme, spegnere completamente il dispositivo portando in posizione "OFF" l'interruttore a scorrimento **ON/OFF** ⑦ sul retro del dispositivo.

### 5.1 Memorizzazione dei risultati

L'apparecchio dispone di 2 memorie separate, ognuna con una capacità di 99 spazi memoria. I risultati sono archiviati automaticamente nella memoria selezionata. Se la memoria è piena, viene cancellato di volta in volta il dato meno recente.

### 5.2 Lettura dei dati registrati

Premere il pulsante **MEMO** ④, per selezionare i risultati di misurazione memorizzati. Dopo la visualizzazione di tutti i segmenti contenuti nel display, vengono visualizzate tutte le misurazioni contenute nella memoria selezionata con un valore medio contrassegnato con " **R** ".

Premendo nuovamente il pulsante **MEMO** ④ vengono visualizzati i singoli valori di misurazione (alternatamente sistolica, diastolica, pulsazioni e data/ora) dell'ultima misurazione effettuata e memorizzata. Se la misurazione è stata eseguita con il procedimento 3MAM, viene visualizzato un **3MAM** ④. Se nel corso della misurazione era stata rilevata un'aritmia, viene visualizzato anche il simbolo dell'aritmia **⚡**, tuttavia non lampeggiante.

Premere nuovamente il pulsante **MEMO** ④, sfogliare indietro la serie di misurazioni. La visualizzazione è in ordine decrescente.

Se per ca. 1 minuto non dovessero essere premuti dei tasti, il dispositivo passa automaticamente alla modalità stand-by.

### 5.3 Cancellazione di una misurazione

Selezionare la voce della misurazione che si desidera cancellare. Tenere premuto il tasto **START** ③ per ca. 10 sec., finché lampeggia il simbolo della memoria ⑦. Confermare l'operazione premendo il tasto **MEMO** ④. Sul display viene visualizzato brevemente " **CL** " seguito da due brevi segnali acustici. La voce selezionata viene cancellata. Il display torna alla modalità stand-by.

### 5.4 Cancellazione della memoria

Per cancellare i dati della memoria selezionata, premere il pulsante **MEMO** ④ per circa 7 secondi. Dopo 7 secondi appare l'indicazione " **CL** " ( **CLEAR** = cancella) sul display ②, che indica che tutti i dati sono stati cancellati. Confermare l'operazione premendo il tasto **MEMO** ④. L'operazione viene accompagnata da tre brevi segnali acustici.

## 6.1

**Pulizia e manutenzione**

- Prima di pulire l'apparecchio togliere le batterie.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o spazzole dure.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido leggermente inumidito con un detergente delicato. L'acqua non deve penetrare nell'apparecchio. Utilizzare di nuovo l'apparecchio solo quando sia perfettamente asciutto.
- Togliere le batterie dall'apparecchio nel caso in cui non si intenda usarlo per molto tempo. Altrimenti si corre il pericolo che le batterie si scarichino.
- Non esporre l'apparecchio direttamente ai raggi del sole, proteggerlo dalla polvere e dall'umidità.
- Pompate aria nel manicotto pneumatico solo una volta che questo sia stato sistemato intorno al braccio.
- **Controlli metrologici:**

L'apparecchio è stato calibrato dal produttore per una durata di due anni.

**In caso di uso commerciale**, i controlli metrologici devono ripetersi come minimo ogni due anni. Il controllo è a pagamento e può essere effettuato da un ente competente o da centri di manutenzione autorizzati, conformemente alle norme in materia.

## 6.2

**Smaltimento**

L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Togliere la pila prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori specializzati.

Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

## 6.5

**Direttive / Norme**

Questo sfigmomanometro soddisfa i requisiti della norme UE in materia di sfigmomanometri non invasivi. È stato certificato secondo le direttive CE ed è provvisto del marchio CE (marchio di conformità) "CE 0297".

Lo sfigmomanometro soddisfa le norme europee EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 14971 e EN 980.

L'apparecchio soddisfa i requisiti della direttiva UE "93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sui prodotti medici".

**Test clinici:**

Con questo dispositivo sono state effettuate visite cliniche in USA e in Germania, secondo lo standard EN 1060-4 e lo standard AAMI (US).

**Compatibilità elettromagnetica:**

L'apparecchio soddisfa i requisiti della norma EN 60601-1-2 per la compatibilità elettromagnetica.

Per informazioni dettagliate di questi dati di misurazione è possibile rivolgersi a **MEDISANA**.

**Destinazione:**

l'apparecchio è indicato per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna dei soggetti adulti (è quindi destinato all'uso esterno).

**6.4****Dati Tecnici**

|   |  |
|---|--|
| Nome e modello  | : Sfigmomanometro <b>MEDISANA MTX</b>  |
| Sistema di visualizzazione                                | : Display digitale   |
| Spazi di memoria  | : 2 x 99   |
| Metodo di misurazione                                     | : oscillometrico   |
| Alimentazione   | : 6 V = , 4 x 1,5 V mignon AA LR 6, alcaline   |
| Campo di misurazione della pressione                      | : 30 – 280 mmHg  |
| Campo di misurazione del polso                            | : 40 – 200 battiti / min   |
| Deviazione massima di misurazione dell'aprensione statica | : $\pm 3$ mmHg   |
| Deviazione massima di misurazione dei valori del polso    | : $\pm 5$ % del valore   |
| Produzione di pressione                                   | : automatica con micropompa  |
| Rilascio dell'aria  | : automatico   |
| Spegnimento automatico                                    | : dopo ca. 1 minuto  |
| Condizioni di funzionamento                               | : da + 10 °C a + 40 °C,<br>15 – 85 % umidità relativa  |
| Condizioni di conservazione                               | : da – 5 °C a + 50 °C  |
| Dimensioni  | : ca. 125 mm x 163 mm x 65 mm  |
| Manicotto:  | : 22 – 32 cm Manicotto per adulti con circonferenza della parte alta del braccio media   |
| Peso  | : ca. 535 g comprese le batterie   |
| Numero di articolo  | : 51083  |
| Codice EAN  | : 40 15588 51083 0   |
| Accessori speciali  | : Adattatore<br>N. art. 51036<br>Manicotto di grandezza 22 - 42 cm per adulti con circonferenza del braccio robusta<br>N. art. 51087<br>Manicotto piccolo 17 - 22 cm per adulti con una circonferenza piccola della parte superiore del braccio<br>N. art. 51089<br>Set per software (software per la misurazione della pressione sanguigna per Windows con cavo di collegamento)<br>N. art. 51082 |

**CE0297**

**Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.**

### Condizioni di garanzia e di riparazione

In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il centro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire l'apparecchio, specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Valgono le seguenti condizioni di garanzia:

1. I prodotti **MEDISANA** hanno una garanzia di tre anni a partire dalla data di vendita. La data di acquisto deve essere comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di lavorazione vengono eliminati gratuitamente.
3. Una prestazione di garanzia non dà diritto al prolungamento del periodo di garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
4. La garanzia non include:
  - a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall'inosservanza delle istruzioni d'uso,
  - b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall'acquirente o da terzi non autorizzati,
  - c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante l'invio al servizio clienti,
  - d. gli accessori soggetti a normale usura (manicotto, batterie ecc.).
5. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o indiretti causati dall'apparecchio anche se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come caso di garanzia.



**MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
GERMANIA

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

L'indirizzo del servizio di assistenza è riportato nel foglio allegato separatamente.



# ¡NOTAS IMPORTANTES! ¡CONSERVAR SIN FALTA!

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.

## Leyenda



Estas instrucciones forman parte de este aparato. Contienen información importante relativa a la puesta en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.



### ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.



### ATENCIÓN

Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.



### NOTA

Estas indicaciones le ofrecen información adicional que le resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.



Clasificación del aparato: Tipo BF



Número de LOTE



Fabricante



Fecha de fabricación





## Indicaciones de seguridad



### ADVERTENCIA

**No tome ninguna medida terapéutica a causa de una medición realizada por usted mismo. No modifique nunca la dosificación de un medicamento que le haya prescrito su médico.**

- Las arritmias provocan un pulso irregular. Esto puede originar dificultades para determinar los valores de medición correctos con tensiómetros oscilométricos. Sin embargo este aparato ha sido equipado con una electrónica que le permite reconocer más de las 20 arritmias y los llamados "Aterfactos de movimiento" más frecuentes y mostrarlos en la pantalla con el símbolo .
- Si padece otras enfermedades como por ejemplo obstrucción de arterias consulte con su médico antes de utilizar el aparato.
- El aparato no puede ser utilizado para controlar la frecuencia cardiaca de un marcapasos.
- La mujeres embarazadas deben observar las medidas de precaución necesarias y su capacidad de resistencia individual, si se da el caso consulte con su médico.
- Si durante la medición sufre algún tipo de molestia como por ejemplo dolores en el brazo tome las siguientes medidas:  
Pulse la tecla **START**  para desinflar el brazalete inmediatamente. Abra el brazalete y retírelo del brazo. Por favor póngase en contacto con su comercio especializado o infórmenos directamente.
- Las personas con pulso débil deben levantar el brazo y abrir y cerrar la mano aprox. 10 veces antes de realizar la medición. A través de este ejercicio se alcanza una optimización del pulso y del proceso de medición.
- Utilice el aparato exclusivamente según su uso previsto descrito en las instrucciones de manejo.
- El derecho de garantía se extingue por uso indebido.
- Si muy raramente se diera el caso de que debido a un fallo en el funcionamiento el brazalete se mantuviera inflado de forma constante durante la medición debe abrirlo inmediatamente.
- El aparato no debe ser utilizado cerca de aparatos con una irradiación eléctrica fuerte como por ejemplo emisoras de radio, ya que de lo contrario la funcionalidad del aparato podría verse influida.
- Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidad física, sensorial o psíquica disminuida o que no tengan la experiencia ni los conocimientos necesarios para usarlo, a no ser que sean vigilados por una persona responsable de su seguridad que les dé instrucciones de cómo manejarlo.
- Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
- Por favor no repare el aparato usted mismo en caso de avería, ya que de lo contrario se extinguirían todos los derechos de garantía. El aparato debe ser reparado exclusivamente por estaciones de servicio autorizadas.



- Proteja el aparato contra la humedad. Si a pesar de ello penetra agua en el aparato desinstale inmediatamente las pilas y no lo utilice. En tal caso póngase en contacto con su comercio especializado o infórmenos directamente. Puede encontrar la dirección de contacto en la página de direcciones.

## 2 Informaciones interesantes

### ¡Muchas gracias!

Muchas gracias por su confianza y felicitaciones.

Con el tensiómetro **MTX** ha adquirido un producto de calidad de **MEDISANA**. Para obtener los resultados deseados y disfrutar durante mucho tiempo de su tensiómetro **MTX** de **MEDISANA**, le recomendamos leer atentamente las siguientes instrucciones de uso y cuidado.

### 2.1 Volumen de suministros y embalaje

Compruebe primero si el aparato está completo y si no presenta daño alguno. En caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento y diríjase a su proveedor o punto de atención al cliente.

El volumen de entrega comprende:

- 1 tensiómetro **MTX** de **MEDISANA**
- 1 brazalete preformado con tubo de aire
- 4 pilas (Tipo AA, LR 6) 1,5V
- 1 bolsa para guardar el dispositivo
- 1 cable USB
- 1 tabla para anotar la tensión arterial
- 1 instrucciones de manejo

El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshágase del material de embalaje que no se necesite, siguiendo las normas pertinentes. Si al desembalar observara algún daño causado durante el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el comerciante.



#### ADVERTENCIA

**¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en manos de niños! ¡Existe el peligro de asfixia!**

### 2.2 ¿Qué es la tensión arterial?

Tensión arterial es la presión que se produce en las arterias con cada latido del corazón. Cuando el músculo del corazón se contrae (sístole) bombeando sangre a las arterias se produce un aumento de la presión. Su valor máximo es denominado presión sistólica y es medido en primer lugar.

Cuando el músculo del corazón se dilata para recoger sangre disminuye consecuentemente la presión en las arterias. El segundo valor – presión diastólica – es medido cuando las arterias están en estado de relajación.

**2.3**  
**¿Cómo funciona la medición?**

El **MTX** es un tensiómetro que se ha diseñado para realizar mediciones de la tensión arterial en el brazo. La medición se produce mediante un microprocesador que evalúa las oscilaciones que se producen al inflar y desinflar el brazalete sobre la arteria mediante un sensor de presión.

**2.4**  
**¿Porqué es razonable medir la tensión arterial en casa?**

**MEDISANA** dispone de muchos años de experiencia en el campo de la medición de la tensión arterial. La gran exactitud del principio de medición de los aparatos **MEDISANA** está documentada por amplios estudios clínicos realizados según los más estrictos estándares internacionales. Uno de los argumentos más importantes a favor de la medición de la tensión arterial en casa es el hecho de que la medición pueda ser realizada en un ambiente habitual bajo un estado de relajación. El valor más importante es el denominado „valor base“ que es medido por la mañana directamente después de haberse levantado y antes del desayuno. Principalmente y siempre que sea posible se recomienda medir la tensión arterial a la misma hora del día y bajo las mismas condiciones, ya que de este modo queda garantizada la comparabilidad de los resultados y es posible prediagnosticar un problema de hipertensión. El riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares aumenta si existe una hipertensión no detectada durante un largo periodo de tiempo.



**POR ESTA RAZÓN RECOMENDAMOS:**

**Medir su tensión arterial diaria y regularmente también incluso si no sufre ninguna molestia.**

**2.5**  
**Clasificación de la tensión arterial**

En la siguiente tabla se representan los valores indicativos para la tensión arterial alta y baja sin tener en cuenta la edad. Esta escala sobre la tensión arterial cumple las directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

**Tensión arterial baja**

Sístole <100  
Diástole <60

**Tensión arterial normal**  
(zona de indicación **verde 5**)

Sístole 100 – 139  
Diástole 60 – 89

**Formas de tensión alta**

**Tensión arterial ligeramente alta**  
(zona de indicación **amarilla 5**)

Sístole 140 – 159  
Diástole 90 – 99

**Tensión arterial medio alta**  
(zona de indicación **naranja 5**)

Sístole 160 – 179  
Diástole 100 – 109

**Tensión arterial muy alta**  
(zona de indicación **roja 5**)

Sístole ≥180  
Diástole ≥110



**ADVERTENCIA**

**Una tensión arterial demasiado baja también representa un riesgo para la salud igual que la tensión arterial elevada. Los mareos pueden provocar situaciones peligrosas (por ej. en escaleras o en la circulación vial).**

## 2.6

**Oscilaciones de la tensión arterial**

Existen diversos factores que pueden influir en nuestra tensión arterial y en los valores de la medición como por ejemplo, un gran esfuerzo físico, ansiedad, estrés, la hora del día etc. Los valores de la tensión arterial personal están sujetos a grandes oscilaciones a lo largo del día y del año. Estas oscilaciones son especialmente notorias en pacientes hipertensos. Normalmente la tensión arterial alcanza su valor más alto durante el esfuerzo físico y su valor más bajo en la noche durante el sueño.

## 2.7

**Influencias y valoración de las mediciones**


- Mida su tensión arterial varias veces, memorice los resultados y compárelos unos con otros. No saque conclusiones de una sola medición.
- Los resultados de la medición de la tensión arterial deberían ser evaluados siempre por un médico que esté también familiarizado con su historial médico. Si utiliza el aparato regularmente y registra los resultados para su médico debería también de vez en cuando informarle sobre el desarrollo de las mediciones.
- Tenga en cuenta durante las mediciones de la tensión arterial que los valores diarios obtenidos dependen de muchos factores. El tabaco, el alcohol, los medicamentos y los esfuerzos físicos influyen en estos valores de diferente modo.
- La tensión arterial debe ser medida antes de las comidas.
- Antes de medir su tensión arterial debería descansar durante como mín. 5 minutos.
- Si a pesar de haberse cerciorado de que el aparato ha sido manejado correctamente tiene la impresión de que el valor diastólico o sistólico son anormales (demasiado altos o demasiado bajos) y esto se produce repetidamente debe consultar con su médico. Esto también es válido si en raras ocasiones no fuera posible medir la tensión arterial debido a un pulso muy bajo.




## 3 Puesta en funcionamiento



## 3.1

**Instalación / desinstalación de las pilas**

**Instalación:** Abra la cámara para las pilas situada en la parte inferior del aparato presionando levemente el pasador en el sentido de la flecha e instale las cuatro pilas que se incluyen en el volumen de entrega (pilas alcalinas, tipo AA LR 6). Observe la dirección en la que instala las pilas (figura en la cámara para las pilas). Si las pilas están correctamente introducidas (o si el bloque de alimentación está enchufado) suenan dos pitidos.

Si el interruptor **ON/OFF**  está activado, suenan 2 pitidos y en la pantalla se visualizan todos los símbolos durante un segundo. Finalmente se visualiza " - : - - ". Vuelva a colocar la tapa de la cámara para pilas y presiónela hasta que quede engatillada audiblemente.

**Desinstalación:** Cuando la tensión de las pilas baja de 5 - 4,5 V, en la pantalla aparece el símbolo de pila  . Apague el aparato con el interruptor **ON/OFF**  y coloque las pilas nuevas. En caso de que las pilas gastadas estén algo atascadas en la cámara para las pilas utilice un objeto puntiagudo para levantarlas con cuidado, por ejemplo un bolígrafo.

Cuando la tensión de las pilas baja de 4,25 - 0,25 V, en la pantalla aparece el símbolo de pila  .

El aparato se apaga automáticamente después de que haya aparecido este símbolo. Volverá a funcionar cuando se hayan colocado pilas nuevas.

Tenga en cuenta que cada vez que se colocan pilas nuevas, se deberá ajustar nuevamente la fecha y la hora si ello no ocurre automáticamente, a través del reloj radiocontrolado, cuando se enciende el aparato con el interruptor **ON/OFF**

**7** Los resultados de las mediciones realizadas hasta ahora permanecen guardadas.



#### ADVERTENCIA

#### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS

- ¡No desmonte las baterías!
- ¡Limpie los contactos de las pilas y del dispositivo antes de colocar las pilas!
- ¡Retire inmediatamente las baterías descargadas!
- ¡Peligro elevado de fuga del líquido; evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas! ¡En caso de contacto con el ácido de las baterías, lave inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia y abundante y vaya de inmediato al médico!
- ¡En el caso de que alguien se tragara una batería, habría que ir inmediatamente al médico!
- ¡Cambie siempre todas las baterías al mismo tiempo!
- ¡Utilice solo baterías del mismo tipo, no use tipos diferentes o mezcle baterías viejas y nuevas!
- ¡Coloque las baterías de forma correcta teniendo en cuenta la polaridad!
- ¡Mantenga bien cerrado el compartimento de las pilas!
- ¡Retire las baterías del aparato, si no lo va a utilizar durante un tiempo!
- ¡Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños!
- ¡No vuelva a cargar las baterías! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las ponga en cortocircuito! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las tire al fuego! ¡Peligro de explosión!
- ¡Guarde las pilas sin usar en el envase y no en la cercanía de objetos metálicos, para así evitar un cortocircuito!
- ¡No tire las baterías usadas ni los acus en la basura doméstica sino en la basura especial o en el recogedor de baterías de los comercios especializados!

### 3.2 Uso de un bloque de alimentación

También existe la posibilidad de utilizar el aparato con un bloque de alimentación especial (MEDISANA N°-Art. 51036, no incluido en el volumen de suministro) que debe ser conectado al zócalo de conexión **10** previsto para ello situado en la parte posterior del aparato. En este caso, las pilas permanecen en el aparato.

Al insertar el enchufe en la parte posterior del tensiómetro, las pilas se desconectan de forma mecánica. Sin embargo, es necesario insertar primero el bloque de alimentación en la toma de corriente y luego conectarlo con el

tensiómetro. Si no se utiliza más el tensiómetro, se tendrá que extraer primero el enchufe del tensiómetro y luego el bloque de alimentación de la toma de corriente. De este modo se evita que la fecha y la hora se tengan que introducir de nuevo cada vez.

### 3.3 Ajuste de la fecha y de la hora

El tensiómetro **MTX** de **MEDISANA** está provisto de un reloj radiocontrolado a partir de la señal DCF77. Con ello se ajusta automáticamente la hora y la fecha. Si no se dispone de la señal DCF77, la hora no se ajustará automáticamente.



#### **Ajuste automático:**

1. Encienda el aparato con el interruptor **ON/OFF** **7** situado en la parte trasera del aparato. En la pantalla aparece “ - : - - ”.
2. La pantalla **2** cambia automáticamente a recepción de señal de radio. En cuanto se recibe la señal horaria, parpadea el símbolo de reloj radiocontrolado **24** en la pantalla a intervalos de 1 segundo hasta que haya finalizado el proceso de recepción de señal.



#### **NOTA**

**Si no desea ajustar la hora o si desea realizar directamente una medición, salga del modo de ajuste de la hora pulsando el botón **START** **5**.**

3. Durante el ajuste automático parpadea el símbolo de reloj radiocontrolado  con, sucesivamente, 1, 2 y 3 barras por encima. Cuando se visualiza el símbolo con 3 barras, ha finalizado el ajuste de la hora. En la parte derecha superior de la pantalla se visualiza primero la fecha y seguidamente la hora. Finalmente se visualiza de forma permanente la hora junto con el símbolo de reloj radiocontrolado .



#### **NOTA**

**El ajuste automático de fecha y hora dura aprox. entre 2 y 4 minutos. Si no se recibe ninguna señal durante 4 minutos, en la pantalla aparece “ - : - - ”. Ahora puede ajustar manualmente el reloj o mejorar la recepción cambiando de lugar. Si se cambia de lugar, se deben colocar de nuevo las pilas o encender nuevamente el aparato con el interruptor ON/OFF a fin de iniciar nuevamente el ajuste automático.**

#### **Ajuste manual:**

El aparato debe encontrarse en el modo stand-by. Si durante el ajuste de la hora no se pulsa ningún botón durante 1 minuto, se desactiva el modo de ajuste de la hora y en la indicación de la hora aparece “ - : - - ”.

1. Puede ajustar la fecha y la hora pulsando durante varios segundos el botón **TIMER** 8 hasta que en la pantalla aparezca **OFF**.
2. Pulse nuevamente el botón **TIMER** 8. Tras haber soltado el botón, en la pantalla aparece **bl** y debajo **On**.
3. Pulse nuevamente el botón **TIMER** 8. En la pantalla aparecen **On** y **1**. Pulsando el botón **MEMO** 4 se puede activar o desactivar la señal DCF77. Si se ha desactivado el reloj radioccontrolado, pulse el botón **TIMER** 8 para ir al ajuste manual de la hora.
4. En la pantalla aparece la memoria de usuario seleccionada y el año parpadea.
  - Pulsando nuevamente el botón **TIMER** 8 aparece la fecha y el mes parpadea.
  - Pulsando nuevamente el botón **TIMER** 8 parpadea el día.
  - Pulsando nuevamente el botón **TIMER** 8 aparece la hora. La indicación de horas parpadea.
  - Pulsando nuevamente el botón **TIMER** 8 parpadea la indicación de minutos.
  - Pulsando el botón **MEMO** 4 se puede ajustar la fecha y hora actuales (año, mes, día, horas y minutos) y confirmar con el botón **TIMER** 8. Seguidamente se visualizan alternativamente la fecha y hora ajustadas antes de que el aparato vuelva al modo stand-by. En el modo stand-by se visualiza la hora de forma permanente.



#### NOTA

Si durante el ajuste manual de la hora se pulsa el botón **START** 3, se sale del modo de ajuste de hora.

Se aceptan los valores que se hayan ajustado hasta ese momento. En la pantalla aparece "--:--" si previamente no se ha ajustado ninguna hora.

### 3.4 Programar la alarma

El tensímetro **MTX** de **MEDISANA** está provisto de una función de alarma con la que cualquiera de los dos usuarios puede programar tres horas de alarma para, por ejemplo, tomar medicinas regularmente.

Preste atención a que el aparato se encuentre en el modo stand-by y a que esté ajustada la memoria de usuario 11 que se desee.

1. Pulse el botón **TIMER** 8 y seguidamente el botón **MEMO** 4. Mantenga ambos botones pulsados hasta que el símbolo de alarma 20 aparezca en la pantalla.
2. Suelte ambos botones. " 1 " para *Alarma 1* parpadea en la parte derecha inferior de la pantalla. Con el botón **MEMO** 4 se puede elegir entre *Alarma 1*, *Alarma 2* y *Alarma 3*.
3. Pulse nuevamente el botón **TIMER** 8. Parpadea la indicación para introducir la hora de alarma. Introduzca la hora de alarma con el botón **MEMO** 4.

4. Al pulsar nuevamente el botón **TIMER** 8 parpadea el símbolo de alarma. Con el botón **MEMO** 4 se puede cambiar entre activar (🔔) y desactivar la alarma (🔕).
- Para confirmar la entrada, pulse el botón **TIMER** 8 o el botón **START** 3. Si está programada la alarma, se emitirá una señal acústica a la hora programada.



#### NOTA

**Si se ha introducido correctamente la alarma y está activa, en el modo stand-by aparecerá el símbolo de alarma 🔔 en la pantalla. Si en ninguna memoria de usuario está activa una alarma, en el modo stand-by no aparecerá ningún símbolo.**

### 3.5 Ajuste de la memoria del usuario


El **MTX** ofrece la posibilidad de asignar los valores medidos a dos memorias diferentes. En cada memoria existen 99 espacios de memoria. El aparato debe encontrarse en el modo de stand-by. Pulsando el botón **TIMER** 8 se puede elegir entre la memoria de usuario 1 y la 2 11.


### 3.6 Selección del método de medición 3MAM

El **MTX** ofrece la posibilidad realizar la medición de la tensión arterial mediante dos procedimientos de medición diferentes.

- Medición individual
- 3 Mediciones seguidas (Measurement Average Mode = Procedimiento 3/MAM)

En la medición individual se lleva a cabo y memoriza una sola medición. Si su tensión arterial sufre grandes oscilaciones se recomienda seleccionar el modo de medición 3/MAM. A través de las tres mediciones realizadas en intervalos seguidos de 15 segundos son eliminados en gran medida los valores divergentes. Si se producen divergencias es posible que bajo circunstancias determinadas sea llevada a cabo una cuarta medición.


De estas tres mediciones es calculado internamente e indicado un valor medio ponderado que será memorizado en la memoria correspondiente. Las mediciones llevadas a cabo según este procedimiento serán indicadas con una  21 en la memoria. A través del procedimiento 3/MAM se minimiza el riesgo de obtener una medición errónea.

1. Para elegir entre medición única y 3 mediciones seguidas (método 3MAM), pulse y mantenga pulsado el botón **TIMER** 8 hasta que en la pantalla aparezcan intermitentes los símbolos para el modo 3MAM  y "OFF".
2. Pulse el botón **MEMO** 4 para elegir entre "On" y "OFF"; "On" para el método de medición 3MAM, y "OFF" para la medición única.
3. Confirme su elección pulsando el botón **START** 3 (o pulsando el botón **TIMER** 8 para ir al siguiente ajuste: "Activar/desactivar pitido".

## 3.7

**Activar/desactivar pitido**

Cuando se toma la tensión con el tensiómetro **MTX** suenan pitidos. Estos pitidos se pueden desactivar con el siguiente ajuste.

1. Para elegir entre "Activar pitido" y "Desactivar pitido" pulse y mantenga pulsado el botón **TIMER** ⑧ hasta que  y "OFF" aparezcan intermitentes en la pantalla.
2. Pulse nuevamente el botón **TIMER** ⑧. En la pantalla aparece ". b i " y seguidamente "On".
3. Pulse el botón **MEMO** ④ para elegir entre "On" y "OFF".
4. Confirme su elección pulsando el botón **START** ③ (o pulsando el botón **TIMER** ⑧ para ir al siguiente ajuste: " Activar/desactivar señal DCF77 ". Véase el capítulo 3, apartado 3.3, punto 4. Si ha seleccionado " OFF ", el pitido permanece desactivado durante las mediciones.

## 4 Aplicación

## 4.1

**Colocación del brazalete**

Primeramente conecte el extremo libre del tubo de aire del brazalete ① al zócalo de conexión ② correspondiente situado en el aparato. Abra el brazalete formando un anillo y colóquelo sobre el brazo izquierdo desnudo por encima de la flexura del codo. El brazo no debe ser estrangulado por la ropa remangada.

El tubo del brazalete debe estar situado en el medio de la flexura del codo e indicar en dirección hacia la muñeca. El brazalete no debe ser torcido en forma alguna. Cierre el brazalete de tal forma que quede apretado pero no estrangule el brazo.



## 4.2

**Posición correcta para la medición**

- Lleve a cabo la medición sentado.
- Relaje el brazo y apóyelo por ejemplo sobre una mesa. Permanezca tranquilo durante la medición. No se mueva ni hable, ya que de lo contrario podría alterar los resultados de la medición.

## 4.3

**Medición de la tensión arterial****Medición individual**

Para llevar a cabo una medición única, el aparato debe estar encendido con el interruptor **ON/OFF** ⑦ y estar en modo stand-by. Se deben haber realizado los ajustes conforme al capítulo 3, apartados 3.3, 3.5, 3.6 y 3.7.

1. Pulse nuevamente el botón **START** ③. El aparato realiza una autocomprobación que finaliza cuando en la pantalla se visualiza " 0 ". Este proceso va acompañado de 5 pitidos breves.



2. A continuación, el brazalete **1** se infla automáticamente hasta que se alcance la presión necesaria para la medición. De forma alternativa, esta presión también se puede generar manualmente pulsando y manteniendo pulsado el botón **START 3** después de que el aparato haya alcanzado automáticamente una presión de al menos 30 mmHg. Suelte el botón **START 3** cuando usted considere que el aparato ha alcanzado la presión inicial óptima para realizar una medición. Al mismo tiempo es indicada la presión en aumento mediante números.
3. Una vez que el proceso de inflado haya concluido se inicia el proceso de medición automáticamente dejando salir despacio la presión establecida en el brazalete. El valor indicado en el display se corresponde con cada valor de presión actual del brazalete.



#### NOTA

**Si se mantiene pulsado el botón START 3 mientras se está inflando el brazalete, se interrumpe este proceso. El aparato se apaga y el aire sale del brazalete.**




4. Al principio la salida del aire del brazalete se produce a una velocidad constante. En la pantalla aparece el símbolo **♥ 16**. Cuando el pulso es registrado por primera vez la salida de aire es sincronizada con el latido del corazón hasta que la medición finaliza. Este proceso va acompañado de un pitido por cada latido del corazón, siempre y cuando los pitidos no hayan sido previamente desactivados. Al mismo tiempo parpadea el símbolo de pulso cardíaco **♥ 16**.
5. La medición finaliza tan pronto como el brazalete se desinfla repentinamente y se oiga un pitido.
6. Los valores medidos **13**, **14** y **15** se visualizan en el display junto con la indicación de barra **23** de la tensión arterial conforme a la OMS. Al mismo tiempo se oye un pitido prolongado.
7. Si durante la medición se detecta una arritmia, el símbolo de arritmia **⚡ 18** parpadea ocho veces durante la indicación del valor medido. Al mismo tiempo se oyen ocho pitidos breves que avisan al usuario sobre un pulso irregular.
8. Si no pulsa ningún botón durante aprox. 1 minuto, el aparato se apaga automáticamente en el modo stand-by.

#### **Método de medición 3MAM**

##### **( 3 mediciones consecutivas para determinar el promedio )**

Para llevar a cabo una medición única, el aparato debe estar encendido con el interruptor **ON/OFF 7** y estar en modo stand-by. Está seleccionado el método de medición 3MAM (véase en el capítulo 3 el apartado 3.6). Se deben haber realizado los ajustes conforme al capítulo 3, apartados 3.3, 3.5 y 3.7.

1. Pulse nuevamente el botón **START 3**. El aparato realiza una autocomprobación que finaliza cuando en la pantalla se visualiza " **0** ". Este proceso va acompañado de 5 pitidos breves. En la pantalla se muestra **⏏ 21** (average = promedio) y " **1** " para el primer ciclo de medición.

2. A continuación, el brazalete **1** se infla automáticamente hasta que se alcance la presión necesaria para la medición. De forma alternativa, esta presión también se puede generar manualmente pulsando y manteniendo pulsado el botón **START** **3** después de que el aparato haya alcanzado automáticamente una presión de al menos 30 mmHg. Suelte el botón **START** **3** cuando usted considere que el aparato ha alcanzado la presión inicial óptima para realizar una medición. Al mismo tiempo es indicada la presión en aumento mediante números.
3. Una vez que el proceso de inflado haya concluido se inicia el proceso de medición automáticamente dejando salir despacio la presión establecida en el brazalete. El valor indicado en el display se corresponde con cada valor de presión actual del brazalete.
4. Al principio la salida del aire del brazalete se produce a una velocidad constante. En la pantalla aparece el símbolo  **16**. Cuando el pulso es registrado por primera vez la salida de aire es sincronizada con el latido del corazón hasta que la medición finaliza. Este proceso va acompañado de un pitido por cada latido del corazón, siempre y cuando los pitidos no hayan sido previamente desactivados. Al mismo tiempo parpadea el símbolo de pulso cardiaco  **16**.
5. El primer ciclo de medición finaliza cuando todo el aire sale del brazalete a lo largo de una cuenta atrás de 15 segundos durante la cual parpadea el símbolo de cuenta atrás **22**. Los últimos cinco segundos van acompañados de pitidos.
6. En lugar de " **1** " aparece ahora en la pantalla " **2** " para indicar el segundo ciclo de medición. El segundo proceso de medición se desarrolla como el primero. Véase el punto 2 - 5.
7. En lugar de " **2** " aparece ahora en la pantalla " **3** " para indicar el tercer ciclo de medición. El tercer proceso de medición se desarrolla como el primero. Véase el punto 2 - 4.
8. La medición en el método 3MAM finaliza tan pronto como el brazalete se desinfla repentinamente y se oiga un pitido.
9. Los valores medidos **13** , **14** y **15** se visualizan en el display junto con la indicación de barra **23** de la tensión arterial conforme a la OMS. Al mismo tiempo se oye un pitido prolongado.
10. Si durante la medición se detecta una arritmia, el símbolo de arritmia  **18** parpadea ocho veces durante la indicación del valor medido. Al mismo tiempo se oyen ocho pitidos breves que avisan al usuario sobre un pulso irregular.
11. Si no pulsa ningún botón durante aprox. 1 minuto, el aparato se apaga automáticamente en el modo stand-by.



**NOTA**

**Durante el uso del aparato se pueden producir en el circuito eléctrico los fallos Err 1, 2, 3, 5, 6, siendo Err 6 exclusivo del modo 3MAM. Los fallos Err 1, 2, 3, 5 no suponen una interrupción de la medición en el modo 3MAM, a no ser que se produzcan dos veces seguidas. Una indicación de error siempre va acompañada de 3 pitidos breves.**

#### 4.4 Averías y Solucion

##### **Aviso de error**

Causas posibles y soluciones

##### **Err 1**

La medición del valor sistólico ha sido interrumpida. Es posible que la conexión con el tubo de aire haya sido cortada o que no haya sido posible determinar el pulso.

Compruebe la conexión entre el brazalete y el aparato.

##### **Err 2**

Han sido registrados impulsos no fisiológicos.

Causa: El brazo ha sido movido durante la medición.

Vuelva a realizar la medición manteniendo el brazo inmóvil.

##### **Err 3**

Si el establecimiento de presión en el brazalete dura demasiado tiempo es posible que el brazalete no haya sido colocado correctamente o que la conexión al tubo de aire tenga alguna fuga.

Compruebe las conexiones y vuelva a realizar la medición.

##### **Err 5**

Debido a condiciones inestables durante las mediciones no ha podido ser calculado ningún valor medio.

Vuelva a medir la tensión manteniendo el brazo quieto y no hablando durante la medición.

##### **Err 6**

Ha habido demasiados errores durante la medición en el modo MAM, por lo que es imposible obtener un resultado final.

Lea la lista de chequeo para efectuar mediciones confiables y repita la medición.

##### **HI**

La presión en el brazalete es demasiado alta (superior a 300 mmHg) o el pulso es demasiado alto (más de 200 latidos por minuto).

Relájese durante 5 minutos y repita la medición.

##### **LO**



El pulso es demasiado bajo (menos de 40 latidos por minuto).

Repita la medición.

#### 4.5 Desconexión del aparato

El aparato pasa automáticamente al modo stand-by tras aprox. 1 minuto si durante este tiempo no se ha pulsado ningún otro botón. Pulsando el botón **START** **3** puede ir al modo stand-by. La función como tensiómetro queda así desactivada. La hora y la memoria de la persona seleccionada se muestran de forma continuada en la pantalla. La función de alarma se mantiene.

Si no desea utilizar la indicación de hora ni la función de alarma, puede apagar totalmente el aparato corriendo el interruptor deslizante **ON/OFF** **7** situado en la parte trasera del aparato a la posición " **OFF** ".

- 5.1 Memorización de los resultados**
- Este aparato dispone de 2 memorias diferentes con 99 espacios de memoria cada una. Los resultados son memorizados automáticamente en la memoria seleccionada. Si la memoria está llena será borrado el valor de medición más antiguo.
- 5.2 Llamar los valores memorizados**
- Pulse la tecla de memoria **MEMO** 4 para llamar los datos de medición almacenados. Tras haberse mostrado todos los segmentos contenidos en la pantalla, se visualiza un valor promedio, marcado con un " **R** ", de todas las mediciones guardadas en la memoria seleccionada.
- Después de pulsar de nuevo la tecla de memoria **MEMO** 4, se indican los valores individuales (sístole, diástole, pulso y fecha/hora por turnos) de la última medición almacenada. Si la medición se ha realizado con el método 3MAM, se visualiza un  21. Si el aparato había detectado una arritmia durante la medición, se indicará también el símbolo  de arritmia, sin embargo, sin parpadear.
- Pulse de nuevo la tecla de memoria **MEMO** 4 para acceder a los valores anteriores. Los valores se indican siempre en orden descendente. Si no pulsa ningún botón durante aprox. 1 minuto, el aparato vuelve automáticamente al modo stand-by.
- 5.3 Eliminar una medición**
- Seleccione el elemento de la medición que desee eliminar. Pulse el botón **START** 3 y manténgalo pulsado durante aprox. 10 segundos hasta que parpadee el símbolo de memoria 17. Confirme el comando de eliminar pulsando el botón **MEMO** 4. En la pantalla se visualiza brevemente " **CL** " y suenan dos pitidos breves. El elemento seleccionado se ha eliminado. La pantalla vuelve al modo stand-by.
- 5.4 Borrar la memoria**
- Los datos de la memoria seleccionada pueden borrarse pulsando durante aprox. 7 segundos la tecla de memoria **MEMO** 4. Tras 7 segundos se visualiza " **CL** " ( **CLEAR** = eliminar) en la pantalla 2, lo cual indica que se borran todos los datos. Confirme el comando de eliminar volviendo a pulsar el botón **MEMO** 4. Este proceso va acompañado de tres pitidos breves.

### 6.1 Limpieza y Cuidado

- Desinstale las pilas antes de limpiar el aparato.
- No utilice nunca soluciones de limpieza abrasivas ni cepillos duros.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido ligeramente en una solución jabonosa suave. Evite la penetración de agua en el aparato. Utilice el aparato sólo si está completamente seco.
- Desinstale las pilas del aparato si no va a utilizarlo por un período de tiempo largo. De lo contrario existe el peligro de que las pilas se descarguen.
- No exponga el aparato a la radiación solar directa y protéjalo contra el polvo y la humedad.
- Infle el brazalete exclusivamente cuando éste haya sido colocado sobre el brazo.
- *Control técnico de medición:*  
El aparato ha sido calibrado por el fabricante para un período de tiempo de dos años. El control técnico de medición debe ser llevado a cabo nuevamente cada dos años **si se utiliza el aparato profesionalmente**. Este control está sujeto a costes y puede ser llevado a cabo por la autoridad competente o por los centros de servicios de mantenimiento autorizados, conforme al "reglamento alemán para explotadores de productos médicos".

### 6.2 Indicaciones para la eliminación



Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica.

Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen sustancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente.

Retire la pila antes de deshacerse del aparato. No arroje las pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o deposítelas en los recolectores de pilas de los comercios especializados.

Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

### 6.3 Directrices / Normas

Este tensiómetro cumple las especificaciones de las normativas comunitarias para mediciones de la tensión arterial no invasivas. Está certificado según las directivas comunitarias y provisto del símbolo CE (símbolo de certificación) "CE 0297".

El tensiómetro cumple las especificaciones europeas EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 14971 y EN 980.

Se cumplen las especificaciones de la directiva comunitaria "93/42/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre productos médicos".

#### Resultados clínicos:

Este aparato ha sido clínicamente probado en EEUU y Alemania conforme a la normativa EN 1060-4 y al estándar AAMI (EEUU).

#### Compatibilidad electromagnética:

El aparato cumple las exigencias de la norma EN 60601-1-2 de compatibilidad electromagnética.

Puede consultar a **MEDISANA** los detalles de estos datos medidos.

**Zona de aplicación:**

El aparato ha sido diseñado para realizar mediciones de la tensión arterial no invasivas en adultos (esto es, ha sido diseñado para su uso externo).

**6.4****Datos Técnicos**

|   |   |
|---|---|
| Denominación y modelo                                   | : Tensiómetro <b>MTX</b> de <b>MEDISANA</b>   |
| Sistema de indicación                                   | : Indicador digital (display)   |
| Espacios de memoria                                     | : 2 x 99  |
| Método de medición                                      | : Oscilométrico   |
| Alimentación de corriente                               | : 6 V=, 4 x 1,5 V miñón AA LR 6, alcalina   |
| Intervalo de medición de la tensión arterial            | : 30 – 280 mmHg   |
| Intervalo de medición del pulso                         | : 40 – 200 battiti/ min   |
| Divergencia de medición máxima de la presión estática   | : ± 3 mmHg  |
| Divergencia de medición máxima de los valores del pulso | : ± 5 % del valore  |
| Generación de presión                                   | : Automática por microbomba   |
| Desinflado  | : Automático  |
| Desconexión automática                                  | : Tras aprox. 1 minuto  |
| Condiciones de servicio                                 | : De + 10 °C a + 40 °C,<br>15 – 85 % humedad relativa del aire  |
| Condiciones de almacenaje                               | : De – 5 °C a + 50 °C   |
| Medidas   | : aprox. 125 mm x 163 mm x 65 mm  |
| Brazalet:   | : 22 – 32 cm brazaletes para adultos con una circunferencia de brazo normal   |
| Peso  | : aprox. 535 g incluyendo las pilas   |
| Artículo n°   | : 51083   |
| N° EAN  | : 40 15588 51083 0  |
| Accesorios especiales                                   | : Adaptador de red,<br>art. N° 51036<br>Brazaletes grande de 22 y 42 cm para adultos con una gran circunferencia de brazo,<br>art. N° 51087<br>Brazaletes pequeño 17 - 22 cm para adultos con brazos delgados<br>art. N° 51089<br>Set de software (software para Windows destinado a medir la tensión arterial, con cable de conexión)<br>art. N° 51082 |

**CE0297**

**Con vistas a mejoras de la calidad del producto, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas y de diseño.**

## Condiciones de garantía y reparación

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de servicio técnico en caso de una reclamación. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo de compra.

En este caso, se aplicarán las siguientes condiciones de garantía:

1. Con relación a los productos de **MEDISANA**, se ofrece una garantía por un período de tres años a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.
2. Los defectos de material o de fabricación se eliminarán de forma gratuita dentro del período de garantía.
3. La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.
4. Esta garantía no cubre:
  - a. todos los daños causados por abuso, por ej. por incumplimiento del manual de uso;
  - b. los daños debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no autorizados;
  - c. los daños de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante al consumidor o durante el envío al servicio técnico;
  - d. accesorios sometidos a un desgaste normal (manguito, pilas, etc.).
5. Se excluye cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos causados por el dispositivo, aunque el daño en el dispositivo haya sido considerado como una reclamación justificada.



Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
ALEMANIA

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Encontrará la dirección de nuestra asistencia técnica en la hoja anexa.



## NOTAS IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.

### *Descrição dos símbolos*



Este manual de instruções pertence a este aparelho. Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a operação. Leia completamente este manual de instruções. O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves ou danos no aparelho.



#### **AVISO**

Estas indicações de aviso têm de ser cumpridas para evitar possíveis lesões do utilizador.



#### **ATENÇÃO**

Estas indicações têm de ser cumpridas para evitar possíveis danos no aparelho.



#### **NOTA**

Estas notas fornecem informações adicionais úteis para a instalação ou a operação.



Classificação do aparelho: Tipo BF



Número de lote



Fabricante



Data de produção







## Avisos de segurança



### AVISO

**Não proceda a medidas terapêuticas com base nas medições de tensão realizadas por si! Nunca altere a dosagem de um medicamento prescrito pelo médico!**

- Perturbações do ritmo cardíaco ou arritmias provocam um pulso irregular. Tal pode causar em medições da tensão arterial com aparelhos oscilométricos problemas na avaliação do valor correcto de medição. O presente aparelho está, contudo, electronicamente equipado de modo a reconhecer mais de 20 arritmias mais frequentes dos chamados artefactos de movimento e indicá-lo através de um símbolo  no display.
- Se sofrer de doenças como, por exemplo, oclusão arterial, antes de utilizar o aparelho consulte por favor o seu médico.
- O aparelho não pode ser utilizado para controlo da frequência cardíaca de um pacemaker.
- Grávidas devem tomar atenção às medidas de precaução necessárias e à sua própria capacidade de sobrecarga, caso necessário consulte o seu médico.
- Se durante uma medição surgirem transtornos como, por exemplo, dores na parte superior do braço ou outras queixas, tome a seguinte contra-medida: Accione o botão **START** , a fim de a braçadeira ser imediatamente desinsuflada. Desaperte a braçadeira e retire-a da parte superior do braço. Por favor entre em contacto com o seu vendedor especializado ou informenos directamente.
- Pessoas com a veia do pulso pouco saliente deverão levantar o braço e abrir e fechar a mão aproximadamente 10 vezes e só depois medir. Através deste exercício consegue-se que a veia do pulso e o processo de medição sejam optimizados.
- Utilize o aparelho só de acordo com a sua finalidade conforme as instruções de uso.
- Se utilizar o aparelho para outros fins perde o direito à garantia.
- Se, em casos raros, através de uma função errada acontecer que a braçadeira durante a medição fique permanentemente insuflada, terá de a abrir imediatamente.
- O aparelho não pode ser utilizado perto de aparelhos com forte radiação eléctrica como, por exemplo, transmissor de rádio. A função pode ser prejudicada através disso.
- Este aparelho não é adequado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimentos, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções como utilizar a máquina.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Em caso de avarias não repare o aparelho, visto perder todos os direitos à garantia. Deixe fazer as reparações apenas por serviços técnicos autorizados.

- Proteja o aparelho da humidade. Se, contudo, alguma vez houver infiltração de líquidos no aparelho, retire imediatamente as pilhas e não deixe o aparelho ser novamente utilizado. Neste caso entre em contacto com o seu vendedor especializado ou informenos directamente. Para saber como nos contactar, consulte a página dos endereços.

## 2 Informações gerais

### Muito obrigada

Muito obrigado pela sua confiança e muitos parabéns! Com o medidor de tensão arterial **MTX** adquiriu um produto de qualidade da **MEDISANA**. Para poder obter os resultados desejados e desfrutar do seu medidor de tensão arterial **MTX** da **MEDISANA** durante muito tempo, aconselhamos a leitura das seguintes instruções de uso e conservação com muita atenção.

### 2.1 Material fornecido e embalagem

Por favor, em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e não apresenta qualquer dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e consulte o seu revendedor ou o seu centro de assistência.

Do volume de fornecimento fazem parte:

- 1 medidor de tensão arterial **MTX MEDISANA**
- 1 braçadeira pré-moldada com tubo de ar
- 4 pilhas (tipo AA, LR 6) 1,5V
- 1 bolsa
- 1 cabo USB
- 1 registo da tensão arterial
- 1 instruções de uso

As embalagens podem ser reutilizadas ou podem ser eliminadas através da reciclagem. Por favor, elimine adequadamente o material da embalagem não necessário. Se, durante o desembalamento, verificar danos devido ao transporte, por favor, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.



#### AVISO

**Tenha atenção para que as películas da embalagem não se tornem brincadeiras para crianças. Existe perigo de asfixia!**

### 2.2 O que é a tensão arterial?

Tensão arterial é a pressão exercida nas artérias principais em cada batimento cardíaco. Quando o coração se contrai (sístole) e bombeia sangue para as artérias, tal causa um aumento de pressão. O seu valor máximo é designado pressão sistólica e numa medição da tensão arterial medido como primeiro valor. Quando o músculo do coração relaxa, a fim de receber novo sangue, desce também a pressão nas artérias. Quando as artérias estão relaxadas mede – se o segundo valor – a pressão diastólica.

### 2.3 Como funciona a medição?

O **MTX** é um medidor de tensão arterial concebido para medir a tensão arterial na parte superior do braço. A medição é feita através dum microprocessador que, através de um sensor de pressão, avalia as oscilações surgidas nas artérias durante a insuflação e desinsuflação da braçadeira.

### 2.4 Por que é conveniente medir a tensão arterial em casa?

**MEDISANA** dispone de muchos años de experiencia en el campo de la medición de la tensión arterial. La gran exactitud del principio de medición de los aparatos **MEDISANA** está documentada por amplios estudios clínicos realizados según los más estrictos estándares internacionales. Uno de los argumentos más importantes a favor de la medición de la tensión arterial en casa es el hecho de que la medición pueda ser realizada en un ambiente habitual bajo un estado de relajación. El valor más importante es el denominado „valor base“ que es medido por la mañana directamente después de haberse levantado y antes del desayuno. Principalmente y siempre que sea posible se recomienda medir la tensión arterial a la misma hora del día y bajo las mismas condiciones, ya que de este modo queda garantizada la comparabilidad de los resultados y es posible prediagnosticar un problema de hipertensión. El riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares aumenta si existe una hipertensión no detectada durante un largo periodo de tiempo.



#### POR ISSO O NOSSO CONSELHO:

**Meça a sua tensão arterial todos os dias e regularmente mesmo que não tenha quaisquer queixas.**

### 2.5 Classificação da tensão arterial

Na tabela seguinte encontram-se os valores de referência para tensão alta e baixa sem consideração da idade. Esta escala de medição da tensão arterial corresponde às directivas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

#### *Tensão baixa*

sistólica <100  
diastólica <60

#### *Tensão normal*

(área de indicação **verde 5**)

sistólica 100 – 139  
diastólica 60 – 89

#### *Formas da hipertensão*

##### *hipertensão leve*

(área de indicação  
**amarela 5**)

sistólica 140 – 159  
diastólica 90 – 99

##### *hipertensão média*

(área de indicação  
**laranja 5**)

sistólica 160 – 179  
diastólica 100 – 109

##### *hipertensão forte*

(área de indicação  
**vermelha 5**)

sistólica ≥180  
diastólica ≥110



#### AVISO

**Uma tensão arterial demasiado baixa representa um risco de saúde, tal como a tensão arterial elevada! As tonturas poderão resultar em situações perigosas (p.ex. em escadas ou no trânsito)!**

## 2.6 Oscilações da tensão

Existem muitos factores que podem influenciar a tensão arterial. Assim, por exemplo, os trabalhos físicos duros, a ansiedade, o stress ou, simplesmente, a hora da medição podem ter grandes efeitos nos valores medidos. A tensão de cada pessoa é capaz de oscilar fortemente durante o dia e ao longo do ano. No caso de pacientes de hipertensão, estas oscilações são particularmente acentuadas. Em geral, a tensão arterial costuma atingir valores máximos após esforços físicos e, mínimos, durante a noite, quando se está a dormir.



## 2.7 Manipulações e análises das medições

- Meça a sua tensão várias vezes, guarde os resultados e compare-os depois. Não tire conclusões de um único resultado!
- Os seus valores de tensão deveriam ser sempre analisados por um médico que conhece o seu historial clínico. Se utilizar o aparelho regularmente e registar os valores para o seu médico, informe o seu médico de vez em quando sobre a tendência que observa.
- Não se esqueça que os valores de medição da tensão diários dependem de muitos factores. Por exemplo, fumar, o consumo de álcool, medicamentos e trabalho físico influenciam as medições de diferente maneira.
- Meça a tensão antes das refeições.
- Antes de medir a tensão deveria descansar, no mínimo, 5 minutos.
- Se achar a sua tensão sistólica ou diastólica pouco normal (demasiado alta ou baixa), apesar de ter manuseado o aparelho correctamente, e verificar que isto acontece com frequência, deveria consultar o seu médico. Consulte o médico também quando um pulso irregular ou muito baixo não permite fazer medições.

# 3 Pôr em Funcionamento

## 3.1 Colocar / retirar as pilhas

**Colocar:** Abra o compartimento das pilhas na parte de baixo do aparelho carregando levemente no fecho na direcção da seta e coloque as quatro pilhas fornecidas juntamente com o aparelho (pilhas alcalinas, tipo AA LR 6). Preste atenção ao posicionamento correcto das pilhas (figura no compartimento das pilhas). Ouvem-se 2 sinais sonoros quando as pilhas tiverem sido correctamente inseridas (ou se a fonte de alimentação tiver sido ligada). Ouvem-se 2 sinais sonoros com o interruptor **ON/OFF** **7** ligado e no visor são indicados todos os símbolos durante um segundo. Em seguida, é exibido “ - - - - ”. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e pressione até o ouvir engrenar.

**Retirar:** Se a tensão nas pilhas descer abaixo de 5 - 4,5 V, é exibido o símbolo da pilha  **19** no visor. Desligue o aparelho com o interruptor **ON/OFF** **7** e insira as novas pilhas. Se as pilhas gastas estiverem um pouco encravadas no compartimento das pilhas, utilize um objecto pontiagudo, por exemplo uma esferográfica, para levantar cuidadosamente as pilhas. Assim que a tensão nas pilhas descer abaixo de 4,25 - 0,25 V, é exibido o símbolo da pilha  **19** no visor.

O aparelho desliga-se imediatamente de modo automático após a exibição deste símbolo. Funciona apenas quando as novas pilhas estiverem inseridas.

Lembre-se de que após cada nova inserção das pilhas, é necessário ajustar de novo a data e as horas se isso não for realizado automaticamente quanto o aparelho é ligado com o interruptor **ON/OFF** 7 através do relógio controlado por rádio. Os resultados de medição até ao momento permanecem memorizados.



#### **ADVERTÊNCIA INDICAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS**

- **Não abra as pilhas!**
- **Eventualmente, limpar os contactos da bateria e do aparelho antes da inserção!**
- **Remova imediatamente as pilhas gastas do aparelho!**
- **Elevado perigo de pilhas babadas, evite o contacto com a pele, olhos e mucosas! No caso de contacto com ácido das pilhas, lave o local com água potável abundante e consulte imediatamente um médico!**
- **Se a pilha foi engolida, consulte imediatamente um médico!**
- **Troque todas as pilhas em conjunto!**
- **Utilize pilhas do mesmo tipo, não utilize pilhas de diferentes tipos ou pilhas novas e gastas umas com as outras!**
- **Coloque correctamente as pilhas, atenção à polaridade!**
- **Mantenha o compartimento das pilhas bem fechado!**
- **No caso de não utilização prolongada, remova as pilhas do aparelho!**
- **Mantenha as pilhas afastadas das crianças!**
- **Não volte a carregar as pilhas! Existe perigo de explosão!**
- **Não conecte as pilhas em curto-circuito! Existe perigo de explosão!**
- **Não coloque as pilhas no fogo! Existe perigo de explosão!**
- **Guarde as pilhas não utilizadas na embalagem e não na proximidade de objectos metálicos para evitar um curto-circuito!**
- **Não elimine as pilhas ou as pilhas recarregáveis vazias através do lixo doméstico, mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhão!**

### **3.2 Utilização de uma fonte de alimentação**

Como alternativa pode utilizar o aparelho também com um adaptador de rede especial (MEDISANA Art.-Nº 51036, não contido no material fornecido) que liga ao conector 10 previsto na parte de trás do aparelho. Neste caso, as pilhas permanecem no aparelho.

Com a inserção da ficha na parte de trás do medidor de tensão arterial, as pilhas são desligadas mecanicamente. Por isso, é necessário inserir primeiro a fonte de alimentação na tomada e, depois, conectá-la ao medidor de tensão arterial. Se o medidor de tensão arterial já não for utilizado, é preciso remover

primeiro a ficha do medidor de tensão arterial e, depois, a fonte de alimentação da tomada. Assim, deixa de ser necessário introduzir constantemente a data e as horas.

### 3.3 Programar data e hora

O seu medidor de tensão arterial **MTX** da **MEDISANA** está equipado com um relógio controlado por rádio comandado por intermédio do sinal DCF77. Deste modo, as horas e a data são ajustadas de modo automático. Se não estiver disponível um sinal DCF77, a hora não é ajustada automaticamente.

#### **Ajuste automático:**

1. Ligue o aparelho com o interruptor **ON/OFF** ⑦ localizado na parte de trás do aparelho. No visor é indicado " - : - - - ".
2. O visor ② muda automaticamente para a recepção via rádio. Assim que o sinal da hora for recebido, o símbolo do relógio comandado por rádio ④ é exibido de modo intermitente, ao ritmo dos segundos, no visor até a recepção do sinal DCF77 estiver concluída.



#### **NOTA**

**Se não pretender um ajuste da hora ou pretender proceder directamente a uma medição, abandone o modo do ajuste das horas pressionando o botão START ③.**

3. Durante o ajuste automático, o símbolo do relógio comandado por rádio é exibido de modo intermitente ④ sequencialmente com 1, 2 e 3 barras sobrepostas. Assim que o símbolo for exibido com 3 barras, está concluído o ajuste da hora. A data e as horas são indicadas sucessivamente na parte superior à direita do visor. Em seguida, são indicadas as horas de modo permanente em conjunto com o símbolo do relógio comandado por rádio ④.



#### **NOTA**

**O ajuste automático da data e das horas tem uma duração aprox. de 2 - 4 minutos. Se durante 4 minutos não tiver sido recebido um sinal, o visor exibe " - : - - - ".**

**Poderá ajustar agora o relógio manualmente ou melhorar a situação de recepção, escolhendo outro local.**

**Em caso de escolha do local, é necessário voltar a inserir as pilhas ou ligar de novo o aparelho com o interruptor ON/OFF para reiniciar o ajuste automático.**

#### **Ajuste manual:**

O aparelho tem de se encontrar no modo stand-by. Se durante o ajuste da hora, não for pressionado um botão dentro de 1 minuto, o modo do ajuste das horas desliga-se e na indicação das horas é exibido " - : - - - ".

1. Poderá ajustar a data e as horas, pressionando e mantendo pressionado o botão **TIMER 8** durante vários segundos até o visor exibir **OFF**.
2. Pressione novamente o botão **TIMER 8**. Depois de soltar o botão, o visor exibe **bl** e por baixo **On**.
3. Pressione novamente o botão **TIMER 8**. O visor exibe **On** e **1**.  
Ao pressionar o botão **MEMO 4**, é possível ligar ou desligar o sinal DCF77. Se o relógio comandado por rádio estiver desligado, pressione o botão **TIMER 8** para aceder ao ajuste manual da hora.
4. O visor exibe a memória de utilizador seleccionada e o número do ano de modo intermitente.
  - Se voltar a pressionar o botão **TIMER 8**, é exibida a data e o mês de modo intermitente.
  - Se voltar a pressionar o botão **TIMER 8**, é exibido o dia de modo intermitente.
  - Se voltar a pressionar o botão **TIMER 8**, são exibidas as horas. A indicação das horas é exibida de modo intermitente.
  - Se voltar a pressionar o botão **TIMER 8**, a indicação dos minutos é indicada de modo intermitente.
  - Se premir o botão **MEMO 4**, é possível ajustar a data e hora actuais (ano, mês, dia, horas e minutos) e confirmar com o botão **TIMER 8**. Em seguida, é exibida a data ajustada e as horas alternadamente antes do aparelho voltar ao modo stand-by. No modo stand-by, as horas são indicadas de modo permanente.



#### NOTA

**Se, durante o ajuste manual da hora, pressionar o botão START 3, abandona o modo do ajuste da hora.**

**Os valores nele ajustados são aceites.**

**No visor é exibido " - : - - " se antes disso não tiver sido ajustada uma hora.**

### 3.4 Ajustar o alarme

O seu medidor da tensão arterial **MTX** da **MEDISANA** está equipado com uma função de alarme com a qual cada um de ambos os utilizadores pode ajustar três tempos de alarme, por exemplo, para tomar medicamentos.

Tenha atenção para que o aparelho se encontre no modo stand-by e a memória de utilizadores pretendida **11** esteja ajustada.

1. Pressione o botão **TIMER 8** e, em seguida, o botão **MEMO 4**. Mantenha ambos os botões pressionados até o símbolo de alarme **20** ser exibido no visor.
2. Solte ambos os botões. " 1 " para *Alarm 1* exibido de modo intermitente na parte inferior da direita do visor. Com o botão **MEMO 4**, poderá escolher entre *Alarm 1*, *Alarm 2* e *Alarm 3*.
3. Pressione o botão **TIMER 8**. A indicação para a introdução da hora de alarme é exibida de modo intermitente. Com o botão **MEMO 4**, introduza o tempo de alarme.

4. Se pressionar o botão **TIMER** ③, o símbolo de alarme é exibido de modo intermitente. Com o botão **MEMO** ④, poderá escolher entre Ligar alarme (🔔) e Desligar alarme (🔕).

Para confirmar a sua introdução, pressione o botão **TIMER** ③ ou o botão **START** ③. Se o alarme estiver ajustado, é emitido um alarme de sinalização acústico à hora ajustada.



#### NOTA

**Se o alarme estiver correctamente introduzido e activo, é exibido o símbolo de alarme 🔔 no visor. Se não estiver activo um alarme em nenhuma das memórias de utilizador, não é exibido um símbolo no modo stand-by.**

### 3.5 Programação da memória do utilizador

O **MTX** oferece a possibilidade de atribuir os valores medidos a duas memórias distintas. Em cada memória estão 99 posições à disposição.

O aparelho tem de se encontrar no modo stand-by. Ao pressionar o botão **TIMER** ③, é possível escolher entre a memória de utilizador 1 e a memória de utilizador 2 ⑪.

### 3.6 Escolha do modo de medição 3MAM

No **MTX** podem-se seleccionar dois processos de medição.

- Medição única
- 3 medições consecutivas ( Measurement Average Mode = processo 3/MAM )

Na medição única é efectuada e memorizada uma única medição da tensão arterial. Recomenda-se o processo 3/MAM se a sua tensão arterial variar fortemente. Através das 3 medições efectuadas umas a seguir às outras num intervalo de 15 segundos os valores altamente divergentes são eliminados. Em caso de divergências graves pode ser feita, caso necessário, uma quarta medição. Destas três medições forma-se um valor médio ponderado, o qual é mostrado e memorizado na memória seleccionada. Uma medição efectuada deste modo é marcada com 📏 ⑫ na memória. Através do processo 3/MAM o risco de uma medição falsa é altamente minimizado.

1. Para a escolha entre a medição individual e 3 medições sequenciais (processo 3MAM), pressione e mantenha pressionado o botão **TIMER** ③ até o símbolo para o modo 3MAM 📏 e " **OFF** " serem indicados e exibidos de modo intermitente no visor.
2. Pressione o botão **MEMO** ④ para escolher entre " **On** " e " **OFF** " " **On** " para o método de medição 3MAM e " **OFF** " para a medição individual.
3. Confirme a sua escolha, pressionando o botão **START** ③ (ou pressione o botão **TIMER** ③ para aceder ao próximo ajuste: " *Ligar/desligar o sinal sonoro* ".



### 3.7 Ligar/desligar o sinal sonoro

Uma medição com o medidor da tensão arterial **MTX** é acompanhada por sinais sonoros. Esta função pode ser desligada com o seguinte ajuste.



1. Para a escolha entre "Ligar sinal sonoro" e "Desligar sinal sonoro", pressione e mantenha pressionado o botão **TIMER** ⑧ até **ON** e "OFF" serem indicados e exibidos de modo intermitente no visor.
2. Pressione novamente o botão **TIMER** ⑧. O visor exibe "bl" e, em seguida, "On".
3. Pressione o botão **MEMO** ④ para escolher entre "On" e "OFF".
4. Confirme a sua escolha, pressionando o botão **START** ③ ou pressione o botão **TIMER** ⑧ para aceder ao próximo ajuste: "Ligar/desligar sinal DCF77", ver capítulo 3, parágrafo 3.3, ponto 4).  
Se tiver escolhido "OFF", a função de sinais sonoros permanece desligada durante as medições.

## 4 Aplicação

### 4.1 Colocar a braçadeira

Introduza primeiro a extremidade livre do tubo da braçadeira ① da parte superior do braço na conexão ⑨ para isso prevista no aparelho. Abra a braçadeira formando uma argola e faça-a deslizar pela parte superior do braço esquerdo nu por cima da prega do cotovelo. Preste atenção para que o braço não fique apertado demais ao arregaçar a manga.

O tubo da braçadeira deverá ficar no meio da curva do braço e indicar em direcção do pulso. A braçadeira não pode ser de modo algum torcida. Feche a braçadeira de modo a que fique bem justa mas não aperte demais.



### 4.2 A posição correcta a medição

- Proceda à medição sentado.
- Relaxe o braço e coloque-o descontraído, por exemplo, em cima de uma mesa. Durante a medição permaneça sossegado: não se mexa nem fale, caso contrário poderá alterar os resultados da medição.

### 4.3 Medir a tensão arterial

#### *Medição única*

Para realizar uma medição individual, o aparelho tem de ter sido ligado com o interruptor **ON/OFF** ⑦ e encontrar-se no modo stand-by. Os eventuais ajustes em conformidade com o capítulo 3, parágrafos 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7 têm de estar concluídos.

1. Pressione o botão **START** ③. O aparelho realiza um auto-teste que é terminado com a indicação "b" no visor. O processo é acompanhado por 5 sinais sonoros breves.

- Depois, a braçadeira ❶ é bombeada até a pressão necessária para a medição estar alcançada. Como alternativa, também é possível estabelecer a pressão manualmente, pressionando e mantendo pressionado o botão **START** ❸ depois do aparelho ter alcançado automaticamente uma pressão de, no mínimo, 30 mmHg. Se for da opinião que o aparelho tiver alcançado a pressão inicial óptima para uma medição, solte o botão **START** ❸. A pressão crescente é mostrada em números.
- Quando a insuflação termina, o processo de medição começa automaticamente evacuando novamente a pressão formada na braçadeira. O valor mostrado no ecrã corresponde ao valor actual da pressão na braçadeira.



#### NOTA

**Se o botão **START** ❸ for pressionado durante o bombeamento, interrompa o processo de bombeamento. O aparelho é desligado e o ar sai para fora da braçadeira.**

- A desinsuflação é feita primeiro com velocidade constante. O visor exibe o símbolo do pulso ♥ ❶. Quando se puder determinar o pulso pela primeira vez, sincroniza-se a desinsuflação com o batimento do coração até a medição terminar. Este processo é acompanhado por um sinal sonoro por cada batimento cardíaco, caso a função de sinais sonoros não tiver sido desligada anteriormente. Em simultâneo é exibido o símbolo de pulso de modo intermitente ♥ ❶.
- A medição está terminada assim que a braçadeira tiver sido esvaziada repentinamente e se ouvir um sinal sonoro prolongado.
- O visor exibe os valores medidos ❸, ❹ e ❺ em conjunto com a indicação em barras da tensão arterial OMS ❷. Em simultâneo, ouve-se um sinal sonoro prolongado.
- Caso o aparelho detecte uma arritmia durante a medição, é exibido o símbolo de arritmia ⚡ ❸ de modo intermitente por oito vezes durante a indicação dos valores medidos. Em simultâneo, ouvem-se oito sinais sonoros breves que devem alertar o utilizador para um ritmo cardíaco irregular.
- Se durante aprox. 1 minuto não pressionar um botão, o aparelho comuta automaticamente para o modo stand-by.

#### **Método de medição 3MAM (3 medições sucessivas para a determinação de um valor médio)**

Para realizar uma medição individual, o aparelho tem de ter sido ligado com o interruptor **ON/OFF** ❶ e encontrar-se no modo stand-by. O método de medição 3MAM está seleccionado (ver capítulo 3, parágrafo 3.6). Os eventuais ajustes em conformidade com o capítulo 3, parágrafos 3.3, 3.5 e 3.7 têm de estar concluídos.

- Pressione o botão **START** ❸. O aparelho realiza um auto-teste que é terminado com a indicação " ❶ " no visor. O processo é acompanhado por 5 sinais sonoros breves. O visor exibe ❶ (average = média) e " ❶ " para a primeira fase de medição.

2. Depois, a braçadeira **1** é bombeada até a pressão necessária para a medição estar alcançada. Como alternativa, também é possível estabelecer a pressão manualmente, pressionando e mantendo pressionado o botão **START** **3** depois do aparelho ter alcançado automaticamente uma pressão de, no mínimo, 30 mmHg. Se for da opinião que o aparelho tiver alcançado a pressão inicial óptima para uma medição, solte o botão **START** **3**. A pressão crescente é mostrada em números.
3. Quando a insuflação termina, o processo de medição começa automaticamente evacuando novamente a pressão formada na braçadeira. O valor mostrado no ecrã corresponde ao valor actual da pressão na braçadeira.
4. A desinsuflação é feita primeiro com velocidade constante. O visor exibe o símbolo do pulso **♥ 16**. Quando se puder determinar o pulso pela primeira vez, sincroniza-se a desinsuflação com o batimento do coração até a medição terminar. Este processo é acompanhado por um sinal sonoro por cada batimento cardíaco, caso a função de sinais sonoros não tiver sido desligada anteriormente. Em simultâneo é exibido o símbolo de pulso de modo intermitente **♥ 16**.
5. A primeira fase de medição é terminada quando numa contagem decrescente de 15 segundos a pressão for totalmente eliminada da braçadeira. Neste caso, é exibido o símbolo de contagem decrescente **22** de modo intermitente. Os cinco últimos segundos são acompanhados por sinais sonoros.
6. Em vez de " **1** ", o visor exibe agora " **2** " para a segunda fase de medição. A segunda fase de medição decorre como a primeira, ver pontos 2 - 5.
7. Em vez de " **2** ", o visor exibe agora " **3** " para a terceira fase de medição. A terceira fase de medição decorre como a primeira, ver pontos 2 - 4.
8. A medição no processo 3MAM está terminada assim que a braçadeira tiver sido esvaziada repentinamente e se ouvir um sinal sonoro prolongado.
9. O visor exibe os valores medidos **13**, **14** e **15** em conjunto com a indicação em barras da tensão arterial OMS **23**. Em simultâneo, ouve-se um sinal sonoro prolongado.
10. Caso o aparelho detecte uma arritmia durante a medição, é exibido o símbolo de arritmia **⚡ 18** de modo intermitente por oito vezes durante a indicação dos valores medidos. Em simultâneo, ouvem-se oito sinais sonoros breves que devem alertar o utilizador para um ritmo cardíaco irregular.
11. Se durante aprox. 1 minuto não pressionar um botão, o aparelho comuta automaticamente para o modo stand-by.



#### NOTA

**Em caso de utilização do aparelho podem surgir os erros Err 1, 2, 3, 5, 6 no círculo de comutação integrado, pelo que Err 6 apenas ocorre no modo 3MAM. No modo 3MAM, os erros Err 1, 2, 3, 5 não causam a interrupção de uma medição, excepto se ocorrem duas vezes de seguida. Uma indicação de erro é sempre acompanhada por 3 sinais sonoros breves.**

#### 4.4 Erros e Solução

##### **Aviso de erro** Possíveis causas e soluções

###### **Err 1**

A medição da pressão sistólica foi interrompida. É possível que a ligação para o tubo de ar tenha sido interrompida ou não se avaliou a pulsação. Verifique a conexão entre a braçadeira da parte superior do braço e o aparelho.

###### **Err 2**

Foram detectados impulsos de pressão não fisiológicos.  
Causa: O braço foi mexido durante a medição.  
Repita a medição mantendo o braço imóvel.

###### **Err 3**

Se o estabelecimento da pressão na braçadeira demorar demasiado tempo pode ser que a braçadeira não esteja correctamente colocada ou ligação do tubo não é hermético.  
Verifique as ligações e repita a medição.

###### **Err 5**

Devido a condições instáveis durante as medições não foi possível calcular nenhum valor médio.  
Repita a medição mantendo o braço imóvel e não fale durante a medição.

###### **Err 6**

Ocorreram demasiados erros durante a medição no modo MAM, impossibilitando a obtenção de um resultado final.  
Consulte a Check-list para efectuar medições correctas e, em seguida, repita a medição.

###### **HI**

A pressão da braçadeira é demasiado elevada (superior a 300 mmHg) ou a pulsação é demasiado elevada (mais de 200 batimentos por minuto).  
Descontraia-se durante 5 minutos e repita a medição.

###### **LO**

A pulsação está demasiado baixa (inferior a 40 batimentos por minuto).  
Repita a medição.

#### 4.5 Desligar o aparelho



O aparelho comuta automaticamente após 1 min. para o modo de stand-by quando não for pressionado outro botão. Também poderá aceder ao modo stand-by, pressionando o botão **START** ③. A função como medidor da tensão arterial está agora desligada. As horas e a memória de pessoas seleccionada são indicadas continuamente no visor. A função de alarme permanece intacta.  
Se não pretender utilizar a indicação das horas, poderá também desligar o aparelho por completo, colocando o botão deslizante **ON/OFF** ⑦ localizado na parte de trás do aparelho na posição " **OFF** ".

### 5.1 Memorizar resultados

Este aparelho dispõe de 2 memórias distintas com uma capacidade de respectivamente 99 posições de memória. Os resultados são armazenados automaticamente na memória seleccionada. Se a memória estiver cheia, a medição mais antiga é apagada.

### 5.2 Indicação dos valores memorizados

Prima o botão **MEMO** ④ para chamar os resultados da medição memorizados. Após a exibição de todos os segmentos contidos no visor, é exibido um valor médio de todas as memórias identificado com " **R** " de todas as medições contidas na memória escolhida.

Depois de premir novamente o botão **MEMO** ④, são exibidos os vários valores de medição (sístole, diástole, pulso e data/hora a alternar) das últimas medições realizadas e memorizadas. Se esta medição tiver sido realizada no processo 3MAM, é exibido  21. Se tiver sido detectada uma arritmia durante a medição, também será exibido o símbolo de arritmia , mas sem estar a piscar.

Volte a premir o botão **MEMO** ④ para recuar na linha de medição. A indicação é sempre realizada de forma descendente.

Se durante aprox. 1 min. não pressionar um botão, o aparelho comuta automaticamente de volta para o modo stand-by.

### 5.3 Eliminar uma medição

Selecione o registo da medição que deve ser eliminada. Pressione e mantenha pressionado o botão **START** ③ durante aprox. 10 seg. até o símbolo de memória ser exibido de modo intermitente 17. Confirme a tarefa a eliminar, pressionando uma vez o botão **MEMO** ④. O visor exibe " **CL** " por breves instantes acompanhado de dois sinais sonoros breves. O registo seleccionado está eliminado. O visor volta a comutar para o modo stand-by.

### 5.4 Apagar a memória

Os dados na memória seleccionada podem ser apagados premindo o botão **MEMO** ④ durante aprox. 7 segundos. Após 7 segundos, é exibida a indicação " **CL** " ( CLEAR = eliminar) no visor ② que sinaliza que todos os dados são eliminados. Confirme a tarefa a eliminar, pressionando mais uma vez o botão **MEMO** ④. O processo é acompanhado por três sinais sonoros breves.

### 6.1 Limpeza e manutenção

- Retire as pilhas antes de limpar o aparelho.
- Não utilize detergentes agressivos nem escovas fortes.
- Limpe o aparelho com um pano macio humedecido com uma barrela de sabão suave. Não pode entrar água para dentro do aparelho. Só volte a utilizar o aparelho quando este estiver completamente seco.
- Retire as pilhas do aparelho se não o quiser utilizar durante longo tempo. Caso contrário há o risco de as pilhas derramarem.
- Não exponha o aparelho à luz directa do sol, proteja-o de sujidade e humidade.
- Só bombeie ar para a braçadeira quando esta estiver colocada na parte superior do braço.
- *Controlo técnico de medição*  
O aparelho está calibrado pelo fabricante por um período de dois anos. O controlo técnico de medição tem, **em caso de utilização industrial**, de ser feito o mais tardar de dois em dois anos. O controlo está sujeito a custos e pode ser efectuado por uma entidade pública competente ou por um serviço de manutenção autorizado de acordo com a directiva sobre produtos médicos.

### 6.2 Indicações sobre a eliminação



Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever de entregar qualquer aparelho eléctrico ou electrónico com ou sem substâncias nocivas nos postos de recolha públicos da sua cidade ou no seu revendedor especializado, para que possam ser eliminados ecologicamente.

Antes de eliminar o aparelho, remova as pilhas. Não elimine as pilhas vazias através do lixo doméstico, mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhão.

Para mais informações sobre as formas de descarte, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor.

### 6.3 Directivas e normas

Este medidor da tensão arterial corresponde às prescrições da norma UE para medidores de tensão arterial não invasivos. O aparelho está certificado em conformidade com as directivas CE e está provido do símbolo CE (símbolo de conformidade) "CE 0297".

O medidor da tensão arterial corresponde às prescrições europeias EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 14971 e EN 980.

As prescrições da directiva UE "93/42/CEE do Conselho de 14 de Junho de 1993 relativas a produtos médicos" estão cumpridas.

#### Resultados clínicos:

Foram realizadas análises clínicas com o aparelho nos EUA e na Alemanha em conformidade com a EN 1060-4 e com o standard AAMI – (US).

#### Compatibilidade electromagnética:

O aparelho corresponde às exigências da norma EN 60601-1-2 para a compatibilidade electromagnética.

Detalhes sobre estes dados de medição podem ser solicitados junto da **MEDISANA**.

**Círculo de utilizadores:**

O aparelho é apropriado para medições da tensão arterial não-invasivo em adultos (quer dizer, é apropriado para a aplicação exterior).

**6.4****Dados Técnicos**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nome e modelo                      | : Medidor de tensão arterial <b>MTX MEDISANA</b>   |
| Sistema de indicação               | : Indicação digital  |
| Posições de memória                | : 2 x 99   |
| Método de medição                  | : Oscilométrico  |
| Abastecimento de tensão            | : 6 V=, 4 x 1,5 V Mignon AA LR 6, Alcalina   |
| Alcance pressão arterial           | : 30 – 280 mmHg  |
| Alcance medição pulso              | : 40 – 200 pulsações / min   |
| Deriva máxima da pressão estática  | : ± 3 mmHg   |
| Deriva máxima dos valores do pulso | : ± 5 % do valor   |
| Formação de pressão                | : Automática com micro-bomba   |
| Desinsuflação do ar                | : Automática   |
| Desligar automático                | : Após aprox. de 3 minutos   |
| Ambiente de funcionamento          | : + 10 °C a + 40 °C<br>15 – 85 % humidade relativa   |
| Condições armazenamento            | : - 5 °C a + 50 °C   |
| Dimensões                          | : aprox. 125 mm x 163 mm x 65 mm   |
| Braçadeira                         | : 22 – 32 cm braçadeira para adultos com volume médio da parte superior do braço   |
| Peso                               | : aprox. de 535 g incl. pilhas   |
| Número de artigo                   | : 51083  |
| Número EAN                         | : 40 15588 51083 0   |
| Accessórios                        | : Fonte de alimentação<br>art. n.º 51036<br>Braçadeira grande 22 - 42 cm para adultos com volume grande da parte superior do braço<br>art. n.º 51087<br>Braçadeira pequena 17 - 22 cm para adultos com baixo perímetro de braço<br>art. n.º 51089<br>Conjunto software (software de análise da tensão arterial para Windows com cabo de ligação)<br>art. n.º 51082 |

**CE0297**

**Devido aos constantes melhoramentos do produto, reservamos o direito a alterações técnicas e estéticas.**

**Garantia e condições de reparação**

Por favor, em caso de garantia, contacte o seu revendedor especializado ou directamente o centro de assistência. Se for necessário enviar o aparelho, por favor, envie o aparelho indicando a avaria e acompanhado de uma cópia do recibo de compra.

Em caso de garantia aplicam-se as seguintes condições:

1. Aos produtos **MEDISANA** concedemos uma garantia de três anos a partir da data de compra. Em caso de garantia, a data de compra tem de ser comprovada através do recibo de compra ou factura.
2. As deficiências devido a erros de material ou de fabricação são eliminadas gratuitamente dentro do prazo de garantia.
3. Após um serviço de garantia, o prazo da garantia não é prolongado, nem para o aparelho nem para as peças substituídas.
4. A garantia exclui:
  - a. todos os danos resultantes de manuseamento inadequado como, p.ex., devido ao não cumprimento do manual de instruções.
  - b. danos resultantes de reparações ou intervenções pelo comprador ou por terceiros não autorizados.
  - c. danos de transporte resultantes do percurso entre o fabricante e o consumidor ou durante o envio para o serviço de assistência a clientes.
  - d. componentes exteriores sujeitos a um desgaste normal (braçadeira, pilhas etc.).
5. Não nos responsabilizamos por danos consequentes directos ou indirectos que são causados pelo aparelho mesmo quando o dano no aparelho é reconhecido como um caso de garantia.

 **MEDISANA AG**  
Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
ALEMANHA

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Encontra o endereço da assistência técnica na folha em anexo.





## BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN!

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

### *Verklaring van de symbolen*



Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.



#### **WAARSCHUWING**

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.



#### **OPGELET**

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.



#### **AANWIJZING**

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.



BF-veiligheidsklasse



LOT-nummer



Producent



Productiedatum



## Veiligheids- maatregelen



### WAARSCHUWING

**Neem op grond van zelfmeting van de bloeddruk geen therapeutische maatregelen! Wijzig nimmer de dosering van de door een arts voorgeschreven medicijnen!**

- Hartritmestoringen resp. arritmieën veroorzaken een onregelmatige pols. Normaal brengt dit moeilijkheden met zich mee bij het vaststellen van de correcte meetwaarde met behulp van oscillometrische bloeddruk-computers. Het onderhavige toestel is elektronisch zo uitgerust dat het meer dan 20 van de meest optredende arrhythmieën en zogenaamde bewegingsartefacten herkent en dit door een symbool  op het display weergeeft.
- Als u aan ziektes lijdt, bijvoorbeeld aderverkalking, neem voor gebruik van dit instrument contact op met uw arts.
- Het instrument kan niet worden gebruikt voor de controle van de hartfrequentie van een pacemaker.
- Zwangeren dienen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en rekening te houden met hun individuele belastbaarheid; neemt u zo nodig contact op met uw arts.
- Indien tijdens de meting ongemakken optreden zoals pijn in de bovenarm of andere kwalen, ga dan als volgt te werk: Druk op de **START**-toets  om het manchet onmiddellijk te ontluchten. Koppel het manchet los en verwijder het van de bovenarm. Neem contact op met uw vakhandel of informeer ons direct.
- Mensen met een lage polsgolf kunnen het beste hun arm omhoog tillen en de hand ca. 10 maal openen en sluiten voordat er gemeten wordt. Als gevolg van deze oefening worden de polsgolf en de meetprocedure geoptimaliseerd.
- Het instrument mag alleen voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing worden gebruikt.
- Anders vervalt de garantieclaim.
- Indien het manchet door een zeldzame functiestoring tijdens de meting voortdurend opgeblazen blijft, open het manchet onmiddellijk.
- Het instrument mag niet in de buurt van instrumenten worden gebruikt die een sterke elektrische straling uitzenden zoals zend-ontvangstapparatuur. Anders kan het goede functioneren worden belemmerd.
- Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
- Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Repareer het instrument in geval van storingen niet zelf. Anders vervalt de garantieclaim. Reparaties mogen alleen door geautoriseerde servicediensten worden verricht.

- Stel het instrument niet bloot aan vocht. Indien per ongeluk vocht in het instrument is binnengedrongen, verwijder dan onmiddellijk de batterijen en staak het gebruik het instrument. Neem in dit geval contact op met uw vakhandel of informeer ons direct. Op de adrespagina is aangegeven hoe u ons kunt bereiken.

## 2 Wetenswaardigheden

### Hartelijk dank

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en van harte gelukgewenst! Met de bloeddrukmeter **MTX** heeft u een kwaliteitsproduct van **MEDISANA** aangeschaft.

Voor een succesvol gebruik en een lange gebruiksduur van uw **MEDISANA** bloeddrukmeter **MTX** bevelen wij aan de hieronder beschreven aanwijzingen voor het gebruik en voor het onderhoud zorgvuldig door te lezen.

### 2.1 Levering en verpakking

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het toestel niet in bedrijf en neemt u contact op met uw handelaar of uw servicepunt.

Bij de levering horen:

- 1 **MEDISANA** Bloeddrukmeter **MTX**
- 1 voorgevormde manchet met luchtslang
- 4 batterijen (type AA, LR 6) 1,5V
- 1 Opbergtasje
- 1 USB kabel
- 1 bloeddrukpas
- 1 gebruiksaanwijzing

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terecht komt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.



#### WAARSCHUWING

**Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen er in stikken!**

### 2.2 Wat betekent bloeddruk?

Bloeddruk is de druk die door elke hartslag in de vaten ontstaat. Wanneer het hart samentrekt (= systole) en bloed naar de arteriën pompt, leidt dit tot het stijgen van de druk. De hoogste waarde van deze druk wordt systolische druk genoemd en gedurende een bloeddrukmeting als eerste waarde gemeten. Wanneer de hartspeer verslapt om nieuw bloed op te nemen, neemt ook de druk af in de arteriën. Wanneer de vaten ontspannen zijn, wordt de tweede waarde - de diastolische 'druk gemeten.

### 2.3 Hoe werkt de meting?

De **MTX** is een bloeddrukmeter, die de bloeddruk van de bovenarm meet. De meting wordt door een microprocessor bestuurd die met behulp van een druksensor de schommelingen analyseert die via de arterie ontstaan door het opblazen en aflaten van de bloeddrukmanchet.

### 2.4 Waarom is het zinvol om de bloeddruk thuis te meten?

**MEDISANA** beschikt over meerjarige ervaringen op het gebied van de bloeddrukmeting. De hoge nauwkeurigheid van het meetprincipe van het **MEDISANA**-instrument blijkt uit omvangrijke klinische onderzoeken die volgens strikte internationale standaards zijn doorgevoerd. Een belangrijk argument voor de bloeddrukmeting thuis is het feit dat de meting in de bekende omgeving en onder ontspannen omstandigheden wordt verricht. Bijzonder veelzeggend is de zogenoemde 'basiswaarde' die 's morgens direct na het opstaan en vóór het ontbijt wordt gemeten. De bloeddruk kan het beste altijd op dezelfde tijdstip en onder dezelfde omstandigheden worden gemeten. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid van de resultaten gewaarborgd en een aanvankelijke bloeddrukziekte kan tijdig worden vastgesteld. Indien een verhoogde bloeddruk over een langere periode niet wordt ontdekt, stijgt de kans op een aantal hart-circulatieziektes.



#### VANDAAR ONZE TIP

**Meet uw bloeddruk dagelijks en regelmatig, zelfs als uw geen ongemakken heeft.**

### 2.5 Bloeddruk- classificatie

In de tabel hieronder zijn de richtwaarden aangegeven voor hoge en lage bloeddruk zonder inachtneming van de leeftijd. Deze beoordelingsschaal voor de bloeddruk voldoet aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

#### Lage bloeddruk

systolisch <100  
diastolisch <60

#### Normale bloeddruk

**(groene displaygebied 5)**

systolisch 100 – 139  
diastolisch 60 – 89

#### Vormen van verhoogde bloeddruk

##### gering verhoogde

##### bloeddruk (gele

displaygebied 5)

systolisch 140 – 159  
diastolisch 90 – 99

##### gemiddeld verhoogde

##### bloeddruk (oranje

displaygebied 5)

systolisch 160 – 179  
diastolisch 100 – 109

##### sterk verhoogde

##### bloeddruk (rode

displaygebied 5)

systolisch ≥180  
diastolisch ≥110



#### WAARSCHUWING

**Te lage bloeddruk betekent net zo'n gezondheidsrisico als hoge bloeddruk! Aanvallen van duizeligheid kunnen leiden tot gevaarlijke situaties (b.v. op trappen of in het verkeer)!**

### 2.6 Bloeddruk- schommelingen

Er zijn vele factoren die de bloeddruk kunnen beïnvloeden. De waarden worden met nadruk beïnvloedt door zwaar lichamelijk werk, angst, stress of de tijdstip van de meting. De persoonlijke bloeddrukwaarden zijn over een dag en over een jaar gerekend aan sterke schommelingen onderhevig. Bij patiënten met verhoogde bloeddruk zijn deze schommelingen bijzonder ontwikkeld. Normaal wordt de bloeddruk tijdens lichamelijke inspanningen het meest verhoogd en 's nachts tijdens het slapen het meest verlaagd.

### 2.7 Beïnvloeding en analyse van de metingen

- Meet meermalen uw bloeddruk, sla de resultaten op en vergelijk de deze vervolgens onder elkaar. Trek geen conclusie opgrond van een enkel resultaat.
- Uw bloeddrukwaarden dienen altijd door een arts te worden beoordeeld die vertrouwd is met uw medische voorgeschiedenis. Als u het instrument regelmatig gebruikt en de waarden registreert voor uw arts, informeer dan uw arts regelmatig over het verloop.
- Houd tijdens bloeddrukmetingen rekening ermee dat de dagelijkse waarden van vele factoren afhankelijk zijn. Factoren zoals roken, alcohol, medicijnen en lichamelijk werk beïnvloeden de meetwaarden op verschillende manier.
- Meet uw bloeddruk voor de maaltijden.
- Rust minstens 5 minuten voordat u uw bloeddruk meet.
- Neem, als u een buitengewone (te hoge of te lage) systolische of diastolische waarde van de meting constateert, hoewel het instrument op de juiste manier is gebruikt, contact op met uw arts, indien deze waarde ook na een aantal metingen blijft verschijnen. Dit geldt ook voor de zeldzame gevallen dat door een onregelmatige of zeer zwakke pols de meting wordt verhinderd.


## 3 Voor het Gebruik

### 3.1 Het inleggen / verwijderen van de batterijen

**Inleggen:** Schuif de sluiting aan de onderzijde van het instrument in pijlrichting, om het batterijvak te openen en plaats hierin de vier meegeleverde batterijen (alcalische batterijen, type AA LR 6). Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst (zie de afbeelding in de batterijruimte). Zijn de batterijen correcte geplaatst (of is de voeding aangesloten), dan weerklinken 2 pieptonen.

Bij geactiveerde **ON/OFF**-schakelaar **7** weerklinken 2 pieptonen en op het display worden gedurende een seconde alle symbolen weergegeven. Daarna verschijnt “ - - - - ”. Zet het batterijdeksel weer op het instrument en druk dit in positie totdat het hoorbaar vastklikt.

**Verwijderen:** Als de spanning in de batterijen onder 5 - 4,5 V daalt, verschijnt het batterijsymbool  **19** op het display. Schakel het toestel met de **ON/OFF**-schakelaar **7** uit en plaats nieuwe batterijen. Indien de verbruikte batterijen in de batterijruimte klem zitten, gebruik dan een spits voorwerp zoals een kogelpen en verwijder de batterijen voorzichtig.

Zodra de spanning in de batterijen onder 4,25 - 0,25 V daalt, verschijnt het batterijsymbool  **19** op het display.

Het toestel schakelt onmiddellijk na het verschijnen van dit symbool automatisch uit. Het functioneert pas opnieuw als nieuwe batterijen geplaatst zijn. Houd er rekening mee dat u telkens na het plaatsen van de batterijen de datum en de tijd opnieuw moet instellen als dit niet bij het inschakelen van het toestel met de **ON/OFF**-schakelaar 7 automatisch via de radiobestuurde klok gebeurt. De reeds gemeten waarden blijven opgeslagen.



#### **WAARSCHUWING VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN T.A.V. DE BATTERIJ**

- **Batterien niet uit elkaar halen!**
- **Batterij- en toestelcontacten voor het plaatsen van de batterijen indien nodig reinigen!**
- **Lege batterijen onmiddellijk uit het toestel verwijderen!**
- **Verhoogd uitloopegevaar, contact met huid, ogen en slijmhuid vermijden! Bij contact met accu's de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken!**
- **Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk een arts opgezocht worden!**
- **Altijd alle batterijen tegelijk vervangen!**
- **Alleen batterijen van hetzelfde type gebruiken, geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken!**
- **Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!**
- **Houd het batterijvak goed gesloten!**
- **Batterijen bij langer niet-gebruik uit het toestel verwijderen!**
- **Batterijen uit de buurt van kinderen houden!**
- **Batterijen niet heropladen! Er bestaat explosiegevaar!**
- **Niet kortsluiten! Er bestaat explosiegevaar!**
- **Niet in het vuur werpen! Er bestaat explosiegevaar!**
- **Bewaar onverbruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van metalen voorwerpen om een kortsluiting te vermijden!**
- **Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone huisvuil mee, maar met het speciale afval of in een batterijverzamelstation in de vakhandel!**

### **3.2 Gebruik van een adapter**

Alternatief kunt u het instrument ook met een speciaal voedingsapparaat gebruiken (MEDISANA art.-nr. 51036, niet inbegrepen in de leveromvang) dat aan de hiervoor bestemde aansluiting 10 aan de achterzijde van het instrument wordt aangesloten. Daarbij blijven de batterijen in het apparaat. Door het insteken van de stekker aan de achterzijde van de bloeddrukmeter worden de batterijen mechanisch uitgeschakeld. Het is dus nodig, eerst de adapter in de contactdoos te steken en dan met de bloeddrukmeter te verbinden. Als de bloeddrukmeter niet meer wordt gebruikt, moet eerst de stek-

ker uit de bloeddrukmeter en dan de adapter uit de contactdoos worden getrokken. Daardoor voorkomt u dat u datum en tijd iedere keer opnieuw moet invoeren.

### 3.3 Het instellen van de datum en de tijd

Uw **MEDISANA** bloeddrukmeettoestel **MTX** is met een radiobestuurde klok uitgerust die met het DCF77-signaal gestuurd wordt. Hierdoor worden tijd en datum automatisch ingesteld. Is er geen DCF77-signaal beschikbaar, dan wordt de tijd niet automatisch ingesteld.



#### **Automatische instelling:**

1. Schakel het toestel met de **ON/OFF**-schakelaar **7** aan de achterkant van het toestel in. Op het display wordt " - : - - " weergegeven.
2. Het display **2** wisselt automatisch naar de radio-ontvangst. Zodra het tijdsignaal ontvangen wordt, knippert het radiobestuurde kloksymbool **24** met een interval van een seconde op het display tot de ontvangst van het DCF77-signaal afgesloten is.



#### **AANWIJZING**

**Als u geen tijdsinstelling wenst of direct een meting wilt uitvoeren, verlaat dan de tijdsinstellingsmodus door op de START-toets **3** te drukken.**

3. Tijdens de automatische instelling verschijnt het knipperende symbool voor de radiobestuurde klok  na elkaar met 1, 2 en 3 daarboven liggende balken. Zodra het symbool met 3 balken verschijnt, is de tijdsinstelling afgesloten. Na elkaar worden datum en tijd rechts boven op het display weergegeven. Daarna wordt de tijd permanent samen met het symbool voor de radiobestuurde klok  weergegeven.



#### **AANWIJZING**

**De automatische instelling van datum en tijd duurt ca. 2-4 minuten. Als binnen 4 minuten geen signaal ontvangen werd, verschijnt op het display " - : - - ".**

**U kunt nu de klok handmatig instellen of de ontvangstsituatie door de keuze van een andere standplaats verbeteren.**

**Bij het wisselen van standplaats moeten de batterijen opnieuw geplaatst of het toestel met de ON/OFF-schakelaar nog eens ingeschakeld worden om de automatische instelling opnieuw te starten.**

#### **Handmatige instelling:**

Het toestel moet zich in de stand-bymodus bevinden. Als tijdens de tijdsinstelling 1 minuut lang op geen enkele toets gedrukt wordt, schakelt de tijdsinstellingsmodus uit en op het tijdsdisplay verschijnt " - : - - ".

1. Datum en tijd kunt u instellen door de **TIMER**-toets **8** gedurende meerdere seconden in te drukken tot **OFF** op het display verschijnt.
2. Druk opnieuw op de **TIMER**-toets **8**. Na het loslaten van de toets verschijnt op het display **bl** en daaronder **0n**.
3. Druk opnieuw op de **TIMER**-toets **8**. Op het display verschijnen **0n** en **00**. Door het indrukken van de **MEMO**-toets **4** kunt u het DCF77-signaal in- of uitschakelen.  
Is de radiobestuurde klok uitgeschakeld, drukt op de **TIMER**-toets **8** om naar de handmatige tijdstelling te gaan.
4. Op het display verschijnt het gekozen gebruikersgeheugen en het knipperende jaar.
  - Door het opnieuw indrukken van de **TIMER**-toets **8** verschijnen de datum en de knipperende maand.
  - Door het opnieuw indrukken van de **TIMER**-toets **8** knippert de dag.
  - Door het opnieuw indrukken van de **TIMER**-toets **8** verschijnt de tijd. De uurindicatie knippert.
  - Door het opnieuw indrukken van de **TIMER**-toets **8** knippert de minutenindicatie.
  - Door het indrukken van de **MEMO**-toets **4** kunt u de actuele tijd (jaar, maand, dag, uren en minuten) instellen en met de **TIMER**-toets **8** bevestigen. Daarna worden twee keer afwisselend de ingestelde datum en de tijd weergegeven voor het toestel in de stand-bymodus terugkeert. In de stand-bymodus wordt de tijd permanent weergegeven.



#### AANWIJZING

**Als u tijdens de handmatige tijdstelling op de START-toets **3** drukt, verlaat u de tijdstellingsmodus. De tot dan ingestelde waarden worden overgenomen. Op het display wordt “-:-” weergegeven als voordien geen tijd ingesteld was.**

### 3.4 Alarm instellen

Uw **MEDISANA** bloeddrukmeettoestel **MTX** is met een alarmfunctie uitgerust, waarmee elk van beide gebruikers drie alarmtijden kan instellen, bijvoorbeeld voor de regelmatige inname van medicamenten.  
Zorg ervoor dat het toestel zich in de stand-bymodus bevindt en het gewenste gebruikersgeheugen **11** ingesteld is.


1. Druk op de **TIMER**-toets **8** en daarna op de **MEMO**-toets **4**. Houd beide toetsen ingedrukt tot het alarmsymbool **20** op het display verschijnt.
2. Laat beide toetsen los. “1” voor *Alarm 1* knippert op het display rechts onderaan. Met de **MEMO**-toets **4** kunt u tussen *Alarm 1*, *Alarm 2* en *Alarm 3* kiezen.
3. Druk op de **TIMER**-toets **8**. Het display voor het invoeren van de alarmtijd knippert. Met de **MEMO**-toets **4** voert u de alarmtijd in.



4. Druk op de **TIMER**-toets **8**, het alarmsymbool knippert. Met de **MEMO**-toets **4** kunt u tussen alarm aan () en alarm uit () wisselen. Om uw invoer te bevestigen, drukt u op de **TIMER**-toets **8** of de **START**-toets **3**. Is het alarm ingesteld, wordt op de ingestelde tijd door een akoestisch signaal alarm gegeven.



#### AANWIJZING

**Is een alarm correct ingevoerd en actief, verschijnt in de stand-bymodus op het display het alarmsymbool .**  
**Is in geen enkel gebruikersgeheugen een alarm actief, verschijnt in de stand-bymodus geen symbool.**

### 3.5 Het instellen van de gebruiker-geheugen


De **MTX** maakt het mogelijk dat de gemeten waarden aan twee verschillende geheugen worden toegewezen. Per geheugen zijn 99 plaatsen beschikbaar. Het toestel moet zich in de stand-bymodus bevinden. Door het indrukken van de **TIMER**-toets **8** kunt u tussen gebruikersgeheugen 1 en gebruikersgeheugen 2 **11** kiezen.


### 3.6 Keuze van de 3MAM-meetmethode

Bij de **MTX** kunnen twee meetprocedures worden geselecteerd.

- Enkelmeting
- 3 vervolgmetingen ( Measurement Average Mode = 3/MAM-methode )

Bij de enkelmeting wordt een enkele bloeddrukmeting doorgevoerd en opgeslagen.

De 3/MAM-methode wordt aanbevolen, als u onder een sterk onregelmatige bloeddruk lijdt. Als gevolg van de 3 over een periode van 15 seconden opeenvolgende metingen worden sterk afwijkende waarden geëlimineerd. Bij bijzonder sterke afwijkingen kan mogelijk een 4de meting worden doorgevoerd. Op basis van deze drie metingen wordt een gewogen gemiddelde waarde berekend, weergegeven en in het geselecteerde geheugen opgeslagen. Een op deze manier doorgevoerde meting wordt door  **21** in het geheugen gemarkeerd. De 3/MAM-methode minimaliseert het risico voor incorrecte metingen duidelijk.

1. Voor de keuze tussen individuele meting en 3 volgende metingen (3MAM-procedure) drukt u op de **TIMER**-toets **8** en houdt u deze toets ingedrukt tot het symbool voor de 3MAM-modus  en " **OFF** " op het display verschijnen en knipperen.
2. Druk op de **MEMO**-toets **4** om tussen " **On** " en " **OFF** " te kiezen, " **On** " voor de 3MAM-meetmethode en " **OFF** " voor de individuele meting.
3. Bevestig uw keuze door het indrukken van de **START**-toets **3** (of druk op de **TIMER**-toets **8** om naar de volgende instelling: "Pieptoon *in-luit-schakelen* " te gaan.

### 3.7 Pieptoon in-/uitschakelen




Een meting met het bloeddrukmeettoestel **MTX** wordt door pieptonen begeleid. Deze functie kan met de volgende instelling uitgeschakeld worden.

1. Voor de keuze tussen "Pieptoon aan" en "Pieptoon uit" drukt u op de **TIMER**-toets **8** en houdt u deze toets ingedrukt tot **▲** en "OFF" op het display verschijnen en knipperen.
2. Druk opnieuw op de **TIMER**-toets **8**. Op het display verschijnt "bl" en daarna "On".
3. Druk op de **MEMO**-toets **4** om tussen "On" en "OFF" te kiezen.
4. Bevestig uw keuze door het indrukken van de **START**-toets **3** (of druk op de **TIMER**-toets **8** om naar de volgende instelling: "DCF77-sigitaal in-/uitschakelen" te gaan, zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, punt 4).  
Als u "OFF" gekozen hebt, blijft de pieptoonfunctie tijdens de metingen uitgeschakeld.

## 4 Het Gebruik

### 4.1 Het bevestigen van de drukmanchet

Steek het losse uiteinde van de luchtslang van het bovenarm-manchet **1** in de daarvoor bestemde aansluiting **9** aan het instrument. Open het manchet en vorm het tot een ring die u vervolgens op uw naakte linker bovenarm boven de elleboog schuift. Let op dat de arm niet door het omslaan van de (eventueel te nauwe) bovenarmkleding afgebonden wordt. De slang van het manchet moet zodanig in het midden van de binnenkant van de elleboog zijn geplaatst dat het in richting van de pols wijst. Het manchet zelf mag niet worden verdraaid. Sluit het drukmanchet zodanig dat deze nauw sluit, maar niet afsnoert.



### 4.2 De correcte meetpositie

- Neemt u tijdens de meting ergens plaats.
- Ontspan uw arm en steun deze losjes bijv. op een tafel.  
Blijf rustig tijdens de meting: beweeg en spreek niet, omdat hierdoor de meetresultaten worden beïnvloed.

### 4.3 Het meten van de bloeddruk

#### Enkelmeting

Om een individuele meting uit te voeren, moet het toestel met de **ON/OFF**-schakelaar **7** ingeschakeld zijn en zich in de stand-bymodus bevinden. Eventuele instellingen volgens hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, 3.5, 3.6 en 3.7 moeten afgesloten zijn.

1. Druk op de **START**-toets **3**. Het toestel voert een zelftest uit die met "0" op het display afgesloten wordt. De bewerking wordt door 5 korte pieptonen begeleid.

2. Daarna pompt de manchet ❶ zich automatisch op tot de voor een meting nodige druk bereikt is. Alternatief kan deze druk ook handmatig tot stand gebracht worden door de **START-toets** ❸ in te drukken en ingedrukt te houden nadat het toestel automatisch een druk van minstens 30 mmHg bereikt heeft. Als het toestel de volgens uw mening optimale uitgangsdruk voor een meting bereikt heeft, laat u de **START-toets** ❸ los. Hierbij wordt de stijgende druk door getallen aangegeven.
3. Wanneer het opblazen is voltooid, wordt de meting automatisch gestart terwijl de lucht binnen het manchet langzaam uitgelaten wordt. De in het display getoonde waarde komt overeen met de actuele waarde van de druk binnen het manchet.



#### AANWIJZING

**Wordt de START-toets ❸ tijdens het oppompen ingedrukt, onderbreekt u de oppompbewerking. Het toestel schakelt uit en de lucht ontsnapt uit de manchet.**

4. De manchet wordt eerst met gelijkmatige snelheid ontlucht. Op het display wordt het polssymbool ♥ ❶ weergegeven. Wanneer de pols de eerste keer kan worden vastgesteld, wordt de ontluchting met de hartslag gesynchroniseerd totdat de meting is voltooid. Deze bewerking wordt door een pieptoon per hartslag begeleid als de pieptoonfunctie niet voordien uitgeschakeld werd. Tegelijk knippert het polssymbool ♥ ❶.
5. De meting is beëindigd zodra de manchet plots ontlucht wordt en een lange pieptoon te horen is.
6. De gemeten waarden ❸, ❹ en ❺ worden op het display weergegeven, samen met de WHO-bloeddrukbalindicatie ❷. Tegelijk is een lange pieptoon te horen.
7. Als bij de meting door het toestel een aritmie vastgesteld wordt, knippert tijdens de weergave van de gemeten waarden het aritmiesymbool ⚡ ❻ acht keer. Tegelijk zijn acht korte pieptonen te horen die de gebruiker op een onregelmatige hartslag moeten wijzen.
8. Als u ca. 1 minuut lang op geen enkele toets drukt, schakelt het toestel automatisch in de stand-bymodus.

#### 3MAM-meetmethode

**(3 metingen na elkaar voor het bepalen van een gemiddelde waarde)**

Om een individuele meting uit te voeren, moet het toestel met de **ON/OFF**-schakelaar ❶ ingeschakeld zijn en zich in de stand-bymodus bevinden. De 3MAM-meetmethode is geselecteerd (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.6). Eventuele instellingen volgens hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, 3.5 en 3.7 moeten afgesloten zijn.

1. Druk op de **START-toets** ❸. Het toestel voert een zelftest uit die met " ❶ " op het display afgesloten wordt. De bewerking wordt door 5 korte pieptonen begeleid. Op het display worden ❷ ❶ (average = gemiddelde) en " ❶ " voor de eerste meting weergegeven.

2. Daarna pompt de manchet ❶ zich automatisch op tot de voor een meting nodige druk bereikt is. Alternatief kan deze druk ook handmatig tot stand gebracht worden door de **START-toets** ❸ in te drukken en ingedrukt te houden nadat het toestel automatisch een druk van minstens 30 mmHg bereikt heeft. Als het toestel de volgens uw mening optimale uitgangsdruk voor een meting bereikt heeft, laat u de **START-toets** ❸ los. Hierbij wordt de stijgende druk door getallen aangegeven.
3. Wanneer het opblazen is voltooid, wordt de meting automatisch gestart terwijl de lucht binnen het manchet langzaam uitgelaten wordt. De in het display getoonde waarde komt overeen met de actuele waarde van de druk binnen het manchet.
4. De manchet wordt eerst met gelijkmatige snelheid ontlucht. Op het display wordt het polssymbool ♥ ❶ weergegeven. Wanneer de pols de eerste keer kan worden vastgesteld, wordt de ontluchting met de hartslag gesynchroniseerd totdat de meting is voltooid. Deze bewerking wordt door een pieptoon per hartslag begeleid als de pieptoonfunctie niet voordien uitgeschakeld werd. Tegelijk knippert het polssymbool ♥ ❶.
5. De eerste meting wordt beëindigd door de druk tijdens een 15 seconden lange countdown compleet uit de manchet af te laten. Hierbij knippert het countdownsymbool ❷. De vijf laatste seconden worden door pieptonen begeleid.
6. In de plaats van de " 1 " wordt op het display nu de " 2 " voor de tweede meting weergegeven. De tweede meting verloopt als de eerste, zie punten 2-5.
7. In de plaats van de " 2 " wordt op het display nu de " 3 " voor de derde meting weergegeven. De derde meting verloopt als de eerste, zie punten 2-4.
8. De 3MAM-meting is beëindigd zodra de manchet plots ontlucht wordt en een lange pieptoon te horen is.
9. De gemeten waarden ❸, ❹ en ❺ worden op het display weergegeven, samen met de WHO-bloeddrukbalindicatie ❻. Tegelijk is een lange pieptoon te horen.
10. Als bij de meting door het toestel een aritmie vastgesteld wordt, knippert tijdens de weergave van de gemeten waarden het aritmiesymbool ⚡ ❻ acht keer. Tegelijk zijn acht korte pieptonen te horen die de gebruiker op een onregelmatige hartslag moeten wijzen.
11. Als u ca. 1 minuut lang op geen enkele toets drukt, schakelt het toestel automatisch in de stand-bymodus.



#### AANWIJZING

**Bij het gebruik van het toestel kunnen in de geïntegreerde schakelkring de fouten *Err 1, 2, 3, 5, 6* optreden, waarbij *Err 6* uitsluitend bij de 3MAM-modus kan optreden. De fouten *Err 1, 2, 3, 5* leiden in de 3MAM-modus niet tot het afbreken van een meting, tenzij ze twee keer na elkaar optreden. Een foutindicatie wordt altijd door 3 korte pieptonen begeleid.**

#### 4.4 Problemen en Oplossingen

##### **Foutmelding**

Mogelijke oorzaken en oplossingen

##### **Err 1**

De systolische drukmeting is voltooid. Mogelijkerwijs is te verbinding met de luchtslang onderbroken of er is geen pols vastgesteld.

Controleer de aansluiting tussen het bovenarm-manchet en het instrument.

##### **Err 2**

Er zijn niet-fysiologische drukimpulsen vastgesteld.

Oorzaak: Armbewegingen tijdens de meting.

Herhaal de meting en houdt uw arm stil.

##### **Err 3**

Als de drukopbouw te lang duurt, is mogelijkerwijs het bovenarm-manchet niet op de juiste wijze bevestigd of de slangverbinding is losjes geraakt.

Controleer de verbindingen en herhaal de meting.

##### **Err 5**

Wegens onstabiele condities tijdens de meting is er geen gemiddelde waarde berekend.

Herhaal de meting bij een rustige armhouding en spreek niet tijdens de meting.

##### **Err 6**

Er waren teveel fouten tijdens het meten in MAM mode, wat het onmogelijk maakt om een betrouwbaar resultaat weer te geven.

Lees de controlelijst door voordat u betrouwbare metingen verricht en herhaal dan de metingen.

##### **HI**

De druk in de manchet is te hoog (boven 300 mmHg) of de polsslagen is te hoog (boven 200 slagen per minuut).

Ontspan gedurende 5 minuten en herhaal de meting.

##### **LO**

De polsslagen is te laag (lager dan 40 slagen per minuut).

Herhaal de meting.

#### 4.5 Het uitschakelen van het instrument

Het toestel schakel na ca. 1 min. automatisch in de stand-bymodus als er geen andere toets ingedrukt wordt. U kunt ook door het indrukken van de **START**-toets **3** naar de stand-bymodus gaan. De functie als bloeddrukmeettoestel is nu uitgeschakeld. De tijd en het gekozen personengeheugen worden permanent op het display weergegeven. De alarmfunctie blijft behouden.

Als u de tijndicatie en alarmfunctie niet wilt gebruiken, kunt u het toestel ook volledig uitschakelen door de schuiftoets **ON/OFF** **7** aan de achterkant van het toestel op " **OFF** " te zetten.

### 5.1 Het opslaan van de resultaten

Dit instrument beschikt over 2 aparte geheugen met een capaciteit van 99 geheugenplaatsen per geheugen. De resultaten worden automatisch in het geselecteerde geheugen opgeslagen. Als het geheugen vol is, wordt de betreffende oudste meting verwijderd.

### 5.2 Het weergeven van de opgeslagen waarden

Druk op **MEMO**-toets **4** om de in het geheugen opgeslagen meetwaarden op te roepen. Na de weergave van alle op het display voorhanden segmenten wordt een met een " **R** " gemarkeerde gemiddelde waarde van alle in het gekozen geheugen voorhanden metingen weergegeven.

Door een tweede keer op de **MEMO**-toets **4** te drukken worden de afzonderlijke meetwaarden (Systolisch, Diastolisch, Pols en Datum/Kloktijd afwisselend) van de laatst ingevoerde meting weergegeven. Als deze meting met de 3MAM-methode uitgevoerd werd, wordt een **▲** **21** weergegeven. Indien tijdens de meting een afwijkende ritme was vastgesteld, dan wordt eveneens het symbool van afwijkende ritme **⚡** in het display getoond, deze knippert echter niet.

Om in geheugen terug te bladeren moet u de **MEMO**-toets **4** nogmaals indrukken. De aanwijzing verloopt altijd in aflopende volgorde.

Als u ca. 1 min. lang op geen enkele toets drukt, schakelt het toestel automatisch in de stand-bymodus terug.

### 5.3 Wissen van een meting

Kies de ingang van de meting die gewist moet worden. Druk op de **START**-toets **3** en houd deze toets gedurende ca. 10 sec. ingedrukt tot het geheugensymbool **17** knippert. Bevestig het wissen van de opdracht door het indrukken van de **MEMO**-toets **4**. Op het display wordt kort " **CL** " weergegeven, begeleid door twee korte pieptonen. De gekozen ingang is gewist. Het display keert terug naar de stand-bymodus.

### 5.4 Wissen van het geheugen

De gegevens van het gekozen geheugen kunnen gewist worden door **MEMO**-toets **4** gedurende ca. 7 seconden ingedrukt te houden. Na 7 seconden verschijnt " **CL** " ( CLEAR = wissen) op het display **2**. Dit geeft aan dat alle gegevens gewist worden. Bevestig het wissen van de opdracht door het nogmaals indrukken van de **MEMO**-toets **4**. De bewerking wordt door drie korte pieptonen begeleid.

### 6.1 Reiniging en Onderhoud

- Verwijder altijd eerst de batterijen voordat u het instrument reinigt.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of sterke borstels.
- Reinig het instrument met een zachte met neutraal reinigingsmiddel bevochtigde doek. In het instrument mag geen water binnendringen. Gebruik het instrument pas nadat het volledig droog is.
- Verwijder de batterijen uit het instrument, als het over een langere periode niet wordt gebruikt. Anders kunnen de batterijen leeglopen.
- Stel het instrument niet bloot aan direct zonlicht, beveilig het tegen vuil en vochtigheid.
- Het manchet mag alleen opgeblazen worden als het op de bovenarm is bevestigd.
- *Meettechnische controle*  
Het instrument is door de fabrikant gekalibreerd voor een gebruiksduur van twee jaar. De meettechnische controle **is bij industrieel gebruik** uiterlijk alle twee jaar vereist. De controle kan tegen betaling en overeenkomstig de Duitse "Medizinprodukte-Betreiber Verordnung" (voorschriften voor exploitanten van medische producten) door een daartoe bevoegd persoon of een geautoriseerde verpleeginstelling worden uitgevoerd.

### 6.2 Afvalbeheer



Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier.

Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

### 6.3 Richtlijnen / Normen

Deze bloeddrukmeter beantwoordt aan de eisen van de EU-norm voor niet-invasieve bloeddrukmeetinstrumenten. Het is gecertificeerd volgens de EG richtlijnen en voorzien van het CE-merk (conformiteitsmerk) "CE 0297".

De bloeddrukmeter beantwoordt aan de Europese voorschriften EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 14971 en EN 980.

Aan de eisen van de EU-richtlijn "93/42/EWG van de raad van 14 juni 1993 betreffende medische producten" is voldaan.

#### **Klinische resultaten:**

Klinische onderzoeken met het toestel werden in de VS en Duitsland conform EN 1060-4 en conform de AAMI-standaard (VS) uitgevoerd.

#### **Elektromagnetische verdraagbaarheid:**

het apparaat voldoet aan de eisen van norm EN 60601-1-2 voor de elektromagnetische verdraagbaarheid.

Details over deze meetgegevens kan u aanvragen via **MEDISANA**.

#### 6.4 Technische Specificaties

#### Toepassing:

Het instrument is geschikt voor de nietinfusieve bloeddrukmeting bij volwassenaenen (dit betekent dat het voor uitwendig gebruik is bestemd).

|  |  |
|--|--|
| Naam en model                                | : <b>MEDISANA</b> Bloeddrukmeter <b>MTX</b>                                      |
| Displaysysteem                               | : Digitaal display   |
| Geheugenplaatsen                             | : 2 x 99   |
| Meetmethode                                  | : Oscillometrisch  |
| Spanning                                     | : 6 V= , 4 x 1,5 V mignon AA LR 6, alkaline                                      |
| Meetbereik bloeddruk                         | : 30 – 280 mmHg  |
| Meetbereik pols                              | : 40 – 200 slagen / min  |
| Maximale meetafwijking van de statische druk | : ± 3 mmHg   |
| Maximale meetafwijking van de polswaarden    | : ± 5 % van de waarde  |
| Drukopbouw                                   | : Automatisch met micropomp  |
| Ontluchting                                  | : Automatisch  |
| Autom. uitschakeling                         | : Na ca. 3 min.  |
| Bedrijfsvoorwaarden                          | : + 10 °C t/m + 40 °C,<br>15 – 85 % luchtvochtigheid                             |
| Opbergvoorwaarden                            | : - 5 °C t/m + 50 °C   |
| Afmetingen                                   | : ca. 125 mm x 163 mm x 65 mm  |
| Manchet                                      | : 22 – 32 cm manchet voor volwassenenaenen met normale bovenarmomvang            |
| Gewicht                                      | : ca. 535 g incl. batterijen   |
| Artikelnummer                                | : 51083  |
| EAN-nummer                                   | : 40 15588 51083 0   |
| Speciaal onderdeel                           | : Netadapter   |
|  | Art.-nr. 51036   |
|  | 22 - 42 cm manchet voor volwassenenaenen met een groete bovenarmomvang           |
|  | Art.-nr. 51087   |
|  | Manchet klein 17 - 22 cm voor volwassenenaenen met kleine omtrek van de bovenarm |
|  | Art.-nr. 51089   |
|  | Softwareset (bloeddrukanalysesoftware voor Windows met aansluitkabel)            |
|  | Art.-nr. 51082   |

## CE0297

**In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.**



## Garantie en reparatievoorwaarden

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor de producten van **MEDISANA** geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn kosteloos verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangbare onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
  - a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
  - b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
  - c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de gebruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
  - d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage (manchet, batterijen enz.).
5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.



Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
DUITSLAND

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.



# TÄRKEITÄ TIETOJA! SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!

Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä käyttöohje mukana.

## *Kuvan selitys*



Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen. Siinä on tärkeitä tietoja käyttöönottoa ja käsittelyä koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.



### **VAROITUS**

Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää käyttäjän mahdollisen loukkaantumisen.



### **HUOMIO**

Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen mahdollisen vaurioitumisen.



### **OHJE**

Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta ja käyttöä koskien.



Laiteluokitus: Tyyppi BF



LOT-numero



Laatija



Valmistuspäivämäärä





## Turvallisuusohjeita



### VAROITUS

**Älkää koskaan ryhtykö terapeuttisiin toimenpiteisiin itsemittauksen perusteella! Älkää koskaan muuttako lääkärin määräämän lääkkeen annostelua!**

- Sydämen rytmihäiriöt eli arytmiat aiheuttavat epäsäännöllisen pulssin. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että oskillometrisillä mittareilla on vaikeaa saada oikeaa mittauservoa. Tämä mittari on varustettu sellaisella elektroniikalla, että se kykenee tunnistamaan 20 yleisintä arytmiää sekä niin kutsutut liikeartefaktata ja ilmaisemaan tämän symbolilla  näytöllä.
- Jos sinulla on jokin muu sairaus esim. valtimotukoksia, on ennen verenpainemittarin käyttöä keskusteltava lääkärin kanssa.
- Tätä laitetta ei voida käyttää kontrolloimaan sydämen tahdistimen syketaajuutta.
- Raskaana olevien naisten on noudatettava tarvittavaa varovaisuutta ja otettava huomioon oma rasituskykynsä. Tarpeen mukaan otetaan yhteys hoitavaan lääkäriin.
- Jos mittauksen aikana esiintyy epämiellyttäviä oireita, esim. kipua olkavarresta tai muita oireita, toimi seuraavasti: tyhjennä mansetti välittömästi painamalla **START**-painiketta . Avaa mansetti ja ota se pois olkavarresta. Ota yhteys laitteen myyjään tai suoraan Medisanan edustajaan.
- Jos pulssi on erityisen vaimea, kohota käsivarsi ylös ja sulje ja avaa nyrkkiä noin 10 kertaa ja mittaa verenpaine vasta sitten. Tämän harjoitteen avulla voidaan optimoida pulssiaalto ja mittaustoimenpide.
- Käytä laitetta ainoastaan sille määritettyyn tarkoitukseen ja käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.
- Jos laitetta käytetään muuhun kuin sille määritettyyn käyttöön, sen takuu raukeaa.
- Joskus harvoin saattaa tapahtua, että laitteeseen tulee toimintahäiriö ja mansetti jää pysyvästi täyteen pumpatuksi. Tässä tapauksessa mansetti on avattava välittömästi.
- Laitetta ei saa käyttää sellaisten laitteiden läheisyydessä, jotka muodostavat voimakasta sähköistä säteilyä, kuten esimerkiksi radiolähettimet. Ne saattavat häiritä mittarin toimintaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu antaa sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, hermollisia tai psyykkisiä ongelmia tai joiden kokemus ja/tai tieto ei riitä laitteen käyttöön, ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai tämä henkilö kertoo heille laitteen käytöstä.
- Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä eivät leiki laitteella.
- Häiriötapauksissa laitetta ei saa korjata itse, koska silloin kaikki takuut raukeavat. Korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltoyrityksessä.
- Suojaa laite kosteudelta. Jos laitteeseen kaikesta huolimatta pääsee vettä, on paristot irrotettava välittömästi eikä laitetta saa enää käyttää. Ota yhteys laitteen myyjään tai soita suoraan Medisanan numeroon. Yhteystiedot löytyvät tämän käyttöohjeen osoitesivulta.

## Sydämellinen kiitos

Kiitoksia luottamuksesta ja sydämelliset onnentoivotukset! Ostaessasi **MTX**-verenpainemittarin olet hankkinut **MEDISANA**-laatu tuotteen. Jotta saavuttaisit halutun tuloksen ja sinulla olisi pitkään iloa **MEDISANA MTX** verenpainemittaristasi, suosittelemme, että luet seuraavat käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti läpi.

### 2.1 Toimituksen laajuus ja pakkaus

Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaurioita. Jos sinulla on kysymyksiä, älä ota laitetta käyttöön, vaan käänny kauppiasi tai huoltoliikkeen puoleen.

Pakkauksesta pitää löytyä:

- 1 **MEDISANA** verenpainemittari **MTX**
- 1 muotoiltu mansetti ilmaletkulla
- 4 paristoa (tyyppiä AA, LR 6) 1,5V
- 1 säilytyspussi
- 1 USB-kaapeli
- 1 verenpainepassi
- 1 käyttöohje

Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin raaka-ainekierto. Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella tavalla. Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.



#### **VAROITUS**

**Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin. On olemassa tukehtumisvaara!**

### 2.2 Toimituksen laajuus ja pakkaus

Verenpaine on paine, joka muodostuu jokaisen sydämenlyönnin aikana verisuonissa. Kun sydän supistuu (= Systole) ja pumppaa verta valtimoihin, ja paine nousee. Paineen korkeinta arvoa kutsutaan systoliseksi paineeksi ja se on verenpaineen mittauksessa ensimmäinen arvo.

Kun sydänlihas lepää ottaakseen lisää verta, paine valtimoissa laskee. Kun verisuonet ovat lepotilassa, mitataan toinen arvo - diastolinen paine.

### 2.3 Kuinka mittaus tapahtuu?

**MTX** on verenpainemittari, joka on tarkoitettu verenpaineen mittaukseen olkavaresta. Mittauksen suorittaa mikroprosessori, joka arvioi painesensorin avulla valtimon yläpuolelle muodostuvaa värähtelyä, kun verenpainemansettiin pumpataan ilmaa tai lasketaan ilmaa ulos.

## 2.4 Miksi on järkevää mitata verenpainetta kotona

**MEDISANA**lla on useiden vuosien kokemus verenpaineen mittauksesta. **MEDISANA**-laitteiden mittauseriaatteen suuri tarkkuus vahvistetaan laajoissa vaativien kansainvälisten standardien mukaan tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. Tärkeä peruste kotona tapahtuville verenpaineen mittauksille on se tosiasia, että mittaukset tehdään tutussa ympäristössä ja levollisissa olosuhteissa. Erityisen merkittävä on niin sanottu „perusarvo“, joka mitataan aamuisin heti heräämisen jälkeen ennen aamiaista. Periaatteessa verenpaine tulisi mitata aina samaan aikaan ja samoissa olosuhteissa. Silloin tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia ja alkava verenpainetauti voidaan havaita ajoissa. Jos verenpainetauti on kauan havaitsematta, muiden sydän-verisuonitautien riski kasvaa.



### TÄSSÄ OHJEEMME:

**Mittaa verenpaineesi päivittäin ja säännöllisesti myös silloin, kun sinulla ei ole oireita.**

## 2.5 Verenpaine- luokitus

Seuraavassa taulukossa ovat ohjeavrot korkeille ja matalille verenpainearvoille ilman, että ikä otetaan huomioon. Tämä verenpainearvoasteikko vastaa maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksia.

### **Matala verenpaine**    **Normaali verenpaine** (vihreä näyttöalue 5)

systolinen <100  
diastolinen <60

systolinen 100 – 139  
diastolinen 60 – 89

### **Verenpainetaudin muotoja**

#### **lievästi kohonnut verenpaine** (keltainen näyttöalue 5)

systolinen 140 – 159  
diastolinen 90 – 99

#### **kohtalaisesti kohonnut verenpaine** (oranssi näyttöalue 5)

systolinen 160 – 179  
diastolinen 100 – 109

#### **huomattavan kohonnut verenpaine** (punainen näyttöalue 5)

systolinen ≥180  
diastolinen ≥110



### VAROITUS

**Liian alhainen verenpaine on yhtä lailla terveysriski kuin liian korkea verenpaine! Huimauskohtaukset saattavat aiheuttaa vaarallisia tilanteita (esim. portaissa tai liikenteessä)!)**

## 2.6 Verenpaineen vaihtelut

Verenpaineeseen saattavat vaikuttaa monet eri tekijät. Voimakas ruumiillinen rasitus, pelko, stressi tai vuorokauden aika, jolloin mittaus suoritetaan vaikuttavat kaikki voimakkaasti mitattuihin tuloksiin. Yksilölliset verenpaine-arvot vaihtelevat päivän mittaan ja eri vuodenaikoina erittäin paljon. Korkeasta verenpaineesta kärsivillä nämä vaihtelut ovat erityisen suuria. Tavallisesti verenpaine on korkeimmillaan ruumiillisessa rasituksessa ja alim millaan yöllä unen aikana.

## 2.7 Mittauksiin vaikuttaminen ja mittausten arvioiminen

- Mittaa verenpaine useampaan kertaan ja tallenna tulokset ja vertaa tuloksia sitten keskenään. Älä tee johtopäätöksiä yksittäisen mittaustuloksen perusteella.
- Anna sellaisen lääkärin arvioida verenpaine-arvosii, joka tuntee aikaisemman terveydentilasi ja sairautesi. Kun käytät laitetta säännöllisesti ja kirjoitat arvot muistiin lääkäriä varten, on hyvä kertoa lääkärille tuloksista silloin tällöin.
- Muista verenpainetta mitatessasi, että päivittäisiin arvoihin vaikuttavat monet eri tekijät. Tupakointi, alkoholin käyttö, lääkkeet ja ruumiillinen työ vaikuttavat mittaustuloksiin eri tavoin.
- Mittaa verenpaine ennen ruokailua.
- Ennen verenpainemittausta on levättävä vähintään 5 minuuttia.
- Jos systolinen tai diastolinen mittausarvo vaikuttaa epätavalliselta (liian korkealta tai liian matalalta), vaikka mittaus on suoritettu oikein, ja tämä toistuu useammalla mittauskerralla, on syytä ottaa yhteys lääkäriin. Joskus on myös mahdollista, että mittaus ei onnistu siksi, että pulssi on epäsäännöllinen tai heikko. Silloin on myös syytä ottaa yhteys lääkäriin.


## 3 Käyttöönotto


### 3.1 Paristojen asentaminen / poistaminen

**Asentaminen:** Avaa paristokotelo laitteen alaosassa painamalla salpaa kevyesti nuolen suuntaan ja laita laitteen mukana toimitetut neljä paristoa (Alkaliparisto, tyyppi AA LR 6) paristokoteloon. Huomioi paristojen oikea suunta (kuva paristokotelossa). Jos paristot ovat oikein paikallaan (tai jos verk-kolaite on liitetty), kuuluu 2 piippausta.

Kun **ON/OFF**-kytkin **7** on aktivoitu, kuuluu kaksi piippausta ja näytölle tulee sekunnin ajaksi kaikki symbolit. Lopuksi tulee näkyviin " - : - - ".

Laita paristokotelon kansi paikalleen ja paina sitä niin, että kuulet sen naksah-tavan paikalleen.

**Poistaminen:** Jos paristojen jännitelaskee alle 5 - 4,5 V, näkyviin tulee paristo-symboli  **19**. Sammuta laite **ON/OFF**-kytkimillä **7** ja vaihda uudet paristot. Jos käytetyt paristot ovat juuttuneet paristokoteloon, poista paristot varovasti kapeakärkisellä apuvälineellä, esim. kuulakärkikynällä.

Kun paristojen jännitelaskee alle 4,25 - 0,25 V, näkyviin tulee paristosymboli  **19**.

Laitte sammuu automaattisesti näiden symbolien ilmestymisen jälkeen. Se toimii uudelleen vasta, kun uudet paristot ovat paikallaan.

Huomioi, että sinun tulee asettaa kellonaika ja päivämäärä uudelleen aina paristojen vaihdon jälkeen, jos tämä ei tapahdu käynnistettäessä laitetta **ON/OFF**-kytkimellä **7** automaattisesti radiokellon kautta. Tähänastiset mitaustulokset pysyvät tallennettuina.



#### **VAROITUS PARISTO-TURVAOHJEITA**

- **Akkuja ja paristoja ei saa purkaa!**
- **Puhdista pariston ja laitteen kontaktipisteet tarvittaessa ennen paristojen asetusta!**
- **Poista tyhjät akut ja paristot välittömästi laitteesta!**
- **Kohonnut vuotovaara, vältä kontaktia ihon, silmien ja limakalvojen kanssa! Jos joudut akkuhapon kanssa kosketuksiin, huuhtelee vastaavat kohdat välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon!**
- **Jos paristo tai akku nielaistaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!**
- **Vaihda kaikki akut ja paristot samaan aikaan!**
- **Käytä ainoastaan saman tyyppin paristoja, eri tyyppien paristoja tai uusia ja käytettyjä samaan aikaan ei saa käyttää samassa laitteessa!**
- **Aseta paristot oikein paikalleen, huomioi napaisuus!**
- **Pidä paristolokero aina suljettuna!**
- **Poista paristot ja akut laitteesta jos et käytä sitä pitkään aikaan!**
- **Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta!**
- **Akkuja ja paristoja ei saa ladata! Räjähdyksivaara!**
- **Liitä oikein! Räjähdyksivaara!**
- **Älä heitä tuleen! Räjähdyksivaara!**
- **Säilytä käyttämättömät paristot pakkauksessa. Älä säilytä niitä metalliesineiden lähellä, ettei synny oikosulkuja!**
- **Älä heitä käytettyjä paristoja ja akkuja talousjätteen sekaan, vaan ongelmajätteisiin tai paristojen keräyspisteisiin!**

### **3.2 Verkkolaitteen käyttö**

Vaihtoehtoisesti voit käyttää laitetta myös erityisen verkkovirtasovittimen (MEDISANA tuotenro: 51036, ei mukana toimituksessa) kanssa. Laitte kiinnitetään siihen tarkoitukseen varattuun liittimeen mittarin oikeassa sivussa **10**. Tällöin paristot pysyvät laitteessa.

Kun pistoke työnnetään verenpainemittarin taustapuolelle, paristot kytkeytyvät mekaanisesti pois päältä. Siksi verkkolaite tulee ensin liittää pistorasiaan ja vasta sitten verenpainemittariin. Jos verenpainemittaria ei enää käytetä, tulee pistoke irrottaa ensin verenpainemittarista ja sitten vasta verkkolaite pistorasiasta. Näin estetään se, että päiväys ja kellonaika on säädettävä joka kerta uudelleen.

### 3.3 Päiväyksen ja kellonajan asettaminen

**MEDISANA** verenpainemittarissa **MTX** on radiokello, jota ohjataan DCF77-signaaleilla. Siten kellonaika ja päivämäärä asetetaan automaattisesti. Jos DCF77-signaalia ei ole saatavilla, aikaa ei aseteta automaattisesti.



#### **Automaattinen asetus:**

1. Kytke laite päälle laitteen takaosassa olevalla **ON/OFF**-kytkimellä **7**. Näytöllä näkyy " - : - - ".
2. Näyttö **2** vaihtuu automaattisesti radiovastaanotolle. Heti kun aikaisignaalia vastaanotetaan, radiokellosymboli **24** vilkkuu näytöllä sekunnin välein, kunnes DCF77-signaali suljetaan.



#### **OHJE**

**Jos et halua asettaa aikaa tai haluat mittauksen suoraan, poistu ajanasetustilasta painamalla **START**-painiketta **3**.**

3. Automaattisen asetuksen aikana näytölle tulee vilkkuva radiokellosymboli  peräkkäin 1, 2 ja 3 yläpuolisella palkilla. Kun näytölle tulee symboli ja 3 palkkia, on ajanasetus päättynyt. Näytön oikeaan yläreunaan tulee peräkkäin kellonaika ja päivämäärä. Lopuksi kellonaika jää näkyviin yhdessä radiokellosymbolin  kanssa.



#### **OHJE**


**Päivämäärän ja kellonajan automaattinen asetus kestää noin 2-4 minuuttia. Jos 4 minuutin aikana ei vastaanoteta signaalia, näytölle tulee " - : - - ".**

**Nyt voit asettaa kellon manuaalisesti tai parantaa vastaanottoa valitsemalla toisen paikan.**


**Kun vaihdat paikkaa tulee paristot asettaa uudelleen tai laite käynnistää uudelleen **ON/OFF**-painikkeella, jos haluat automaattisen asetuksen alkavan uudelleen.**

#### **Manuaalinen asetus:**

Laitteen tulee olla valmiustilassa. Jos asetuksen aikana ei paineta mitään näppäintä minuuttiin, sammuu ajanasetustila ja kellonajan näytölle tulee " - : - - ".

1. Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan painamalla **TIMER**-painiketta **8** ja pitämällä sitä painettuna useamman sekunnin ajan, kunnes näytölle tulee  **OFF**.
2. Paina **TIMER**-painiketta **8** uudelleen. Kun päästät painikkeen vapaaksi, näytölle tulee **bl** ja sen alla **On**.



3. Paina **TIMER**-painiketta **8** uudelleen. Näytölle tulee  ja . Painamalla **MEMO**-painiketta **4** DCF77-signaalin päälle ja pois. Jos radiokello on pois päältä, paina **TIMER**-painiketta **8** päästäksesi manuaaliseen asetukseen.
4. Näytölle tulee valittu käyttäjämuisti ja vilkkuva vuosiluku.
  - Kun painat uudelleen **TIMER**-painiketta **8** näytölle tulee päivämäärä ja vilkkuva kuukausi.
  - Kun painat **TIMER**-painiketta **8** uudelleen, alkaa päivä vilkkua.
  - Kun painat **TIMER**-painiketta **8** uudelleen, tulee kellonaika näkyviin. Tuntinäyttö vilkkuu.
  - Kun painat **TIMER**-painiketta **8** uudelleen, minuuttinäyttö alkaa vilkkua.
  - Kun painat **MEMO**-painiketta **4**, voit asettaa tämänhetkisen kellonajan (vuosi, kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit) ja vahvistaa ne **TIMER**-painikkeella **8**. Lopuksi näkyviin tulee kaksi kertaa vuorotellen asetettu kellonaika ja päivämäärä, ennen kuin laite palaa valmiustilaan. Valmiustilassa kellonaika pysyy näkyvässä.



#### OHJE

Jos painat manuaalisen asetuksen aikana **START**-painiketta **3**, poistut ajanasetustilasta.



Tähän mennessä asetetut arvot jäävät.

Näytöllä näkyy " - : - - " , jos sitä ennen ei ollut asetettu aikaa.

### 3.4 Hälytyksen asetus


**MEDISANA** verenpainemittarissa **MTX** on hälytystoiminto, jonka avulla käyttäjät voivat asettaa hälytyksen muistuttamaan esim. säännöllisestä lääkkeiden ottamisesta.

Huomaa, että laite on valmiustilassa ja haluamasi käyttäjämuisti **11** on asetettu.

1. Paina **TIMER**-painiketta **8** ja lopuksi **MEMO**-painiketta **4**. Pidä molemmat painikkeet painettuna, kunnes hälytysymboli **20** tulee näytölle.
2. Vapauta molemmat painikkeet. " 1 " eli hälytys 1 vilkkuu näytön oikeassa alareunassa. **MEMO**-painikkeella **4** voit valita hälytys 1, hälytys 2 ja hälytys 3.
3. Paina **TIMER**-painiketta **8**. Näyttö hälytysajan syöttöön vilkkuu. **MEMO**-painikkeella **4** voit asettaa hälytysajan.
4. Paina **TIMER**-painiketta **8**, hälytysymboli vilkkuu. **MEMO**-painikkeella **4** voit vaihtaa joko hälytys päälle () tai hälytys pois (). Vahvista syöttösi painamalla **TIMER**-painiketta **8** tai **START**-painiketta **3**. Jos hälytys on asetettu, kuulet asetettuun aikaan akustisen signaalin.



## OHJE

Jos hälytys on syötetty oikein ja aktiivinen, tulee valmiustilassa näytölle hälytyssymboli . Jos missään käyttäjämuistissa ei ole hälytystä, ei valmiustilassa näy symbolia.

### 3.5 Käyttäjämuistin asetukset

MTX laitteella on mahdollisuus kohdentaa mitatut arvot kahteen eri muistiin. Kummassakin muistissa on käytössä 99 tallennuspaikkaa. Laitteen tulee olla valmiustilassa. Painamalla **TIMER**-painiketta **8** voit vaihtaa käyttäjämuistin 1 ja käyttäjämuistin 2 **11** välillä.

### 3.6 3MAM-mittausmenetelmän valinta

MTX mitarissa on valittavana kaksi erilaista mittausmenetelmää.

- Yksittäismittaus
- 3 peräkkäistä mittausta ( Measurement Average Mode = 3/MAMmenetelmä )

Yksittäismittaus tarkoittaa, että verenpaine mitataan kerran ja tallennetaan. 3/MAM-menetelmä on suositeltavampi, jos verenpaine vaihtelee paljon. Kun verenpaine mitataan 3 kertaa 15 sekunnein välein, eliminoidaan voimakkaasti poikkeavat arvot. Jos poikkeamat ovat erittäin suuret, voidaan joskus mitata vielä 4. arvo.

Näistä kolmesta mittauksesta muodostetaan painotettu keskiarvo, joka näkyy näytöllä ja tallennetaan valittuun muistiin. Tällä menetelmällä mitattu arvo merkitään muistiin tallennettaessa kirjaimella **TA** **21**.

3/MAM-menetelmällä minimoidaan väärien mittausten vaara.

1. Valitse yksittäismittauksen ja 3 lisämittauksen (3MAM-menetelmä) välillä painamalla **TIMER**-painiketta **8**, pidä se painettuna, kunnes 3MAM-tilan symboli **TA** ja " **OFF** " tulee näytölle ja vilkkuu.
2. Valitse **MEMO**-painikkeella **4** " **On** " ja " **OFF** " välillä, " **On** " eli 3MAM-mittausmenetelmä ja " **OFF** " yksittäismittaus.
3. Vahvista valintasi painamalla **START**-painiketta **3** (tai paina **TIMER**-painiketta **8**), seuraavaa asetusta varten: " piippaus päälle/pois ".

### 3.7 Piippaus päälle/pois

Verenpainemittarilla **MTX** mitattaessa kuuluu piippauksia. Tämän toiminnon voi sulkea seuraavalla asetuksella.




1. Valitse "Piippaus päälle" tai "Piippaus pois" painamalla **TIMER**-painiketta **8**, pidä se painettuna, kunnes näytölle tulee vilkkumaan **▲** ja "OFF".
2. Paina **TIMER**-painiketta **8** uudelleen. Näytölle tulee "b1" ja lopuksi "On".
3. Valitse **MEMO**-painikkeella **4** joko "On" tai "OFF".
4. Vahvista valintasi painamalla **START**-painiketta **3** (tai paina **TIMER**-painiketta **8** seuraavaa asetusta varten: "DCF77-signaali päälle/pois", katso kappale 3, luku 3.3, kohta 4).  
Jos valitsit "OFF", piippausta ei kuulu mittauksen aikana.

## 4 Käyttö

### 4.1 Verenpaine- mansetin kiinnittäminen

Kiinnitä ensin olkavarsimansetin **1** ilmaletkun vapaa pää sille tarkoitettuun mittarin liittimeen **9**. Avaa mansetti renkaaksi ja vedä se paljaaseen vasemman olkavarteen kyynärtaipeen yläpuolelle. Varmista, etteivät ahtaiden vaatteiden ylös vedetyt kiristävät hihat purista käsivartta.

Mansetin letkun tulee olla kyynärtaipeen keskellä ja osoittaa ranteen suuntaan. Mansetti ei saa olla millään tavalla kiertyneenä. Kiinnitä painemansetti niin, että se on tiukasti paikallaan, mutta ei kiristä tai purista.



### 4.2 Oikea mittausasento

- Mittaa verenpaine istuen.
- Rentouta käsivarsi ja laske se kevyesti esimerkiksi pöydälle. Pysy mittauksen aikana hiljaa paikallasi: älä liiku äläkä puhu, koska se saattaa muuttaa mittausarvoja.

### 4.3 Verenpaineen mittaaminen

#### *Yksittäismittaus*

Kun haluat suorittaa yksittäismittauksen, laite tulee käynnistää **ON/OFF**-kytkimellä **7** ja sen tulee olla valmiustilassa. Mahdolliset kappaleessa 3, luvuissa 3.3, 3.5, 3.6 ja 3.7 esitetyt asetukset tulee olla valmiita.

1. Paina **START**-painiketta **3**. Laite suorittaa itsetestauksen, jonka päätyttyä näytölle tulee "0". Tapahtuman aikana kuuluu 5 lyhyttä piippausta.

- Lopuksi mansetti ❶ täytyy automaattisesti, kunnes mittaukseen tarvittava paine on saavutettu. Voit myös luoda paineen manuaalisesti painamalla **START**-painiketta ❸ sen jälkeen kun laite in saavuttanut automaattisesti vähintään 30 mmHg:n paineen. Kun laitteessa on mielestäsi mittaukseen riittävä paine, vapauta **START**-painike ❸. Samalla näkyy näytöllä nouseva paine numeroina.
- Kun täyttö on valmis, mittaustoiminto käynnistyy automaattisesti mansettiin nostettua painetta vähentämällä. Näytöllä näkyvä arvo vastaa mansetissa sillä hetkellä vallitsevaa painetta.




#### OHJE

**Jos painat **START**-painiketta ❸ pumppauksen aikana, pumppaus keskeytyy. Laite sammuu ja mansetista poistuu ilma.**

- Alussa ilma tyhjenee tasaisella nopeudella. Näytölle tulee pulssisymboli ♥ ❶. Kun sydämen lyönnit välittyvät ensi kerran, tyhjennys synkronisoidaan sydämen tahtiin, kunnes mittaus on valmis. Tämän toiminnon aikana kuuluu aina yksi piippaus sydämenlyöntiä kohden, ellei piippaustoimintoa suljettu aiemmin. Samaan aikaan pulssisymboli ♥ ❶ vilkkuu.
- Mittaus on päättynyt, kun mansetti päästää ilman äkillisesti ja kuulet pitkän piippauksen.
- Mitatut arvot ❸ , ❹ ja ❺ näytetään näytöllä yhdessä WHO-verenpainepalkkien ❷ kanssa. Samaan aikaan kuulet pitkän piippauksen.
- Jos laite havaitsee mittauksen aikana arytmiä, vilkkuu arytmia-symboli ⚡ ❻ kahdeksan kertaa mitattujen arvojen näytön aikana. Samaan aikaan kuulet kahdeksan lyhyttä piippausta, joiden tarkoitus on muistuttaa käyttäjää epäsäännöllisistä sydämenlyönneistä.
- Laite palaa valmiustilaan, jos et paina 1 minuutin aikana mitään painiketta.

#### **3MAM-mittausmenetelmä** (3 lisämittausta keskiarvon määrittämiseen)

Kun haluat suorittaa yksittäismittauksen, laite tulee käynnistää **ON/OFF**-kytkimellä ❶ ja sen tulee olla valmiustilassa. 3MAM-mittausmenetelmä on valittu (ks. kappale 3, luku 3.6). Mahdolliset kappaleessa 3, luvuissa 3.3, 3.5 ja 3.7 esitetyt asetukset tulee olla valmiita.

- Paina **START**-painiketta ❸. Laite suorittaa itsetestauksen, jonka päätyttyä näytölle tulee " ❶ ". Tapahtuman aikana kuuluu 5 lyhyttä piippausta. Näytölle tulee  ❶ (average = keskiarvo) sekä " ❶ " eli ensimmäinen mittaus.

2. Lopuksi mansetti ❶ täytyy automaattisesti, kunnes mittaukseen tarvittava paine on saavutettu. Voit myös luoda paineen manuaalisesti painamalla **START**-painiketta ❸ sen jälkeen kun laite on saavuttanut automaattisesti vähintään 30 mmHg:n paineen. Kun laitteessa on mielestäsi mittaukseen riittävä paine, vapauta **START**-painike ❸. Samalla näkyy näytöllä nouseva paine numeroina.
3. Kun täyttö on valmis, mittaustoiminto käynnistyy automaattisesti mansettiin nostettua painetta vähentämällä. Näytöllä näkyvä arvo vastaa mansetissa sillä hetkellä vallitsevaa painetta.
4. Alussa ilma tyhjenee tasaisella nopeudella. Näytölle tulee pulssisymboli ♥ ❶❷. Kun sydämen lyönnit välittyvät ensi kerran, tyhjennys synkronisoidaan sydämen tahtiin, kunnes mittaus on valmis. Tämän toiminnon aikana kuuluu aina yksi piippaus sydämenlyöntiä kohden, ellei piippaustoimintoa suljettu aiemmin. Samaan aikaan pulssisymboli ♥ ❶❷ vilkkuu.
5. Ensimmäinen mittaus loppuu, kun paine päästetään kokonaan mansetista ulos 15 sekuntia pitkän Countdownin aikana. Samalla Countdown-symboli ❷❷ vilkkuu. Viiden viimeisen sekunnin aikana kuulet myös piippauksia.
6. Näytön " 1 " sijaan, nyt näkyviin tulee " 2 " eli toinen mittaus. Toinen mittaus tapahtuu samoin kuin ensimmäinen, katso kohdat 2-5.
7. Näytön " 2 " sijaan, nyt näkyviin tulee " 3 " eli kolmas mittaus. Kolmas mittaus tapahtuu samoin kuin ensimmäinen, katso kohdat 2-4.
8. 3MAM-mittaus on päättynyt, kun mansetti päästää ilman äkillisesti ja kuulet pitkän piippauksen.
9. Mitatut arvot ❸❹, ❹❺ ja ❺❻ näytetään näytöllä yhdessä WHO-verenpaine-painepalkkien ❷❸ kanssa. Samaan aikaan kuulet pitkän piippauksen.
10. Jos laite havaitsee mittauksen aikana arytmiata, vilkkuu arytmia-symboli ⚡ ❸❸ kahdeksan kertaa mitattujen arvojen näytön aikana. Samaan aikaan kuulet kahdeksan lyhyttä piippausta, joiden tarkoitus on muistuttaa käyttäjää epäsäännöllisistä sydämenlyönneistä.
11. Laite palaa valmiustilaan, jos et paina 1 minuutin aikana mitään painiketta.



#### OHJE

Laitteen käytön aikana voi ilmetä sisäisen kytkentäpiiriin viat **Err 1, 2, 3, 5, 6**. Näistä **Err 6** voi tulla ainoastaan 3MAM-toiminnossa. Viat **Err 1, 2, 3, 5** eivät aiheuta 3MAM-toiminnossa mittauksen keskeytystä, paitsi jos ne ilmenevät kaksi kertaa peräkkäin. Virheilmoituksen yhteydessä kuulet aina 3 lyhyttä piippausta.

#### 4.4 Viat ja niiden korjaaminen

##### **Vikailmoitus**

Mahdollisia syitä ja ratkaisuja

##### **Err 1**

Systolinen paineenmittaus keskeytyi.

Yhteys ilmaletkuun saattaa olla poikki tai sykettä ei voitu havaita.

Tarkasta olkavarsimansetin ja laitteen välinen liitos.

##### **Err 2**

Todettiin epäfysiologisia paineimpulsseja.

Syy: Käsivartta liikutettiin mittauksen aikana.

Toista mittaus ja pidä käsivarsi paikallaan.

##### **Err 3**

Jos paineen saaminen olkavarsimansettiin kestää liian kauan, olkavarsimansetti ei kenties ole oikein paikallaan tai letkuliitos ei ole tiivis.

Tarkasta liitos ja toista mittaus.

##### **Err 5**

Mittauksen aikana vallinneiden epästabiilien olosuhteiden takia keskiarvoa ei voitu laskea.

Mittaa verenpaine uudelleen ja pidä käsivarsi hiljaa paikallaan äläkä puhu mittauksen aikana.

##### **Err 6**

MAM-toiminnossa ilmeni liian monta virhettä, joten lopputulosta ei voida määrittää.

Huomioi luotettavien mittausten tarkastuslista ja toista mittausten jälkeen.

##### **HI**

Mansetin paine on liian korkea (yli 300 mmHg) tai pulssi on liian korkea (yli 200 lyöntiä minuutissa).

Rentoudu 5 minuuttia ja toista mittaus sitten.

##### **LO**

Pulssi on liian alhainen (alle 40 lyöntiä minuutissa). Toista mittaus.

#### 4.5 Laitteen sulkeminen

Laitte palaa noin 1 minuutin kuluttua valmiustilaan, jos muita painikkeita ei paineta. Pääset valmiustilaan myös painamalla **START**-painiketta **3**. Verenpaineenmittaustoiminto on nyt suljettu. Kellonaika ja valittu henkilömuisti jäävät näytölle. Hälytystoiminto pysyy aktiivisena.

Jos et halua käyttää kellonaikanäyttöä ja hälytystoimintoa, voit sulkea laitteen kokonaan työntämällä laitteen takaosan **ON/OFF**-liukukytkimen **7** asentoon " **OFF** ".

### 5.1 Tulosten tallentaminen

Tässä laitteessa on 2 erillistä muistia, joilla kummallakin on 99 tallennuspaikan kapasiteetti. Mittaustulokset tallentuvat valittuun tallennuspaikkaan automaattisesti. Jos muisti täyttyy, vanhin mittaustulos pyyhkiään yli.

### 5.2 Tallennettujen arvojen tulostaminen näytölle

Paina **MEMO**-näppäintä **4** kutsuaksesi esiin tallennetut mittaustulokset. Kaikkien näytöllä olevien segmenttien näytön jälkeen näytetään valitussa muistissa olevien mittausten "R" -merkitty keskiarvo.

**MEMO**-näppäintä **4** uudelleen painettaessa näytetään viimeksi suoritetun ja tallennetun mittauksen yksittäiset mittausravot (systolinen, diastolinen, pulssi ja päiväys/kellonaika vuorotellen). Jos tämä mittaus suoritettiin 3MAM-mentelmällä, tulee näytölle **A** **21**. Jos mittauksen aikana on havaittu rytmihäiriöitä, näytetään myös rytmihäiriösymboli **⚡**, joka ei kuitenkaan vilku. Paina **MEMO**-näppäintä **4** uudelleen selataksesi mittaustapahtumia taaksepäin. Näyttö tapahtuu alenevassa järjestyksessä.

Laite palaa valmiustilaan takaisin, jos et paina 1 minuutin aikana mitään painiketta.

### 5.3 Mittauksen poisto

Valitse poistettavan mittauksen merkintä. Paina **START**-painiketta **3** noin 10 sekunnin ajan, kunnes muistisymboli **17** vilkkuu. Vahvasta mittausravon poisto painamalla **MEMO**-painiketta **4**. Näytöllä näkyy lyhyesti "CL", kuulet lisäksi kaksi lyhyttä piippausta. Valittu merkintä on poistettu. Näyttö palaa takaisin valmiustilaan.

### 5.4 Muistin tyhjentäminen

Valitun muistin tiedot voidaan tyhjentää painamalla **MEMO**-näppäintä **4** n. 7 sekunnin ajan. Noin 7 sekunnin jälkeen tulee "CL" (CLEAR = poista) näytölle **2**, tämä merkitsee kaikkien tietojen poistamista. Vahvasta mittausravon poisto painamalla uudelleen **MEMO**-painiketta **4**. Tapahtuman aikana kuuluu kolme lyhyttä piippausta.

### 6.1 Puhdistus ja hoito

- Poista paristot ennen laitteen puhdistamista.
- Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita tai karkeita harjoja.
- Puhdista mittari miedolla saippualliuoksella nihkeäksi kostutetulla pehmeällä kankaalla. Laitteeseen ei saa päästää vettä. Laitetta ei saa käyttää ennen kuin se on kokonaan kuiva.
- Ota paristot pois laitteen sisältä, jos laite on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat muuten vuotaa laitteen sisään.
- Suojaa laite suoralta auringonvalolta, lialta ja kosteudelta.
- Mansettiin saa täyttää ilmaa vain, kun se on kiedottuna olkavarren ympäri.
- **Mittaustekninen kontrolli: (koskee vain ammatillista käyttöä)**  
Valmistaja on kalibroinut laitteen kahdeksi vuodeksi. Ammattimaisessa käytössä mittaustekninen kontrolli on suoritettava viimeistään kahden vuoden kuluttua, ja sen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Kontrolli on maksullinen, ja sen voi suorittaa vastaava viranomainen tai valtuutettu huoltopiste – lääkinnällisten tuotteiden käyttäjille annettujen määräysten mukaisesti.

### 6.2 Hävittämishojeita



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

Jokainen kuluttaja on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset laitteet, sisältävätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen keräyspisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti.

Poista paristo ennen laitteen hävittämistä. Älä heitä käytettyjä paristoja ja akkuja kotitalousjätteisiin, vaan ongelmajätteisiin tai toimita ne alan liikkeessä olevaan keräyspisteeseen.

Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäiliikkeeseen hävityksen suorittamiseksi.

### 6.3 Direktiivit / Normit

Tämä verenpainemittari vastaa EU-standardin tavoitteita ei-invasiivisille verenpainmittareille. Se on sertifioitu EYdirektiivien mukaan ja siinä on CE-merkki (vaatimustenmukaisuusmerkintä) "CE 0297".

Tämä verenpainemittari täyttää eurooppalaiset määräykset EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 14971 ja EN 980.

Se täyttää myös EU-direktiivin "Neuvoston direktiivin 93/42/ETY lääkinnällisistä laitteista" vaatimukset.

#### **Kliiniset tulokset:**

Laitteen kliiniset tutkimukset suositettiin USA:ssa ja Saksassa EN 1060-4:n ja AAMI-standardin (US) mukaan.

#### **Sähkömagneettinen yhteensopivuus:**

Laite vastaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden normin EN 60601-1-2 vaatimuksia.

Näiden mittaustietojen yksityiskohtia voit kysyä **MEDISANA**n kautta.

#### **Käyttäjäkunta:**

Laite soveltuu aikuisten ei-invasiiviseen verenpainemittaukseen (mikä tarkoittaa, että se soveltuu ulkoiseen käyttöön).



## 6.4

## Tekniset tiedot

|   |   |
|---|---|
| Nimi ja malli                                     | : MEDISANA verenpainemittari <b>MTX</b>   |
| Näyttöjärjestelmä                                 | : Digitaalinen näyttö   |
| Tallennuspaikkoja                                 | : 2 x 99  |
| Mittausmenetelmä                                  | : Oskillometrinen   |
| Jännitelähde                                      | : 6 V= , 4 x 1,5 V:n AA-sormiparisto LR6, alkali  |
| Verenpaineen mittausalue                          | : 30 – 280 mmHg   |
| Sykkeen mittausalue                               | : 40 – 200 lyöntiä / min  |
| Staattisen paineen maksimaalinen mittauspoikkeama | : ± 3 mmHg  |
| Sykearvojen maksimaalinen mittauspoikkeama        | : ± 5 % arvosta   |
| Paineenmuodostus                                  | : Automaattisesti mikropumpulla   |
| Ilmanpäästö                                       | : Automaattinen   |
| Autom. virran katkaisu                            | : noin 3 minuutin kuluttua  |
| Käyttöedellytykset                                | : välillä + 10 °C ja + 40 °C, ilmankosteus 15 – 85 %  |
| Säilytusedellytykset                              | : -välillä - 5 °C ja + 50 °C  |
| Mitat   | : noin 125 mm x 163 mm x 65 mm  |
| Mansetti  | : 22 – 32 cm Aikuisten mansetti keskimääräisellä olkavarren ympäröimällä  |
| Paino   | : noin 535 g sis. paristot  |
| Tuotenumero                                       | : 51083   |
| EAN-numero  | : 40 15588 51083 0  |
| Erikoislisätarvikkeet                             | : Verkkomuuntaja<br>Tuote-nro. 51036<br>Mansetti suuri 22 – 42 cm suuremman olkavarren omaaville aikuisille<br>Tuote-nro. 51087<br>Pieni mansetti 17 – 22 cm aikuisille joilla on kapea käsivarren ympäröimä<br>Tuote-nro. 51089<br>Ohjelmistopöytä (verenpaine-analyysi-ohjelmisto Windows-käyttäjärjestelmään sekä liitäntäjohto)<br>Tuote-nro. 51082 |

# CE0297

**Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.**

## Takuu- ja korjausehdot

Käännä takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuollon puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja lähetä laitteen mukana kopio ostokuitista.

Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:

1. **MEDISANA**-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myyntipäiväyksestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvicioista johtuvat puutteet korjataan takuuajana maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuajaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle rakennosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
  - a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim. käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
  - b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jättää ostajan tai asiattoman kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.
  - c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
  - d. Lisäosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle (mansetti, paristot jne.).
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä seurausvahingoista on myös poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko hyväksytään takuutapaukseksi.



Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
SAKSA

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)

Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Huolto-osoite löytyy erillisestä liitelehtisestä.



# OBSERVERA! SPARA!

Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följas med.

## Teckenförklaring



**Bruksanvisningen** hör till apparaten. Den innehåller viktig information om igångsättning och användning. Läs igenom hela bruksanvisningen. Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten.



**VARNING**  
Varningstexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador.



**OBSERVERA**  
De här anvisningarna måste beaktas, annars kan det finnas risk för skador på apparaten.



**ANVISNING**  
De här texterna innehåller praktisk information om installation eller användning.



Utrustningen har klassats som: typ BF



LOT-nummer



Tillverkare



Tillverkningsdatum





## Säkerhets- hänvisningar



### VARNING

**Genomför inga medicinska åtgärder baserade på egen mätning! Ändra aldrig dosering av medicin som skrivits ut av läkare!**

- Hjärtfrekvensstörningar och arytmier orsakar en oregelbunden puls. I dessa fall är det svårt att mäta ett korrekt värde med den oscillometrisk blodtrycksmätare. Denna apparats elektronik har därför koncipierats så att den känner igen 20 av de vanligaste arytmier och s.k. rörelseartefakt, detta visas genom en symbol  på displayen.
- Ni bör samråda med er läkare om Ni lider av andra sjukdomar, t.ex. kärlsjukdommar, innan Ni använder utrustningen.
- Apparaten lämpar sig inte för att kontrollera frekvensen på en pacemaker.
- Gravida bör vidtaga nödvändiga försiktighetsåtgärder och ta hänsyn till sin individuella belastningsförmåga. Tala vid behov med Er läkare.
- Om Ni skulle känna obehag under pågående mätning, t.ex. smärta i överarmen eller andra besvär, agera då enligt följande: Tryck in **START** knappen  för att släppa ut luften ur manschetten. Lossa manschetten och tag av den från överarmen. Vänligen kontakta Er återförsäljare eller informera oss direkt.
- Personer med låg pulsvåg bör lyfta armen samt öppna och stänga handen ca. 10 gånger innan mätningen genomförs. Med hjälp av denna övning kan pulsvågen och därmed mätningen optimeras.
- Använd endast apparaten för de syften som beskrivs i denna bruksanvisning och enligt anvisningarna som ges i den.
- Om den används för andra syften förfaller garantin.
- Om manschetten, till följd av någon sällsynt felfunktion, förblir uppblåst under mätningen måste den omedelbart öppnas.
- Apparaten får inte användas i närheten av utrustning som sänder ut stark elektrisk strålning, som exempelvis radiosändare. I annat fall kan dess funktion påverkas negativt.
- Den här apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som har för lite kännedom om apparaten om de inte står under uppsikt och instrueras av en annan ansvarig person. Detta gäller även för barn.
- Små barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
- Försök inte att reparera utrustningen själv vid funktionsstörningar, eftersom garantin förfaller i sådana fall. Låt endast auktoriserade serviceställen genomföra reparationer.
- Skydda apparaten mot fukt. Om vätska trots allt skulle komma in i apparaten måste batterierna omedelbart tas ut och fortsatt användning ställas in. Vänligen kontakta Er återförsäljare eller informera oss direkt.

## Vi tackar

Tack för Ert förtroende och hjärtliga gratulationer! Med blodtrycksmätaren **MTX** har du köpt en kvalitetsprodukt från **MEDISANA**. För att Ni skall kunna uppnå önskad framgång och ha glädje av Er **MEDISANA** blodtrycksmätare **MTX** under så lång tid som möjligt, rekommenderar vi Er att noga läsa igenom dessa anvisningar gällande användning och skötsel.

## 2.1 Leveransomfång och förpackning

Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe.

Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 **MEDISANA** blodtrycksmätare **MTX**
- 1 Förformad manschett med luftslang
- 4 batterier (typ AA, LR 6) 1,5V
- 1 Förvaringsväska
- 1 USB-kabel
- 1 Blodtryckspass
- 1 bruksanvisning

Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt. Uppmärksa skador när produkten packas upp så kontakta omgående inköpsstället.



### **VARNING**

**Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn. Kvävningrisk!**

## 2.2 Vad är blodtryck?

Blodtryck är det tryck som uppstår i kärlen vid varje hjärtslag. När hjärtat dras samman (=systol) och blod pumpas ut i artärerna, stiger blodtrycket. Det högsta värdet kallas för det systoliska trycket. Detta är det första värdet som mäts vid blodtrycksmätningar. När hjärtmuskulaturen slappnar av för att släppa in nytt blod, sjunker trycket i artärerna. När kärlen är avslappnade mäts det andra värdet – det diastoliska trycket.

## 2.3 Hur fungerar mätningen?

**MTX** är en blodtrycksmätare, avsedd för mätning på överarmen. Mätningen utförs av en mikroprocessor som utvärderar variationerna som en trycksensor mäter när blodtrycksmanschetten pumpas upp och töms kring artären.

## 2.4 Varför är det bra att mäta blodtrycket hemma?

**MEDISANA** har mångårig erfarenhet av allt som har med blodtrycksmätning att göra. Mätprincipen som används av **MEDISANA**-utrustning har hög noggrannhet. En rad omfattande kliniska studier, som genomförts enligt sträng internationell standard, belägger detta. Ett viktigt argument för blodtrycksmätning i hemmet är att mätningen genomförs i en välkänd miljö och i avslappnat tillstånd. Det viktigaste blodtrycksvärdet är det så kallade "basvärdet", som mäts på morgonen efter att Ni stigit upp och före frukosten. En grundregel är att blodtrycket i största möjliga mån alltid bör mätas vid samma tid och under liknande förutsättningar. Detta gör att värdena är jämförbara, vilket gör att Ni har betydligt större chans att upptäcka ett högt blodtryck i ett tidigt stadium. Om en blodtryckshöjning inte upptäcks i tid stiger risken för hjärt- och kärlsjukdomar.



### DÄRFÖR REKOMMENDERAR VI:

**Mät Ert blodtryck dagligen och regelbundet, även när Ni inte har några besvär.**

## 2.5 Blodtrycks- klassificering

Nedan visas riktvärden för högt och lågt blodtryck utan hänsyn till åldern. Denna blodtrycksskala motsvarar världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer.

### Lågt blodtryck

systoliskt <100  
diastoliskt <60

### Normalt blodtryck

**(grönt indikeringsområde 5)**

systoliskt 100 – 139  
diastoliskt 60 – 89

### Former av högt blodtryck

#### **högt blodtryck:**

**lätt (gult)**

indikeringsområde **(5)**

systoliskt 140 – 159

diastoliskt 90 – 99

#### **högt blodtryck:**

**medel starkt (orange)**

indikeringsområde **(5)**

systoliskt 160 – 179

diastoliskt 100 – 109

#### **högt blodtryck:**

**starkt (rött)**

indikeringsområde **(5)**

systoliskt  $\geq 180$

diastoliskt  $\geq 110$



### VARNING

**För lågt blodtryck är en hälsorisk på samma sätt som för högt blodtryck! Anfall av svindel kan leda till farliga situationer (t.ex. i trappor eller i trafiken)!**

## 2.6

### Variationer i blodtrycket

Blodtrycket kan påverkas av en rad faktorer. Exempelvis har tungt kroppsarbete, rädsla, stress eller tidpunkten på dygnet när mätningen genomförs avsevärd inverkan på mätresultatet. Värdena för det personliga blodtrycket varierar mycket under dagens och årets lopp. Hos patienter med högt blodtryck är variationerna speciellt markanta. I vanliga fall är blodtrycket högst när kroppen ansträngs och lägst på natten när man sover.

## 2.7

### Påverkan och utvärdering av mätresultat

- Mät blodtrycket ett flertal gånger och spara värdena i datorns minne. Jämför dessa värden med varandra. Dra inga slutsatser från ett enstaka mätresultat.
- Blodtrycksvärdena bör alltid bedömas av en läkare som är förtrodd med Er tidigare hälsoutveckling. Om Ni använder apparaten regelbundet och antecknar värdena, bör Ni emellanåt informera läkaren om förloppet.
- När Ni genomför blodtrycksmätning, tänk då på att många faktorer kan påverka mätresultatet. Exempelvis påverkar rökning, alkohol, mediciner och kroppsarbete värdena på olika sätt.
- Mät blodtrycket före måltider.
- Innan Ni mäter blodtrycket bör Ni ha vilat i minst 5 minuter.
- Om Ni upprepade gånger uppmätt ett ovanligt (för högt eller för lågt) systoliskt eller diastoliskt värde, trots att utrustningen används på korrekt sätt, bör Ni informera Er läkare. Detta gäller även i de sällsynta fall, när mätningen inte kan genomföras p.g.a. en oregelbunden eller mycket svag puls.

## 3 Ibruktagning

### 3.1

#### Sätta i / ta ur batterier

##### Insättning:


Öppna batterifacket på apparatens undersida genom att trycka in låset i pilens riktning. Lägg därefter i de fyra batterierna som medföljde leveransen (alkalinebatterier, typ AA). Var noga med batteriets polaritet (figur i batterifacket). När batterierna är korrekt insatta (resp. nätdelen är ansluten) ljuder två 2 pip-signaler.

När **ON/OFF**-knappen **7** har tryckts ljuder 2 pipsignaler och alla symboler visas på displayen i en sekund. Därefter visas " - : - - - ".

Skjut på batterilocket igen och tryck fast det så att Ni hör att låset stängs.

##### Uttagning:

Om batteriernas spänning sjunker under 5 - 4,5 V visas batterisymbolen  på displayen. Stäng av apparaten med **ON/OFF**-knappen **7** och sätt in nya batterier. Om de gamla batterierna sitter fast i batterifacket, lyft/peta då försiktigt ut dem med hjälp av någonting spetsigt, t.ex. en kulspetspenna.

Så fort batteriernas spänning sjunker under 4,25 - 0,25 V visas batterisymbolen  **19** på displayen.

Apparaten stängs av automatiskt direkt efter det att symbolen visats. Den fungerar först när nya batterier satts in.

Efter batteribyte: om datum och klocka inte ställs in automatiskt via radioklockan när apparaten slås på med **ON/OFF**-knappen **7** måste du göra de här inställningarna manuellt. Resultaten från hittills genomförda mätningar bibehålls.



#### **VARNING** **SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI**

- **Montera inte isär batterierna!**
- **Rengör vid behov batteriernas och apparatens kontakter innan batterierna sätts in!**
- **Ta genast ut tomma batterier ur apparaten!**
- **Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får batterisyra på något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent vatten och kontakta läkare!**
- **Kontakta läkare omedelbart om någon råkar svälja ett batteri!**
- **Byt alltid ut samtliga batterier samtidigt!**
- **Använd endast batterier av samma typ; blanda inte olika typer eller förbrukade och nya batterier!**
- **Sätt in batterierna rätt; beakta polariteten!**
- **Se till att batterifacket är ordentligt stängt!**
- **Ta ut batterierna ur apparaten om den inte ska användas under en längre tid!**
- **Förvara batterierna utom räckhåll för barn!**
- **Ladda inte batterierna! Explosionsrisk!**
- **Se till att batterierna inte kortsluts! Explosionsrisk!**
- **Släng inte batterierna i öppen eld! Explosionsrisk!**
- **Förvara oanvända batterier i förpackningen och inte i närheten av metallföremål - risk för kortslutning!**
- **Släng inte batterierna bland hushållssoporna; lämna in dem till ett insamlingsställe för farligt avfall/batterier!**

### **3.2** **Användning** **av nätdel**

Alternativt kan utrustningen även anslutas till ett vanligt ström uttag med hjälp av den speciella adaptorn (MEDISANA Art.–Nr. 51036, ingår inte i leveransen) som ansluts till därför avsett uttag **10** på apparatens baksida. Batterierna stannar under tiden kvar i apparaten.

När man sätter i stickproppen på blodtrycksmätarens baksida, stängs strömförsörjningen från batterierna av mekaniskt. Det är därför nödvändigt att först sätta i nätdelen i vägguttaget och därefter ansluta den till blodtrycksmätaren. När blodtrycksmätaren inte längre används, drar man först ut stickproppen ur blodtrycksmätaren och sedan ur vägguttaget. Därigenom undviker du att behöva mata in datum och tid varje gång på nytt.



### 3.3 Inställning av datum och tid

Blodtrycksmätaren **MTX** från **MEDISANA** har en radioklocka som styrs av DCF77-signaler. Därigenom ställs klockan och datumet in automatiskt. Om det inte mottas någon DCF77-signal ställs klockan inte in automatiskt.



#### **Automatisk inställning:**

1. Slå på apparaten med **ON/OFF**-knappen **7** på apparatens baksida. På displayen visas " - : - - ".
2. Displayen **2** växlar automatiskt till mottagning av radiosignaler. När tidssignalen mottas blinkar symbolen för radioklockan **24** en gång i sekundern tills överföringen av DCF77-signalen är avslutad.



#### **ANVISNING**

**Om du inte vill ställa in klockan, eller genast vill göra en mätning: lämna inställningsläget för klockan genom att trycka på **START**-knappen **3**.**

3. Under den automatiska inställningen visas den blinkande symbolen för radioklockan , med 1, 2 och slutligen 3 staplar ovanför symbolen. Tidsinställningen är avslutad när symbolen visas med 3 staplar. Sedan visas datum och klockslag efter varandra upptill till höger på displayen. Därefter visas klockslaget permanent tillsammans med symbolen för radioklockan .



#### **ANVISNING**

**Den automatiska inställningen av klocka och datum tar ca 2 - 4 minuter. Om det inte mottas någon signal inom 4 minuter visas på displayen " - : - - ".**

**Du kan då ställa in klockan manuellt eller flytta apparaten till ett annat ställe med bättre mottagningsförhållanden.**

**Om du flyttar apparaten till ett annat ställe måste batterierna sättas in igen eller apparaten slås på med **ON/OFF**-knappen **3** så att den automatiska inställningen kan starta.**

#### **Manuell inställning:**

Apparaten måste vara i standby-läget. Om detm går 1 minut utan att någon knapp trycks ned vid inställning av klockan stängs inställningsläget av och " - : - - " visas på displayen.

1. Ställ in klockslog och datum: tryck ned **TIMER**-knappen **8** och hålla den nedtryckt (några sekunder) tills **OFF** visas på displayen.
2. Tryck en gång till på **TIMER**-knappen **8**. När knappen släpps visas **bl** på displayen, under detta visas **On**.
3. Tryck en gång till på **TIMER**-knappen **8**. På displayen visas **On** och **1**. Med **MEMO**-knappen **4** kan DCF77-signalen aktiveras och avaktiveras. Om radioklockan är avstängd: tryck på **TIMER**-knappen **8** för att aktivera manuell tidsinställning.
4. På displayen visas valt användarminne och året blinkar.
  - När man trycker en gång till på **TIMER**-knappen **8** visas datumet och månaden blinkar.
  - Tryck återigen på **TIMER**-knappen **8**: dagen blinkar.
  - Tryck ännu en gång på **TIMER**-knappen **8** för att visa klockslog. Timalet blinkar.
  - Tryck ännu en gång på **TIMER**-knappen **8**: minuterna blinkar.
  - Med **MEMO**-knappen **4** kan du ställa in aktuellt datum och klockslog (år, månad, dag, timmar och minuter); inställningen bekräftas med **TIMER**-knappen **8**. Sedan visas datum och klockslog omväxlande två gånger innan apparaten växlar till standby-läget. I standby-läget visas klockslog permanent.



#### ANVISNING

Du kan när som helst lämna det manuella inställningsläget för klockan genom att trycka på **START**-knappen **3**.  
Hittills inställda värden tas över av apparaten.  
Om inget klockslog har ställts in visas " - : - - " på displayen.

### 3.4 Ställ in larm

Blodtrycksmätaren **MTX** från **MEDISANA** har en larmfunktion. Varje användare kan ställa in tre larmtider, t.ex. som påminnelse för regelbunden medicinering. Kontrollera att apparaten är i standby-läget och att rätt användarminne **11** är inställt.

1. Tryck först ned **TIMER**-knappen **8** och sedan **MEMO**-knappen **4**. Håll båda knapparna nedtryckta tills larmsymbolen **20** visas på displayen.
2. Släpp upp båda knapparna. " **1** " för *larm 1* blinker nedtill till höger på displayen. Välj mellan *larm 1*, *larm 2* och *larm 3* med **MEMO**-knappen **4**.
3. Tryck på **TIMER**-knappen **8**. Det blinkar på displayen: larmtiden kan ställas in. Ställ in larmtiden **MEMO**-knappen **4**.

4. Tryck på **TIMER**-knappen **8**. Larmsymbolen blinkar. Med **MEMO**-knappen **4** kan larmfunktionen aktiveras (på) (🔔) och avaktiveras (av) (🔕). Tryck på **TIMER**-knappen **8** eller **START**-knappen **3** för att bekräfta inställningen. När larmet är inställt ljuder ett akustiskt larm vid den inställda tidpunkten.



#### ANVISNING

När larmfunktionen har ställts in korrekt och aktiverats visas larmsymbolen 🔔 på displayen i standby-läget. Om inget larm har aktiverats (för någon användare) visas inte symbolen i standby-läget.

### 3.5 Inställning av användarminnet

Med **MTX** kan uppmätta värden sparas i två olika minnen. I varje minne kan upp till 99 mätresultat sparas.

Apparaten måste vara i standby-läget. Välj mellan användarminne 1 och användarminne 2 **11** genom att trycka på **TIMER**-knappen **8**.

### 3.6 Välja 3MAM- mätmetod

Med **MTX** kan Ni välja mellan två mätmetoder.

- enkel mätning
- 3 mätningar i följd ( Measurement Average Mode = 3/MAM metod )

Ni lider av starka blodtrycksvariationer. Tack vare 3 mätningar med 15 sekunders mellanrum kan starka avvikelser elimineras. Vid stora avvikelser kan en 4 mätning genomföras.

Utgående från de tre mätresultaten beräknas ett avvägt medelvärde som visas i displayen och sparas i det valda minnet. I minnet markeras ett resultat som uppmäts på detta sätt med ett 📊 **21**.

Med hjälp av 3/MAM metoden minimeras risken för felaktiga mätresultat avsevärt.

1. Välj mellan enstaka mätning och 3 upprepade mätningar (3MAM-metoden): tryck ned **TIMER**-knappen **8** och håll den nedtryckt tills symbolen för 3MAM-läget 📊 och "OFF" visas och blinkar på displayen.
2. Tryck på **MEMO**-knappen **4** för att välja mellan "On" och "OFF", "On" för 3MAM-mätmetoden och "OFF" för enstaka mätning.
3. Tryck på **START**-knappen **3** (eller tryck på **TIMER**-knappen **8** för att bekräfta valet och gå till nästa inställning: "aktivera/avaktivera pipsignal").

### 3.7 Aktivera/ avaktivera pipsignalen




Under mätning med blodtrycksmätaren **MTX** ljuder pipsignaler vid olika tillfällen. Den här funktionen kan stängas av med följande inställning.

1. Välj mellan "pipsignal på" och "pipsignal av": tryck ned **TIMER**-knappen **8** och håll den nedtryckt tills **ON** och "OFF" visas blinkande på displayen.
2. Tryck återigen på **TIMER**-knappen **8**. På displayen visas först "bl" och sedan "On".
3. Tryck på **MEMO**-knappen **4** för att välja mellan "On" och "OFF".
4. Tryck på **START**-knappen **3** (eller tryck på **TIMER**-knappen **8** för att bekräfta valet och gå till nästa inställning: "aktivera/avaktivera DCF77-signalen", se kapitel 3, avsnitt 3.3, punkt 4). Om du väljer "OFF" är pipsignalen avstängd under mätningarna.

## 4 Användning

### 4.1 Tryckmanschetten tas på

Börja med att ansluta den lösa ändan från luftslangen som sitter fast i övre armsmanschetten **1** till därför avsedd anslutning på apparaten **9**. Öppna manschetten så att den formar en ring och trä den över den nakna, vänstra överarmen. Dra upp manschetten ovanför armbågen. Se till att blodflödet i armen inte hindras av åtsittande kläder, exempelvis om Ni kavlat upp ärmen. Manschettens slang bör placeras i mitten på armvecket och peka i riktning mot handleden. Manschetten får inte vara vriden på något vis. Tillslut tryckmanschetten så att den ligger tätt emot huden utan den hindrar blodflödet.



### 4.2 Rätt ställning vid mätningen

- Genomför mätningen sittande.
- Låt armen slappna av och stöd den löst, t.ex. genom att lägga den på ett bord. Försök att slappna av under mätningen: Rör Er inte och tala inte, annars kan mätresultatet påverkas.

### 4.3 Mätning av blodtrycket

#### Enkel mätning

För en enkla mätning måste apparaten slås på med **ON/OFF**-knappen **7** och vara i standby-läget. Eventuella inställningar måste vara avslutade, se kapitel 3, avsnitt 3.3, 3.5, 3.6 och 3.7.

1. Tryck på **START**-knappen **3**. Apparaten genomför en självttest, när den är avslutad visas "0" på displayen. Under detta förlopp ljuder 5 korta pipsignaler.

- Sedan pumpas manschetten ❶ upp automatiskt tills det nödvändiga trycket nås. Det går även att pumpa upp trycket manuellt: låt först apparaten automatiskt pumpa upp ett tryck på minst 30 mmHg och tryck sedan på **START**-knappen ❸ och håll den nedtryckt. Släpp **START**-knappen ❸ när det optimala utgångstrycket för mätningen nås. Det stigande trycket anges med siffror.
- När manschetten pumpats upp tillräckligt, startas mätningen automatiskt genom att trycket släpps ut långsamt. I displayen visas en kurva med pulsen. Värdet som visas i displayen motsvarar det aktuella trycket i manschetten.



#### ANVISNING


Om **START**-knappen ❸ trycks under uppumpningen avbryts uppumpningen. Apparaten stängs av och luften släpps ut ur manschetten.

- Till att börja med släpps luften ut med konstant hastighet. På displayen visas pulssymbolen ♥ 16. När pulsen kan mätas för första gången, synkroniseras utsläppet med hjärtfrekvensen till dess att mätningen avslutats. Vid denna funktion ljuder en pipsignal vid varje pulsslag, om pipsignalen inte har stängts av. Samtidigt blinkar pulssymbolen ♥ 16.
- När mätningen är avslutad släpps luften snabbt ut ur manschetten och en lång pipsignal ljuder.
- De uppmätta värdena 13, 14 och 15 visas på displayen tillsammans med stapelvisningen (WHO) 23. Samtidigt ljuder en lång pipsignal.
- Om det fastställs arytmi under mätningen blinkar arytmi-symbolen ⚡ 18 åtta gånger när det uppmätta resultatet visas. Samtidigt ljuder åtta korta pipsignaler för att uppmärksamma användaren på detta.
- Om inga knappar trycks ned inom ca 1 minut växlar apparaten automatiskt till standby.

#### 3MAM-mätmetod

##### (3 mätningar efter varandra för beräkning av genomsnittsvärde)

För en enstaka mätning måste apparaten slås på med **ON/OFF**-knappen 7 och vara i standby-läget. Du har valt 3MAM-mätmetoden (se kapitel 3, avsnitt 3.6). Eventuella inställningar måste vara avslutade, se kapitel 3, avsnitt 3.3, 3.5 och 3.7.

- Tryck på **START**-knappen ❸. Apparaten genomför en självttest, när den är avslutad visas " 0 " på displayen. Under detta förlopp ljuder 5 korta pipsignaler.  
På displayen visas  21 (average = genomsnitt) och " 1 " för den första mätningen.

2. Sedan pumpas manschetten ❶ upp automatiskt tills det nödvändiga trycket nås. Det går även att pumpa upp trycket manuellt: låt först apparaten automatiskt pumpa upp ett tryck på minst 30 mmHg och tryck sedan på **START**-knappen ❸ och håll den nedtryckt. Släpp **START**-knappen ❸ när det optimala utgångstrycket för mätningen nås. Det stigande trycket anges med siffror.
3. När manschetten pumpats upp tillräckligt, startas mätningen automatiskt genom att trycket släpps ut långsamt. I displayen visas en kurva med pulsen. Värdet som visas i displayen motsvarar det aktuella trycket i manschetten.
4. Till att börja med släpps luften ut med konstant hastighet. På displayen visas pulssymbolen ♥ ❶❷. När pulsen kan mätas för första gången, synkroniseras utsläppet med hjärtfrekvensen till dess att mätningen avslutats. Vid denna funktion ljuder en pipsignal vid varje pulsslag, om pipsignalen inte har stängts av. Samtidigt blinkar pulssymbolen ♥ ❶❷.
5. Den första mätningen avslutas genom att trycket släpps ut helt ur manschetten under en 15 sekunders "nedräkning". Samtidigt blinkar nedräkningssymbolen ❷❷. Under de fem sista sekunderna ljuder pipsignaler.
6. Istället för " 1 " visas nu " 2 " för den andra mätningen. Den andra mätningen sker på samma sätt som den första, se punkt 2 - 5.
7. Istället för " 2 " visas " 3 " för den tredje mätningen på displayen. Den tredje mätningen sker på samma sätt som den första, se punkt 2 - 4.
8. När 3MAM-mätningen är avslutad släpps luften snabbt ut ur manschetten och en lång pipsignal ljuder.
9. De uppmätta värdena ❸❹, ❸❺ och ❸❻ visas på displayen tillsammans med stapelvisningen (WHO) ❷❸. Samtidigt ljuder en lång pipsignal.
10. Om det fastställs arythmi under mätningen blinkar arythmi-symbolen ⚡ ❸❸ åtta gånger när det uppmätta resultatet visas. Samtidigt ljuder åtta korta pipsignaler för att uppmärksamma användaren på detta.
11. Om inga knappar trycks ned inom ca 1 minut växlar apparaten automatiskt till standby.



#### ANVISNING

När apparaten används kan det hända att feilen **Err 1, 2, 3, 5 eller 6** inträffar i elektroniken, felet **Err 6** kan endast inträffa i 3MAM-läget. Feilen **Err 1, 2, 3 och 5** leder i normalfall inte till att mätningen avbryts i 3MAM-läget; mätningen avbryts endast om feilen inträffar två gånger efter varandra. Vid ett felmeddelande ljuder alltid 3 korta pipsignaler.

#### 4.4 Fel och åtgärder

**Felsignal**  
Möjlig orsak och åtgärd

**Err 1**

Den systoliska tryckmätningen avbröts.  
Kopplingen till luftslangen kan ha lossnat eller så har ingen puls kunnat fastställas.  
Kontrollera anslutningen mellan överarmsmanschetten och apparaten.

**Err 2**

Icke-fysiologiska tryckimpulser fastställdes.  
Orsak: armen rördes under mätningen.  
Upprepa mätningen medan Ni håller armen stilla.

**Err 3**

Om det tar för lång tid att höja trycket i överarmsmanschetten kan det hända att manschetten inte placerats korrekt eller att ett läckage uppstått i slanganslutningen.  
Kontrollera anslutningen och upprepa mätningen.

**Err 5**

På grund av störningar under mätningen kunde inget korrekt medelvärde beräknas.  
Upprepa mätningen medan Ni håller armen stilla. Tala inte under pågående mätning.

**Err 6**

Det inträffade för många fel under MAM-mätningen, det går inte att beräkna något slutresultat.  
Gå igenom checklisten om tillförlitlig mätning och upprepa sedan mätningen.

**HI**

Trycket är för högt i manschetten (över 300 mmHg), eller pulsen är för hög (över 200 slag per minut).  
Slappna av i fem minuter och upprepa mätningen.

**LO**

För låg puls (under 40 slag per minut).  
Upprepa mätningen.

#### 4.5 Apparaten stängs av



Apparaten växlar automatiskt till standby om ingen knapp trycks in under ca 1 minut. Du kan även växla till standby-läget med **START**-knappen **3**. Funktionen för blodtrycksmätning är då avstängd. Klockslaget och valt användarminne visas konstant på displayen. Larmfunktionen upprätthålls. Om du inte vill använda klockan eller larmfunktionen kan du stänga av apparaten helt med skjutreglaget **ON/OFF** **7** på baksidan av apparaten. Skjut reglaget till läget " **OFF** ".

### 5.1 Mätvärden sparas

Denna apparat har 2 olika minnen som kan spara 99 mätresultat vardera. Mätresultatet sparas automatiskt i valt minne. När minnet är fullt, tas det äldsta mätresultatet bort.

### 5.2 Sparade mätresultat tas fram

Tryck först på **MEMO**-knappen ④ för att hämta sparade mätvärden. När alla segment på displayen har visast visas ett genomsnittsvärde av alla mätningar som finns i valt användarminne. Detta genomsnittsvärde markeras med " **R** " .

Trycks **MEMO**-knappen ④ in igen visas enskilda värden (växelvis systoliskt, diastoliskt, puls och datum/tid) från senaste genomförda och sparade mätning. Om mätningen har genomförst med 3MAM-metoden visas  ②1 . Om hjärtarytmi fastställdes vid mätningen indikeras även arytm-symbolen  , dock inte blinaknde.

Tryck på **MEMO**-knappen ④ igen för att bläddra tillbaka i mätresultaten. Uppgifterna visas alltid fallande.

Om inga knappar trycks ned inom ca 1 minut växlar apparaten automatiskt till standby.

### 5.3 Radera mätningar

Väj värdet som ska raderas. Tryck ned **START**-knappen ③ och håll den nedtryckt i ca 10 sekunder, tills minnessymbolen ①7 blinkar. Bekräfta raderingen genom att trycka på **MEMO**-knappen ④. På displayen visas kort " **CL** " och två pipsignaler ljuder. Vald mätning har raderats. Displayen växlar till standby.

### 5.4 Töm minnet

Data i valt minne kan raderas med hjälp av **MEMO**-knappen ④ som då hålls intryckt i ca. sju sekunder. Efter 7 sekunder visas " **CL** " ( CLEAR = radera) på displayen ②, detta signalerar att all data raderas.

Bekräfta raderingen genom att trycka ännu en gång på **MEMO**-knappen ④. Under detta förlopp ljuder 3 korta pipsignaler.



### 6.1 Rengöring och vård

- Ta ut batterierna innan Ni rengör apparaten.
- Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel eller hårda borstar.
- Rengör utrustningen med en mjuk duk som fuktats med en mild tvållösning. Ingen vätska får tränga in i apparaten. Använd utrustningen först när den är helt torr igen.
- Ta ut batterierna ur apparaten om Ni inte ämnar att använda den under en längre tid. I annat fall föreligger risken att batterierna börjar läcka.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus, skydda den mot smuts och fukt.
- Pumpa endast upp manschetten när den sitter runt överarmen.
- **Mätteknisk kontroll**  
Apparaten har kalibrerats av tillverkaren för två år. Den mättekniska kontrollen måste minst genomföras vartannat år **vid yrkesmässig användning**. Kontrollen är avgiftsbelagd och kan utföras av ansvarig myndighet eller av auktoriserad serviceutövare – i enlighet med "förordningen för brukare av medicinska produkter"; (i Tyskland) eller motsvarande.

### 6.2 Hänvisning gällande avfallshantering



Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna.

Varje konsument måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvarande samlingsställen, oberoende av om apparaterna innehåller skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Tag ur batteriet innan blodtrycksmätaren kasseras. Kasta inte förbrukade batterier i hushållssoporna utan lämna dem till återvinningsstation eller till batteriinsamling i fackhandeln.

Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om återvinning.

### 6.3 Riktlinjer / Normer

Den här blodtrycksmätaren uppfyller kraven i EU-standarden för icke-invasiva blodtrycksmätare. Den har certifierats enligt EG-direktiven och har CE-märkningen (överensstämmelse) "CE 0297".

Blodtrycksmätaren uppfyller kraven i de europeiska föreskrifterna EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 14971 och EN 980.

Kraven i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter uppfylls liksom kraven.

#### **Kliniska resultat:**

I USA och Tyskland har kliniska undersökningar enligt EN 1060-4 och AAMI – standarden (USA) genomförts med apparaten.

#### **Elektromagnetisk kompatibilitet:**

Apparaten uppfyller kraven i standarden EN 60601-1-2 för elektro-magnetisk kompatibilitet.

Förfrågningar gällande detaljer för dessa mätdata kan ställas till **MEDISANA**.

#### **Användarkrets:**

Apparaten lämpar sig för icke-invasiv blodtrycksmätning hos vuxna (det betyder att den lämpar sig för yttre användning).

#### 6.4 Teknisk Data

|  |  |
|--|--|
| Namn och model                         | : <b>MEDISANA</b> Blodtrycksmätare <b>MTX</b>  |
| Display                                | : Digital display  |
| Minne                                  | : 2 x 99   |
| Mätmetod                               | : Oscillometrisk   |
| Spänningsförsörjning                   | : 6 V= , 4 x 1,5 V Mignon AA LR 6, Alkaline  |
| Mätområde blodtryck                    | : 30 – 280 mmHg  |
| Mätområde puls                         | : 40 – 200 slag / min  |
| Maximal mätavvikelse<br>statiskt tryck | : ± 3 mmHg   |
| Maximal mätavvikelse<br>pulsvärde      | : ± 5 % av värdet  |
| Tryck alstring                         | : Automatisk med mikropump   |
| Luftutsläpp                            | : Automatisk   |
| Autom. Avstängning                     | : Efter ca 3 min   |
| Driftsmiljö                            | : + 10 °C till + 40 °C,<br>15 – 85 % luftfuktighet   |
| Förvaringsmiljö                        | : - 5 °C till + 50 °C  |
| Ytermått                               | : ca 125 mm x 163 mm x 65 mm   |
| Manschett                              | : 22 – 32 cm manschett för vuxna<br>med genomsnittlig överarmsomkrets  |
| Vikt                                   | : ca 535 g inkl. batterier   |
| Artikelnummer                          | : 51083  |
| EAN-nummer                             | : 40 15588 51083 0   |
| Extra tillbehör                        | : Nätadapter<br>Art.nr. 51036<br>Manschett stor, 22 - 42, cm för vuxna med<br>kraftiga överarmar<br>Art.nr. 51087<br>Manschett liten, 17 - 22 cm, för vuxna med<br>smal överarm<br>Art.nr. 51089<br>Programvarusats (programvara för analys<br>av blodtrycksvärden, för Windows, med<br>anslutningskabel)<br>Art.nr. 51082 |

## CE0297

**Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller vi oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande.**

## Garanti och förutsättningar för reparationer

Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller tag kontakt med kundtjänst direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om defekten samt en kopia av inköpskvittot.

Följande garantiförutsättningar gäller:

1. På **MEDISANA** produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum. Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto eller faktura.
2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantiperioden.
3. Utförande av garantiåtagande leder inte till förlängning av garantiperioden; detta gäller för själva produkten så väl som för utbytta komponenter.
4. Garantin gäller inte för:
  - a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, t.ex. vid icke beaktande av bruksanvisningen.
  - b. Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp utförda av köparen eller annan, ej auktoriserad, person.
  - c. Transportskador som uppkommit under transport från tillverkaren till användaren eller vid insändning till kundtjänst.
  - d. Tillbehör som utsätts för normalt slitage (manschett, batterier o.s.v.).
5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som förorsakas av produkten är uteslutet, även om skadan på produkten godkänns som garantiåtagande.



Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
TYSKLAND

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Service-adresserna finns på en separat bilaga.



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Όταν δίνετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

### Επεξήγηση συμβόλων



Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ανήκει σε αυτήν τη συσκευή. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την έναρξη της λειτουργίας και τη μεταχείριση. Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών. Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή και ζημιές στη συσκευή.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρηθούν ώστε να αποφευχθούν οι πιθανοί τραυματισμοί του χρήστη.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρηθούν ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές ζημιές στη συσκευή.



### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτές οι υποδείξεις σας δίνουν πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία.



Ταξινόμηση της συσκευής: τύπος BF



Αριθμός LOT



Παραγωγός



Ημερομηνία κατασκευής





## Οδηγίες για την ασφάλεια



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Μην παίρνετε θεραπευτικά μέτρα κατόπιν αυτομέτρησης!  
Μην αλλάζετε ποτέ τη δοσολογία ενός φαρμάκου που σας χορήγησε ο ιατρός σας!**

- Οι καρδιακές αρρυθμίες δημιουργούν έναν ανώμαλο παλμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην καταγραφή της σωστής τιμής κατά τις μετρήσεις με ταλαντωσιμετρικές συσκευές. Η ανά χείρας συσκευή είναι ηλεκτρονικά εξοπλισμένη, ώστε να αναγνωρίζει πάνω από 20 εκ των συνηθέστερων αρρυθμιών καθώς και τις λεγόμενες τεχνητές αρρυθμίες προερχόμενες από κίνηση και αυτό εμφανίζεται στην οθόνη μέσω του συμβόλου .
- Επίσης εάν έχετε κάποια άλλη ασθένεια π.χ. αποφρακτική αρτηριοπάθεια, μιλήστε πριν τη χρήση της συσκευής με τον γιατρό σας.
- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας ενός βηματοδότη.
- Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να προσέξουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας καθώς και την προσωπική τους αντοχή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης παρουσιαστούν δυσκολίες όπως π.χ. πόνος στο βραχίονα ή άλλοι πόνοι, ενεργήστε ως εξής: πατήστε το πλήκτρο **START**  για να ξεφουσκώσει αμέσως η μανσέτα. Χαλαρώστε τη μανσέτα και απομακρύντε την από το βραχίονα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή απευθείας με μας.
- Άτομα με επίπεδο παλμικό κύμα πρέπει να σηκώσουν το χέρι, να ανοιγοκλείσουν την παλάμη 10 φορές και μετά να μετρήσουν. Με αυτήν την άσκηση βελτιώνεται το παλμικό κύμα και η διαδικασία μέτρησης.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Εάν τη χρησιμοποιήσετε για άλλους ακοπούς δεν ισχύει η εγγύηση.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις εάν η μανσέτα λόγω δυσλειτουργίας παραμείνει κατά τη διάρκεια της μέτρησης φουσκωμένη πρέπει να την ανοίξετε αμέσως.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ισχυρή ηλεκτρική ακτινοβολία, όπως π.χ. ραδιοπομπός. Έτσι μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές ή πνευματικές ικανότητες, έλλειψη αισθήσεων, εμπειρίας καλής γνώσης, εάν δεν επιτηρούνται για την ασφάλειά τους από κάποιο αρμόδιο άτομο που θα τους δίνει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής.
- Θα πρέπει να παρακολουθείτε τα παιδιά ώστε να βεβαιώνεστε πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν υπάρχουν βλάβες μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, γιατί έτσι παύει να ισχύει η εγγύηση. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

- Προφυλάξτε τη συσκευή από την υγρασία. Εάν παρ'όλα αυτά εισχωρήσει υγρό στη συσκευή πρέπει να βγάλετε αμέσως τις μπαταρίες και να αποφυγείτε την περαιτέρω χρήση της. Σε μια τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή απευθείας με μας. Για το πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας ανατρέξτε στη σελίδα με τις διευθύνσεις.

## 2 Χρήσιμες πληροφορίες

### Σας ευχαριστούμε

Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας και σας συχαίρουμε για την απόφασή σας! Με την αγορά του πιεσόμετρου αίματος **MTX** αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας **MEDISANA**. Για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα και για να μείνετε ικανοποιημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη χρήση του πιεσόμετρου **MEDISANA MTX**, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες για τη χρήση και τη φροντίδα του.

### 2.1 Περιεχόμενο παράδοσης και συσκευασία

Ελέγξτε αρχικά την πληρότητα της συσκευής και δεν παρουσιάζει καμία ζημιά. Εάν έχετε απορίες μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα σέρβις.

Το περιεχόμενο παράδοσης συμπεριλαμβάνει:

- 1 **MEDISANA** Πιεσόμετρου **MTX**
- 1 προσηματισμένη μανσέτα με σωλήνα αέρα
- 4 μπαταρίες (τύπου AA, LR 6) 1,5V
- 1 θήκη αποθήκευσης
- 1 καλώδιο USB
- 1 δελτίο πίεσης
- 1 οδηγία χρήσης

Οι συσκευασίες είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή μπορούν να ανακυκλωθούν στον κύκλο πρώτων υλών. Σας παρακαλούμε να αποσύρετε το υλικό συσκευασίας που δεν χρησιμοποιείται πλέον σύμφωνα με τους κανονισμούς. Σε περίπτωση που κατά την αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία διαπιστώσετε κάποια βλάβη οφειλόμενη στη μεταφορά, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε αμέσως στον έμπορό σας.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Προσέχετε ώστε τα πλαστικά συσκευασίας να μην περιέλθουν σε παιδικά χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!**

### 2.2 Τι είναι πίεση?

Η πίεση του αίματος είναι η πίεση που δημιουργείται στα αγγεία σε κάθε χτύπο της καρδιάς. Όταν η καρδιά συστέλλεται (συστολή) και χορηγεί αίμα στις αρτηρίες προκαλείται αύξηση της πίεσης. Η μεγαλύτερη τιμή της λέγεται πίεση της συστολής και είναι η πρώτη που μετρείται κατά τη μέτρηση πίεσης. Όταν ο καρδιακός μυς χαλαρώνει για να πάρει καινούργιο αίμα η πίεση στις αρτηρίες μειώνεται. Εάν τα αγγεία είναι χαλαρά μετρείται η δεύτερη τιμή - η πίεση της διαστολής.

**2.3****Πώς λειτουργεί η μέτρησή?**

Η συσκευή **MTX** είναι ένα πιεσόμετρο, το οποίο προορίζεται για τη μέτρηση της πίεσης αίματος στον άνω βραχίονα. Η μέτρηση γίνεται μ'έναν μικροεπεξεργαστή, ο οποίος μέσω ενός σένσορα πίεσης επεξεργάζεται τις δονήσεις που δημιουργούνται κατά το φούσκωμα και ξεφούσκωμα της μανσέτας πίεσης πάνω από την αρτηρία.

**2.4****Γιατί είναι καλό να μετριέται η πίεση στο σπίτι?**

Η **MEDISANA** έχει πολύχρονη πείρα στον τομέα μέτρησης της πίεσης. Πολλές εμπειριστατωμένες κλινικές μελέτες υπό διεθνή αυστηρά στάνταρ αποδεικνύουν τη μεγάλη ακρίβεια της μεθόδου μέτρησης των συσκευών **MEDISANA**. Ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ της μέτρησης της πίεσης στο σπίτι είναι το γεγονός ότι η μέτρηση γίνεται στο συνηθισμένο περιβάλλον και σε χαλαρές συνθήκες. Πδιαίτερα σημαντική είναι η λεγόμενη «βασική τιμή», η οποία μετριέται το πρωί αμέσως μετά το ξύπνημα και πριν τον πρωινό. Βασικά πρέπει να μετράτε την πίεσή σας πάντα την ίδια ώρα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Γιατί μόνο τότε είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων καθώς και η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης της υψηλής πίεσης. Εάν η υψηλή πίεση δεν διαγνωσθεί εγκαίρως, ο κίνδυνος για άλλες καρδιακές παθήσεις και παθήσεις του κυκλοφορικού αυξάνεται.



**Γ'αυτό η συμβουλή μας:**

**Μετράτε την πίεσή σας καθημερινά σε τακτά χρονικά διαστήματα ακόμη κι αν δεν έχετε κάποιες ενοχλήσεις.**

**2.5****Ταξινόμηση πίεσης**

Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι κατευθυντήριες τιμές για υψηλή και χαμηλή πίεση ανεξάρτητα ηλικίας. Αυτές οι κατευθυντήριες τιμές πίεσης ανταποκρίνονται στις Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).

**Χαμηλή πίεση**

συστολή < 100  
διαστολή < 60

**Φυσιολογική πίεση**

**(πράσινος τομέας ένδειξης 5)**

συστολή 100 – 139  
διαστολή 60 – 89

**Είδη υψηλής πίεσης**

**ελαφρά υψηλή πίεση**  
**(κίτρινος τομέας ένδειξης 5)**

συστολή 140 – 159  
διαστολή 90 – 99

**μέτρια υψηλή πίεση**  
**(πορτοκαλί τομέας ένδειξης 5)**

συστολή 160 – 179  
διαστολή 100 – 109

**πολύ υψηλή πίεση**  
**(κόκκινος τομέας ένδειξης 5)**

συστολή  $\geq$  180  
διαστολή  $\geq$  110

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Η πολύ χαμηλή πίεση αίματος αποτελεί επίσης κίνδυνο για την υγεία όπως η υψηλή πίεση αίματος! Οι ίλιγγοι ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις (π.χ. σε σκάλες ή στην οδική κυκλοφορία)!**

**2.6****Διαβαθμίσεις στην πίεση**

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πίεση. Η βαριά σωματική εργασία, φόβος, άγχος ή η ώρα της μέτρησης επηρεάζουν πάρα πολύ τις μετρούμενες τιμές. Οι προσωπικές τιμές πίεσης υπόκεινται σε μεγάλες διαβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και του χρόνου. Σε ασθενείς με υψηλή πίεση αυτές οι διαβαθμίσεις είναι ιδιαίτερα έντονες. Κανονικά η πίεση είναι πολύ υψηλή κατά τη σωματική κόπωση και πολύ χαμηλή τη νύχτα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

**2.7****Επηρεασμός και επεξεργασία των μετρήσεων**


- Μετρήστε την πίεσή σας πολλές φορές, αποθηκεύστε τα αποτελέσματα και συγκρίνετέ τα μεταξύ τους. Μην βγάξετε συμπεράσματα από ένα και μόνο αποτέλεσμα.
- Ένας γιατρός που γνωρίζει και το ιστορικό σας πρέπει να κρίνει τις τιμές πίεσης. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τακτικά και σημειώνετε τις τιμές για τον γιατρό σας πρέπει να τον ενημερώνετε για την εξέλιξη.
- Κατά τις μετρήσεις της πίεσης λάβετε υπόψη σας ότι οι καθημερινές τιμές εξεργώνονται από πολλούς παράγοντες. Το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα φάρμακα και η σωματική εργασία επηρεάζουν τις τιμές διαφορετικά.
- Μετρήστε την πίεσή σας πριν το φαγητό.
- Πριν μετρήσετε την πίεση πρέπει να ξεκουραστείτε για τουλάχιστον 5 λεπτά.
- Εάν οι τιμές συστολής ή διαστολής της μέτρησης σας φαίνονται ασυνήθιστες (πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές) παρ'όλο που χρησιμοποιήσατε σωστά τη συσκευή και αν αυτό συμβεί επανειλημμένα, ειδοποιήστε αμέσως τον γιατρό σας. Το ίδιο ισχύει και όταν σε σπάνιες περιπτώσεις ένας ανώμαλος ή πολύ αδύναμος παλμός δεν επιτρέπει τη μέτρηση.


**3 Λειτουργία****3.1****Τοποθέτηση / Αφαίρεση των μπαταριών**

**Τοποθέτηση:** Ανοίξτε την μπαταριοθήκη στην κάτω πλευρά της συσκευής πιέζοντας ελαφρά το καπάκι στην κατεύθυνση του βέλους και βάλτε τις τέσσερις μπαταρίες που λάβατε κατά την παράδοση (μπαταρίες Alkaline, τύπου AA LR 6) ειπ. Προσέξτε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να μπουν οι μπαταρίες (απεικόνιση στη μπαταριοθήκη). Αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (ή αντίστοιχα έχει συνδεθεί το τροφοδοτικό), θα ακουστούν 2 σύντομοι ήχοι.

Με ενεργοποιημένο το διακόπτη **ON/OFF 7** θα ακουστούν 2 σύντομοι ήχοι και στην οθόνη θα εμφανιστούν για ένα δευτερόλεπτο όλα τα σύμβολα. Έπειτα θα εμφανιστεί “- : - -”.

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και πιέστε το μέχρι να ακουστεί το κλείσιμο.

**Αφαίρεση:** Όταν η τάση στις μπαταρίες πέφτει κάτω από 5 - 4,5 V, εμφανίζεται το σύμβολο μπαταρίας  19 στην οθόνη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη **ON/OFF 7** και τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες. Εάν οι παλιές μπαταρίες μαγκώνουν στην μπαταριοθήκη χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο, π.χ. ένα στυλό, για να τις βγάλετε προσεκτικά.

Μόλις η τάση στις μπαταρίες πέσει κάτω από 4,25 - 0,25 V, εμφανίζεται το σύμβολο μπαταρίας  19 στην οθόνη.

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την εμφάνιση αυτού του συμβόλου. Θα λειτουργήσει ξανά, μόλις τοποθετηθούν οι καινούργιες μπαταρίες.



Λάβετε υπόψη, ότι μετά από κάθε νέα τοποθέτηση μπαταριών πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου την ημερομηνία και την ώρα, αν αυτό δε γίνει αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής με το διακόπτη **ON/OFF** ⑦ μέσω του ασύρματου ρολογιού. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μέτρησης παραμένουν αποθηκευμένα.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

- Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες!
- Πριν από την τοποθέτηση των μπαταριών καθαρίστε, αν χρειάζεται, τις επαφές μπαταριών και συσκευής!
- Αφαιρέιτε άμεσα από τη συσκευή τις άχρηστες μπαταρίες!
- Αυξημένος κίνδυνος διαρροής, αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους! Σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με οξέα μπαταριών ξεπλύνετε αμέσως το προσβλημένο σημείο με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό!
- Αν καταπιείτε μία μπαταρία τότε συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό!
- Πάντα να αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα!
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου! Να μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ούτε και χρησιμοποιημένες μαζί με καινούργιες!
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, προσέχετε την πολικότητα!
- Ο χώρος των μπαταριών πρέπει να παραμένει καλά σφραγισμένος!
- Αφαιρέιτε τις μπαταρίες από τη συσκευή αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα!
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά!
- Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Μην τις βραχυκυκλώνετε! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Μην τις πετάτε στην φωτιά! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Αποθηκεύετε τις αχρησιμοποιήτες μπαταρίες στη συσκευασία και όχι κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, για να αποφευχθεί η περίπτωση βραχυκυκλώματος!
- Μην πετάτε τις άχρηστες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά στα ειδικά απορρίμματα ή στα σημεία συλλογής στα ειδικά καταστήματα!

### **3.2 Χρήση τροφοδοτικού**

Εναλλακτικά μπορείτε να λειτουργείτε τη συσκευή και με ένα ειδικό τροφοδοτικό (MEDISANA αρ. είδους 51036, δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης), το οποίο εμβυσματώνετε στην προβλεπόμενη υποδοχή ⑩ στην πίσω πλευρά της συσκευής. Κατά τη λειτουργία με τροφοδοτικό παραμένουν οι μπαταρίες μέσα στη συσκευή. Με την εμβυσμάτωση του βύσματος στην πίσω πλευρά του πιεσόμετρου αίματος οι μπαταρίες απενεργοποιούνται μηχανικά. Συνεπώς είναι απαραίτητο, πρώτα να εμβυσματώνεται το τροφοδοτικό στην ηλεκτρική πρίζα και κατόπιν να συνδέεται με το πιεσόμετρο αίματος. Όταν δεν χρησιμοποιείται το πιεσόμετρο αίματος, πρέπει πρώτα

να αποσυνδέεται το βύσμα από το πιεσόμετρο αίματος και μετά το τροφοδοτικό από την ηλεκτρική πρίζα. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζετε κάθε φορά τη νέα ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας.

### 3.3 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Η συσκευή μέτρησης πίεσης **MEDISANA MTX** είναι εξοπλισμένη με ένα ασύρματο ρολόι, που ελέγχεται με το σήμα DCF77. Έτσι ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα και η ημερομηνία. Αν δεν υπάρχει σήμα DCF77, τότε η ώρα δε ρυθμίζεται αυτόματα.

#### Αυτόματη ρύθμιση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη **ON/OFF** **7** στην πίσω πλευρά της συσκευής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “- : - -”.
2. Η οθόνη **2** αλλάζει αυτόματα για τη λήψη σήματος. Μόλις γίνει η λήψη του σήματος χρόνου, αναβοσβήνει το σύμβολο του ρολογιού **24** στην οθόνη σε ρυθμό δευτερολέπτων, μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη του σήματος DCF77.



#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αν δεν επιθυμείτε τη ρύθμιση της ώρας ή θέλετε να κάνετε κατευθείαν μια μέτρηση, βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης ώρας, πατώντας το πλήκτρο **START** **3**.

3. Κατά τη διάρκεια της αυτόματης ρύθμισης εμφανίζεται το σύμβολο του ρολογιού που αναβοσβήνει **7** διαδοχικά με 1, 2 και 3 μπάρες από πάνω του. Μόλις εμφανιστεί το σύμβολο με τις 3 μπάρες, έχει τερματιστεί η ρύθμιση ώρας. Έπειτα θα εμφανιστούν διαδοχικά η ημερομηνία και η ώρα δεξιά επάνω στην οθόνη. Στο τέλος θα εμφανίζεται η ώρα μόνιμα μαζί με το σύμβολο ασύρματου ρολογιού **7**.



#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας διαρκεί περίπου 2 - 4 λεπτά. Αν μέσα σε 4 λεπτά δε γίνει η λήψη κάποιου σήματος, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “- : - -”. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με το χέρι ή να βελτιώσετε την κατάσταση λήψης επλέγοντας μια άλλη τοποθεσία. Όταν αλλάξετε τοποθεσία πρέπει να τοποθετήσετε τις μπαταρίες εκ νέου ή να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή με το διακόπτη **ON/OFF**, για να εκκινήσει εκ νέου η αυτόματη ρύθμιση.

#### Χειροκίνητη ρύθμιση:

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής. Αν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ώρας δεν πατηθεί για 1 λεπτό κάποιο πλήκτρο, απενεργοποιείται η λειτουργία ρύθμισης ώρας, και στην ένδειξη ώρας εμφανίζεται “- : - -”.

1. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **TIMER** **8** για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη **OFF**.

2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **TIMER 8**. Όταν θα αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο θα εμφανιστεί στην οθόνη **b I** και από κάτω **0n**.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **TIMER 8**. Στην οθόνη εμφανίζονται **0n** και **7**. Πατώντας το πλήκτρο **MEMO 4** μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σήμα DCF77. Αν το ασύρματο ρολόι είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο **TIMER 8**, για να επιστρέψετε στη χειροκίνητη ρύθμιση ώρας.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη μνήμη χρήστη και το έτος που αναβοσβήνει.
  - Πατώντας ξανά το πλήκτρο **TIMER 8** εμφανίζεται η ημερομηνία και ο μήνας που αναβοσβήνει.
  - Πατώντας ξανά το πλήκτρο **TIMER 8** αναβοσβήνει η ημέρα.
  - Πατώντας ξανά το πλήκτρο **TIMER 8** εμφανίζεται η ώρα. Αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας.
  - Πατώντας ξανά το πλήκτρο **TIMER 8** αναβοσβήνει η ένδειξη λεπτών.
  - Πατώντας το πλήκτρο **MEMO 4** μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρέχοντα χρόνο (έτος, μήνας, ημέρα, ώρες και λεπτά) και να επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο **TIMER 8**. Έπειτα θα εμφανιστούν δύο φορές εναλλάξ η ρυθμισμένη ημερομηνία και η ώρα, πριν η συσκευή επιστρέψει στη λειτουργία αναμονής. Στη λειτουργία αναμονής εμφανίζεται η ώρα μόνιμα.



#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αν κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης ρύθμισης ώρας πατήσετε το πλήκτρο **START 3**, βγαίνετε από τη λειτουργία ρύθμισης ώρας. Θα γίνουν αποδεκτές οι μέχρι τότε ρυθμισμένες τιμές. Στην οθόνη θα εμφανιστεί “-:--”, αν δεν είχε ρυθμιστεί προηγουμένως η ώρα.

### 3.4 Ρύθμιση ειδοποίησης

Η συσκευή μέτρησης πίεσης **MEDISANA MTX** είναι εξοπλισμένη με μια λειτουργία ειδοποίησης, με την οποία καθένας από τους δύο χρήστες μπορεί να ρυθμίσει τρεις χρόνους ειδοποίησης, για παράδειγμα για την τακτική λήψη φαρμάκων.

Προσέχετε, να βρίσκεται η συσκευή στη λειτουργία αναμονής και να έχει ρυθμιστεί η επιθυμητή μνήμη χρήστη **11**.

1. Πατήστε το πλήκτρο **TIMER 8** κι έπειτα το πλήκτρο **MEMO 4**. Κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο ειδοποίησης **20** στην οθόνη.
2. Αφήστε ελεύθερα τα δύο πλήκτρα. “ 1 “ για *ειδοποίηση 1* αναβοσβήνει στην οθόνη κάτω δεξιά. Με το πλήκτρο **MEMO 4** μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ *ειδοποίηση 1*, *ειδοποίηση 2* και *ειδοποίηση 3*.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **TIMER 8**. Αναβοσβήνει η ένδειξη για την καταχώριση του χρόνου ειδοποίησης. Με το πλήκτρο **MEMO 4** εισάγετε το χρόνο ειδοποίησης.

4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **TIMER** **8**, αναβοσβήνει το σύμβολο ειδοποίησης. Με το πλήκτρο **MEMO** **4** μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ ενεργοποίησης (🔔) και απενεργοποίησης συναγερμού (🔕). Για να επιβεβαιώσετε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο **TIMER** **8** ή το πλήκτρο **START** **3**. Αν η ειδοποίηση έχει ρυθμιστεί, τότε θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα τη ρυθμισμένη ώρα.



#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αν έχει καταχωρηθεί σωστά η ειδοποίηση και είναι ενεργή, εμφανίζεται στη λειτουργία αναμονής στην οθόνη το σύμβολο ειδοποίησης 🔔. Αν δεν υπάρχει σε καμία από τις μνήμες χρήστη ενεργή ειδοποίηση, δε θα εμφανιστεί στη λειτουργία αναμονής κάποιο σύμβολο.

### 3.5 Ρύθμιση του αποθηκευτή του χρήστη

Το **MTX** προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρησης των μετρημένων τιμών σε δύο διαφορετικούς αποθηκευτές. Κάθε αποθηκευτής διαθέτει 99 θέσεις. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής. Πατώντας το πλήκτρο **TIMER** **8** μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μνήμης χρήστη 1 και μνήμης χρήστη 2 **11**.

### 3.6 Επιλογή της μεθόδου μέτρησης 3MAM

Στο **MTX** μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαδικασίες μέτρησης.

- Μεμονωμένη μέτρηση
- 3 συνεχόμενες μετρήσεις  
( Measurement Average Mode = διαδικασία 3/MAM )

Στη διαδικασία μεμονωμένης μέτρησης γίνεται μία φορά η μέτρηση της πίεσης και αποθηκεύεται.

Σας προτείνουμε τη διαδικασία 3/MAM εάν η πίεση σας παρουσιάζει διαβαθμίσεις. Οι 3 συνεχόμενες μετρήσεις που γίνονται κάθε 15 δευτερόλεπτα εξαλείφουν τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Εάν οι τιμές αποκλίνουν υπερβολικά μπορεί να γίνει και τέταρτη μέτρηση.

Από αυτές τις τρεις μετρήσεις υπολογίζεται ένας σταθμισμένος μέσος όρος και μετά εμφανίζεται και αποθηκεύεται στον επιλεγμένο αποθηκευτή. Μία τέτοιου είδους μέτρηση έχει στον αποθηκευτή το **📏** **21** χαρακτηρισμό. Με τη διαδικασία 3/MAM ο κίνδυνος μιας λανθασμένης μέτρησης μειώνεται στο ελάχιστο.

1. Για την επιλογή μεταξύ μεμονωμένης μέτρησης και 3 συνεχόμενων μετρήσεων (διαδικασία 3MAM) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TIMER** **8**, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστούν και αναβοσβήνουν το σύμβολο για λειτουργία 3MAM **📏** και το **"OFF"**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MEMO** **4**, για να επιλέξετε μεταξύ **"On"** και **"OFF"**, **"On"** για τη λειτουργία μέτρησης 3MAM και **"OFF"** για τη μεμονωμένη μέτρηση.
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο **START** **3** (ή πατήστε το πλήκτρο **TIMER** **8**, για να φτάσετε στην επόμενη ρύθμιση: **"Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύντομου ήχου"**.

### 3.7 Σύντομος ήχος Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση




Μια μέτρηση με τη συσκευή μέτρησης πίεσης **MTX** συνοδεύεται από σύντομους ήχους. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται με την ακόλουθη ρύθμιση.

1. Για την επιλογή μεταξύ “Ενεργοποίηση σύντομου ήχου” και “Απενεργοποίηση σύντομου ήχου” πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TIMER** ⑧, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστούν **⏻** και “**OFF**”.
2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **TIMER** ⑧. Στην οθόνη εμφανίζεται “**bl**” και έπειτα “**On**”.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **MEMO** ④ για να επιλέξετε μεταξύ “**On**” και “**OFF**”.
4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο **START** ③ (ή πατήστε το πλήκτρο **TIMER** ⑧, για να φτάσετε στην επόμενη ρύθμιση: “σήμα DCF77 ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση”, βλέπε κεφάλαιο 3, ενότητα 3.3, σημείο 4).  
Όταν επιλέξετε “**OFF**”, θα παραμείνει η λειτουργία σύντομου ήχου απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

## 4 Εφαρμογή

### 4.1 Τοποθέτηση της μανσέτας πίεσης

Αρχικά βάλτε το ελεύθερο άκρο του ελαστικού σωλήνα αέρα της μανσέτας ① βραχίονα στην προβλεπόμενη σύνδεση της συσκευής ②. Ανοίξτε τη μανσέτα σαν δακτύλιο και περάστε την στο γυμνό αριστερό βραχίονα πάνω από την εσωτερική πλευρά του αγκώνα. Εάν τα ρούχα είναι στενά βεβαιωθείτε ότι το ανασηκωμένο μανίκι δεν σφίγγει το βραχίονα. Ο ελαστικός σωλήνας της μανσέτας πρέπει να είναι στη μέση της εσωτερικής πλευράς του αγκώνα και να δείχνει προς τον καρπό. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να στραβώσει η μανσέτα. Κλείστε τη μανσέτα πίεσης έτσι ώστε να εφαρμόζει στενά χωρίς να σφίγγει.



### 4.2 Η σωστή θέση μέτρησης

- Διεξάγετε τη μέτρηση ενώ κάθεστε.
- Χαλαρώστε το χέρι σας και ακουμπήστε το χαλαρά π.χ. πάνω σε ένα τραπέζι. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης να είστε ήρεμοι: Μην κινήσετε και μην μιλάτε διαφορετικά μπορεί τα αποτελέσματα μέτρησης να αλλάξουν.

### 4.3 Μέτρηση της πίεσης

#### Μεμονωμένη μέτρηση

Για να κάνετε τη μεμονωμένη μέτρηση, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή με το διακόπτη **ON/OFF-** ⑦ και να βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής. Τυχόν ρυθμίσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο 3, παράγραφο 3.3, 3.5, 3.6 και 3.7 πρέπει να έχουν τερματιστεί.

1. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **START** ③. Η συσκευή θα κάνει μία αυτόματη δοκιμή, που θα τερματιστεί με την ένδειξη “**0**” στην οθόνη. Η διαδικασία συνοδεύεται από 5 σύντομους ήχους.

2. Έπειτα φουσκώνει η μανσέτα **1** αυτόματα, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση για τη μέτρηση. Εναλλακτικά μπορεί αυτή η πίεση να δημιουργηθεί με το χέρι, αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **START 3**, αφού η συσκευή φτάσει αυτόματα σε πίεση τουλάχιστον 30 mmHg. Όταν η συσκευή φτάσει στη καλύτερη κατά τη γνώμη σας πίεση για τη μέτρηση, αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο **START 3**. Ταυτόχρονα εμφανίζεται αριθμητικά η αυξανόμενη πίεση.
3. Όταν τελειώσει το φούσκωμα ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία μέτρησης με την αργή μείωση της υπάρχουσας πίεσης στη μανσέτα. Η τιμή που εμφανίζεται στο Display αναλογεί στην εκάστοτε τιμή πίεσης στη μανσέτα.



#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

**Αν πατηθεί το πλήκτρο START 3 κατά τη διάρκεια της αύξησης της πίεσης, διακόπτε τη διαδικασία άντλησης. Η συσκευή απενεργοποιείται, και ο αέρας εκρέει από τη μανσέτα.**

4. Η εξαγωγή του αέρα γίνεται αρχικά με σταθερή ταχύτητα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο σφυγμού **16** . Εάν ο παλμός μπορεί να εξακριβωθεί την πρώτη φορά, συγχρονίζεται η εξαγωγή του αέρα με το χτύπο της καρδιάς μέχρι να τελειώσει η μέτρηση. Αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από έναν σύντομο ήχο ανά παλμό καρδιάς, εάν η λειτουργία σύντομου ήχου δεν είχε απενεργοποιηθεί προηγουμένως. Συγχρόνως αναβοσβήνει το σύμβολο παλμού **16** .
5. Η μέτρηση τερματίζεται, μόλις φύγει απότομα όλος ο αέρας από τη μανσέτα και ακουστεί ένας μακρύς ήχος.
6. Οι μετρημένες τιμές **13**, **14** και **15** εμφανίζονται στην οθόνη, μαζί με την μπάρα ένδειξης πίεσης **23** του WHO. Συγχρόνως ακούγεται ένας μακρύς ήχος.
7. Αν κατά τη μέτρηση με τη συσκευή διαπιστωθεί αρρυθμία, αναβοσβήνει κατά την ένδειξη των μετρημένων τιμών το σύμβολο αρρυθμίας **18** οχτώ φορές. Συγχρόνως ακούγονται οχτώ σύντομοι ήχοι, που επισημαίνουν στο χρήστη μη ρυθμικό παλμό καρδιάς.
8. Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για περίπου 1 λεπτό, αλλάζει η συσκευή αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

#### **Μέθοδος μέτρησης 3MAM**

**(3 συνεχόμενες μετρήσεις για τον υπολογισμό μιας μέσης τιμής)**

Για να κάνετε τη μεμονωμένη μέτρηση, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή με το διακόπτη **ON/OFF- 7** και να βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής. Η μέθοδος μέτρησης 3MAM έχει επιλεχθεί (βλέπε κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.6). Τυχόν ρυθμίσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο 3, παράγραφο 3.3, 3.5 και 3.7 πρέπει να έχουν τερματιστεί.

1. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **START 3**. Η συσκευή θα κάνει μία αυτόματη δοκιμή, που θα τερματιστεί με την ένδειξη “ **0** ” στην οθόνη. Η διαδικασία συνοδεύεται από 5 σύντομους ήχους. Στην οθόνη εμφανίζονται **1A 21** (average = μέσος όρος) και “ **1** ” για την πρώτη μέτρηση.

2. Έπειτα φουσκώνει η μανσέτα **1** αυτόματα, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση για τη μέτρηση. Εναλλακτικά μπορεί αυτή η πίεση να δημιουργηθεί με το χέρι, αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **START** **5**, αφού η συσκευή φτάσει αυτόματα σε πίεση τουλάχιστον 30 mmHg. Όταν η συσκευή φτάσει στη καλύτερη κατά τη γνώμη σας πίεση για τη μέτρηση, αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο **START** **3**. Ταυτόχρονα εμφανίζεται αριθμητικά η αυξανόμενη πίεση.
3. Όταν τελειώσει το φούσκωμα ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία μέτρησης με την αργή μείωση της υπάρχουσας πίεσης στη μανσέτα. Η τιμή που εμφανίζεται στο Display αναλογεί στην εκάστοτε τιμή πίεσης στη μανσέτα.
4. Η εξαγωγή του αέρα γίνεται αρχικά με σταθερή ταχύτητα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο σφυγμού **♥ 16**. Εάν ο παλμός μπορεί να εξακριβωθεί την πρώτη φορά, συγχρονίζεται η εξαγωγή του αέρα με το χτύπο της καρδιάς μέχρι να τελειώσει η μέτρηση. Αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από έναν σύντομο ήχο ανά παλμό καρδιάς, εάν η λειτουργία σύντομου ήχου δεν είχε απενεργοποιηθεί προηγουμένως. Συγχρόνως αναβοσβήνει το σύμβολο παλμού **♥ 16**.
5. Η πρώτη μέτρηση τερματίζεται, μέσω της πλήρους εκροής πίεσης από τη μανσέτα κατά τη διάρκεια μιας καταμέτρησης 15 δευτερολέπτων. Το σύμβολο καταμέτρησης αναβοσβήνει **22**. Τα πάντα τελευταία δευτερόλεπτα συνοδεύονται από σύντομους ήχους.
6. Στη θέση του " 1 " εμφανίζεται στην οθόνη το " 2 " για τη δεύτερη μέτρηση. Η δεύτερη μέτρηση γίνεται όπως η πρώτη, βλέπε σημεία 2 - 5.
7. Στη θέση του " 2 " εμφανίζεται στην οθόνη το " 3 " για την τρίτη μέτρηση. Η τρίτη μέτρηση γίνεται όπως η πρώτη, βλέπε σημεία 2 - 4.
8. Η μέτρηση με τη μέθοδο 3MAM τερματίζεται, μόλις φύγει απότομα όλος ο αέρας από τη μανσέτα και ακουστεί ένας μακρύς ήχος.
6. Οι μετρημένες τιμές **13**, **14** και **15** εμφανίζονται στην οθόνη, μαζί με την μπάρα ένδειξης πίεσης **23** του WHO. Συγχρόνως ακούγεται ένας μακρύς ήχος.
7. Αν κατά τη μέτρηση με τη συσκευή διαπιστωθεί αρρυθμία, αναβοσβήνει κατά την ένδειξη των μετρημένων τιμών το σύμβολο αρρυθμίας **⚡ 18** οχτώ φορές. Συγχρόνως ακούγονται οχτώ σύντομοι ήχοι, που επισημαίνουν στο χρήστη μη ρυθμικό παλμό καρδιάς.
8. Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για περίπου 1 λεπτό, αλλάζει η συσκευή αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.



#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τη χρήση της συσκευής ίσως εμφανιστούν στο ενσωματωμένο κύκλωμα τα σφάλματα *Err 1, 2, 3, 5*, 6 όπου το *Err 6* εμφανίζεται αποκλειστικά στη λειτουργία 3MAM. Τα σφάλματα *Err 1, 2, 3, 5* δεν οδηγούν κατά τη λειτουργία 3MAM σε διακοπή μιας μέτρησης, εκτός αν εμφανιστούν δύο φορές διαδοχικά. Μία ένδειξη σφάλματος συνοδεύεται πάντα από 3 σύντομους ήχους.

#### 4.4 Λάθη και διορθώσεις

##### **Αναφορά Λάθους** Πιθανά αίτια και λύσεις

###### **Err 1**

Η μέτρηση της συστολικής πίεσης τελείωσε. Μπορεί να διακόπηκε η σύνδεση στον ελαστικό σωλήνα αέρα ή δεν διαπιστώθηκε παλμός. Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ μανσέτας βραχίονα και συσκευής.

###### **Err 2**

Εξακριβώθηκαν μη φυσιολογική παλμοί πίεσης.  
Αιτία: Κινήσατε το χέρι κατά τη διάρκεια της μέτρησης.  
Επαναλάβετε τη μέτρηση χωρίς να κινείτε το χέρι.

###### **Err 3**

Εάν η δημιουργία πίεσης στην μανσέτα βραχίονα διαρκεί πολύ μπορεί η μανσέτα να μην έχει τοποθετηθεί σωστά ή η σύνδεση του ελαστικού σωλήνα δεν είναι στεγανή.  
Ελέγξτε τις συνδέσεις και επαναλάβετε τη μέτρηση.

###### **Err 5**

Λόγω ασαθών συνθηκών κατά τις μετρήσεις δεν μπόρεσε να υπολογιστεί ο μέσος όρος.  
Επαναλάβετε τη μέτρηση χωρίς να κινείτε το χέρι και χωρίς να μιλάτε.

###### **Err 6**

Παρατηρήθηκαν πολλά σφάλματα στη διάρκεια της μέτρησης στη λειτουργία MAM, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο υπολογισμός ενός τελικού αποτελέσματος.  
Διαβάστε τη λίστα ελέγχων για την πραγματοποίηση αξιόπιστων μετρήσεων και στη συνέχεια επαναλάβετε τη μέτρηση.

###### **HI**

Η πίεση στην περιχειρίδα είναι πολύ υψηλή (πάνω από 300 mmHg) Ή ο παλμός είναι πολύ γρήγορος (πάνω από 200 παλμοί/λεπτό).  
Χαλαρώστε επί 5 λεπτά και επαναλάβετε τη μέτρηση.

###### **LO**

Ο παλμός είναι πολύ αργός (κάτω από 40 παλμοί/λεπτό).  
Επαναλάβετε τη μέτρηση.

#### 4.5 Απενεργοποίηση της συσκευής

Η συσκευή αλλάζει μετά από περίπου 1 λεπτό αυτόματα στη λειτουργία αναμονής, αν δεν πατηθεί κάποιο άλλο πλήκτρο. Μπορείτε επίσης να φτάσετε στη λειτουργία αναμονής πατώντας το πλήκτρο **START** ❸. Η λειτουργία ως συσκευή μέτρησης πίεσης έχει πλέον απενεργοποιηθεί. Η ώρα και η επιλεγμένη μνήμη εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Η λειτουργία ειδοποίησης παραμένει.

Αν δε θέλετε να χρησιμοποιείτε την ένδειξη ώρας και τη λειτουργία ειδοποίησης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή εντελώς, φέρνοντας το συρόμενο κουμπί **ON/OFF** ❶ στην πίσω πλευρά της συσκευής στη θέση “**OFF**”.





### 5.1 Αποθήκευση αποτελεσμάτων

Αυτή η συσκευή διαθέτει δύο ξεχωριστούς αποθηκευτές με χωρητικότητα 99 θέσεων μνήμης ο καθένας. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται αυτόματα στον επιλεγμένο αποθηκευτή. Εάν αυτός γεμίσει τότε σβήνεται η εκάστοτε παλιότερη μέτρηση.

### 5.2 Εμφάνιση των αποθηκευμένων τιμών


Πατήστε το πλήκτρο **MEMO** ④ για να καλέσετε τα αποθηκευμένα αποτελέσματα μέτρησης. Μετά την προβολή όλων των στοιχείων που υπάρχουν στην οθόνη εμφανίζεται μια μέση τιμή που χαρακτηρίζεται από “ **R** ” όλων των μετρήσεων που βρίσκονται στην μνήμη.

Πατώντας εκ νέου το πλήκτρο **MEMO** ④ εμφα-νίζονται οι ξεχωριστές τιμές μέτρησης (συστολή, διαστολή, παλμός και ημερομηνία/ώρα αλλεπάλληλα) της τελευταίας μέτρησης που αποθηκεύτηκε. Αν η μέτρηση έγινε στη διαδικασία 3MAM, εμφανίζεται ένα  ④. Σε περίπτωση που διαπιστώθηκε κατά την μέτρηση μια αρρυθμία, θα εμφανισθεί επίσης το σύμβολο-αρρυθμίας , δεν θα αναβοσβήνει όμως.

Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο **MEMO** ④ για να ξεφυλλίσετε προς τα πίσω στη σειρά μετρήσεων. Η ένδειξη γίνεται πάντα αντίστροφα.

Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για περίπου 1 λεπτό, αλλάζει η συσκευή αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

### 5.3 Διαγραφή μιας μέτρησης

Επιλέξτε την καταχώριση μιας μέτρησης, που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **START** ③ για περίπου 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσει το σύμβολο αποθήκευσης  ⑦. Επιβεβαιώστε την εντολή για διαγραφή πατώντας το πλήκτρο **MEMO** ④. Στην οθόνη θα εμφανιστεί σύντομα “ **CL** ” συνοδευόμενο από δύο σύντομους ήχους. Η επιλεγμένη καταχώριση διαγράφηκε. Η οθόνη αλλάζει στη λειτουργία αναμονής.

### 5.4 Σβήσιμο του αποθηκευτή

Τα δεδομένα στην επιλεγμένη μνήμη μπορούν να διαγραφούν, πατώντας το πλήκτρο **MEMO** ④ για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Μετά από 7 δευτερόλεπτα εμφανίζεται η ένδειξη “ **CL** ” ( **CLEAR** = Διαγραφή ) στην οθόνη ②, η οποία σηματοδοτεί, ότι θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα. Επιβεβαιώστε την εντολή για διαγραφή πατώντας ξανά το πλήκτρο **MEMO** ④. Η διαδικασία συνοδεύεται από τρεις σύντομους ήχους.

### 6.1 Καθαρισμός και φροντίδα

- Βγάλτε τις μπαταρίες πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά μέσα καθαρισμού ή σκληρές βούρτσες.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί νοτισμένο σε μία απλή σαπουνάδα. Στη συσκευή δεν πρέπει να εισχωρήσει νερό. Χρησιμοποιήστε την μόνο εάν είναι τελείως στεγνή.
- Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή εάν δεν την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να χάσουν υγρά οι μπαταρίες.
- Μην εκτείθετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινβολία, προστατέψτε την από ακαθαρσίες και υγρασία.
- Χορηγήστε αέρα στη μανσέτα μόνο όταν είναι τοποθετημένη γύρω από το βραχίονα.
- **Τεχνικός έλεγχος μέτρησης: (ισχύει για την επαγγελματική χρήση)**  
Η συσκευή είναι από τον κατασκευαστή ρυθμισμένη για δύο χρόνια. Ο τεχνικός έλεγχος μέτρησης πρέπει να διεξάγεται το αργότερο κάθε δύο χρόνια κατά την επαγγελματική χρήση. Ο έλεγχος κοστίζει και μπορεί να γίνει από αρμόδια υπηρεσία ή από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες συντήρησης σύμφωνα με τον ψΚανονισμό περί φορέων εκμετάλλευσης ιατρικών προϊόντων“.

### 6.2 Οδηγίες για τη διάθεση



Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να αποσύρεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Κάθε καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να παραδίνει όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα αν εμπεριέχουν βλαβερές ύλες, σε υπηρεσία συλλογής του δήμου του ή στο ειδικό εμπόριο, ώστε να είναι εφικτή η οικολογική απόσυρση των συσκευών αυτών.

Μην πετάτε μεταχειρισμένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά στα ειδικά απορρίμματα ή σε ένα σταθμό συλλογής μπαταριών του ειδικού εμπορίου.

Αναφορικά με την αποκομιδή, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στον αρμόδιο έμπορο.

### 6.3 Κατευθυντήριοι κανόνες

Η συσκευή αυτή αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του προτύπου της ΕΕ για μη επεμβατικές συσκευές μέτρησης πίεσης αίματος. Είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ και φέρει το σήμα CE (σήμα συμμόρφωσης) «CE 0297».

Η συσκευή μέτρησης πίεσης αίματος τηρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 14971 και EN 980.

Πληρεί τις απαιτήσεις της οδηγία της ΕΚ «93/42/ΕΟΚ του συμβουλίου από τις 14 Ιουνίου 1993 αναφορικά με ιατρικά προϊόντα».

#### **Κλινικά αποτελέσματα:**

Κλινικές έρευνες με τη συσκευή έγιναν στις ΗΠΑ και στη Γερμανία σύμφωνα με το EN 1060-4 και το πρότυπο AAMI (US).

**Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα:**

Η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 60601-1-2 για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα δεδομένα μετρήσεων μπορείτε να ρωτήσετε στη **MEDISANA**.

**Κύκλος χρηστών:**

Η συσκευή είναι κατάλληλη για μη επιθετικές μετρήσεις πίεσης σε ενήλικες (δηλαδή είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση).

**6.4****Τεχνικά στοιχεία**

|  |  |
|--|--|
| Όνομα και μοντέλο                            | : Πιεσόμετρου <b>MEDISANA MTX</b>  |
| Σύστημα ένδειξης                             | : Ψηφιακή ένδειξη  |
| Θέσεις μνήμης                                | : 2 x 99   |
| Μέθοδος μέτρησης                             | : ταλαντωσιμετρική   |
| Τάση τροφοδοσίας                             | : 6 V = , 4 x 1,5 V Mignon AA LR 6, Alkaline   |
| Τομέας μέτρησης πίεσης                       | : 30 – 280 mmHg  |
| Τομέας μέτρησης παλμός                       | : 40 – 200 παλμοί/λεπτό  |
| Μέγιστη μετρική απόκλιση της στατικής πίεσης | : ± 3 mmHg   |
| Μέγιστη μετρική απόκλιση των παλμικών τιμών  | : ± 5 % της τιμής  |
| Δημιουργία πίεσης                            | : αυτόματη με μικροαντλία  |
| Εξαγωγή αέρα                                 | : αυτόματη   |
| Αυτόματη απενεργοποίηση                      | : Μετά περ. 3 λεπτά  |
| Συνθήκες λειτουργίας                         | : +10° C μέχρι +40° C, 15 - 85% υγρασία  |
| Συνθήκες αποθήκευσης                         | : - 5° C μέχρι + 50° C   |
| Διαστάσεις                                   | : περ. 125 mm x 163 mm x 65 mm   |
| Μανσέτα                                      | : 22 - 32 cm μανσέτα για ενήλικες με μέτρια περίμετρο βραχίονα                               |
| Βάρος  | : περ. 535 g με τις μπαταρίες  |
| Αριθμός είδους                               | : 51083  |
| Αριθμός EAN                                  | : 40 15588 51083 0   |
| Αξσουάρ                                      | : Προσαρμογέας δικτύου<br>αρ. είδ. 51036   |
|  | Μανσέτα μεγάλη 22 - 42 cm για ενήλικες με μεγάλο άνω βραχίονα<br>αρ. είδ. 51087              |
|  | Μικρό περιβραχιόνιο 17 - 22 cm για ενήλικες με μικρή διάμετρο βραχίονα<br>αρ. είδ. 51089     |
|  | Σετ λογισμικού (λογισμικό ανάλυσης πίεσης για Windows με καλώδιο σύνδεσης)<br>αρ. είδ. 51082 |

**CE0297**

Στα πλαίσια συνεχών βελτιώσεων των προϊόντων διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών ή σχηματικών τροποποιήσεων.

**Εγγύηση και όροι επισκευών**

Σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή ή κατευθείαν στο Κέντρο Σέρβις. Σε περίπτωση όμως που είναι απαραίτητη η αποστολή της συσκευής, σας παρακαλούμε να την στείλετε με αναφορά του ελαττώματος, επισυνάπτοντας και ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς.

Για την εγγυητική αξίωση ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εγγύησης:

1. Για τα προϊόντα **MEDISANA** παρέχεται εγγύηση τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης η ημερομηνία αγοράς θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω απόδειξης ή τιμολογίου αγοράς.
2. Ελαττώματα οφειλόμενα σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής επιδιορθώνονται δωρεάν εντός του χρόνου εγγύησης.
3. Σε περίπτωση παροχής εγγύησης δεν παρατείνεται ο χρόνοςεγγύησης, ούτε για τη συσκευή ούτε για εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν.
4. Από την εγγύηση αποκλείονται:
  - α. όλες οι βλάβες, οι οποίες οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό, π.χ. από παράλειψη τήρησης των οδηγιών χρήσης.
  - β. βλάβες, οι οποίες οφείλονται σε επισκευές ή επεμβάσεις του αγοραστή ή αναρμόδιων τρίτων.
  - γ. βλάβες μεταφοράς, οι οποίες προέκυψαν κατά τη μεταφορά από τον κατασκευαστή προς τον καταναλωτή ή κατά την αποστολή στο Κέντρο Σέρβις.
  - δ. ανταλλακτικά, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά (μυνικέτι, μπαταρίες κλπ.).
5. Η ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από τη συσκευή, αποκλείεται ακόμα και σε περίπτωση που η ζημιά στη συσκευή αναγνωριστεί ως εγγυητική αξίωση.



Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
GERMANIA

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Διαδίκτυο: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Τη διεύθυνση σέρβις θα τη βρείτε στο ξεχωριστό συνοδευτικό φύλλο.





Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
GERMANY

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)