

De Clearblue Digitaal Ovulatietest is niet bedoeld als anticonceptiemiddel of wanneer u geen menstruatiecycli hebt. De test is niet geschikt als u pas zwanger bent geweest, de menopauze hebt bereikt, aan het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) lijdt of bepaalde vruchtbaarheidspreparaten gebruikt. De Clearblue Digitaal Ovulatietest kan wel worden gebruikt als u clomifeencitraat gebruikt. Vrouwen met medisch gediagnosticeerde vruchtbaarheidsproblemen moeten hun huisarts vragen of het product voor hen geschikt is.

Le Test d'ovulation Clearblue Digital n'est pas destiné à un usage contraceptif ou si vous n'avez pas de cycles menstruels. Non adapté si vous avez récemment été enceinte, si vous êtes ménopausée, si vous souffrez d'un syndrome des ovaires polykystiques ou si vous prenez certains médicaments pour favoriser la fertilité. Le Test d'ovulation Clearblue Digital peut être utilisé si vous suivez un traitement à base de citrate de clomifène. Les femmes avec des problèmes de fertilité diagnostiqués devraient demander à leur médecin si le produit est adapté.

Clearblue Digital Ovulationstest ist nicht zur Verhütung oder Anwendung bei Ausbleiben des Menstruationszyklus vorgesehen. Der Test ist nicht geeignet, wenn Sie vor Kurzem schwanger waren, in den Wechseljahren sind, das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) haben oder bestimmte fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel einnehmen. Clearblue Digital Ovulationstest kann angewendet werden, wenn Sie Clomiphencitrat einnehmen. Frauen, bei denen eine Fruchtbarkeitsstörung diagnostiziert wurde, sollten sich bei ihrem Arzt erkundigen, ob das Produkt für sie geeignet ist.

Lees vóór gebruik de bijgesloten folder. Voor thuis zelf testen. Enkel voor *in vitro* diagnostisch gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. De teststaafjes niet hergebruiken. Bewaren tussen 2 en 30 °C./Lisez la notice incluse avant utilisation. Pour usage personnel à domicile. Pour diagnostic *in vitro* uniquement. Garder hors de portée des enfants. Ne pas réutiliser les bâtonnets-tests. Conserver entre 2 et 30 °C./Lesen Sie die beigefügte Gebrauchsanweisung vor Gebrauch des Produkts. Für den Selbsttest zu Hause. Ausschließlich zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Teststäbchen nicht wiederverwenden. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren.

²Het best verkochte merk in zwangerschapstesten en vruchtbaarheidstesten voor thuisgebruik. Onafhankelijk marktonderzoek; internationale verkoopcijfers (gegevens beschikbaar).

²La marque de tests de grossesse et de tests de fertilité à domicile la plus vendue au monde. Données provenant d'une étude de marché indépendante ; ventes internationales (données internes).

²Nr. 1 meistverkaufte Marke im Bereich der Schwangerschafts- & Fruchtbarkeitstests zur Heimanwendung. Unabhängige Marktforschungsdaten; internationale Verkäufe (Daten in den Akten).



www.clearblue.com

Onze adviseurs zijn aanwezig van ma t/m vrij van 8-16 uur./Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h./Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 - 16:00 Uhr erreichbar.

NL 0800 394 9031 • BE 0800 815 46

Oproepen zijn gratis. Als onze Nederlandstalige medewerker niet beschikbaar is, helpt ons Engelstalige team u graag verder./Les appels sont gratuits./Anrufe sind kostenlos.



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Zwitserland./Genève, Suisse./Genf, Schweiz.

Clearblue is een handelsmerk van SPD./Clearblue est une marque commerciale de SPD./Clearblue ist eine Marke von SPD.


©2023 SPD. Alle rechten voorbehouden./Tous droits réservés./Alle Rechte vorbehalten.



EC REP

MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Duitsland/Allemagne/Deutschland.

Importeur:/Importateur : Truvant Europe Sp. z o.o. Sosnowiec-Pieńki, ul. Przemysłowa 1, 95-010 Stryków, Polen/Pologne.



IVD

CE
0123

