

WAARSCHUWING:

Schakel de bluetoothfunctie uit in gebieden waar het gebruik van draadloze apparatuur niet toegestaan is, zoals ziekenhuizen, praktijken van sommige zorgverleners, en vliegtuigen.

Handelsmerken

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Het gebruik van deze merken door i-SENS, Inc. gebeurt onder licentie. Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn het bezit van de respectieve eigenaren.

N.B:

De SmartLog app is mogelijk niet compatibel met elke smartphone.

Inhoudsopgave

Informatie

Belangrijke informatie: eerst lezen!	6
Specificaties & Werkbereik	8
CareSens Dual Bloed Glucose /Bloed β -Ketonen Monitoring Systeem	10
Batterijen plaatsen of vervangen	11
Onderhoud van uw systeem	12
CareSens PRO bloedglucoseteststrips	13
KetoSens Bloed β -Ketonen teststrips	15
CareSens Dual meter	17
CareSens Dual meter en display	18

Vorbereiding

Instellen van uw systeem	19
Instellen van bluetooth	19
Datum en tijd instellen	23
Geluid in- of uitschakelen	25
Inschakelen van de indicator van de vervaldatum van de strip	26
Inschakelen van de hypoglykemie (Lo)-indicator	27
Inschakelen van de hyperglykemie (HI)-indicator	28
Instellen van de indicator van de vervaldatum van de strip	29
Controleren van het systeem	30
Testen van de controleoplossing	32
Controle van de met de controleoplossing verkregen resultaten	34

Tests

Gebruiken van de lancethouder	35
Bloedglucose/ Bloed β -Ketonen Testen	38
Alternatief Site Testen (alleen voor glucose)	43
Betekenis van de meldingen HI en Lo	46
Streefwaarden bloedglucose	47
Overbrengen van de testresultaten met een kabel	47

Extra functies

Geheugen van het meetapparaat	48
Bekijken van in het geheugen opgeslagen gemiddelden	48
Bekijken van in het geheugen opgeslagen testresultaten	51
Instellen van de alarmfunctie	52
Instellen van het alarm na de maaltijd (PP2-alarm)	52
Instellen van de alarmtijden (alarm 1-3)	53

Onderhoud

Foutmeldingen	55
Verhelpen van storingen	57
Prestatiekenmerken	58
Garantie-informatie	63













Belangrijke informatie: eerst lezen!

Lees vóór gebruik eerst de hele handleiding door om optimaal te profiteren van de veiligheid en voordelen van het systeem.

Beoogd gebruik:

De CareSens Dual Bloed Glucose/Bloed β -Ketonen Meter is uitsluitend geschikt voor de kwantitatieve meting van de bloedglucose/ β -Ketonen spiegel in capillair volbloed. Hij wordt gebruikt voor een effectief controle van diabetes, zowel thuis als in de zorg. Vers veneus bloed kan alleen gebruikt worden voor bloedglucose testen. De CareSens Dual Bloed Glucose/Bloed β -Ketonen Meter is alleen geschikt voor *in vitro* diagnostiek. Het apparaat mag niet worden gebruikt om de diagnose diabetes of de diagnose diabetische ketoacidose te stellen. Gewoonlijk wordt bloed afgenomen uit de vingertop. Als u bloed wilt afnemen uit alternatieve plaatsen (AST, zoals de onderarm en de handpalm) neem dan eerst contact op met uw arts.

Betekenis van de gebruikte symbolen:

-  Alleen voor *in vitro*-diagnostiek
-  Voldoet aan de eisen van richtlijn 98/79/EC voor medische apparatuur voor *in vitro*-diagnostiek
-  Waarschuwingen veilig gebruik
-  Niet weggoien met het huishoudelijk afval
-  Gebruiken vóór  Gemachtigde vert
-  Niet hergebruiken  Partijnummer
-  Gebruiksaanwijzing lezen  Fabrikant
-  Temperatuurbereik  Serienummer

- De glucose / ketonen uit de verkregen druppel bloed reageert met de chemicaliën uit de teststrips, en wekt zo kleine elektrochemische ladingen op. Deze worden in het CareSens Dual meetapparaat gemeten en weergegeven.
- Het CareSens Dual meetapparaat en de strips moeten niet gecodeerd worden. Op die manier minimaliseren we fouten bij de diabetescontrole.
- De CareSens Dual Bloed Glucose/Bloed β -Ketonen Meter kan alleen gebruikt worden met CareSens PRO bloed glucose and KetoSens β -ketonen test strips.
- Abnormaal hoge of lage hoeveelheden rode bloedcellen (hematocrietwaarde hoger dan 65 % of lager dan 15 % bij bloedglucose testen en hematocrietwaarde hoger dan 60 % of lager dan 30 % bij bloed β ketonen testen) kunnen onnauwkeurige resultaten opleveren.
- Als uw testresultaat lager is dan 3,3 mmol/L of hoger dan 13,3 mmol/L, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.
- Onnauwkeurige resultaten kunnen optreden bij mensen met ernstige hypotensie (lage bloeddruk) of patiënten in shock. Onnauwkeurige lage resultaten kunnen optreden bij mensen met hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegel) of met hyperosmolair syndroom, met of zonder ketose. Ernstig zieke patiënten mogen niet worden getest met een bloedglucosemeter.
- Gebruik niet gedurende of binnen 24 uur nadat een xylose absorptietest is uitgevoerd, het kan onnauwkeurige resultaten veroorzaken.

Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met uw *i-SENS* vertegenwoordiger of ga naar www.i-sens.com voor meer informatie.

Specificaties & Werkbereik

Kalibratie	Plasma-equivalent
Meetmethode	Elektrochemisch
Levensduur batterij	1.000 tests
Vermogen	Twee 3,0 V-lithiumbatterijen (wegwerp, type CR2032)
Geheugen	1.000 testresultaten
Afmetingen	106 x 58 x 17 (mm)
Gewicht	72,6 g (incl. batterijen)
Bluetooth® technologie	<ul style="list-style-type: none">• Frequentiebereik: 2,4–2,4835 GHz• Bedieningsafstand: maximaal 10 meter (zonder obstakels)• Bedieningskanalen: 40• Veiligheidsencryptie: 128-bits AES (Standaard geavanceerd)
Rel. luchtvochtigheid	10–90 %

Voor bloedglucose testen

Testbereik	1,1–33,3 mmol/L
Grootte bloeddruppel	Minimaal 0,4 µL
Meet tijd	5 seconden
Test materiaal	<ul style="list-style-type: none">• Vers capillair volbloed• Vers veneus bloed (alleen voor healthcare professionals)
Temperatuur	5–45 °C (41–113 °F)
Hematocriet	15–65 %

Voor bloed β -ketonen testen

Testbereik	0,1–8,0 mmol/L
Grootte bloeddruppel	Minimaal 0,5 µL
Meet tijd	8 seconden
Test materiaal	<ul style="list-style-type: none">• Vers capillair volbloed• Vers veneus bloed (alleen voor healthcare professionals)
Temperatuur	15–30 °C (59–86 °F)
Hematocriet	30–60 %

Het CareSens Dual Systeem bevat de volgende onderdelen :

- * CareSens Dual Bloed Glucose/Bloed β -Ketonen Meter
- * Gebruiksaanwijzing
- * Batterijen


Optioneel:

- * CareSens PRO Bloed Glucose Test Strips
 - * KetoSens Bloed β -Ketonen Test Strips
 - * Korte handleiding
 - * Lancetten
 - * Lancethouder
 - * Logboek
 - * Draagtas
- Controleer na het openen of de inhoud van de verpakking met de CareSens Dual Bloed Glucose /Bloed β -Ketonen Monitoring Systeem compleet is. De precieze inhoud staat op de verpakking.
 - De pc-aansluitkabel voor gegevensoverdracht kan apart besteld worden. Neem contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger.

Het CareSens Dual meetapparaat gebruikt twee 3,0 V-lithiumbatterijen. Controleer vóór gebruik het batterijvak en plaats batterijen als dit leeg is. Als het **+-** -symbool op het display verschijnt terwijl het meetapparaat in gebruik is, vervang dan zo snel mogelijk de batterijen. Als de batterijen leeg zijn, worden de meetresultaten mogelijk niet opgeslagen.



Stap 1

Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. Duw op het deksel van het batterijvak in de richting van de pijl en schuif het eraf.



Stap 2

Verwijder de oude batterijen een voor een door ze op te tillen en eruit te halen met uw wijsvinger zoals u kunt zien op de afbeelding. Plaats twee nieuwe batterijen met de '+'-pool naar boven en zorg ervoor dat de batterijen stevig vastzitten.



Stap 3

Plaats het deksel weer op het batterijvak. Druk het aan totdat u het op zijn plaats hoort klikken.



N.B:

Bij het verwijderen van de batterijen worden uw opgeslagen waarden niet gewist. U moet echter uw meetapparaat opnieuw instellen. Zie pagina 19.

Onderhoud van uw systeem

Reinig de buitenkant van de meter met een zacht doekje of tissue. Indien nodig kunt u een zacht doekje of tissue met wat alcohol gebruiken.


Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals benzine of aceton, of huishoudelijke of industriële reinigingsmiddelen die het apparaat onherstelbaar kunnen beschadigen.

Opgelet:

- Stel de meter niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht, warmte, of excessief vocht.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof, bloed, of water in de teststripsleuf van de meter komt.
- Laat de meter niet vallen en bescherm hem tegen schokken.
- Probeer niet om het apparaat te openen of aan te passen.
- Sterke elektromagnetische straling kan het correct functioneren van dit apparaat beïnvloeden. Houd het apparaat verwijderd van sterke elektromagnetische bronnen, met name tijdens het meten van uw bloedglucose/Bloed β -Ketonen.
- Bewaar alle onderdelen van het apparaat in de draagtas, zodat er geen onderdelen kwijtraken en de meter schoon blijft.

CareSens PRO bloedglucoseteststrips

De CareSens Dual bloedglucosemeter meet snel en nauwkeurig de bloedglucosewaarde. Hij absorbeert automatisch het druppeltje bloed op de smalle strook van de strip.




Waarschuwing!

- De CareSens PRO teststrips dienen uitsluitend worden gebruikt met vers capillairbloed of door healthcare professionals verzameld vers veneus volbloed.
- Vers veneus volbloed monsters die het antistollingsmiddel EDTA of Heparine bevatten zijn toegestaan. Monsters die Iodoacetaat of fluoride/oxalaat bevatten zijn niet aanbevolen.

KetoSens Bloed β -Ketonen teststrips

- Gebruik de teststrips niet opnieuw.
- Gebruik geen teststrips na de vervaldatum.
- Gebruik teststrips binnen achttien (18) maanden na opening van de flacon. Noteer de datum van openen en de vervaldatum (na 18 maanden) op de flacon label.
- Bewaar de teststrips op een koele en droge plek bij een temperatuur van 1-30 °C.
- Bescherm de teststrips tegen direct zonlicht of warmte en bewaar ze niet in de vriezer.
- Bewaar de teststrips alleen in de oorspronkelijke verpakking.
- Doe het potje goed dicht nadat u een teststrip hebt gepakt en gebruik de strip onmiddellijk.
- Raak de teststrips alleen met schone en droge handen aan.
- U mag de teststrips op geen enkele manier buigen, knippen of veranderen.
- Kijk op de bijsluiters van de verpakking met CareSens PRO teststrips hoe u de teststrips moet bewaren en gebruiken.

De CareSens Dual Bloed β -Ketonen meter bepaalt snel en accuraat de hoeveelheid β -Ketonen. Houd de bovenkant van de teststrip voorzichtig tegen de bloeddruuppel, zonder de huid aan te raken. Het bloed wordt automatisch geabsorbeerd.



Opgelet:

- Houd de meter en de testmaterialen buiten het bereik van jonge kinderen.
- Het potje met teststrips bevat droogmiddel dat bij inademen of inslikken schadelijk kan zijn en irritaties van de huid of de ogen kan veroorzaken.

CareSens Dual meter

Waarschuwing!

- De KetoSens Bloed β -Ketonen test strip dient uitsluitend voor het meten van bloedglucosewaarden in capillair volbloed.
- Gebruik de teststrips niet opnieuw.
- Gebruik geen teststrips die over de uiterste houdbaarheidsdatum zijn.
- Teststrips in nieuwe, ongeopende flesjes en teststrips in geopende flesjes kunnen worden gebruikt tot aan de vervaldatum die op de verpakking en de fles staan aangegeven, als de teststrips worden gebruikt volgens de juiste opslag- en gebruiksmethodes.
- Bewaar de teststrips koel en droog (4-30 °C).
- Bewaar de teststrips niet in direct zonlicht of warmte en niet in de vriezer.
- Bewaar de teststrips altijd in de oorspronkelijke verpakking.
- Doe het doosje meteen weer dicht nadat u een teststrip hebt gepakt. Gebruik de teststrip die u hebt gepakt onmiddellijk.
- Let erop dat uw handen schoon en droog zijn als u een teststrip aanraakt.
- U mag de teststrips niet buigen, knippen of veranderen.
- Kijk op de bijsluiter hoe u de teststrips moet opslaan en gebruiken.

Opgelet:

- Houd de meter en de testmaterialen buiten het bereik van jonge kinderen.
- De flacon en foil verpakking met teststrips bevat droogmiddel, dat schadelijk is als het wordt ingeademd.

Gegevenspoort

Wordt gebruikt voor de overdracht van gegevens van de meter naar een computer met een kabel

Display

Toont resultaten, meldingen

◀, ▶ Knop

Hiermee zet u de meter aan, selecteert en wijzigt u informatie

S Knop

Hiermee zet u de meter aan/uit, bevestigt u menukeuzes en wijzigt u informatie

Test strip poort

Breng de test strip hier in

Teststrip-ejector


Naar beneden schuiven om gebruikte strips te verwijderen



N.B:

- De pc-aansluitkabel voor gegevensoverdracht kan apart besteld worden. Neem contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger.
- De meeteenheid is vast ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd.

CareSens Dual meter en display



- 1 **Testresultaten**
- 2 **Geheugencontrolemodus:** verschijnt als de in het geheugen opgeslagen testresultaten worden weergegeven
- 3 **PP2 alarm:** verschijnt als het postprandiale alarm is geactiveerd
- 4 **Bluetoothsymbol**
- 5 **Mute-symbol:** verschijnt alleen als het geluid is uitgezet
- 6 **Controleoplossing melding:** Geeft aan dat de meter in de testmodus staat om een controle vloeistof te testen. Gemeten

resultaten worden hier opgeslagen.

- 7 **Decimale punt**
- 8 **Bloedinvoersymbol:** geeft aan dat er een druppel bloed of controleoplossing in het apparaat kan worden gedaan
- 9 **mmol/L, mg/dL:** eenheden voor het meten van bloedglucose/bloed β -Ketonen
- 10 **alarm:** verschijnt als het alarm is geactiveerd
- 11 **KETONE:** verschijnt als een KetoSens strip wordt gebruikt.
- 12 **Batterijsymbol:** geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn en vervangen moeten worden
- 13 **Preprandiaal testsymbol:** gebruikt voor tests vóór de maaltijd
- 14 **Postprandiaal testsymbol:** gebruikt voor tests na de maaltijd
- 15 **Testsymbol 'vasten':** gebruikt voor tests na minstens 8 uur vasten
- 16 **Dag/maand/uur/minuut**

N.B: Het wordt aanbevolen om te controleren of het scherm op het apparaat overeenkomt met de bovenstaande illustratie als u de meter aanzet. Gebruik de meter niet als het scherm niet precies hetzelfde aangeeft, aangezien de meter dan incorrecte resultaten kan geven.


Instellen van uw systeem

Druk gedurende 3 seconden op de **S**-knop om in de SET-modus te komen. Als u alle instellingen hebt voltooid, druk dan gedurende 3 seconden op de **S**-knop om het apparaat uit te schakelen. Druk op de ◀ of ▶ knop om de waarden te veranderen. Houd de ◀ of ▶ knop ingedrukt om sneller te scrollen.

Stap 1 Zo komt u in de SET-modus

Druk gedurende 3 seconden op de **S**-knop om in de SET-modus te komen. Alle symbolen lichten op in het scherm en 'SET' verschijnt.

Druk op de ◀ of ▶ knop om 'YES' te kiezen en druk op de **S**-knop om naar de volgende stap te gaan.



N.B:

Volg de stappen 2-3 om uw apparaat aan uw smartphone te koppelen. Zo kan de meter draadloos communiceren met uw smartphone. Zorg ervoor dat de apparaten zich binnen het maximale bluetoothbereik (10 m) bevinden. Download en installeer de SmartLog app op uw smartphone voordat u het apparaat en uw smartphone koppelt.

Instellen van Bluetooth

Stap 2 Bluetoothkoppeling

1 Als u uw apparaat niet op uw smartphone wilt aansluiten, druk dan op de **S**-knop als het scherm rechts verschijnt. Het apparaat gaat naar stap 4, instellen van het jaar.




② Druk op de ◀ of ▶ knop. Op het scherm verschijnt beurteling 'OFF', 'On', en 'PAIr'. Druk op de **S**-knop als 'PAIr' op het scherm knippert om uw meter aan uw smartphone te koppelen.





N.B:

Het -symbool verschijnt op het scherm als de Bluetooth functie aan staat. Als het -symbool niet aanwezig is, dan staat de Bluetooth functie uit. Druk op de **S**-knop als OFF/On knippert om de Bluetooth functie aan of uit te zetten.



Stap 3 De pincode invoeren

① Het -symbool en 'Pin' verschijnt als u op de **S**-knop drukt als er 'PAIr' op het scherm staat.



② Start de SmartLog mobiele app om te beginnen met het koppelen van de meter met je smartphone. Zoek "Accessories" in het menu en selecteer het juiste meter model.

Opgelet:


Volg de instructies op het scherm van de SmartLog mobiel app om te beginnen met het zoeken naar uw meter. De inhoud of volgorde van het menu kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone of Smartlog versie.

③ Zoek naar 'CareSens' en de laatste 4 nummers van het serienummer op het scherm van de SmartLog app om uw meter correct te identificeren. Raak het ID van uw meter (CareSens XXXX) aan op het scherm van de SmartLog app.

Serie-
nummer



④ De meter toont een zescijferige pincode.



⑤ Voer de pincode in op de SmartLog app en tik op 'OK'. Controleer of de pincode die u op uw smartphone intoetst, overeenkomt met de pincode op het scherm van uw meter.

⑥ Als uw meter en uw smartphone gekoppeld en aangesloten zijn, verschijnt de melding 'SUCCESS' en de opgeslagen testresultaten worden overgebracht naar uw smartphone.



⑦ Als de gegevensoverdracht voltooid is, verschijnt er 'End' op het scherm. Druk op de **S**-knop om naar Stap 10, instellen van het geluid, te gaan. Zie bladzijde 22. Als er 'FAIL' en daarna 'OFF' op het scherm verschijnt, herhaal dan stappen 2 tot en met 5.




N.B:

Sommige smartphones, vooral toestellen die niet getest of goedgekeurd zijn door i-SENS, zijn mogelijk niet compatibel met uw meter. Kijk op www.i-sens.com/smartlog voor meer informatie over ondersteunde smartphones. U kunt ook de QR-code op het achterblad van deze handleiding scannen.

Datum en tijd instellen

Stap 4 Instellen van het jaar

Druk op de ◀ of ▶ knop totdat het juiste jaar verschijnt. Druk na het instellen van het huidige jaar op de **S**-knop om uw keuze te bevestigen en om naar de volgende stap te gaan.



Stap 5 Instellen van de maandag

Het nummer dat de maand aangeeft, begint te knipperen op het scherm. Druk op de ◀ of ▶ knop totdat de correcte maand verschijnt. Druk op de **S**-knop om uw keuze te bevestigen en om naar de volgende stap te gaan.



Stap 6 Instellen van de datum

Druk op de ◀ of ▶ knop totdat het scherm de correcte datum weergeeft. Druk op de **S**-knop om de datum te bevestigen en om naar de volgende stap te gaan.



Stap 7 Instellen van het tijdsformaat

Het apparaat kan worden ingesteld op basis van 12 uur AM/PM of in een 24-uursformaat. Druk op de ◀ of ▶ knop om een formaat te kiezen. Het AM-PM-symbool wordt in het 24-uursformaat niet weergegeven. Nadat u het formaat hebt geselecteerd, drukt u op de **S**-knop om naar de volgende stap te gaan.



Stap 8 Instellen van het uur

Druk op de ◀ of ▶ knop totdat het correcte uur verschijnt. Druk na het instellen van het uur op de **S**-knop om naar de volgende stap te gaan.



Stap 9 Instellen van de minuten

Druk op de ◀ of ▶ knop totdat de correcte minuut verschijnt. Druk na het instellen van de minuten op de **S**-knop om naar de volgende stap te gaan.



Geluid in- of uitschakelen

Stap 10

Druk op de ◀ of ▶ knop. Op het scherm verschijnt 'On' of 'OFF'. Druk op de **S**-knop om de keuze te bevestigen.




Als u On hebt gekozen, geeft het apparaat in de volgende gevallen een pieptoon.

- Als u op een knop drukt om het apparaat in te schakelen;
- Bij het invoeren van de teststrip in het apparaat;
- Als de druppel bloed in de teststrip is geabsorbeerd en de test begint;
- Als het meetresultaat wordt weergegeven;
- Als u de ◀-knop ingedrukt houdt om het postprandiale (PP2) alarm in te schakelen;
- Als het tijd is voor een vooraf ingestelde bloedglucosetest.



Als u het geluid op OFF hebt gezet, werkt geen van de geluidsfuncties. Druk na het instellen van het geluid op de **S**-knop om verder te gaan met de volgende stap.

N.B:

Het -symbool wordt alleen weergegeven als het geluid op OFF staat.

Inschakelen van de indicator van de vervaldatum van de strip

Stap 11


Met deze modus kunt u de indicator van de vervaldatum van de strip aan- of uitzetten. Met deze modus kunt u alleen de functie in- of uitschakelen. Kijk op pagina 29 voor het instellen van de vervaldatum van de strip.

Als 'EP' op het scherm verschijnt, druk dan op de ◀ of ▶ knop. Op het scherm verschijnt 'On' of 'OFF'. Druk op de S-knop om de instelling te bevestigen. Als u de indicator niet wilt instellen, druk dan op de S-knop terwijl 'OFF' op het scherm staat.



N.B:


Bij het aflopen van de vooraf ingestelde vervaldatum geeft de meter 'EP' aan als er een strip wordt ingevoerd. 'EP' verschijnt ook als het testresultaat meteen na de test wordt weergegeven. Als de vervaldatum is ingesteld op oktober 2020, dan verschijnt op de meter 'EP' aan het begin van november 2020.



Inschakelen van de hypoglykemie (Lo)-indicator

Stap 12

In deze modus kan de hypoglykemie-indicator (mogelijk lage bloedsuiker) aan of uit worden gezet en de gewenste waarde voor de indicator worden gekozen. Als uw testresultaat lager is dan de gekozen waarde krijgt u een waarschuwing. Als u op de ◀ of ▶ knop drukt, verschijnt 'On' of 'OFF' op het scherm. Druk op de S-knop als 'On' verschijnt om de instelling in te voeren. Druk op de ◀ of ▶ knop tot de gewenste hypoglykemiewaarde tussen 1,1 en 5,0 mmol/L verschijnt. Druk op de S-knop om de Hypoglykemie grens te bevestigen en ga naar de volgende stap.



N.B:

Als het meetresultaat lager is dan de vooraf ingestelde hypoglykemiewaarde, dan geeft het apparaat het volgende weer.




Opgelet:

Vraag vóór het instellen van uw waarde aan uw arts om u te helpen bij het bepalen van uw hypoglykemiewaarde.

Inschakelen van de hyperglykemie (HI)-indicator

Stap 13

De mogelijkheid geeft u de mogelijkheid de hyperglykemie indicator 'On' of 'OFF' te zetten en het gewenste level in te stellen. U krijgt een alarmering als de waarde hoger is dan de ingestelde waarde. Door de ◀ of ▶ knop te gebruiken, kan u kiezen uit 'On' of 'OFF'. Bevestig de instelling door de **S** knop in te drukken. Toets de ◀ of ▶ knop om de gewenste instelling te kiezen tussen 6,7 en 19,4 mmol/L. Druk op de **S** knop en hou deze vast om de instelling te bevestigen. Zet daarna de meter uit.



N.B:

Indien het testresultaat hoger is dan de ingestelde hyperglykemie waarde, toont de meter 'HI' onderaan het display. Het 'KETONE' symbool knippert 3 keer als het resultaat hoger is dan 13,3 mmol/L.



Opgelet:

Overleg met uw healthcare professional wat uw gewenste hyperglykemie waarde zou moeten zijn, voordat u het instelt.

Stap 1 Het invoeren van de instellingen voor de vervaldatum

Druk en hou tegelijk beide knoppen ◀ en ▶ 3 seconden vast, om de vervaldatum in te voeren. 'EP' verschijnt nadat de verschillende segmenten over het display roteren.

N.B:

- De indicator voor de vervaldatum van de CareSens PRO strip werkt alleen als er een CareSens PRO strip is ingebracht in de meter.
- De stripvervaldatum staat op de flacon met strips.

Stap 2 Het jaar invoeren

Een getal dat het jaar weergeeft knippert in de linkerhoek van het scherm. Druk op de ◀ of ▶ knop tot het correcte jaar verschijnt. Druk op de **S**-knop om het jaar te bevestigen en naar de maandinstelling te gaan.



Stap 3 Instellen van de maand

Linksonder in het scherm knippert een getal dat de maand aangeeft. Druk op de ◀ of ▶ knop tot de correcte maand verschijnt. Houd na het instellen de **S**-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.



Controleren van het systeem

CareSens PRO controleoplossing



U kunt met behulp van de CareSens PRO controleoplossing controleren, of het meetapparaat en de teststrips goed werken (controle L en/of H). De CareSens PRO controleoplossing bevat een bepaalde hoeveelheid glucose en wordt gebruikt om te controleren of het meetapparaat en de teststrips goed werken. Op het etiket van de potjes met teststrips staat het bereik voor de controlevloeistof afgedrukt. Vergelijk het weergegeven resultaat op het apparaat met het bereik voor de CareSens PRO controleoplossing die op het potje met teststrips is afgedrukt. Voordat u een nieuw apparaat of een nieuw potje teststrips gebruikt, kunt u een test met de controleoplossing uitvoeren volgens de procedure op pagina 32-33.

KetoSens controleoplossing



U kunt met behulp van de KetoSens controleoplossing controleren, of het meetapparaat en de teststrips goed werken (controle L/M/H). De KetoSens controleoplossing bevat een bepaalde hoeveelheid glucose β -ketonen en wordt gebruikt om te controleren of het meetapparaat en de teststrips goed werken. Op het etiket van de potjes met teststrips staat het bereik voor de controlevloeistof afgedrukt. Vergelijk het weergegeven resultaat op het apparaat met het bereik voor de KetoSens controleoplossing die op het potje met teststrips is afgedrukt. Voordat u een nieuw apparaat of een nieuw potje teststrips gebruikt, kunt u een test met de controleoplossing uitvoeren volgens de procedure op pagina 32-33.

N.B.:

- Gebruik de CareSens PRO Controle Oplossing en KetoSens Controle oplossing alleen met de corresponderende strips. De controleoplossing is apart te koop. Neem contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger
- Controleer de vervaldatum op de flacon.
- Zorg ervoor dat het testapparaat, de teststrips en de controlevloeistof voor het testen op kamertemperatuur zijn. Tests met controleoplossing moeten worden gedaan bij kamertemperatuur (20-25 °C).
- Schud de fles controlevloeistof vóór gebruik, gooi de eerste druppels weg en veeg de bovenkant van de fles schoon.
- Sluit de fles controleoplossing goed af en bewaar ze bij 8–30 °C.

U kunt de controleoplossing gebruiken:

- Om te oefenen met de testprocedure waarbij u de controleoplossing gebruikt in plaats van bloed;
- Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt;
- Als u een nieuw potje teststrips opent;
- Als het apparaat of de teststrips niet goed werken;
- Als uw symptomen niet overeenkomen met de testresultaten en u het gevoel hebt dat het apparaat of de teststrips niet goed werken;
- Als u het apparaat laat vallen of het beschadigd is.

Testen van de controleoplossing


Stap 1 De teststrip in de meter plaatsen

Steek een teststrip in de insteeksleuf van het apparaat, met de contactstrip naar boven. Duw de teststrip voorzichtig in de sleuf totdat het apparaat een piepton geeft. Pas op dat u de strip niet vouwt bij het insteken. Het ▲-symbool verschijnt. 'KETONE' is zichtbaar als u een KetoSens strip gebruikt.



Stap 2 Activeer de meter voor het testen met controleoplossing


Druk gedurende 3 seconden op de ► knop om de Controle test Mode te activeren. Hierdoor wordt het resultaat tevens gemerkt als controlevloeistof resultaat. Om de markering van de controlevloeistof ongedaan te maken, drukt u nog eens 3 seconden op de ► knop.



Stap 3 Hoe de controlevloeistof te gebruiken

Schud het flesje vóór elke test. Verwijder de dop en knijp in het flesje om de eerste druppel weg te gooien.


Veeg de dop af met een schoon lapje of doekje. Laat een druppel van de controleoplossing op een schoon, niet absorberend oppervlak vallen. U kunt een druppel op de dop laten vallen zoals hierboven getoond. Nadat het ▲-symbool op het display verschenen is, kunt u de oplossing aanbrengen op de smalle kant van de teststrip totdat u een piepton hoort. Zorg ervoor dat het controlevenster helemaal gevuld is.



N.B: Het meetapparaat schakelt zichzelf uit, als de controleoplossing niet binnen 2 minuten na het verschijnen van het symbool ▲ is aangebracht. Als het apparaat zichzelf uitschakelt, verwijder dan de strip, voer hem opnieuw in en begin vanaf stap 1.

Stap 4 Wachten tot het testresultaat

De segmenten van de display draaien met de wijzers van de klok mee, de meter telt terug van 5 naar 1 (CareSens PRO teststrip en CareSens PRO controle oplossing) of van 8 naar 1 (KetoSens teststrip en KetoSens controle oplossing) en er verschijnt een testresultaat. Als het gemarkeerd is, wordt het resultaat opgeslagen in het geheugen van het meetapparaat, maar wordt het niet meegenomen bij de gemiddelden.



Stap 5 Vergelijk het resultaat

Vergelijk het meetresultaat met het bereik op het potje teststrips. Het meetresultaat moet binnen dit bereik liggen


Bereik controleoplossing:
Controle L: 5,6-8,4 mmol/L
Controle H: 10,2-15,3 mmol/L

Bereik controleoplossing:
Controle L: 0,4-1,0 mmol/L
Controle M: 1,9-2,9 mmol/L
Controle H: 3,4-5,4 mmol/L

Opgelet: Het bereik dat op het potje teststrips staat, geldt uitsluitend voor de originele controleoplossing. Het zegt niets over uw bloedglucosewaarde of bloed β -ketonenwaarde.

Gebruiken van de lancethouder

U hebt een lancethouder nodig om een bloedmonster te verkrijgen. U kunt de lancethouder die hoort bij de CareSens Dual systeem, of een andere medisch goedgekeurde lancethouder, gebruiken.



- De lancethouder mag slechts door één persoon worden gebruikt en niet worden gedeeld met anderen.
- Reinig de lancethouder met een zacht doekje of tissue. Indien nodig kunt u een zacht doekje of tissue met wat alcohol gebruiken.

Opgelet:

Gebruik lancetten slechts een keer, om infecties bij het afnemen van een druppel bloed te voorkomen, en:

- Gebruik nooit lancetten, die door anderen gebruikt zijn.
- Gebruik altijd een nieuw, steriel lancet.
- Houd de lancethouder schoon.

N.B:

Herhaald bloed afnemen op dezelfde plek kan pijnlijk zijn of tot eelt (dikke, harde huid) leiden. Kies bij elke bloedafname een andere plek.

Controle van de met de controleoplossing verkregen resultaten

Het meetresultaat van elke controleoplossing moet binnen het bereik liggen dat op het etiket van het potje teststrips is afgedrukt. Herhaal de test met controleoplossing als het meetresultaat buiten dit bereik valt. Meetresultaten buiten het bereik kunnen in onderstaande situaties optreden:

Situaties	Acties
<ul style="list-style-type: none"> • Als de controle vloeistof niet met de corresponderende teststrips wordt gebruikt • Als de controle vloeistof voor gebruik niet is geschud • Als de meter, teststrips of controlevloeistof aan te hoge of te lage temperaturen zijn blootgesteld • Als de eerste druppel van de vloeistof niet is verwijderd of de top van het flesje niet schoon is • Als de meter niet goed functioneert 	<p>Herhaal de controletest volgens de instructie op pagina 31.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Als de verval datum van de controle vloeistof is gepasseerd • Als de conrole vloeistof ouder is dan de gebruiksperiode toestaat • Als de conrole vloeistof is vervuild 	<p>Gooi de gebruikte controlevloeistof weg en herhaal de test met een nieuw flesje controlevloeistof.</p>

Als de resultaten buiten het bereik die op het potje met teststrips staat blijven vallen, dan werken de teststrip en meter mogelijk niet goed. Gebruik uw systeem niet en neem contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger.

Voorbereiden van de lancethouder


Stap 1

Was uw handen en de plek waaruit u het monster zult nemen met zeep en warm water. Goed afspoelen en afdrogen.




Stap 2

Draai de dop van de lancethouder.




Stap 3

Plaats een nieuw lancet stevig in de lancethouder. Houd het lancet goed vast. Verwijder de beschermdop door eraan te draaien. Bewaar de beschermdop om hem na gebruik weer op het lancet te draaien. Draai de dop van de lancethouder er weer op.



Stap 4


Draai aan de draaidop totdat deze op een lijn ligt met het controlevenster en de ontspanknop zoals op de afbeelding te zien is.



Stap 5

De lancethouder heeft zeven diepteinstellingen, genummerd van 1 tot en met 7 (1 voor een ondiepe prik, 7 voor een diepere prik).

Kies een diepte door de bovenkant van de draaidop te draaien totdat het nummer van de instelling overeenkomt met de pijn.




N.B:

- 1 = kleinste penetratie van het lancet in de huid.
- 7 = grootste penetratie van het lancet in de huid.

Stap 6

Houd de lancethouder in uw ene hand om hem te laden. Trek met de andere hand aan de stelknop. Als u een klik voelt, is de lancethouder klaar voor gebruik. Het apparaat is klaar voor gebruik als u een klik voelt en het controlevenster rood wordt.



N.B:

De insteekdiepte voor het verkrijgen van bloedmonsters is verschillend per persoon en hangt ook af van de plek waar het monster wordt genomen. Dankzij de instelbare top van de lancethouder kunt u de beste insteekdiepte kiezen voor een juiste steekproefgrootte.

Bloedglucose/ Bloed β -Ketonen Testen


Controleer uw ketonen als:

- Als u ziek bent.
- Als uw bloedglucisewaarde boven 13,3 mmol/L is.
- Als u of uw healthcare professional het gevoel heeft dat het nodig is.

Uw meter en teststrips gereed amken voor gebruik

Stap 7


Steek een teststrip in de insteeksleuf van het apparaat, met de contactstrip naar boven. Duw de teststrip voorzichtig in de sleuf totdat het apparaat een pieptoon geeft. Pas op dat u de strip niet vouwt bij het insteken. Het symbool  verschijnt. 'KETONE' is zichtbaar als u een KetoSens strip gebruikt.



Aanbrengen van een bloedmonster


Stap 8

Verkrijg een bloedmonster met behulp van de lancethouder. Zet het apparaat op de top van de vinger. De middelvinger en de ringvinger zijn het meest geschikt. Druk op de ontspanknop.




Haal het apparaat van de vinger af. Wacht een paar seconden tot er een druppel bloed verschijnt. Er is minimaal 0,4 microliter voor een bloedglucose test en 0,5 microliter voor een bloed β -ketonen test nodig (werkelijke grootte van 0,5 μ L: ●).


Stap 9

Nadat het  symbool op het scherm is verschenen, brengt u het bloedmonster op de smalle kant van de teststrip aan totdat het apparaat een pieptoon geeft. Als het controlevenster niet binnen de tijd gevuld is vanwege de abnormale viscositeit (dikte en stroperigheid) of onvoldoende volume, dan verschijnt de melding 'Er4'.

Aangeraden wordt de teststrip verticaal op het bloedmonster te houden, zoals te zien is op onderstaande afbeelding.





N.B:

De meter schakelt zichzelf uit, als het bloedmonster niet binnen 2 minuten na het verschijnen van het symbool  is aangebracht. Als het apparaat zichzelf uitschakelt, verwijder dan de strip, voer deze nogmaals in en begin bij Stap 2.

Stap 10

De segmenten van de display draaien met de wijzers van de klok mee terwijl het bloed in de meter gaat. Het meetapparaat telt terug van 5 naar 1 bij een bloedglucose test en van 8 tot 1 bij een bloed β -ketone test, daarna verschijnt er een meetresultaat. Het resultaat wordt automatisch opgeslagen in het geheugen van het meetapparaat. Als de teststrip wordt verwijderd nadat het meetresultaat is weergegeven, zal het apparaat na 3 seconden automatisch uitschakelen. Voer gebruikte teststrips veilig af in wegwerpcontainers. Als de bluetoothfunctie geactiveerd is, stuurt de meter het testresultaat naar de aangesloten smartphone.



N.B:

Om glucosegegevens over te dragen met de bluetoothfunctie,

- Moet de bluetoothfunctie op de meter ingeschakeld zijn,
- Moet de meter gekoppeld zijn aan een smartphone,
- Moet de SmartLog app geactiveerd zijn.

De meter stuurt gegevens in de volgende gevallen:

- Als de strip na het meten worden uitgeworpen,
- Als de meter is in.



Stap 11


U kunt een markering aanbrengen op een resultaat om bepaalde situaties aan te geven terwijl de strip zich nog in het apparaat bevindt. Als het resultaat meteen na een test wordt weergegeven, druk dan op de ◀ of ▶ knop om een preprandiale markering (🍏), een postprandiale markering (🍷), een markering voor vasten (🕒). Als u de teststrip verwijdert terwijl de gewenste markering knippert, wordt het testresultaat opgeslagen met de markering. Als u geen markeringen wilt toevoegen aan het testresultaat, verwijder dan de strip meteen nadat het testresultaat is weergegeven. Bij een Bloed β -ketonen waarde is het niet nodig om een vlag toe te voegen.



Afvoeren van gebruikte lancetten



Stap 1

Schroef de dop van de lancethouder af.



Stap 2

Steek het lancet in de beschermdop, die u bewaard hebt. Duw het uitwerksysteem naar voren met uw duim en voer het gebruikte lancet af in een geschikte container voor biologisch afval.



Opgelet:

Lancetten mogen slechts eenmaal gebruikt worden. Deel nooit een lancet met iemand anders en gebruik het niet opnieuw. Voer lancetten altijd op de correcte wijze af.

Wat is AST (bloedafname op alternatieve plaatsen)?

Meestal wordt een bloedmonster uit de vingertop afgenomen. Dit is echter vrij pijnlijk, aangezien daar veel zenuwuiteinden zitten. Voor het doen van een glucosetest kunnen verschillende lichaamsdelen zoals de onderarmen en de handpalmen worden gebruikt, waardoor de test minder pijnlijk is. Deze testmethode waarbij verschillende lichaamsdelen worden gebruikt, heet 'bloedafname op alternatieve plaatsen'. AST kan pijn tijdens het testen verminderen, maar niet iedereen vindt het gemakkelijk en u dient de volgende voorzorgsmaatregelen tijdens de test in acht te nemen. Gebruik geen AST bij het testen op bloed β -ketonen.

Alternatieve plaatsen voor testen



Alternatieve plaatsen voor bloedmonsters (onderarm en handpalm)

Kies een schone, zachte en vlezige plaats uit, zonder zichtbare aderen en haar en niet in de buurt van gewrichten. Masseer het gebied zachtjes om de bloedcirculatie te bevorderen en het verschil tussen een monster uit de vingertop en een alternatieve plaats te minimaliseren.

Duw de lancethouder stevig op de plek. Wacht totdat de huid onder de lancethouder van kleur verandert. Druk dan op de ontspanknop terwijl u druk blijft uitoefenen. Houd de lancethouder tegen uw huid totdat er voldoende (minstens 0,5 μ L, werkelijke grootte: ●) bloed is afgenomen. Haal de lancethouder voorzichtig van uw huid af.

Waar u op moet letten bij AST

Lees eerst het onderstaande voordat u bloed afneemt op een alternatieve plaats (onderarmen en handpalmen). Het capillaire volbloed uit de vingertop toont de verandering in glucosewaarde sneller dan dat van alternatieve plaatsen. De testresultaten van de vingertoptest en AST kunnen verschillen als gevolg van factoren als levensstijl en voedsel, die de glucosewaarden kunnen beïnvloeden.

Situaties waarbij AST acceptabel is

Als uw bloedglucosespiegel stabiel is:

- Tijdens een periode van vasten;
- Vóór de maaltijd;
- Vóór het slapengaan.

Situaties waarin u bloed moet afnemen uit de vingertop

Als uw bloedglucosespiegel instabiel is

- In de twee (2) uur na een maaltijd of sporten;
- Als u ziek bent of uw bloedglucosespiegel veel lager lijkt dan de gemeten waarde;
- Als u hypoglykemie niet goed herkent;
- In de periode dat de insuline het grootste effect heeft;
- In de twee (2) uur na een insuline-injectie.

Voorzorgsmaatregelen bij AST

- Neem contact op met uw arts voordat u begint met AST.
- AST is niet toegestaan bij een bloed β -ketonen test.
- Let op de symptomen van hyperglykemie en hypoglykemie.
- Als het meetresultaat niet klopt met uw gevoel, doe dan nog een meting bij de vingertop. Als deze meting nog steeds niet klopt met uw gevoel, raadpleeg dan uw arts.
- Gebruik de resultaten van AST niet om uw behandelingsmethode te wijzigen.
- De hoeveelheid glucose op alternatieve plaatsen verschilt per persoon.

N.B:

- Meetresultaten aan de hand van monsters uit alternatieve plaatsen of uit de vingertop kunnen verschillend zijn, aangezien er een vertraging is in de stijging van de bloedglucosespiegel. Gebruik de vingertop als u hypoglykemie hebt of een hypoglykemische shock of symptomen hebt gehad.
- Als de bloeddruppel wegloopt als gevolg van contact met haar of een handlijn mag u die druppel niet gebruiken. Zoek een zachtere plek uit en probeer het opnieuw.


Betekenis van de meldingen HI en Lo

HI-melding

De meter toont waarden tussen 1,1-33,3 mmol/L. 'HI' verschijnt als de bloedglucosespiegel hoger is dan 33,3 mmol/L en wijst op ernstige hyperglykemie (veel hoger dan de gewone bloedglucosespiegel).

De meter toont bloed β -ketonen resultaten tussen 0,1-8,0 mmol/L. 'HI' verschijnt wanneer de bloed β -ketonen waarde groter is dan is 8,0 mmol/L.

Als bij een nieuwe test weer 'HI' verschijnt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.



Lo-melding

'Lo' verschijnt bij een meetresultaat van minder dan 1,1 mmol/L en wijst op ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedglucosespiegel). Als bij een nieuwe test weer 'Lo' verschijnt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.



N.B:

- In het geval van Bloed Glucose β -Ketonen, er verschijnt 0,0 mmol/L als een testresultaat minder is dan 0,1 mmol/L.
- Neem contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger, als deze meldingen verschijnen terwijl u geen hyperglykemie of hypoglykemie hebt.

Streefwaarden bloedglucose

Herinneringen

Moment van de dag

*Uw streefwaarden,
gesteld door uw arts*

Voor het ontbijt

Voor lunch of avondeten

1 uur na de maaltijd

2 uur na de maaltijd

Tussen 02.00 en 04.00 uur

Verwachte waarden : Het bereik van een normale nuchtere* bloedglucosewaarde voor volwassenen zonder diabetes ligt tussen 5,5 mmol/L (voor het eten en nuchter*) en 7,8 mmol/L (twee uur na de maaltijd). * Nuchter wordt gedefinieerd als geen inname van calorieën voor ten minste acht uur.

Referentie 1. American Diabetes Association (Standards of Medical Care in Diabetes – 2018. *Diabetes Care*, January 2018, vol. 41, Supplement 1, S13-S27)

Overdracht van testresultaten met een kabel

Testresultaten die zijn opgeslagen in de CareSens Dual meter kunnen worden overgedragen van de meter naar een computer met behulp van SmartLog-software en een kabel. 'Pc' wordt op het scherm van de meter weergegeven als de meter met een gegevenskabel op een computer is aangesloten. Neem voor meer informatie contact op met uw gemachtigde i-SENS vertegenwoordiger of kijk op www.i-sens.com.



N.B: Testresultaten kunnen ook draadloos worden overgedragen met bluetooth. Zie pagina 19 voor het koppelen van de meter en uw smartphone.

Geheugen van het meetapparaat

De CareSens Dual meter kan tot 1.000 glucosetestresultaten met tijd en datum opslaan. Als het geheugen vol is, wordt het oudste meetresultaat gewist en het nieuwste meetresultaat opgeslagen. De meter berekent en toont de gemiddelden van alle resultaten, preprandiale (🍏) testresultaten, postprandiale (🍷), en nuchtere (🚫) testresultaten van de afgelopen 1, 7, 14, 30 en 90 dagen.

Bekijken van in het geheugen opgeslagen gemiddelden

Stap 1


Druk op de ◀, ▶ of S-knop om de meter aan te zetten. De huidige datum en tijd verschijnen onderaan het scherm, gevolgd door de gemiddelde waarde van 1 dag en het aantal op de huidige dag opgeslagen resultaten.



Aantal tests op de huidige dag


Stap 2 Gemiddelden bekijken

Druk op de ◀ knop om de gemiddelde waarden van 7, 14, 30 en 90 dagen en het aantal tests dat in de afgelopen testperiode is uitgevoerd te bekijken.




Stap 3 Preprandiaal gemiddelden bekijken

Druk herhaaldelijk op de ◀ knop om de gemiddelde waarden en het aantal preprandiaal uitgevoerde tests met het 🍏 symbool van de afgelopen 1, 7, 14, 30 en 90 dagen te bekijken voor de laatste testperiode.




Stap 4 Postprandiale gemiddelden bekijken

Druk op de ◀ knop om de gemiddelde waarden en het aantal postprandiaal uitgevoerde tests met het 🍷 symbool van de afgelopen 1, 7, 14, 30 en 90 dagen te bekijken voor de laatste testperiode.



Stap 5 Nuchtere gemiddelden bekijken

Druk op de ◀ knop om de gemiddelde waarden en het aantal nuchter uitgevoerde tests met het 🚫 symbool van de afgelopen 1, 7, 14, 30 en 90 dagen te bekijken voor de laatste testperiode.




Stap 6

Gebruik de ► knop om door de eerder bekeken gemiddelden te scrollen.

Druk op de **S**-knop om de meter uit te zetten.

N.B:

De testresultaten met de controleoplossing die zijn opgeslagen met het  symbool maken geen deel uit van de gemiddelden.

Bekijken van in het geheugen opgeslagen testresultaten

Stap 1


Druk op een toets om de meter aan te zetten. De huidige datum en tijd verschijnen onderaan het scherm, gevolgd door de gemiddelde waarde van 1 dag en het aantal op de huidige dag opgeslagen resultaten.



Aantal tests op de huidige dag

Stap 2

Gebruik de ► knop om door de testresultaten te scrollen, van de meest recente tot de oudste. Druk op de ◀ knop om naar het eerder bekeken resultaat terug te keren.



Controleer de opgeslagen resultaten en houd de **S**-knop ingedrukt om de meter uit te schakelen.

Instellen van de alarmfunctie


Er kunnen vier soorten alarmen worden ingesteld op de CareSens Dual meter: een postprandiaal alarm (PP2-alarm) en drie tijdsalarmen (alarm 1-3). Het PP2-alarm gaat 2 uur nadat u het hebt ingesteld af. De pieptoon klinkt gedurende 15 seconden en kan worden gestopt door op de ◀, ▶ of S-knop te drukken of door het invoeren van een teststrip.

Instellen van het alarm na de maaltijd (PP2-alarm)

Stap 1 Inschakelen van het PP2-alarm

Voer nog geen teststrip in en houd de ◀ knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het postprandiale alarm in te schakelen.

'PP2'; het bel (🔔) symbool en 'On' verschijnen op het scherm. Het scherm gaat dan automatisch naar de geheugencontrolemodus. Op dat moment wordt het bel (🔔)-symbool weergegeven op het scherm, om aan te geven dat het PP2-alarm is ingesteld.




N.B:

Het PP2-alarm wordt automatisch uitgeschakeld als de tijdsinstelling van de meter wordt ingesteld op meer dan twee uur voor of net na de huidige geactiveerde PP2-alarmtijd.

Stap 2 Uitschakelen van het PP2 alarm

Om het PP2-alarm uit te schakelen, houdt u de ◀ knop gedurende 3 seconden ingedrukt.

'PP2'; het bel (🔔) symbool en 'OFF' verschijnen op het scherm. Het scherm gaat dan automatisch naar de geheugencontrolemodus zonder dat het bel (🔔) symbool wordt weergegeven.



Instellen van de alarmtijden (alarm 1-3)

Stap 1

Voer nog geen teststrip in en houd de ◀ en S-knop tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt om in de modus voor tijdalarm instellen te komen. Op het scherm verschijnt 'alarm 1' terwijl 'OFF' knippert.



Stap 2

Druk op de ▶ knop, 'alarm 1' wordt ingesteld en 'On' verschijnt op het scherm. Druk nogmaals op de ▶ knop om 'alarm 1' te annuleren. 'OFF' knippert op het scherm.



Stap 3

Druk op de ◀ knop om de tijd van 'alarm 1' aan te passen.

Een getal dat het uur voorstelt knippert op het scherm. Druk op de ▶ knop om het uur in te stellen.



Foutmeldingen

Stap 4

Druk op de ◀ knop en het getal dat de minuut aangeeft begint te knipperen. Druk op de ▶ knop om het uur in te stellen.



Stap 5

Druk op de **S**-knop om het instellen te voltooien en naar het instellen van 'alarm 2' te gaan.

Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om de resterende tijdalarmeren in te stellen (alarm 2-3).



Stap 6

Houd de **S**-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het instellen te voltooien en de meter uit te zetten.



Er is een gebruikte teststrip geplaatst.
> Herhaal de test met een nieuwe teststrip.



Het monster met bloed of controleoplossing is aangebracht voordat het ▲ symbool verschenen was.
> Herhaal de test met een nieuwe teststrip en wacht tot het ▲ symbool verschijnt voordat u het monster met bloed of controleoplossing aanbrengt.





De temperatuur is buiten het werkingsgebied.
> Ga naar een ruimte waar de temperatuur binnen het werkingsgebied ligt (5–45 °C), bij bloed β -ketonen testen ligt dit gebied tussen de 15–30 °C. Herhaal dan de test, nadat uw meter en strips op de juiste temperatuur zijn.



Het bloedmonster heeft een abnormaal hoge viscositeit of onvoldoende volume.
> Herhaal de test met een nieuwe teststrip.

Verhelpen van storingen

	<p>Deze foutmelding verschijnt als de verkeerde bloedglucosestrip wordt gebruikt, in plaats van CareSens PRO of KetoSens teststrip. > Herhaal de test met de juiste strip.</p>
	<p>Er is een probleem met de meter > Gebruik de meter niet. Neem contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger.</p>
	<p>Er is een probleem met de bluetoothcommunicatie > Neem contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger.</p>
	<p>Er is een elektronische fout opgetreden tijdens de test. > Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Als de foutmelding blijft optreden, neem dan contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger.</p>

N.B:

Als foutmeldingen blijven optreden, neem dan contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger.

Probleem	Oplossing
<p>Na het invoeren van een teststrip blijft het display leeg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de teststrip is ingevoerd met de contactstrip naar boven. Controleer of de strip ver genoeg in het testapparaat is geschoven. • Controleer of de juiste teststrip is gebruikt. • Controleer of de batterijen met de '+'-pool naar boven zijn geplaatst. • Vervang de batterijen.
<p>De test start niet, zelfs nadat het bloedmonster op de strip is aangebracht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het controlevenster volledig gevuld is. • Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
<p>Het meetresultaat komt niet overeen met hoe u zich voelt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Herhaal de test met een nieuwe teststrip. • Controleer de uiterste houdbaarheidsdatum van de teststrip. • Voer een test met controleoplossing uit.

N.B:

Als u het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw i-SENS vertegenwoordiger.

Prestatiekenmerken

De prestaties van het CareSens Bloed Glucose/Bloed β -Ketonen Monitoring Systeem is geëvalueerd in laboratoria en klinische testen.

Glucose

Nauwkeurigheid: de nauwkeurigheid van het CareSens Dual BGM Systeem (Model GM01HAC) is beoordeeld door het vergelijken van bloedglucoseresultaten die patiënten hadden verkregen met behulp van de YSI Model 2300 Glucose Analyzer, een laboratoriuminstrument.

Onderstaande resultaten zijn verkregen door diabetici in klinische centra.

Helling	0,964
Snijpunt y-as	0,199 mmol/L
Correlatiecoëfficiënt (r)	0,997
Aantal monsters	600
Getest bereik	2,6-29,2 mmol/L

Nauwkeurighedsresultaten voor glucoseconcentratie < 5,55 mmol/L

Binnen $\pm 0,28$ mmol/L	Binnen $\pm 0,56$ mmol/L	Binnen $\pm 0,83$ mmol/L
136/204 (66,7 %)	197/204 (96,6 %)	203/204 (99,5 %)

Nauwkeurighedsresultaten voor glucoseconcentratie $\geq 5,55$ mmol/L

Binnen ± 5 %	Binnen ± 10 %	Binnen ± 15 %
264/396 (66,7 %)	379/396 (95,7 %)	395/396 (99,7 %)

Nauwkeurighedsresultaten voor glucoseconcentratie tussen 2,6 mmol/L en 29,2 mmol/L

Binnen $\pm 0,83$ mmol/L en binnen ± 15 %
598/600 (99,7 %)

Nauwkeurigheid: de nauwkeurighedsstudies zijn uitgevoerd in een laboratorium met gebruikmaking van CareSens Dual BGM Systemen.

<i>Binnen reeks-nauwkeurigheid</i>		
*Bloedgem.	2,5 mmol/L	0,1 mmol/L
*Bloedgem.	4,3 mmol/L	0,2 mmol/L
*Bloedgem.	6,9 mmol/L	CV = 4,2 %
*Bloedgem.	10,3 mmol/L	CV = 3,3 %
*Bloedgem.	16,3 mmol/L	CV = 3,0 %

<i>Tussen- reeks nauwkeurigheid</i>		
*Testgem.	2,3 mmol/L	SD = 0,1 mmol/L
*Testgem.	6,7 mmol/L	CV = 4,1 %
*Testgem.	17,3 mmol/L	CV = 3,1 %

Uit deze studie blijkt dat er tot 4,2 % variatie kan zijn.

Packed Cell Volume (hematocrietwaarde)

De hematocrietwaarden (15–65 %) werden getest om het effect van de hematocrietwaarde op meting van glucoseconcentratie te meten.

Bereik (mmol/L)	Gemiddelde van verschil (Hct 15–65 %)
1,7 tot 2,8	-0,2–0,1 mmol/L
5,3 tot 8,0	-3,6–1,7 %
15,5 tot 23,3	-8,9–6,2 %

Interferenties

Het effect van verschillende interfererende stoffen is geëvalueerd in volbloedmonsters op glucosemetingen.

NO	Interferent	Verschil gemiddelden	
		Interval 1 2,8–5,5 mmol/L	Interval 2 13,9–19,4 mmol/L
1	Ascorbinezuur	-0,13 mmol/L	0,0 %
2	Bilirubin	0,06 mmol/L	1,3 %
3	EDTA	0,09 mmol/L	1,4 %
4	Fructose	0,10 mmol/L	-0,3 %
5	Galactose	-0,13 mmol/L	-0,2 %
6	Haparin	-0,04 mmol/L	-0,8 %
7	Maltose	-0,12 mmol/L	-1,4 %
8	Maltotriose	-0,02 mmol/L	-0,1 %
9	Maltotetraose	0,02 mmol/L	-0,7 %
10	Mannose	-0,06 mmol/L	3,5 %
11	Xylose	1,88 mmol/L	8,9 %
12	2-deoxyglucose	0,13 mmol/L	0,2 %
13	Acetaminophen (Paracetamol)	-0,05 mmol/L	2,7 %
14	Cholesterol	0,04 mmol/L	-0,3 %
15	Creatinine	0,01 mmol/L	-1,9 %
16	D,L-arabinose	0,08 mmol/L	3,1 %
17	Dopamine	0,02 mmol/L	-0,3 %
18	Gentisic acid	0,04 mmol/L	2,7 %
19	Glucosamine	-0,06 mmol/L	-2,7 %

NO	Interferent	Verschil gemiddelden	
		Interval 1 2,8–5,5 mmol/L	Interval 2 13,9–19,4 mmol/L
20	Glutathione (Red)	-0,05 mmol/L	-0,8 %
21	Hemoglobine	-0,31 mmol/L	-2,8 %
22	Ibuprofen	0,09 mmol/L	-0,9 %
23	Icodextrin	-0,15 mmol/L	-0,4 %
24	L-DOPA	-0,13 mmol/L	0,0 %
25	Methyl-DOPA	-0,05 mmol/L	-1,4 %
26	natrium salicylaat	0,05 mmol/L	3,7 %
27	Sucrose	-0,02 mmol/L	-1,1 %
28	Tolazamide	-0,02 mmol/L	0,5 %
29	Tolbutamide	0,10 mmol/L	3,5 %
30	Triglyceride	-0,03 mmol/L	0,5 %
31	Urinezuur	-0,03 mmol/L	-0,6 %
32	PAM	-0,10 mmol/L	1,6 %

Xylose $\geq 0,54$ mmol/L bij glucose concentraties vanaf 2,8–5,6 mmol/L kunnen hogere bloedglucose resultaten veroorzaken.

Gebruikersevaluatie

Een studie waarin glucosewaarden van capillair volbloedmonsters uit de vingertop van 100 personen werden geëvalueerd gaf de volgende resultaten:

99,1 % binnen $\pm 0,83$ mmol/L van de medische laboratoriumwaarden bij glucoseconcentraties onder de 5,55 mmol/L, en 100 % binnen ± 15 % van de medische laboratoriumwaarden bij glucoseconcentraties van 5,55 mmol/L of meer.

β-Ketonen

Nauwkeurigheid: de nauwkeurigheid van het CareSens Dual Bloed β -Ketonen Systeem (Model GM01HAC) is beoordeeld door het vergelijken van bloed B-Ketonen resultaten die patiënten hadden verkregen met behulp van de Randox Monaco een laboratoriuminstrument.

Helling	1,012
Snijpunt y-as	-0,0223 mmol/L
Correlatiecoëfficiënt (r)	0,996
Aantal monsters	100
Getest bereik	0,015–7,2 mmol/L

Nauwkeurigheid: de nauwkeurighedsstudies zijn uitgevoerd in een laboratorium met gebruikmaking van CareSens Dual Bloed β -Ketonen Systemen.

<i>Binnen reeks-nauwkeurigheid</i>		
*Bloedgem.	0,5 mmol/L	SD = 0,04 mmol/L
*Bloedgem.	1,4 mmol/L	SD = 0,05 mmol/L
*Bloedgem.	3,2 mmol/L	CV = 2,9 %
*Bloedgem.	5,5 mmol/L	CV = 3,1 %
*Bloedgem.	7,2 mmol/L	CV = 3,8 %

<i>Tussen-reeks nauwkeurigheid</i>		
*Testgem.	0,7 mmol/L	SD = 0,05 mmol/L
*Testgem.	2,4 mmol/L	CV = 4,0 %
*Testgem.	4,7 mmol/L	CV = 4,4 %

Uit deze studie blijkt dat er tot 4,4 % variatie kan zijn.

Fabrieksgarantie

i-SENS, Inc. garandeert dat de CareSens Dual Meter bij normaal gebruik gedurende vijf (5) jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. De meter moet op normale wijze zijn gebruikt. De garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik, misbruik of onderhoud van het apparaat. Elke aanspraak dient binnen de garantietijd worden ingediend.

i-SENS bepaalt of een defecte meter of onderdeel binnen de garantie zal worden gerepareerd of vervangen. Volgens de garantiebepalingen zal i-SENS het aankoopbedrag niet terugbetalen.

Aanspraak maken op garantie

Om aanspraak te maken op de garantie dient u het defecte meetapparaat of onderdeel samen met uw aankoopbewijs terug te sturen naar uw dichtstbijzijnde geautoriseerde i-SENS verkooppunt of klantenservice.

MEMO

MEMO

MEMO