



## EC-Konformitätserklärung / CE-Declaration of Conformity

Wir,  
We,

medisana GmbH  
Carl-Schurz-Straße 2,  
41460 Neuss, GERMANY  
Tel. +49 (0) 2131 3668-0

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das im folgenden aufgeführte Produkt, /  
*hereby state with sole responsibility that the product specified hereafter,*

**medisana Tens Pads**  
Art.-no.: 88349

is to be used for the following devices:

medisana TT 200, TT 205 Electrical Stimulator  
Type: R-C4B  
Art.-no.: 88347, 88348, 88357, 88358


gemäß Anhang IX, Regel 9 der im Folgenden aufgeführten Richtlinie der Klasse IIa zugeordnet ist:  
*has been assigned according to Annex IX, rule 9 to class IIa of the following directive:*


Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG  
*medical device directive 93/42/EEC*

Die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie MDD 93/42/EWG wurde  
gemäß Anhang VII in Verbindung mit Anhang VI festgestellt; bei Anhang VI unter Mitwirkung der  
folgenden Benannten Stelle:

*The conformity with the essential requirements of the directive MDD 93/42/EEC, acc. to Annex VII in  
connection with Annex VI has been assessed, at Annex VI with the participation of the Notified Body:*

DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Str. 21, 60433 Frankfurt, GERMANY  
mit der Kennung CE 0297.  
*with the registration no. CE 0297.*

Diese Erklärung ist gültig ab PO#6590 (  R2012... ).

*This declaration is valid from PO#6590 (  R2012... ).*

Diese Erklärung ist bis zum 26.05.2024 gültig.

*This declaration is valid until 2024/5/26.*

Neuss, Datum  
*date*  
05. May 2021

---

Thomas Hollefeld,  
Geschäftsführer / *Managing Director*