

BRAUN

No touch & touch forehead thermometer



BNT400

[GB]	English	1
[ES]	Español	17

Contact Us



Questions or Comments?

Call us toll-free at: 1-800-327-7226

eMail: consumerrelations@kaz.com

Visit: www.braunthermometers.com

Please be sure to specify the model number.

This product is distributed under license to the 'Braun' trademark. 'Braun' is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany.

Age Precision™ is a trademark of Helen of Troy Limited.

© 2018 All rights reserved.

Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company

400 Donald Lynch Blvd., Suite 300

Marlborough, MA 01752

Contáctenos



¿Preguntas o Comentarios?

Llámenos lada gratuita al: 1-800-327-7226

Correo Electrónico: consumerrelations@kaz.com

Visite: www.braunthermometers.com

Por favor asegúrese de especificar el número de modelo.

Este producto es distribuido bajo licencia de la marca registrada 'Braun'. 'Braun' es una marca registrada de Braun GmbH, Kronberg, Alemania

Age Precision™ and Age Smart™ are trademarks of Helen of Troy Limited.

© 2018 Todos los derechos reservados.

Kaz USA, Inc., una Empresa de Helen of Troy

400 Donald Lynch Blvd., Suite 300

Marlborough, MA 01752



Printed in PRC

USA/MEX

Patents/Patentes: www.kaz.com/patents/braun

Made in China/Hecho en China


BNT400BUS

PN: A002032R2

20AUG18

Product description

- 1 Power button
- 2 Scanner
- 3 LCD screen
- 4 Temperature button
- 5 Battery door
- 6 Protective scanner cap
- 7 Silent mode switch
- 8 Guidance light
- 9 Food and bath temperature mode
- 10 Age Precision™ button
- 11 Fahrenheit to Celsius switch
(inside battery compartment)



Thank you for purchasing the No touch & touch forehead thermometer (BNT400). This thermometer is a high-quality product incorporating the latest technology and tested in accordance with international standards. With its unique technology, the product can provide a stable, accurate reading with each measurement. The thermometer performs a self-test every time it is switched on to always guarantee the accuracy of measurements.

Please read these instructions carefully before using this product and keep the instructions and the thermometer in a safe place.

Indications for Use

The Braun No touch & touch forehead thermometer is a non-sterile, reusable, clinical thermometer intended for the intermittent determination of human body temperature in a touch and no touch mode using the center of the forehead as the measurement site on people of all ages.



WARNINGS AND PRECAUTIONS

Keep out of reach of children under 12 years.

NEVER use the thermometer for purposes other than those for which it has been intended. Please follow the general safety precautions when using on children.

NEVER immerse the thermometer into water or other liquids (not waterproof). For cleaning and disinfecting please follow the instructions in the "Care and cleaning" section.

DO NOT store this thermometer in temperature extremes below -13 °F or over 131 °F (below -25 °C or over 55 °C) or in excessive humidity (above 95% non-condensing relative humidity).

If thermometer is stored in a location that is cooler or warmer than where it will be used, allow it to acclimate to the room temperature for 10 minutes before taking a measurement.

DO NOT use the thermometer if there are signs of damage on the scanner or on the thermometer itself. If damaged, **DO NOT** attempt to repair the product.

NEVER insert a sharp object into the scanner area or any other open surface on the thermometer.

This thermometer consists of high-quality precision parts. **DO NOT** drop the instrument. Protect it from severe impact and shock. **DO NOT** twist the instrument or the measuring sensor.

This thermometer is intended for household use only.

Use of this thermometer is not intended as a substitute for consultation with your physician.

Temperature elevation may signal a serious illness, especially in neonates and infants, or in adults who are old, frail, or have a weakened immune system. Please seek professional advice immediately when a temperature elevation occurs on persons that are:

- Neonates and infants under 3 months (Consult your physician immediately if the temperature exceeds 99.4 °F [37.4 °C])
- Individuals over 60 years of age (Fever may be blunted or absent in older individuals)
- Individuals having diabetes mellitus or a weakened immune system (e.g., HIV positive, cancer chemotherapy, chronic immunosuppressant treatment, splenectomy)
- Individuals who are bedridden (e.g., nursing home patient, stroke, chronic illness, paraplegia, quadriplegia, surgical recovery)
- A transplant recipient (e.g., liver, heart, lung, kidney).

This thermometer is not intended for pre-term babies or small-for-gestational-age babies. Pre-term is defined as babies with a calendar age of less than 37 weeks. Small-for-gestational-age is defined as a baby born at 37 weeks or later, with a weight below the 10th percentile for babies of the same gestational age.

This thermometer is not intended to interpret hypothermic temperatures. If the device displays a temperature of 97.5°F (36.4°C) or less with an LED backlight color of green or white, and the individual is exhibiting atypical symptoms or behaviors, contact your physician or health care professional.

DO NOT allow children to take their temperatures unattended.

Please consult your physician if you see symptoms such as unexplained irritability, vomiting, diarrhea, dehydration, changes in appetite or activity, seizure, muscle pain, shivering, stiff neck, pain when urinating, etc., even in the absence of fever.

Even in the absence of fever, those who exhibit a normal temperature may still need to receive medical attention. People who are on antibiotics, analgesics, or antipyretics should not be assessed solely on temperature readings to determine the severity of their illness.

DO NOT modify this equipment without the authorization of the manufacturer.

Why Braun No touch & touch forehead?

Measurement in under 2 seconds

The innovative infrared technology allows measurement of forehead temperature in under 2 seconds whether you use the touch or no-touch option.



Accurate and reliable


Due to the unique technology, the No touch & touch forehead thermometer captures the heat naturally given off by the forehead to calculate body temperature value. Get the same professional accuracy whether touching your child's forehead or holding up to 1 inch (2.5cm) away.



Easy to use

The No touch & touch forehead thermometer is non-invasive. A measurement can be taken even while a child is sleeping.

The No touch & touch forehead thermometer is safer to use on a child than a rectal thermometer and is easier to use than other methods.



Safe and hygienic

No-touch option helps minimize spreading of germs.

Completely safe for use on children and adults.

How does Braun No touch & touch forehead work?

The No touch & touch forehead thermometer measures infrared energy radiated from the skin at the center. This captured energy is collected through the lens and converted to an oral equivalent value.

The No touch & touch forehead thermometer has been clinically tested and proven to be safe and accurate when used in accordance with its operating instruction manual.

Age Precision™ color-coded display

Clinical research shows the definition of fever changes as newborns grow into children and children grow into adults.¹

Select the appropriate age setting, take a temperature, and the display will glow green, yellow, or red to indicate whether the temperature is in a normal, fever, or high fever range, respectively.

The device is only intended for the measurement of human body temperature. It is not intended to diagnose or monitor a serious medical condition or disease.

¹ Herzog L., Phillips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50 (#5): 383-390.

Temperature taking hints

It is important to know each individual's normal temperature when they are well. This is the only way to accurately diagnose a fever. Take multiple readings when healthy to determine normal temperature.

A child's normal temperature can be as high as 99.9 °F (37.7 °C) or as low as 97.0 °F (36.1 °C). Be sure to note this unit reads 0.9 °F (0.5 °C) lower than a rectal digital measurement.

An individual must be inside for 30 minutes before taking a measurement.

Note: The thermometer and Individual should be in the same ambient temperature for at least 10 minutes.

ALWAYS hold the thermometer and the forehead steady when taking a reading. **DO NOT** move the thermometer until you hear the final beep. **DO NOT** take a measurement while or immediately after nursing a baby.

Individuals should not drink, eat, or be physically active before/while taking the measurement. Remove hats and wait 10 minutes before taking a measurement.

Before taking a measurement, remove dirt or hair from the forehead area. Wait 10 minutes after cleaning before taking measurement.

ALWAYS take the temperature exactly as directed. Temperature results may vary if positioned in the wrong location.

For individuals measuring their own temperature, it is recommended to use the "touch" option instead of "no touch."

In the following situations it is recommended that three temperatures in the same location be taken and the highest one taken as the reading:

- Newborn infants in the first 100 days.
- Children under three years of age with a compromised immune system and for whom the presence or absence of fever is critical.
- When the user is learning how to use the thermometer for the first time until he/she has familiarized himself/herself with the instrument and obtains consistent readings.


General precautions:

- Remove any sweat prior to measuring with a dry cloth.
- Avoid any cooling or warming cloths on the forehead for at least 30 minutes prior to measurement.
- **DO NOT** take temperature measurements over scar tissue, open sores, or abrasions.
- Keep the measurement sensor and lens clean. Avoid directly touching the sensor or lens.
- **ALWAYS** store the thermometer with the protective cap in place to prevent dirt and scratches from damaging the device.
- Make sure to remove the protective cap before taking a measurement and to put the cap back on after using the thermometer.

How to use your Braun No touch & touch forehead

Note: The thermometer and individual should be in the same ambient temperature for at least 10 minutes.

1 Remove protective cap



2 Power on

Press and release the power button once. Backlight will come on and the start-up sequence will begin.

NOTE: Make sure to remove the protective scanner cap before taking a measurement.



3 Select age range

Select age with Age Precision button.

Device will start cycling through the age ranges, highlighting the 3 ranges you may select; 0-3 months (👶), 3-36 months (🧒), or 36+ months (👤).

Press the Age Precision button to toggle through the age ranges until you select the age appropriate for the individual.



3.1 To set a preferred age range: (Locking an age setting)

To save a preferred age range, so that the preferred age range will be automatically selected when the thermometer is turned ON, follow these steps:

- Make sure the thermometer is OFF.
- Press and hold the power button (⟳) and Age Precision button (➕) for 4 seconds. The unit will turn on, displaying a yellow backlight and the 3 age range icons will flash.
- Press the Age Precision (➕) button. The age range selected will flash. Press the Age Precision button until your desired age range is flashing on the display.
- Once the desired age range is selected, stop pressing the button and wait 3 seconds. The green backlight will illuminate, and the selected age range will turn solid. After 4 seconds, the thermometer will turn off.
- The preferred age range will be automatically selected when the thermometer is turned ON.



Note: With a preferred age range, an alternate age range can be selected during each use, by pressing the Age Precision button when the age range icon appears, after the thermometer is turned ON.

F. To remove the preferred age range, open the battery door, remove the batteries, wait 30 seconds and re-insert the batteries.

IMPORTANT: To ensure accurate readings, you must always take a temperature reading in the age range that corresponds to the individual's age.


4 Position

Position thermometer on or up to 1" (2.5 cm) away from the center of the forehead, just between the eyebrows.

When the thermometer is ready and on or 1" away from the forehead. A horizontal line of dashes ("---") will appear on the screen.


For No touch readings, the yellow guidance light will show you where you are aiming.

If the eyebrow area is covered with hair, sweat or dirt, please clean the area beforehand to improve the reading accuracy. It is important to hold the thermometer and the forehead steady during measurement. Movement will impact the temperature reading.



5 Take temperature


Three dashed lines mean the thermometer is ready to take temperature. Press the temperature button. The display will show a dashed line animation while it takes a reading. Once the reading is complete a confirmation beep will be heard and the appropriate fever light color will be displayed on screen.



If the device is positioned too far away from the forehead, it will prompt you to move closer by displaying the letters "FWD." Slowly move the device toward the forehead until the dashed line animation starts and a reading is displayed.

6 Read temperature

If temperature is in the normal range, a long beep will sound when the measurement is complete. If the temperature is in the fever range, ten short beeps will sound to indicate the measurement is complete.



Age range	Green Normal temperature≥	Yellow Fever	Red High Fever
 0-3 Months	≥96.4 – ≤99.4 °F (≥35.8 – ≤37.4 °C)	X	>99.4 °F (>37.4 °C)
 3-36 Months	≥95.7 – ≤99.6 °F (≥35.4 – ≤37.6 °C)	>99.6 – ≤101.3 °F (>37.6 – ≤38.5 °C)	>101.3 °F (>38.5 °C)
 36 Months- adult	≥95.7 – ≤99.9 °F (≥35.4 – ≤37.7 °C)	>99.9 – ≤103.0 °F (>37.7 – ≤39.4 °C)	>103.0 °F (>39.4 °C)


* 0 months is defined as having a gestational age of greater than or equal to 37 calendar weeks at birth.

7 To turn off

Press the power button to turn off. Device will also shut off automatically after 30 seconds of no use.

How to use the No touch setting to take a food/bath temperature


1 Remove protective cap



2 Power on


Press and release the power button once. Backlight will come on and the start-up sequence begins.

NOTE: Make sure to remove the protective scanner cap before taking a measurement.



3 Select food & bath temperature mode

Press and release the food & bath temperature mode button. A beep will sound, the food & bath icon () will be displayed, the screen backlight will turn blue and three dashes will show on the screen indicating the thermometer is read to take a temperature.



4 Position

Position device up to 2.5" away from the bath water or food.

Note: When measuring food or bath temperature the thermometer must be aimed directly at the food or bath water. **DO NOT** aim at sides of container holding the liquid or food. **DO NOT** touch liquid or food with the thermometer.



5 Take temperature

Press the temperature button (you can press and hold the button or press and release it.) The display will show a dashed line animation while it takes a reading. Once the reading is complete, the display will show the temperature reading.





6 Read temperature

Remove the device and read the temperature.




Changing the temperature scale

- 1 Open battery compartment and remove the batteries.
- 2 °C / °F switch is accessible in the battery compartment.
- 3 Slide switch to °C or °F to set preferred temperature scale.
- 4 Replace the batteries and close the battery door.




Celsius



Fahrenheit

Changing the sound mode

The Braun No touch & touch forehead thermometer allows you to silence the beeps on the thermometer to avoid waking a sleeping child. To activate the silence feature, slide the switch to the silent mode position and take a temperature reading. An icon will appear on the screen to indicate that the thermometer is in silent mode.



Calibration

The thermometer is initially calibrated at the time of manufacture. If this thermometer is used according to the use instructions, periodic re-adjustment is not required. If at any time you question the accuracy, please contact Consumer Relations.

Errors and troubleshooting

Error message	Situation	Solution
	When 20% of battery life is left, the display flashes the low battery warning symbol; however, the device can still work until the battery life has 0% left.	Replace batteries.
	If the steady battery icon is the only symbol shown on the display, the device cannot work. The battery should be replaced immediately.	Replace batteries.
	This message displays when the measured temperature is lower than 93.2 °F (34 °C) or higher than 109.4 °F (43 °C) or when the room temperature is outside the operating range of 59 °F – 104 °F (15 °C – 40 °C).	Re-measure the temperature, carefully following the instructions in "How to use" section.
	<p>System error – self-check display flashes continuously and will not be followed by the ready beep and the ready symbol.</p> <p>If error persists,</p> <p>If error still persists,</p>	<p>Wait 1 minute until the thermometer turns off automatically, then turn on again.</p> <p>... reset the thermometer by removing the batteries and putting them back in.</p> <p>... please contact consumer relations.</p>
	Blank display. Thermometer does not have power.	<p>Please check if the batteries have been loaded correctly. Also check polarity (<+> and <->) of batteries.</p> <p>Contact consumer relations if thermometer still does not function.</p>

Care and cleaning

To avoid scratching the surface of the scanner, replace the protective cap after each use. The thermometer should be cleaned between uses.

Use an alcohol swab or a cotton swab moistened with alcohol (70% Isopropyl) to wipe the thermometer casing and measuring probe for 90 seconds. Wait 10 minutes, allowing the thermometer to air-dry, before taking a measurement. Ensure that no liquid enters the interior of the thermometer. **NEVER** use abrasive cleaning agents, thinners, or benzene for cleaning, and **NEVER** immerse the thermometer in water or other cleaning liquids.

Replacing the batteries

The No touch & touch forehead thermometer comes with 2 AAA batteries. Replace with 2 new AAA batteries when the flashing battery symbol appears on the LCD screen. To change the batteries, slide open the battery cover and remove batteries. Replace the batteries being sure to align properly as indicated inside the battery compartment. Remove the battery from the product if it is not required for extended periods of time in order to avoid damage to the thermometer resulting from a leaking battery.



To protect the environment, dispose of empty batteries at appropriate collection sites according to national or local regulations.

Limited three year warranty

You should first read all Instructions before attempting to use this product.

- A.** This 3 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

- B.** At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.
- C.** This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

Call us toll-free at 1-800-477-0457 or e-mail: consumerrelations@kaz.com. Or visit our website at: www.braunthermometers.com. Please be sure to specify a model number.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE DEVICE HOUSING, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.

Product specifications

Type:	No touch & touch forehead thermometer (BNT 400)
Measuring range:	93.2 °F – 109.4 °F (34 °C – 43 °C)
Resolution:	0.1 °F (0.1 °C)
Laboratory Accuracy:	0.4 °F for 95 °F – 107.6 °F (0.2 °C for the range 35 °C – 42 °C) outside that range ±0.5°F/0.3°C (Ambient Temperature: 59 °F to 104 °F (15 °C to 40 °C))
Display:	This thermometer displays a calculated oral equivalent estimate.
Acoustic:	Liquid Crystal Display, 4 digits plus special icons
Operating temperature:	Normal temp range = Green temp range: 1 long beep for 0.4 second duration
Automatic Switch-off:	Fever = Red or Yellow temp range: 10 short beeps for 0.2 second duration
Weight:	59 °F - 104 °F (15 °C - 40 °C)
Long term storage ranges	Approx. 30 seconds after last measurement has been taken
Storage/transport temperature:	3.54 oz. (with batteries), 2.91 oz. (w/o batteries)
Humidity:	-13 °F – 131 °F (-25 °C to 55 °C)
Battery:	15–95% non-condensing
Pressure:	(2) AAA Batteries - at least 500 measurements
	700-1060 hPa (0.7-1.06 atm)

This infrared thermometer meets requirements established in ASTM Standard E 1965-98 (for the thermometer system). Full responsibility for the conformance of the product to the standard is assumed by Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company, Health & Home, 400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

ASTM laboratory accuracy requirements for the thermometer only in the display range of 36 °C to 39°C (96.8 °F to 102.2 °F) for infrared thermometers is ±0.3 °C (±0.5 °F), whereas for mercury-in-glass and electronic thermometers, the requirement per ASTM Standards E 667-86 and E 1112-86 is ±0.1 °C (±0.2 °F).

This device conforms to the following standards:

EN 60601-1:2014 Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance

ASTM E1965-98:2016 - Standard Specification for Infrared Thermometers for Intermittent Determination of Patient Temperature

ISO 80601-2-56:2017 Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement

IEC 60601-1-2:2014: Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirement and tests

NOTE: Do not use this device in the presence of electromagnetic or other interference outside the normal range specified in IEC 60601-1-2:2007.

EN 1041: 2008 Information supplied by the manufacturer of medical devices

IEC 60601-1-11: 2015 Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment



Equipment with type BF applied parts



Operating temperature



Storage temperature



See instruction for use

Internally Powered Equipment

Continuous Operation

IP22: Protected against solid foreign objects greater than 12.5 mm in diameter and dripping water when tilted at 15°.

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT needs special precautions regarding EMC.

For detailed description of EMC requirements please contact Consumer Relations.

Portable and mobile RF communications equipment can affect MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT.

Remove the battery from the instrument if it is not required for extended periods of time in order to avoid damage to the thermometer resulting from a leaking battery.



Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life.



To protect the environment, dispose of empty batteries at appropriate collection sites according to national or local regulations.



Keep it dry

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity		
Phenomenon	Basic EMC standard or test method	IMMUNITY TEST LEVELS
		HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT
ELECTROSTATIC DISCHARGE	IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air
Radiated RF EM fields ^{a)}	IEC 61000-4-3	10 V/m ^{f)} 80 MHz – 2,7 GHz ^{b)} 80 % AM at 1 kHz ^{c)}
Proximity fields from RF wireless communications equipment	IEC 61000-4-3	See RF wireless communication equipment immunity table below
RATED power frequency magnetic fields ^{d) e)}	IEC 61000-4-8	30 A/m ^{g)} 50 Hz or 60 Hz

^{a)} The interface between the PATIENT physiological signal simulation, if used, and the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM shall be located within 0,1 m of the vertical plane of the uniform field area in one orientation of the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM.

^{b)} ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that intentionally receive RF electromagnetic energy for the purpose of their operation shall be tested at the frequency of reception. Testing may be performed at other modulation frequencies identified by the RISK MANAGEMENT PROCESS. This test assesses the BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE of an intentional receiver when an ambient signal is in the passband. It is understood that the receiver might not achieve normal reception during the test.

^{c)} Testing may be performed at other modulation frequencies identified by the RISK MANAGEMENT PROCESS.

^{d)} Applies only to ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS with magnetically sensitive components or circuitry.

^{e)} During the test, the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM may be powered at any NOMINAL input voltage, but with the same frequency as the test signal (see Table 1).

^{f)} Before modulation is applied.

^{g)} This test level assumes a minimum distance between the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM and sources of power frequency magnetic field of at least 15 cm. If the RISK ANALYSIS shows that the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM will be used closer than 15 cm to sources of power frequency magnetic field, the IMMUNITY TEST LEVEL shall be adjusted as appropriate for the minimum expected distance.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions		
ME EQUIPMENT		
RF Emissions CISPR 11	Group 1	The ME equipment uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF Emissions CISPR 11	Class B	Complies
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not Applicable	The ME equipment is solely battery powered.
Voltage fluctuations/flicker emissions	Not Applicable	

Guidance and manufacturer's declaration – RF wireless communication equipment immunity						
Test frequency (MHz)	Band a) (MHz)	Service a)	Modulation b)	Maximum power (W)	Distance (m)	IMMUNITY TEST LEVEL (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Pulse modulation b) 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0,3	28
710						
745	704 – 787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation b) 217 Hz	0,2	0,3	9
780						
810						
870	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation b) 18 Hz	2	0,3	28
930						
1 720						
1 845	1 700 – 1 990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation b) 217 Hz	2	0,3	28
1 970						
2 450	2 400 – 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation b) 217 Hz	2	0,3	28
5 240						
5 500	5 100 – 5 800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation b) 217 Hz	0,2	0,3	9
5 785						


a) For some services, only the uplink frequencies are included.

b) The carrier shall be modulated using a 50 % duty cycle square wave signal.

c) As an alternative to FM modulation, 50 % pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does not represent actual modulation, it would be worst case.

Descripción del producto

- 1 Botón de encendido
- 2 Escáner
- 3 Pantalla LCD
- 4 Botón de temperatura
- 5 Tapa del compartimiento de las pilas
- 6 Tapa protectora del escáner
- 7 Interruptor del modo silencioso
- 8 Luz de guía
- 9 Modo de temperatura de comida y baño
- 10 Botón Age Precision^{MR}
- 11 Interruptor de Fahrenheit a Celsius
(dentro del compartimiento de las pilas)



Gracias por adquirir el termómetro de Frente Con y Sin Contacto Braun (BNT400). Este termómetro es un producto de alta calidad que incorpora la tecnología más avanzada y ha sido evaluado de acuerdo con los estándares internacionales. Con su tecnología exclusiva, el producto puede proporcionar una lectura estable y precisa en cada medición. El termómetro realiza una autoevaluación cada vez que se enciende para garantizar siempre la exactitud de las mediciones.

Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto y mantenga las instrucciones y el termómetro en un lugar seguro.

Indicaciones de Uso

El termómetro de Frente Con y Sin Contacto Braun está diseñado para la determinación intermitente de la temperatura del cuerpo humano en personas de todas las edades en el modo "Con Contacto" y "Sin Contacto", utilizando el centro de la frente como el lugar de medición, en un ambiente de uso doméstico.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de niños menores de 12 años.

NUNCA use el termómetro para fines distintos a aquellos para los cuales haya sido diseñado. Por favor, siga las precauciones generales de seguridad al utilizar con los niños.

NUNCA sumerja el termómetro en agua u otros líquidos (no es resistente al agua). Siga las instrucciones de "Cuidado y Limpieza" para limpiar y desinfectar el termómetro.

NO almacene este termómetro en temperaturas extremas inferiores a -25 °C o superiores a 55 °C (menos de -13 °F o más de 131 °F) ni a humedad excesiva (humedad relativa sin condensación superior al 95%).

Si el termómetro se almacena en un lugar más fresco o cálido que aquel en el que se vaya a utilizar, permita que se adapte a la temperatura ambiente durante 10 minutos antes de tomar la medición.

NO use el termómetro si hay indicios de daño en el escáner o en el termómetro.

En caso de avería, **NO** intente reparar el producto.

NUNCA introduzca un objeto punzante en el área del escáner ni en ninguna otra superficie abierta del termómetro.

Este termómetro se compone de piezas de precisión de alta calidad. **NO** deje caer el instrumento. Protéjalo de impactos o golpes severos. **NO** retuerza el instrumento o el sensor de medición.

Este termómetro está diseñado sólo para uso doméstico.

El uso de este termómetro no está pensado como sustituto de la consulta con su médico.

La elevación de la temperatura puede indicar una enfermedad grave, especialmente en recién nacidos y bebés, o en adultos de la tercera edad, frágiles, o con un sistema inmunológico débil. Por favor solicite inmediatamente asesoría profesional cuando ocurra una elevación de temperatura en personas que sean:

- Recién nacidos y bebés menores de 3 meses (Consulte inmediatamente a su médico si la temperatura excede los 37.4 °C [99.4 °F])
- Individuos mayores de 60 años de edad (La fiebre puede ser baja o ausente en individuos de edad avanzada).
- Individuos con diabetes mellitus o un sistema inmunológico débil (p. ej., HIV positivo, quimioterapia contra el cáncer, tratamiento crónico inmunosupresor, esplenectomía)
- Individuos que están postrados en cama (p. ej., paciente en asilo de ancianos, que hayan sufrido derrame cerebral, que presentan enfermedad crónica, paraplejia, tetraplejia, recuperación quirúrgica).
- Paciente de trasplante (p. ej., hígado, corazón, pulmón, riñón).

Este termómetro no está diseñado para bebés prematuros o pequeños para la edad gestacional. Se define como bebé prematuro a los bebés con una edad de calendario de menos de 37 semanas. Se define como pequeño para la edad gestacional a un bebé nacido a las 37 semanas o después, con un peso por debajo del percentil 10 para los bebés de la misma edad gestacional.

Este termómetro no está diseñado para interpretar temperaturas hipotérmicas. Si el dispositivo muestra una temperatura de 36.4°C (97.5°F) o menor con una luz de fondo LED verde o blanca, y el individuo muestra síntomas o comportamientos atípicos, contacte a su Doctor o profesional de atención médica.

NO permita que los niños tomen su temperatura sin ser supervisados.

Por favor consulte a su Médico si observa síntomas como irritabilidad inexplicable, vómito, diarrea, deshidratación, cambios en el apetito o actividad, convulsiones, dolor muscular, escalofríos, rigidez en el cuello, dolor al orinar, etc., aún con la ausencia de fiebre.

Incluso en ausencia de fiebre, quienes exhiben una temperatura normal pueden aún necesitar recibir atención médica. Las personas que están tomando antibióticos, analgésicos o antipiréticos no deben evaluarse únicamente en lecturas de temperatura para determinar la gravedad de su enfermedad.

NO modifique este equipo sin la autorización del fabricante.

¿Por qué usar el termómetro de Frente Con y Sin Contacto Braun?

Medición en menos de 2 segundos

La innovadora tecnología infrarroja permite medir la temperatura de la frente en menos de 2 segundos, ya sea que se utilice la opción Con o Sin Contacto.



Preciso y confiable


Debido a su tecnología exclusiva, el termómetro de Frente Con y Sin Contacto, captura el calor que emite de manera natural la frente para calcular la temperatura equivalente oral. Obtenga la misma precisión profesional ya sea tocando la frente de su hijo o sosteniéndolo a 2.5 cm (1 pulg.) de distancia.



Fácil de usar

El termómetro de Frente Con y Sin Contacto no es invasivo. Puede realizarse una medición incluso mientras el niño duerme.

El termómetro de Frente Con y Sin Contacto es más seguro de usar en un niño que un termómetro rectal y es más fácil de usar que otros métodos.



Seguro e higiénico

La opción Sin Contacto ayuda a minimizar la propagación de gérmenes.

Completamente seguro para el uso en niños y adultos.

¿Cómo funciona el termómetro de Frente Con y Sin Contacto Braun?

El termómetro de Frente Con y Sin Contacto mide la energía infrarroja irradiada por la piel en el centro de la frente. Esta energía capturada es recolectada a través del lente y convertida en un valor equivalente oral.

El termómetro de Frente Con y Sin Contacto ha sido probado clínicamente y se ha demostrado que es seguro y preciso cuando se utiliza de acuerdo con su manual de instrucciones de funcionamiento.

Pantalla codificada por colores Age Precision^{MR}

La investigación clínica demuestra que la definición de fiebre cambia a medida que los recién nacidos se convierten en niños y los niños en adultos.¹

Selecciona el ajuste de edad adecuado, toma la temperatura, y la pantalla se iluminará verde, amarillo o rojo para indicar si la temperatura está en un rango normal, de fiebre o de fiebre alta, respectivamente.

Este dispositivo sólo está diseñado para la medición de la temperatura corporal humana. No tiene la intención de diagnosticar o monitorear una afección o enfermedad médica grave.

¹ Herzog L., Phillips S. Addressing Concerns About Fever (Abordar las Preocupaciones Sobre la Fiebre). Clinical Pediatrics. 2011; 50 (#5): 383-390.

Consejos para tomar la temperatura

Es importante conocer la temperatura normal de cada individuo en condiciones normales. Esta es la única manera de diagnosticar con precisión la fiebre. Realice varias mediciones cuando esté sano para determinar la temperatura normal.

La temperatura normal de un niño puede ser de hasta un máximo de 37.7 °C (99.9 °F) o un mínimo de 36.1 °C (97.0 °F). Asegúrese de tomar en cuenta que esta unidad lee 0.5 °C (0.9 °F) menos que la medición rectal digital.

El individuo debe permanecer en interiores durante 30 minutos antes de tomar la medición.

Nota: El termómetro y el Individuo deben estar a la misma temperatura ambiente durante 10 minutos como mínimo.

SIEMPRE mantenga estable el termómetro y la frente durante la medición. **NO** mueva el termómetro hasta que escuche el pitido final. **NO** realice la medición durante o inmediatamente después de amamantar a un bebé.

Los individuos no deben beber, comer ni realizar actividades físicas antes o durante la medición. En caso de llevar gorro, deberán quitárselo y esperar 10 minutos antes de realizar la medición.

Antes de realizar la medición, limpie la zona o retire el cabello de la frente. Espere 10 minutos después de limpiar antes de realizar la medición.

SIEMPRE tome la temperatura exactamente como se indica. Los resultados de la medición pueden variar si se coloca el termómetro de forma incorrecta.

Para individuos que miden su propia temperatura, se recomienda usar la opción “Con Contacto” en lugar de la opción “Sin Contacto.”

En las siguientes situaciones se recomienda realizar tres mediciones en el mismo lugar y tomar como válido el valor más alto:

- Recién nacidos en sus primeros 100 días de vida.
- Niños menores de tres años de edad con un sistema inmunológico débil, y para quienes la presencia o ausencia de fiebre es crítica.
- Cuando el usuario está aprendiendo a utilizar el termómetro por primera vez, hasta que se haya familiarizado con el instrumento y obtenga lecturas constantes.


Precauciones generales:

- Utilice un paño seco para secar el sudor antes de realizar cualquier medición.
- Evite aplicar paños calientes o fríos sobre la frente durante al menos 30 minutos antes de realizar la medición.
- **NO** realice mediciones de temperatura sobre cicatrices, heridas abiertas o abrasiones.
- Mantenga limpios el sensor de medición y el lente. Evite tocarlos directamente.
- **SIEMPRE** almacene el termómetro con la tapa protectora en su lugar para evitar que la suciedad o los raspones dañen el dispositivo.
- Asegúrese de retirar la tapa protectora antes de realizar una medición y de volver a colocarla cuando haya terminado de usar el termómetro.

Cómo usar su termómetro de Frente Con y Sin Contacto Braun

Nota: El termómetro y el individuo deben estar en la misma temperatura ambiente durante al menos 10 minutos.


1 Retirar la tapa protectora



2 Encender

Presione una vez y suelte el botón de encendido. Se encenderá la luz de fondo e iniciará la secuencia de encendido

NOTA: Asegúrese de quitar la tapa protectora del escáner antes de realizar una medición.




3 Seleccionar el rango de edad

Seleccione la edad con el botón Age Precision.

El dispositivo comenzará a ciclar a través de los rangos de edad, iluminando los 3 rangos que puede seleccionar; 0-3 meses (bebé), 3-36 meses (niño), ó 36+ meses (adulto).

Presione el botón Age Precision para alternar entre los rangos de edad hasta que seleccione la edad adecuada para el individuo.



3.1 Para establecer el rango de edad deseado: (Fijar un ajuste de edad)

Para guardar el rango de edad deseado, de manera que este se seleccione automáticamente cuando se ENCIENDA el termómetro, siga estos pasos:

- Asegúrese de que el termómetro esté APAGADO.
- Presione y sostenga el botón de encendido (①) y el botón Age Precision (②) durante 4 segundos. La unidad se encenderá, mostrando una luz de fondo amarilla y parpadearán los 3 íconos de rango de edad.
- Presione el botón Age Precision (②). El rango de edad seleccionado parpadeará. Presione el botón Age Precision hasta que el rango de edad deseado parpadeen en la pantalla.
- Una vez seleccionado el rango de edad deseado, deje de presionar el botón y espere 3 segundos. Se iluminará la luz de fondo verde, y el rango de edad seleccionado se mostrará fijo. Despues de 4 segundos, el termómetro se apagará.
- El rango de edad deseado se seleccionará automáticamente cuando se ENCIENDA el termómetro.



Nota: Con un rango de edad deseado, se puede seleccionar un rango de edad alternativo durante cada uso, presionando el botón Age Precision cuando aparezca el ícono de rango de edad, después de ENCENDER el termómetro.

F. Para cambiar el rango de edad preferido, abra la puerta de las pilas, retírelas, espere 30 segundos y vuelva a insertar las pilas.

IMPORTANTE: Para asegurar lecturas precisas, siempre debe tomar la lectura de la temperatura en el rango de edad que corresponde a la edad del individuo.

4 Colocación

Coloque el termómetro sobre o a una distancia máxima de 2.5 cm (1 pulgada) del centro de la frente, justo entre las cejas.

Cuando el termómetro esté listo y sobre o a una distancia de 2.5 cm (1 pulgada) de la frente. Aparecerá una línea horizontal de guiones ("---") en la pantalla.


Para las lecturas Sin Contacto, la luz de guía amarilla le indicará hacia dónde está apuntado.

En caso de que la zona de las cejas esté cubierta de cabello, sudor o suciedad, por favor limpie previamente la zona para mejorar la precisión de la lectura. Es importante mantener el termómetro y la frente estables durante la medición. El movimiento afectará la lectura de la temperatura.



5 Tomar la temperatura


Tres guiones significan que el termómetro está listo para tomar la temperatura. Presione el botón de temperatura. La pantalla mostrará una animación de línea discontinua mientras se toma la lectura. Una vez que termine de tomar la lectura se escuchará un pitido de confirmación y se mostrará el código de color correspondiente en la pantalla.



Si el dispositivo se coloca demasiado lejos de la frente, le pedirá que se acerque mostrando las letras "FWD". Mueva lentamente el dispositivo hacia la frente hasta que comience la animación de línea discontinua y se muestre una lectura.

6 Leer la temperatura

Si la temperatura está en un rango normal, se escuchará un pitido largo cuando termine la medición. Si la temperatura está en un rango de fiebre, se escucharán diez pitidos cortos para indicar que la medición está completa.



Rango de edad	Verde Temperatura normal \geq	Amarillo Fiebre	Rojo Fiebre Alta
 0*-3 Meses	$\geq 35.8 - \leq 37.4^{\circ}\text{C}$ $(\geq 96.4 - \leq 99.4^{\circ}\text{F})$		$> 37.4^{\circ}\text{C}$ $(> 99.4^{\circ}\text{F})$
 3-36 Meses	$\geq 35.4 - \leq 37.6^{\circ}\text{C}$ $(\geq 95.7 - \leq 99.6^{\circ}\text{F})$	$> 37.6 - \leq 38.5^{\circ}\text{C}$ $(> 99.6 - \leq 101.3^{\circ}\text{F})$	$> 38.5^{\circ}\text{C}$ $(> 101.3^{\circ}\text{F})$
 36 Meses - adulto	$\geq 35.4 - \leq 37.7^{\circ}\text{C}$ $(\geq 95.7 - \leq 99.9^{\circ}\text{F})$	$> 37.7 - \leq 39.4^{\circ}\text{C}$ $(> 99.9 - \leq 103.0^{\circ}\text{F})$	$> 39.4^{\circ}\text{C}$ $(> 103.0^{\circ}\text{F})$


* 0 meses se define como tener una edad gestacional mayor o igual a 37 semanas naturales al nacer.

7 Apagar

Presione el botón de encendido para apagar. El dispositivo también se apagará automáticamente después de 30 segundos sin uso.

Cómo usar el ajuste Sin Contacto para tomar la temperatura de comida/baño


1 Retirar la tapa protectora



2 Encender

Presione una vez y suelte el botón de encendido. Se encenderá la luz de fondo e iniciará la secuencia de encendido.


NOTA: Asegúrese de quitar la tapa protectora del escáner antes de realizar la medición.



3 Seleccionar el modo de temperatura de comida y baño

Presione y suelte el botón de modo de temperatura de comida y baño.


Se escuchará un pitido y se mostrará el ícono de comida y baño (⌚), la luz de fondo de la pantalla se encenderá en azul y tres guiones se mostrarán en la pantalla indicando que el termómetro está listo para tomar la temperatura.



4 Colocación

Coloque el dispositivo a una distancia máxima de 6.3 cm (2.5 pulg.) de los alimentos o del agua de la bañera.

Nota: Al medir la temperatura de la comida o del baño, el termómetro debe estar dirigido directamente a los alimentos o al agua de la bañera. **NO** apunte a los lados del recipiente que contiene los líquidos o los alimentos. **NO** toque el líquido o la comida con el termómetro.




5 Tomar la temperatura

Presione el botón de temperatura (puede presionar una vez o bien mantener el botón presionado). La pantalla mostrará una animación de línea discontinua mientras toma la lectura. Una vez completada la lectura, la pantalla mostrará la lectura de la temperatura.





6 Leer la temperatura

Retire el dispositivo y lea la temperatura.




Cambiar la escala de temperatura

- 1 Abra el compartimiento de las pilas y retírelas.
- 2 El interruptor de °C / °F se encuentra en el compartimiento de las pilas.
- 3 Deslice el interruptor a °C o °F para seleccionar la escala de temperatura deseada..
- 4 Vuelva a colocar las pilas y cierre la tapa del compartimiento.




Celsius



Fahrenheit

Cambiar de modo de sonido

El termómetro de Frente Con y Sin Contacto Braun le permite silenciar los pitidos del termómetro para evitar despertar a los niños mientras duermen. Para activar la característica de silencio, deslice el interruptor a la posición de modo silencioso y realice una medición de temperatura. Aparecerá un ícono en la pantalla para indicar que el termómetro está en el modo silencioso.



Calibración

El termómetro se calibra inicialmente en el momento de la fabricación. Si este termómetro se utiliza de acuerdo a las instrucciones de uso, no se requiere reajustar periódicamente. Si en algún momento se cuestiona su precisión, por favor contacte Servicio al Cliente.

Errores y solución de problemas

Mensaje de error	Situación	Solución
	Cuando queda un 20% de la vida de la pila, el símbolo de pila parpadea en la pantalla; sin embargo, el dispositivo seguirá funcionando hasta que la carga llegue al 0%.	Reemplace las pilas.
	Si el ícono de la pila constante es el único símbolo mostrado en la pantalla, el dispositivo no podrá funcionar. Las pilas deben reemplazarse inmediatamente.	Reemplace las pilas.
	Este mensaje aparece cuando la temperatura medida es menor de 34 °C (93.2 °F) o mayor de 43 °C (109.4 °F), o cuando la temperatura ambiente está fuera del rango de operación de 15 °C – 40 °C (59 °F – 104 °F).	Vuelva a medir la temperatura, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de la sección "Cómo usar".
	Error de Sistema – la pantalla de autocomprobación parpadea de forma continua y no será seguida del pitido y el símbolo de listo. Si el error persiste,	Espere 1 minuto hasta que el termómetro se apague automáticamente, luego vuelva a encenderlo. ... reinicie el termómetro sacando las pilas y poniéndolas de nuevo en su lugar.
	Pantalla en blanco. El termómetro no tiene energía.	Por favor revise si las pilas han sido cargadas correctamente. También revise la polaridad (<+> y <->) de las pilas. Contacte servicio al cliente si el termómetro aún no funciona.

Cuidado y limpieza

Para evitar rayar la superficie del escáner, vuelva a colocar la tapa protectora después de cada uso. El termómetro debe limpiarse entre usos. Utilice una gasa con alcohol o un hisopo de algodón humedecido con alcohol (isopropílico al 70%) para limpiar la carcasa del termómetro y la sonda de medición durante 90 segundos. Espere 10 minutos, permitiendo que el termómetro se seque al aire, antes de tomar una medición. Asegúrese que ningún líquido entre en el interior del termómetro. **NUNCA** use productos de limpieza abrasivos, disolventes o benceno para limpiarlos y **NUNCA** sumerja el termómetro en agua u otros líquidos de limpieza.

Reemplazar las pilas

El termómetro de Frente Con y Sin Contacto incluye 2 pilas AAA. Reemplace con 2 pilas AAA nuevas cuando aparezca el símbolo de la pila intermitente en la pantalla LCD. Para cambiar las pilas, deslice la tapa del compartimiento de las pilas para abrirlo y retire las pilas. Reemplace las pilas asegúrandose de respetar la polaridad indicada dentro del compartimiento. Retire las pilas del producto en caso de que no vaya a usarlo durante períodos prolongados de tiempo para evitar que este sufra daños debido a una fuga de las pilas.



Para proteger el medio ambiente, deseche las pilas usadas en los sitios de recolección apropiados según las regulaciones locales o nacionales.

Garantía limitada de tres años

Antes de usar este producto, por favor lea completamente las instrucciones.

A. La presente garantía limitada de 3 años cubre la reparación o reemplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante del uso comercial, abusivo o inadecuado del producto, o de daños asociados. Los defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ NO SERÁ CONSIDERADA RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.** En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales, los que varían según la jurisdicción. La presente garantía sólo es válida para el comprador inicial del producto a partir de la fecha de compra.

B. A su discreción, Kaz reparará o reemplazará el presente producto si se constata que presenta un defecto de fábrica o de mano de obra.

C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por todo uso que no esté en concordancia con el presente manual.

Llámenos lada gratuita al 1-800-477-0457 o envíe un correo electrónico a: consumerrelations@kaz.com.

O visite nuestro sitio web: www.braunthermometers.com. Por favor asegúrese de especificar el número de modelo.

NOTA: SI TIENE PROBLEMAS, POR FAVOR LLAME PRIMERO A SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA CARCASA DEL MOTOR USTED MISMO, HACERLO PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y CAUSAR DAÑO AL PRODUCTO O DAÑOS CORPORALES.

Especificaciones del producto

Español

Tipo:	Termómetro de Frente Con y Sin Contacto (BNT 400)
Rango de Medición:	34 °C – 43 °C (93.2 °F – 109.4 °F)
Resolución:	0.1 °C (0.1 °F)
Precisión de Laboratorio:	0.2 °C para el rango 35 °C – 42 °C (0.4 °F para 95 °F – 107.6 °F) fuera de ese rango $\pm 0.3^{\circ}\text{C}/0.5^{\circ}\text{F}$ (Temperatura Ambiente: 15 °C a 40 °C (59 °F a 104 °F)
Pantalla:	Este termómetro muestra una estimación equivalente oral calculada.
Acústica:	Pantalla de Cristal Líquido, 4 dígitos más íconos especiales
Temperatura de operación:	Audio: Rango de temp normal = rango de temp Verde: 1 pitido largo de 0.4 seg. de duración Fiebre= Rango de temp Rojo o Amarillo: 10 pitidos cortos de 0.2 seg. de duración 15°C - 40°C (59 °F - 104 °F)
Desconexión automática:	Aprox. 30 segundos después de haber realizado la última medición
Peso:	3.54 oz. (con pilas), 2.91 oz. (sin pilas)
Rangos de almacenamiento a largo plazo	-13 °F – 131 °F (-25 °C to 55 °C)
Temperatura de almacenaje/transporte:	15–95% sin condensación
Humedad:	(2) Pilas AAA - un mínimo de 500 mediciones
Pilas:	Presión: 700-1060 hPa (0.7-1.06 atm)

Este termómetro infrarrojo cumple los requisitos establecidos por en el Estándar ASTM E 1965-98 (para el sistema del termómetro). Completa responsabilidad por la conformidad del producto con el estándar es asumida por Kaz, USA, Inc., a Helen of Troy Company, Health & Home, 400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

Los requisitos en cuanto a precisión de laboratorio ASTM para el termómetro solamente en el rango de visualización de 36 °C a 39°C (96.8 °F a 102.2 °F) para termómetros infrarrojos es $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{F}$), mientras que para los termómetros de mercurio en vidrio y electrónicos, el requisito para los Estándares ASTM E 667-86 y E 1112-86 es $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.2^{\circ}\text{F}$).

Este dispositivo cumple con los siguientes estándares:

EN 60601-1:2014 Equipo médico eléctrico. Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.

ASTM E1965-98:2016 - Especificación Estándar para Termómetros Infrarrojos para Determinación Intermitente de la Temperatura del Paciente.

ISO 80601-2-56:2017 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de termómetros clínicos para medición de temperatura corporal.

IEC 60601-1-2:2014: Equipo médico eléctrico – Parte 1-2: Requisitos generales de seguridad básica y desempeño esencial – Estándar Colateral: Compatibilidad electromagnética – Requisitos y pruebas.

NOTA: No use este dispositivo en presencia de interferencias electromagnéticas u otras fuera del rango normal especificado en IEC 60601-1-2:2007.

EN 1041: 2008 Información suministrada por el fabricante de dispositivos médicos.

IEC 60601-1-11: 2015 Equipo médico eléctrico – Parte 1-11: Requisitos generales de seguridad básica y desempeño esencial – Estándar colateral: Requisitos para los equipos médicos eléctricos y sistemas médicos eléctricos utilizados en el entorno de atención médica en el hogar.



Equipo con piezas aplicadas de tipo BF



Temperatura de funcionamiento



Temperatura de almacenamiento



Ver instrucciones de uso

Equipo con Alimentación Interna

Operación Continua

IP22: Protegido contra cuerpos extraños sólidos mayores de 12.5 mm de diámetro y goteo de agua cuando se inclina a 15°.

El EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO necesita precauciones especiales relacionadas con EMC.

Para la descripción detallada de los requisitos EMC por favor contacte Servicio al Cliente.

Los equipos de comunicación RF portátil y móvil pueden afectar a los EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS.

Retire la pila del instrumento si no se requiere durante largos períodos de tiempo para evitar que este sufra daños debido a una fuga de las pilas.



Por favor no deseche este producto junto con los residuos domésticos al final de su vida útil.



Para proteger el medio ambiente, deseche las pilas usadas en los sitios de recolección apropiados según las regulaciones locales o nacionales.



Manténgalo seco

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética		
Fenómeno	Estándar básico de EMC o método de prueba	NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD
		ENTORNO DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL HOGAR
DESCARGA ELECTROSTÁTICA	IEC 61000-4-2	± 8 kV contacto ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire
Campos electromagnéticos de a) RF radiada	IEC 61000-4-3	10 V/m f) 80 MHz – 2,7 GHz b) 80 % AM a 1 kHz c)
Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricas por RF	IEC 61000-4-3	Vea abajo la tabla de inmunidad de equipos de comunicaciones inalámbricas por RF.
Campos magnéticos a frecuencia de red d) e)	IEC 61000-4-8	30 A/m g) 50 Hz o 60 Hz

a) La interfase entre la simulación de señal fisiológica del PACIENTE, si se usa, y el EQUIPO ME o SISTEMA ME deberá ser ubicado dentro de 0,1 m del plano vertical de la zona de campo uniforme en una orientación del EQUIPO ME o del SISTEMA ME.

b) El EQUIPO ME y el SISTEMA ME que reciben intencionalmente la energía electromagnética de RF para el propósito de su operación deberán ser probados a la frecuencia de recepción. Las pruebas se pueden realizar en otras frecuencias de modulación identificadas por el PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO. Esta prueba evalúa la SEGURIDAD BÁSICA y el RENDIMIENTO ESENCIAL de un receptor intencional cuando una señal ambiental está en paso-banda. Se entiende que el receptor puede no alcanzar la recepción normal durante la prueba.

c) Las pruebas se pueden realizar en otras frecuencias de modulación identificadas por el PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO.

d) Aplica sólo para EQUIPOS ME y SISTEMAS ME con componentes o circuitos magnéticamente sensibles.

e) Durante la prueba, el EQUIPO ME y el SISTEMA ME pueden ser alimentados a cualquier voltaje de entrada NOMINAL, pero con la misma frecuencia que la señal de prueba (ver Tabla 1).

f) Antes de aplicar la modulación.

g) Este nivel de prueba asume una distancia mínima entre el EQUIPO ME y el SISTEMA ME y las fuentes de campo magnético a frecuencia de red de al menos 15 cm. Si el ANÁLISIS DE RIESGO muestra que el EQUIPO ME o el SISTEMA ME será utilizado más cerca de 15 cm de las fuentes de campo magnético a frecuencia de red, el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD se ajustará según corresponda para la distancia mínima prevista.

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética		
El equipo BNT400 está indicado para usar en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o el usuario del equipo BNT400 deben asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.		
Prueba de Emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El equipo ME utiliza energía de RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es improbable que provoquen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	Cumple
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	No Aplica	El equipo ME funciona exclusivamente con pilas.
Fluctuaciones de tensión/ emisiones de parpadeo	No Aplica	

