

		EU-Conformiteitsverklaring	
Geschreven door: A S Brown		Doc. Nr. F52	Rev. Nr. 3
Goedgekeurd door: Estela Hardisty		Ingangsdatum: 5 th Okt 2021	Pag. 1 van 2

EU-Conformiteitsverklaring

Fabrikant	
De EU-conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. De EU-conformiteitsverklaring bevat de informatie in bijlage IV van <i>VERORDENING (EU) 2017/745</i>	
Naam en adres van de fabrikant	TensCare Ltd 9 Blenheim Road, Epsom, Surrey KT19 9BE United Kingdom Tel + 44 1372 723434, www.tenscare.co.uk
Enkel registratienummer	GB-MF-000004156
Naam en adres van gemachtigde vertegenwoordiger	Advena Ltd Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta

Product					
BASIC UDI	5033435E00026X2	5033435E00026X2			
UDI -DI	05033435000593	05033435130610			
Product naam	Liberty Probe	Liberty Plus Probe			
Product code	X-VP	X-VPM			
Foto van product (inclusief afbeelding van streepjescode)	 <p>(01) 0 5033435 00059 3 (10) ABC123</p>				
Catalogus nummer	New: E00026	Previous: X-VP X-VPM			
Beoogd gebruik	De Liberty-Probe is een effectieve manier om op de bekkenbodem te richten spieren die helpen bij de behandeling van urinewegsymptomen, het kan ook helpen bij het verlichten van symptomen van chronische bekkenpijn. Bovendien kan het de seksuele intimiteit helpen verbeteren door de bekkenbodemspieren te versterken.				
CND Code	Z120622 TENS	Z12062801 EMS	U0703 Continence	N010201 Probe (invasive electrode)	X
GMDN	35372 TENS	46573 EMS	65013 Continence	36050 Probe (invasive electrode)	X
Risicoklasse	IIa				
Toepasselijke geharmoniseerde normen die specifiek zijn voor dit product	<i>We verklaren dat dit product voldoet aan de vereisten van de huidige geharmoniseerde versie van EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-1-11, EN60601-2-10 en aan de toepasselijke vereisten van Richtlijn 2011/65/EU (RoHS2)</i>				

		EU-Conformiteitsverklaring	
Geschreven door: A S Brown		Doc. Nr. F52	Rev. Nr. 3
Goedgekeurd door: Estela Hardisty		Ingangsdatum: 5 th Okt 2021	Pag. 2 van 2

Verklaring:

Wij, de fabrikant, verklaren hierbij dat het product **Liberty Probe and Liberty Plus Probe** voldoen aan de bepalingen van VERORDENING (EU) 2017/745 die erop van toepassing zijn. Het medisch hulpmiddel is ingedeeld in klasse IIa volgens bijlage IV van de VERORDENING (EU) 2017/745. Het betreffende product is ontworpen en vervaardigd onder een kwaliteitsmanagementsysteem volgens bijlage IX van VERORDENING (EU) 2017/745. Deze EU-conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. Er is geen "Gemeenschappelijke Specificatie" van toepassing.

Notified Body	
Notified Body	BSI Netherlands
Identification Nr.	CE 2797
Conformiteitsbeoordelingsroute	<i>Annex IX, of REGULATION (EU) 2017/745</i>
Certificates: CE	MDR745087
EN13485:2016	MD720662

Ondertekend namens TensCare Ltd door: Benjamin Bancroft	Positie: Manager Kwaliteit en Regelgeving VRRC
Plaats: Epsom, UK	Datum: 07/12/2021

Herzieningsgeschiedenis			
Herziening	Datum	Omschrijving	Reden voor verandering
1	13/10/2020	Nieuw formulier gemaakt voor EU DoC	MDR
2	16/02/2021	Updates van GMDN-codes zoals deze zijn gewijzigd en updates van CND-codes om te voldoen aan MDR-VERORDENING (EU) 2017/745.	Verandering GMDN en CND codes.
3	05/10/2021	Toevoegen BASIC UDI	MDR