

FR – Plonger la bande 2 secondes dans l'eau / Ne pas secouer l'excès d'eau et comparer avec le nuancier / pour GH, Cl2, KH et pH attendre 15 sec / Pour NO2 et NO3 attendre 60 sec.

NL – Dompel de strips 2 seconden onder water / Schud overtollig water niet af en vergelijk met de kleurenkaart / Voor GH, Cl2, KH en pH aanwezig 15 sec / Voor NO2 en NO3 aanwezig 60 sec.

EN – Immerse the strips for 2 seconds / Do not shake the excess water off and compare against the color chart / For GH, Cl2, KH and pH wait 15 sec / For NO2 and NO3 wait 60 sec.

