



EC-Konformitätserklärung / CE-Declaration of Conformity

Wir,
We

medisana GmbH
Carl-Schurz-Straße 2,
41460 Neuss, GERMANY
Tel. +49 (0) 2131 3668-0

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das im folgenden aufgeführte Produkt, /
herby state with sole responsibility that the product specified hereafter.

medisana TT 200 Electrical Stimulator
Type: R-C4B
Art.-no.: 88347

gemäß Anhang IX, Regel 9 der im Folgenden aufgeführten Richtlinie der Klasse IIa zugeordnet ist:
has been assigned according to Annex IX, rule 9 to class IIa of the following directive:

Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
medical device directive 93/42/EEC

Die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie MDD 93/42/EWG wurde
gemäß Anhang VII in Verbindung mit Anhang VI festgestellt; bei Anhang VI unter Mitwirkung der
folgenden Benannten Stelle:

*The conformity with the essential requirements of the directive MDD 93/42/EEC, acc. to Annex VII in
connection with Annex VI has been assessed, at Annex VI with the participation of the Notified Body:*

DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Str. 21, 60433 Frankfurt, GERMANY
mit der Kennung CE 0297.
with the registration no. CE 0297

Diese Erklärung ist gültig ab PQ#6590 (LOT R2012...).
This declaration is valid from PQ#6590 (LOT R2012...).

Diese Erklärung ist bis zum 26.05.2024 gültig
This declaration is valid until 2024/5/26.

Neuss, Datum
date
05. März 2021


Dr. Annette von der Groeben
Qualitätsmanagement-Beauftragte / Quality Management Representative